

Комиссия Оренбургского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов (далее по тексту - Комиссия Оренбургского УФАС России) в составе:

Председателя Комиссии: <...> Членов комиссии: <....>

в присутствии представителей:

Министерства экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области – <...>

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Оренбургский областной клинический психоневрологический госпиталь ветеранов войн» – <...>

ООО «Меридиан» - <....>

<....>

рассмотрев жалобу ООО «Меридиан» на действия Министерства экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области, ГБУЗ «Оренбургский областной клинический психоневрологический госпиталь ветеранов войн», МБУЗ «Бугурусланская ЦРБ» при проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения контракта на поставку операционного стола (идентификационный номер <...>),

УСТАНОВИЛА:

03 июля 2012 г. в Оренбургское УФАС России поступила жалоба ООО «Меридиан» (далее – Заявитель) на действия Министерства экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области (далее – Уполномоченный орган), государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Оренбургский областной клинический психоневрологический госпиталь ветеранов войн» (далее - Заказчик) при проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения контракта на поставку операционного стола (идентификационный номер <...>) (далее – аукцион).

В связи с поступившей жалобой, в порядке ч.4 ст.60 Федерального закона Российской Федерации от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – Закон о размещении заказов), Заказчику, Уполномоченному органу, оператору электронной площадки ЗАО «Сбербанк – АСТ» выставлено требование о приостановлении размещения данного заказа в части проведения процедуры заключения контракта.

Представитель Заявителя считает, что в нарушение ст. 34, ст. 41.6 Закона о размещении заказа, в документации об аукционе содержатся сведения о функциональных и качественных характеристиках товара, не соответствующих действительности и вводят участников размещения заказа в заблуждение. Так, Заказчиком, согласно техническому заданию документации об аукционе, к поставке требуется «Стол операционный МР-1050/5Е (или эквивалент)» с

диапазоном перемещения столешницы - не менее 300 мм. Как следует из письма ООО «МТ Техника», являющегося эксклюзивным дилером немецкой фирмы AGA Sanitatsartikel GmbH (производитель стола операционного MP-1050/5E), операционный стол с указанным артикулом (MP-1050/5E), не имеет продольного перемещения по горизонтали, возможность изготовления под заказ с данной характеристикой отсутствует. Таким образом, поставить операционный стол с указанной характеристикой не представляется возможным.

Представители Заказчика жалобу просили признать необоснованной, пояснив следующее. Установленная в техническом задании характеристика «диапазон перемещения столешницы - не менее 300 мм» относится не к продольному перемещению, а к вертикальному, которое у операционного стола с артикулом MP-1050/5E предусмотрена, что подтверждается письмом ООО МТ Техника».

Представитель Уполномоченного органа жалобу просил признать необоснованной, полностью поддержал позицию представителей Заказчика.

В результате рассмотрения жалобы и осуществления в соответствии с ч. 5 ст. 17 Закона о размещении заказов внеплановой проверки, Комиссия Оренбургского УФАС России, проанализировав представленные документы, заслушав доводы сторон, пришла к следующим выводам:

25.06.2012г. на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru и на электронной торговой площадке ЗАО «Сбербанк-Автоматизированная Система Торгов» www.sberbank-ast.ru было размещено извещение и документация о проведении открытого аукциона в электронной форме на поставку операционного стола (идентификационный номер <...>).

Начальная максимальная цена контракта составляет 497 333,33 рубля.

Документация об аукционе утверждена Государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Оренбургский областной клинический психоневрологический госпиталь ветеранов войн», в лице В.М. Сукач.

Согласно ч. 1 ст. 41.6 Закона о размещении заказов, документация об открытом аукционе в электронной форме должна соответствовать требованиям, предусмотренным [частями 1 - 3.2, 4.1 - 6 статьи 34](#) настоящего Федерального закона.

В соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 41.6 Закона о размещении заказов, документация об открытом аукционе в электронной форме наряду с предусмотренными [частью 3](#) настоящей статьи сведениями должна содержать следующие сведения о товарах, работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых размещается заказ, и об условиях исполнения контракта: требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика. При этом должны быть указаны используемые для

определения соответствия потребностям заказчика или эквивалентности предлагаемого к поставке или к использованию при выполнении работ, оказании услуг товара максимальные и (или) минимальные значения таких показателей и показатели, значения которых не могут изменяться.

Согласно Технического задания документации об аукционе, Заказчиком к поставке требуется «Стол операционный МР-1050/5Е (или эквивалент)» с диапазоном перемещения столешницы - не менее 300 мм. Согласно представленным Заказчиком и Заявителем письмам, стол с указанным артикулом производится AGA Sanitatsartikel GmbH, эксклюзивным дилером которого является ООО «МТ Техника». Кроме того, согласно письма ООО «МТ Техника», представленного Заказчиком, модель операционного стола с артикулом МР-1050/5Е, имеет такую характеристику, как «диапазон перемещения столешницы», только не продольный (о котором указывал Заявитель), а вертикальный и составляет он 300 мм.

Таким образом, недостоверных сведений, в отношении позиции «диапазон перемещения столешницы», документация об аукционе не содержит.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ч. 5 ст. 17, ч.6 ст.60 Закона о размещении заказов, Комиссия Оренбургского УФАС России,

РЕШИЛА:

Признать жалобу ООО «Меридиан» на действия Министерства экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области, государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Оренбургский областной клинический психоневрологический госпиталь ветеранов войн» при проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения контракта на поставку операционного стола (идентификационный номер <...> 0153200000212003073), необоснованной.

Решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение 3-х месяцев со дня его принятия.

<...>

Председатель комиссии

Члены комиссии

<...>