

РЕШЕНИЕ по делу № 022/06/33-864/2021 о нарушении законодательства о контрактной системе «11» октября 2021 г. г. Барнаул Комиссия управления Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю по контролю в сфере закупок (далее Комиссия) в составе: Председателя Комиссии: С<...> – заместителя руководителя управления; членов Комиссии: К<...> – главного специалиста-эксперта отдела контроля закупок Т<...> – ведущего специалиста-эксперта отдела контроля закупок; с участием представителей: от заявителя - ООО «РЕНЕССАНС-МЕД», не явились, к видеоконференции не подключились, уведомлены; от заказчика – Министерства здравоохранения Алтайского края, И<...>, Ш<...>, путем видеоконференции; от уполномоченного учреждения – КГКУ «Центр государственных закупок Алтайского края», Т<...>, рассмотрев жалобу ООО «РЕНЕССАНС-МЕД» на положения документации о проведении электронного аукциона № 0817200000321012951 «Поставка и ввод в эксплуатацию медицинского оборудования» согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе), УСТАНОВИЛА: в управление Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю поступила жалоба ООО «РЕНЕССАНС-МЕД» (далее – заявитель) на положения документации о проведении электронного аукциона № 0817200000321012951 «Поставка и ввод в эксплуатацию медицинского оборудования». Заявитель в жалобе указывает, что в описании объекта закупки заказчик установил уникальные характеристики, показатели и значения который характерны только видеопроцессору CV-190 производителя Олимпас, чем ограничил круг участников закупки (п. 7, 22, 23 технического задания) Представитель уполномоченного учреждения пояснил, что описание объекта закупки осуществляется заказчиком самостоятельно, исходя из своих потребностей. Представители заказчика с доводами жлобы не согласились, представили письменные и устные пояснения. Заслушав пояснения сторон, изучив представленные пояснения, документы в ходе проведения внеплановой проверки Комиссия УФАС по Алтайскому краю по контролю в сфере закупок пришла к следующим выводам. В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 64 Закона о контрактной системе документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении такого аукциона, должна содержать следующую информацию: наименование и описание объекта закупки и условия контракта в соответствии со статьей 33 настоящего Федерального закона, в том числе обоснование начальной (максимальной) цены контракта. В силу пункта 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описании объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования или указания влекут за собой ограничение количества участников закупки. Согласно части 2 статьи 33 Закона о контрактной системе документация о закупке в соответствии с требованиями, указанными в части 1 настоящей статьи, должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться.

24.09.2021 г. уполномоченным учреждением на сайте www.zakupki.gov.ru (далее –

официальный сайт) было размещено извещение о проведении электронного аукциона № 0817200000321012951 «Поставка и ввод в эксплуатацию медицинского оборудования», а также аукционная документация, техническое задание и др. Согласно техническому заданию (описание объекта закупки) к поставке требуется система эндоскопической визуализации, в состав которой входит видеопроцессор, источник света эндоскопический, видеомонитор, аппаратная стойка, видеогастроскоп (2шт), видеодуоденоскоп, тестер проверки герметичности эндоскопов (течеискатель), инсуффлятор, помпа эндоскопическая ирригационная, гастрофиброскоп. Заказчиком установлены требования к функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам оборудования, установлены максимальные и (или) минимальные значения показателей товара и показатели, значения которых не могут изменяться, используемые для определения соответствия потребностям заказчика или эквивалентности предлагаемого к поставке товара. Так в отношении видеопроцессора (п. 3 технического задания) было установлено требование о наличии поддержки стандарта HDTV для вывода изображения на монитор с возможностью подключения HD-эндоскопов; наличии функции увеличения четкости границ переходов (краевое усиление), возможности управления периферийными устройствами с кнопок эндоскопа (п. 7, 22, 23). Согласно протоколу рассмотрения первых частей заявок от 06.10.2021 г. на участие в закупке было подано две заявки, обе заявки допущены к участию в аукционе. В первых частях заявок участников закупки было предложено следующее оборудование: - Видеопроцессор медицинский эндоскопический "PENTAX" (ПЕНТАКС), "PENTAX Medical" (ПЕНТАКС Медикал) с принадлежностями. Производитель: «ХОЯ Корпорейшн», - Видеоинформационный эндоскопический центр CV-190 PLUS , Товарный знак: OLYMPUS. Производитель: «Олимпас Медикал Системс Корп.», Япония . Таким образом, требованиям заказчика удовлетворяют видеопроцессоры медицинские эндоскопические по крайней мере двух производителей. Согласно ч. 9 ст. 105 Закона о контрактной системе к жалобе прикладываются документы, подтверждающие ее обоснованность. При этом жалоба должна содержать перечень прилагаемых к ней документов. Заявителем не было предоставлено доказательств (анализ рынка, иной мониторинг) того, что требованиям заказчика к видеопроцессору в своей совокупности соответствует только оборудование производителя Олимпас. Таким образом, доводы заявителя не обоснованы, носят предположительный характер, не подтверждены документально. Комиссия, руководствуясь ст. 99, 106 Закона о контрактной системе, РЕШИЛА: признать жалобу ООО «РЕНЕССАНС-МЕД» необоснованной. Решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия. <...>