ПРЕДПИСАНИЕ

«04» июня 2020 г.

г. Кемерово

Заместителя председателя комиссии:

Членов комиссии

руководствуясь пунктом 3.1 части 1 статьи 23 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», на основании решения от 04.06.2020 г. по жалобе № 042/07/3-776/2020

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

Заказчику – Государственному автономному учреждению здравоохранения Кемеровской области «Областной клинический центр охраны здоровья шахтёров» (далее – ГАУЗ КО «ОКЦОЗШ») совершить действия, направленные на устранение нарушений порядка организации и проведения открытого аукциона в электронной форме на ремонт компьютерного томографа СТ/ВЕ2 Hispeed Dual, General Electric, США с заменой запасных частей (рентгеновская трубка) для нужд ГАУЗ КО «ОКЦОЗШ», извещение № 32009134492, а именно: отменить протокол от 25.05.2020 № б/н рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе № 1710470 и внести изменения в Документацию о закупке в части технических функциональных характеристик рентгеновской трубки МХ135, в срок до 23 июня 2020 года.

О выполнении настоящего Предписания сообщить в антимонопольный орган не позднее пяти дней со дня его выполнения.

Заместитель председателя комиссии:

Члены Комиссии:

Предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его выдачи.

Примечание. За невыполнение в установленный срок законного предписания антимонопольного органа статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Привлечение к ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации, не освобождает от обязанности исполнить предписание антимонопольного органа.