

Комиссия Курганского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов на территории Курганской области (далее Комиссия Курганского УФАС России), рассмотрев жалобу ООО «Торговый дом Уралмедпроект» (далее – Заявитель) на действия заказчика - ГБУ «Каргапольская ЦРБ» при размещении государственного заказа путем открытого аукциона в электронной форме (извещение № 0343200029512000019) на поставку комплекса рентгеновского диагностического на три рабочих места и осуществив внеплановую проверку в соответствии с частью 5 статьи 17 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о размещении заказов),

Установила:

В Курганское УФАС России поступила жалоба ООО «Торговый дом Уралмедпроект» (вх. № 5025 от 26.06.2012) на действия заказчика - ГБУ «Каргапольская ЦРБ».

В жалобе заявитель указал, что в предоставленном заказчиком техническом задании видны явные технические и конструктивные особенности, которые присущи только одному производителю на территории РФ, а именно «СевКавРентген», что существенно ограничивает способность участия в данном аукционе других фирм.

Представитель Заказчика пояснил, что ГБУ «Каргапольская ЦРБ» обеспечила равные условия для всех участников аукциона. Техническое задание на поставку комплекса рентгеновского диагностического на три рабочих места, размещенное на официальном сайте РФ для размещения информации о размещении заказов, является универсальным. Известны несколько отечественных и зарубежных производителей, аппараты которых удовлетворяют требованиям технического задания. Все параметры выбраны с учетом развития современных технологий в сфере здравоохранения, с учетом экономии бюджетных средств на реконструкцию площадей и с учетом перспектив информатизации в рамках проводимой в Российской Федерации программы модернизации здравоохранения.

В процессе проведения внеплановой проверки установлено, что 21.06.2012 г. на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов (<http://zakupki.gov.ru>), опубликовано извещение № 0343200029512000019 на поставку комплекса рентгеновского диагностического на три рабочих места. Заказчиком является ГБУ «Каргапольская ЦРБ».

Согласно части 3.1 статьи 34 Закона о размещении заказов, документация об аукционе не может содержать указание на знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, а также требования к товару, информации, работам, услугам, если такие требования влекут за собой ограничение количества участников размещения заказа.

Заявителем не предоставлено доказательств того, что в техническом задании, заказчик установил технические требования к товару присущие только одному производителю.

Заказчик, в подтверждение своих доводов представил медико-техническое задание комплекса рентгеновского диагностического на три рабочих места «цифровой Диаком», согласно которому комплекс рентгеновский «СевКавРентген» не соответствует техническому заданию по трем позициям (диапазон углов поворота стола-штатива, градусов; расстояние от фокуса рентгеновской трубки до деки стола; размер деки стола).

Комиссия Курганского УФАС России, рассмотрев жалобу ООО «Торговый дом Уралмедпроект» на действия заказчика - ГБУ «Каргапольская ЦРБ» по размещению государственного заказа путем проведения открытого аукциона в электронном виде на поставку комплекса рентгеновского диагностического на три рабочих места, руководствуясь ст. 17, ст. 34, ч. 6 ст. 60 ФЗ от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»,

Решила:

Признать жалобу ООО «Торговый дом Уралмедпроект» необоснованной.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев.

Обжалование решения и предписания Курганского УФАС России не приостанавливает действие предписания.