

РЕШЕНИЕ № 488

07 июня 2017 года

г. Иркутск

Комиссия Иркутского УФАС России по контролю за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Комиссия) в составе:

Председатель Комиссии: <...>;

члены Комиссии: <...>, <...>;

при участии представителя Общества с ограниченной ответственностью «МедСис» (далее – Общество, Заявитель) – <...>; представителя Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – Заказчик) – <...>;

рассмотрев жалобу Заявителя на положения документации об электронном аукционе «Поставка рентгенодиагностического комплекса для рентгенологического отделения Клиник в 2017 г.», извещение № 0334100017617000134 (далее – электронный аукцион), и в результате проведения внеплановой проверки в соответствии со статьей 106 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – Федеральный закон № 44-ФЗ),

УСТАНОВИЛА:

В Иркутское УФАС России поступила жалоба Заявителя на положения документации об аукционе.

Заявитель считает, что Заказчиком при описании объекта закупки допущены нарушения пункта 2 части 1 статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ в связи с отсутствием обоснования использования показателей, требований и терминологии, содержащихся в документации об аукционе, но не закрепленных государственным стандартом.

Заказчиком органом представлены возражения на жалобу Заявителя. Из указанных возражений следует, что Заказчик орган считает доводы жалобы необоснованными.

В ходе рассмотрения жалобы Комиссией установлено, что Заказчиком 22 мая 2017 года в единой информационной системе в сфере закупок, на сайте www.sberbank-ast.ru размещены Извещение о проведении электронного аукциона для закупки № 0334100017617000134, а также Документация об электронном аукционе № __ ИКЗ: 171381102209638110100101440012660244 по выбору организации на поставку рентгенодиагностического комплекса для рентгенологического отделения Клиник федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – Документация об электронном аукционе).

25 мая, 06 июня 2017 года Заказчиком размещены изменения извещения о проведении электронного аукциона.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 29 443 533 руб. 33 коп.

Комиссия, исследовав материалы дела, доводы Заявителя, приходит к следующим выводам.

Требования к содержанию документации об электронном аукционе установлены статьей 64 Федерального закона № 44-ФЗ.

В соответствии с пунктом 1 части 1 указанной статьи документация об электронном аукционе должна содержать, помимо прочего, наименование и описание объекта закупки и условия контракта в соответствии со [статьей 33](#) Федерального закона № 44-ФЗ.

Согласно пункту 2 части 1 статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ при описании объекта закупки необходимо руководствоваться таким правилом как использование при составлении описания объекта закупки показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии.

В настоящее время в Российской Федерации общие требования к подготовке технических заданий и их оформлению при проведении государственных закупок комплексов рентгеновских для просвечивания и снимков цифровых установлены государственным стандартом «ГОСТ Р 55772-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские электрические. Комплексы рентгеновские для просвечивания и снимков цифровые. Технические требования для государственных закупок».

Характеристики требуемого к поставке рентгенодиагностического комплекса перечислены в части III «Техническое задание» Документации об электронном аукционе.

Установлено, что некоторые перечисленные в Документации об электронном аукционе характеристики товара и указанные в жалобе Общества не содержатся в вышеназванном государственном стандарте.

Также установлено, что Документация об электронном аукционе в редакции, размещенной в единой информационной системе 06 июня 2017 года, не содержит такие оспариваемые Обществом характеристики товара, как «Комплекс должен быть компактным, эргономичным в управлении и рассчитан на оказание высокотехнологичной медицинской помощи при высокой загруженности рентгеновского отделения», «плавное поперечное перемещение деки стола, см, не менее».

Представителем Заказчика в ходе заседания комиссии пояснено и материалами дела подтверждено, что в отношении иных указанных Обществом в жалобе характеристик, а именно «информационные значения должны одновременно отображаться с целью контроля в процессе работы: напряжение и ток трубки при рентгенографии и рентгеноскопии, время экспозиции, частота рентгеноскопии, общее накопленное время рентгеноскопии, угол наклона стола, угол наклона рентгеновского излучателя, высота деки стола», «Три варианта управления наклонами деки стола, высотой деки стола, перемещениями деки стола: дистанционно из пульта, в процедурной на мобильной консоли и на боковой стороне

стола-штатива для удобства укладки пациента и проведения контрастных исследований», «Функция быстрого приведения стола-штатива в горизонтальную и вертикальную позицию нажатием одной кнопки», «Функция возврата рентгеновской трубки в вертикальную позицию нажатием одной кнопки», «Дистанционно управляемое компрессионное устройство: из пультовой и в процедурной» и иных Заказчиком в части III «Техническое задание» Документации об электронном аукционе приведено обоснование их использования. Так, в отношении таких требований указано: «Дополнительные требования к оборудованию для выполнения исследований у пожилых пациентов, а также для нужд научно-исследовательской работы, учебного процесса и повышения эффективности использования оборудования».

Вместе с тем, показатели, требования и терминология, применяемые Заказчиком при описании объекта закупки и отсутствующие в ГОСТ Р 55772-2013 не противоречат названному стандарту, а дополняют его в соответствии с потребностями заказчика, в связи с чем обоснование необходимости их использования при описании объекта закупки не требуется.

Кроме того, нормы данного стандарта позволяют изменять и дополнять перечисленные в нем требования.

Так, пункты 6.1.8, 6.1.9 названного стандарта предоставляют заказчику право указывать характеристики специального программного обеспечения и дополнительного оборудования в соответствии с его потребностями. Пункт 4 примечания к пункту 6.1.15.1 стандарта позволяет изменять базовые показатели поворотного стола-штатива при условии обоснования заказчиком особых условий использования аппаратуры. Согласно пункту 7.2 названного ГОСТ возможно включение в техническое задание дополнительных требований, обоснованных заказчиком с позиций проведения необходимых исследований в соответствии с профилем лечебного учреждения.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 106 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Комиссия

РЕШИЛА:

1. признать жалобу необоснованной;
2. направить копии решения Заявителю, Заказчику.

Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии, может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

<...>

Председатель комиссии

<...>

Члены комиссии

<...>