

## РЕШЕНИЕ № 054/06/67-816/2020

12мая 2020 года

г. Новосибирск

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области по контролю в сфере закупок (Комиссия Новосибирского УФАС России) в составе:

**в присутствии представителя на рассмотрении в дистанционном режиме:**

...

рассмотрев жалобу ФГУП «РМП «Медтехника» на действия аукционной комиссии заказчика – ФГБУ «НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина» Минздрава России при проведении электронного аукциона № 0351100002920000127 на организацию поставки медицинских изделий, начальная (максимальная) цена контракта 62651156,00 рублей, размещен в ЕИС 18.03.2020,

### УСТАНОВИЛА:

В Новосибирское УФАС России обратилось ФГУП «РМП «Медтехника» с жалобой на действия аукционной комиссии заказчика – ФГБУ «НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина» Минздрава России при проведении электронного аукциона № 0351100002920000127 на организацию поставки медицинских изделий.

Суть жалобы ФГУП «РМП «Медтехника» заключается в следующем.

Подателю жалобы было отказано в допуске к участию в электронном аукционе в связи с представлением недостоверной информации о длине 7 см. спирали Penumbra 400 в конфигурации «JSOFT». Согласно брошюре товаров для американского рынка, размещенной на официальном сайте производителя Penumbra, спираль с данной конфигурацией выпускается с длиной 7 см. Согласно указанной брошюре ([https://www.penumbrainc.com/wp-content/uploads/2016/12/7283E\\_PenumbraCoil400\\_Brochure\\_USA.pdf](https://www.penumbrainc.com/wp-content/uploads/2016/12/7283E_PenumbraCoil400_Brochure_USA.pdf)) спирали Penumbra 400 в данном исполнении и с длиной 7 см имеют артикул - **4004J7**. Товар с данным артикулом зарегистрирован на территории Российской Федерации, что подтверждается регистрационным удостоверением РЗН 2018/7956. ФГУП «РМП «Медтехника» считает, что в первой части заявки ФГУП «РМП «Медтехника» отсутствует недостоверная информация о длине спирали.

**На жалобу ФГУП «РМП «Медтехника» от заказчика – ФГБУ «НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина» Минздрава России поступили следующие возражения.**

Брошюра, размещенная по электронному адресу [https://www.penumbrainc.com/wp-content/uploads/2016/12/7283E\\_PenumbraCoil400\\_Brochure\\_USA.pdf](https://www.penumbrainc.com/wp-content/uploads/2016/12/7283E_PenumbraCoil400_Brochure_USA.pdf), утратила свою актуальность по состоянию на апрель-май 2020г.

21.04.2020г. заказчик сделал запрос (исх. № 2942 от 21.04.2020г.) производителю – компании Penumbra Europe GmbH (Германия), подразделение Penumbra Inc. (США) с просьбой представить информацию о том, по какому адресу в сети Интернет находится актуальный каталог или информационная брошюра, где содержатся сведения о доступных к поставке на территорию Российской Федерации на текущий момент видах спиралей эмболизирующих Penumbra 400.

22.04.2020г. поступил ответ на указанный запрос, в соответствии с которым актуальная информация находится в сети «Интернет» по ссылке <https://www.penumbrainc.com/wp-content/uploads/2019/07/7283.H.pdf>. Таким образом, аукционная комиссия, руководствуясь актуальным каталогом, установила, что эмболизирующая спираль Penumbra 400 в исполнении «JSOFT» не имеет длины 7 см.

**Изучив представленные материалы, возражения заказчика, пояснения представителя заказчика, Комиссия Новосибирского УФАС России пришла к следующим выводам.**

Согласно протоколу рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе №0351100002920000127-0 от 07.04.2020г. заявке ФГУП «РМП «Медтехника» (заявка № 107198063) отказано в допуске к участию в аукционе в связи с представлением недостоверной информации.

В п. 4 описания объекта закупки указана длина спирали: не менее 18 значений от 1 см до 60 см (необходимо указать все значения). Участник закупки предложил к поставке товар: «спираль эмболизирующая Penumbra400» производства «Пенумбра, Инк.» (регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7956). Длина спирали, см: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 48, 50, 57, 60».

Аукционная комиссия заказчика установила, что согласно каталогу производителя данная спираль **не имеет длины 7см.**

Комиссией Новосибирского УФАС России установлено, что на официальном сайте производителя спирали Penumbra400 выложена брошюра ([www.penumbrainc.com/wp-content/uploads/2016/12/7283E\\_PenumbraCoil400\\_Brochure\\_USA.pdf](http://www.penumbrainc.com/wp-content/uploads/2016/12/7283E_PenumbraCoil400_Brochure_USA.pdf)). Согласно данной брошюре у спирали конфигурации «JSOFT» имеется длина 7 см. Согласно официальному сайту производителя спирали Penumbra400 ([www.penumbrainc.com](http://www.penumbrainc.com)) конфигурация спирали «JSOFT» на данный момент поставляется на Европейский рынок.

Кроме того, согласно вышеуказанному каталогу производителя спирали Penumbra400 артикул с длиной 7 см имеет обозначение - 4004J7. Данный артикул с длиной 7 см зарегистрирован на территории Российской Федерации, регистрационное удостоверение РЗН 2018/7956, что также подтверждает отсутствие в заявке ФГУП «РМП «Медтехника» недостоверной информации о длине спирали.

Кроме того, из ответа PenumbraEuropeGmbH от 21.04.2020г. не следует, что информация, содержащаяся в каталоге 2016г., является неактуальной, поскольку в каталоге 2019г. информация о конфигурации «JSOFT» вообще не представлена.

Таким образом, не установив документальных доказательств того, что информация, содержащаяся в регистрационном удостоверении РЗН 2018/7956, частично утратила свою актуальность, Комиссия Новосибирского УФАС России пришла к выводу, что аукционная комиссия заказчика нарушила ч. 4 ст. 67 ФЗ № 44-ФЗ.

Вместе с тем, 13 мая 2020г., в период подготовки полного текста решения по данной жалобе, в адрес заказчика, и Новосибирского УФАС России поступила информация от PenumbraEuropeGmbH, что спираль Penumbra 400 с каталожным номером 4004J7 не поставляется и недоступна к заказу на территории РФ.

Ввиду вновь открывшихся обстоятельств, Комиссия Новосибирского УФАС России пришла к выводу, что аукционной комиссией заказчика было принято правомерное решение об отказе в допуске заявке ФГУП «РМП «Медтехника» на том основании, что в ней была представлена недостоверная информация о предложении к поставке спирали Penumbra400 длиной 7 см.

При проведении на основании п. 1 ч. 15 ст. 99 ФЗ № 44-ФЗ внеплановой проверки данной закупки, в том числе всей информации, размещенной в единой информационной системе в рамках данного электронного аукциона, а также действий аукционной комиссии при рассмотрении первых и вторых частей заявок участников, нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок не выявлено.

Руководствуясь ч. 8 ст. 106, п. 1 ч. 15 ст. 99 ФЗ № 44-ФЗ, Комиссия Новосибирского УФАС России

**РЕШИЛА:**

Признать жалобу ФГУП «РМП «Медтехника» на действия аукционной комиссии заказчика – ФГБУ «НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина» Минздрава России при проведении электронного аукциона № 0351100002920000127 на организацию поставки медицинских изделий необоснованной.

*Решение может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его вынесения.*