

РЕШЕНИЕ

13 октября 2009 года г. Смоленск

Резолютивная часть решения оглашена 8 октября 2009 года. Решение в полном объеме изготовлено 13 октября 2009 года.

Комиссия по контролю в сфере размещения заказов Смоленского УФАС России, в составе <...>

в целях осуществления возложенных на Комиссию Смоленского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов (приказ Смоленского УФАС России № 106 от 01.07.2008) функций по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд и во исполнение положений статьи 60 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о размещении заказов), рассмотрев поступившую в адрес Смоленского УФАС России жалобу ООО «ЛЮМЭКС-ЦЕНТРУМ» (вх. № 3378/03 от 01.10.2009) на действия единой комиссии, государственного заказчика – ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» при проведении открытого конкурса на право заключить государственный контракт на поставку лабораторного оборудования для нужд ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»,

УСТАНОВИЛА:

ООО «ЛЮМЭКС-ЦЕНТРУМ» (далее – заявитель) в своей жалобе, озвученной в ходе заседания Комиссии Смоленского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов, указывает на нарушения допущенные единой комиссией государственного заказчика – ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области», выразившиеся в необоснованном, по мнению заявителя, отказе обществу от участия в торгах.

Представитель заявителя А.И. Гремяков в ходе заседания Комиссии Смоленского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов сообщил, что характеристики предлагаемого ООО «ЛЮМЭКС-ЦЕНТРУМ» к поставке лабораторного оборудования «МГА-915МД» полностью соответствуют требованиям заказчика и, более того, превосходят их.

По вопросу соответствия и превосходства, указанных в заявке общества на участие в открытом конкурсе, характеристик предлагаемого к поставке лабораторного оборудования А.И. Гремяков пояснил следующее.

В предлагаемом оборудовании «МГА-915МД» юстировка ламп, требуемая заказчику, не производится и, по мнению заявителя, является его преимуществом по сравнению с другим оборудованием.

Кроме того, А.И. Гремяков также сообщил, что все оборудование подобного плана должно подключаться к трехфазной сети питания на 380 вольт в соответствии с требованиями, предъявляемыми к безопасности их эксплуатации.

Таким образом, по мнению заявителя, оборудование, предлагаемое ООО «ЛЮМЭКС-ЦЕНТРУМ» к поставке, соответствует требованиям заказчика, установленным в конкурсной документации, и превосходит его по вышеуказанным

характеристикам.

На основании вышеизложенного, заявитель просит признать жалобу обоснованной, отменить результаты рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, а также выдать государственному заказчику Предписание об устранении указанных нарушений.

В ходе заседания Комиссии Смоленского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов представитель ответчика - эксперт-физик ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» В.Н. Критченков по сути жалобы пояснил, что требования к техническим характеристикам оборудования устанавливались исходя из потребностей заказчика. Автоматическая юстировка ламп, требуемая заказчику, со слов В.Н. Критченкова, наиболее удобна, так как он самостоятельно будет обслуживать данное оборудование и наличие функции юстировки ламп позволит ему получить наилучшие результаты.

Кроме того, представитель ответчика пояснил, что у государственного заказчика отсутствуют технические условия для подключения предлагаемого к поставке ООО «ЛЮМЭКС-ЦЕНТРУМ» лабораторного оборудования, так как закупка оборудования с питанием от трехфазной сети на 380 вольт потребует дополнительного изменения схемы питания, имеющейся у заказчика, что в свою очередь приведет к дополнительному расходованию бюджетных средств. Согласно представленному на заседание Комиссии Смоленского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов письменному возражению на жалобу участника размещения заказа ООО «ЛЮМЭКС ЦЕНТРУМ» установлено, что конкурсная документация не содержала указание на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименования производителя и была разработана в соответствии с требованиями статьи 22 Закона о размещении заказов. На основании этого предполагаемый к поставке товар не сопровождался словами «или эквивалент» и имел конкретные технические характеристики, указанные в техническом задании конкурсной документации.

Лабораторное оборудование, предложенное ООО «ЛЮМЭКС-ЦЕНТРУМ» по некоторым техническим характеристикам не соответствовало требованиям, установленным государственным заказчиком, а именно: заказчиком в конкурсной документации было установлено требование об автоматической юстировке ламп в двух плоскостях и питание должно осуществляться от электрической сети однофазного переменного тока ($220 \pm 10\%$ В, 50 Гц), в то время как обществом были предложены иные технические характеристики, предполагающие питание спектрометра от электрической трехфазной сети переменного тока ($380 \pm 10\%$ В, 50 Гц) без проведения автоматической юстировки ламп.

Таким образом заявка ООО «ЛЮМЭКС-ЦЕНТРУМ» была отклонена из-за несоответствия поставляемого оборудования пунктам 2.1.5, 2.1.11 технического задания конкурсной документации. При этом для государственного заказчика вышеуказанные технические характеристики являются существенными, так как в предполагаемом месте установки лабораторного оборудования отсутствует возможность подключения спектрометра, предлагаемого ООО «ЛЮМЭКС-ЦЕНТРУМ» и автоматическая юстировка ламп в двух плоскостях наиболее удобна для ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области».

Кроме того, представителем государственного заказчика в ходе заседания Комиссии Смоленского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов была представлена справка ведущего инженера ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» Т.Д. Девяткиной. Из данной справки

следует, что состояние электропроводки и распределение нагрузки по фазам питающей сети в санитарно-гигиенической лаборатории ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» в месте подключения атомного спектрометра позволяет использовать ее без ощутимого влияния на работу электрооборудования лаборатории. Кроме того, также в ней указано, что подведение трехфазной сети к месту подключения спектрометра в 2009 году не планируется. На основании вышеизложенного государственный заказчик считает, что жалоба участника размещения заказа ООО «ЛЮМЭКС-ЦЕНТРУМ» необоснована.

В ходе внеплановой проверки соблюдения законодательства в сфере размещения заказов при размещении заказа, являющегося предметом рассмотрения жалобы, проведенной в соответствии с частью 5 статьи 17 Закона о размещении заказов, Комиссией Смоленского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов было установлено следующее.

Государственным заказчиком - ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» 13.08.2009 на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов было размещено извещение о проведении открытого конкурса на право заключить государственный контракт на поставку лабораторного оборудования.

В пункте 12 информационной карты конкурсной документации заказчиком были установлены требования к описанию предлагаемого к поставке товара по форме, прилагаемой в технической части конкурсной документации.

В соответствии с частью 2 статьи 22 Закона о размещении заказов конкурсная документация должна содержать требования, установленные заказчиком, уполномоченным органом, к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика.

Таким образом, государственным заказчиком при установлении вышеуказанных технических характеристик положения Закона о размещении заказов нарушены не были.

При анализе Комиссией Смоленского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов поданной на участие в открытом конкурсе заявки ООО «ЛЮМЭКС-ЦЕНТРУМ» установлено, что данным участником размещения заказа были указаны технические характеристики предлагаемого к поставке лабораторного оборудования отличные от заявленных требований заказчика, в части требуемого параметра питания сети и автоматической юстировки ламп. На основании вышеизложенного Комиссия Смоленского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов пришла к выводу о том, что единая комиссия государственного заказчика правомерно отказала ООО «ЛЮМЭКС-ЦЕНТРУМ» в допуске к участию в открытом конкурсе на основании пункта 4 части 1 статьи 12, части 1 статьи 27 Закона о размещении заказов, так как заявка не соответствовала требованиям к техническим характеристикам закупаемого товара, указанным в конкурсной документации.

Также в ходе проведения внеплановой проверки установлено, что данный участник размещения заказа не воспользовался правом направления в адрес государственного заказчика запроса о разъяснении положений конкурсной документации, предусмотренным частью 1 статьи 24 Закона о размещении заказов.

В ходе проведенной внеплановой проверки нарушений действующего

законодательства в сфере размещения заказов при проведении обжалуемого открытого аукциона не выявлено.

На основании вышеизложенного Комиссия Смоленского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов пришла к выводу о том, что открытый конкурс проведен в соответствии с требованиями Закона о размещении заказов, права и законные интересы участников размещения заказа, в том числе и ООО «ЛЮМЭКС-ЦЕНТРУМ», не нарушены.

Таким образом, изучив все материалы по жалобе, заслушав представителей заявителя и ответчика, руководствуясь частью 6 статьи 60 Закона о размещении заказов Комиссия Смоленского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов,

РЕШИЛА:

Признать жалобу ООО «ЛЮМЭКС-ЦЕНТРУМ» на действия единой комиссии, государственного заказчика – ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» при проведении открытого конкурса на право заключить государственный контракт на поставку лабораторного оборудования для нужд ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области», необоснованной.

В соответствии с частью 9 статьи 60 Закона о размещении заказов решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии, может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

Подписи членов комиссии <...>