РЕШЕНИЕ

по делу № 674/2019 - КС о нарушении

законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

17 мая 2019 года г. Краснодар

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Комиссия) рассмотрев жалобу ООО «Сегмент-А» (далее – Заявитель) на действия ГБУЗ «Городская поликлиника № 15 г. Краснодара» МЗ КК (далее - Заказчик) при проведении электронного аукциона: «Поставка индикаторов контроля стерилизации» (извещение № 0318300187719000035), в части нарушения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закон о контрактной системе),

УСТАНОВИЛА:

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю поступила жалоба Заявителя о нарушении Закона о контрактной системе.

Заявитель обжалует положения аукционной документации.

Согласно представленным пояснениям, Заказчик с доводами Заявителя согласен. Аукционная документация содержит техническую ошибку.

Рассмотрев представленные материалы, Комиссия пришла к следующим выводам.

ГБУЗ «Городская поликлиника № 15 г. Краснодара» МЗ КК проводился электронный аукцион: «Поставка индикаторов контроля стерилизации» (извещение № 0318300187719000035).

Начальная (максимальная) цена контракта – 35 900,00 руб.

Согласно ч.3 ст.7 Закона о контрактной системе информация, предусмотренная настоящим Федеральным законом, и размещенная в

единой информационной системе, должна быть полной и достоверной.

В соответствии с п.1) ч.1 ст.64 Закона о контрактной системе аукционная документация должна содержать наименование и описание объекта закупки и условия контракта в соответствии с ст. 33 настоящего закона, в том числе обоснование начальной (максимальной) цены контракта.

Согласно п.1) ч.1 ст.33 Закона о контрактной системе в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования или указания влекут за собой ограничение количества участников закупки. Допускается использование в описании объекта закупки указания на товарный знак при условии сопровождения такого указания словами "или эквивалент" либо при условии несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, либо при условии закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.

Наименование /п товара, входящего в объект закупки	**Код ОКПД2**	**Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам, в соответствии с которыми будет устанавливаться эквивалентность/соответствие**		**Ед. изм.**	**Кол-во**
		Наименование показателя, ед. изм. показателя	**Описание, значение**		
2	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Индикатор контроля **паровой** стерилизации	20.59.52.192	Назначение	для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных паровой стерилизации - температуры, времени, наличия водяного пара в камере паровых стерилизаторов с удалением воздуха методом продувки пара	упак	40
		Класс 4 (многопеременные индикаторы)	наличие		
		Место помещения в камере стерилизатора снаружи стерилизуемых изделий	наличие		
		Цветовой переход от начального зеленого к конечному коричневому	наличие		
		Липкий слой	наличие		
		Режим **воздушной** стерилизации (температура,			

°С /время, мин / давление пара, Мпа)	180/60
Контрольные значения (температура,°С/время, мин)	177/60
Журнал контроля работы стерилизаторов (Ф.257/у)	наличие
Гарантийный срок годности мес.	не менее 36
Количество в упаковке шт.	1000

В наименовании товара Заказчик указывает индикатор контроля паровой стерилизации, при этом в наименовании показателя указан режим воздушной стерилизации.

Таким образом, положения документации противоречат ч.3 ст.7, п.1) ч.1 ст.33 Закона о контрактной системе.

Комиссия, руководствуясь ч. 1, 3, 4 ст. 105 и на основании ч. 22, 23 ст. 99, ч. 8 ст. 106 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,

РЕШИЛА:

1. Признать жалобу ООО «Сегмент-А» обоснованной.

2. Признать в действиях ГБУЗ «Городская поликлиника № 15 г. Краснодара» МЗ КК нарушение ч.3 ст.7, п.1) ч.1 ст.33 Закона о контрактной системе.

3. Заказчику - ГБУЗ «Городская поликлиника № 15 г. Краснодара» МЗ КК выдать предписание об устранении нарушения Закона о контрактной системе.

4. Передать материалы для решения вопроса о возбуждении административного производства уполномоченному должностному лицу.

Настоящее Решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев с даты его принятия.

ПРЕДПИСАНИЕ № 209

по делу № 674/2019 - КС о нарушении

законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

17 мая 2019 года г. Краснодар

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Комиссия) на основании своего решения от 17.05.2019 г. по делу № 674/2019 – КС, принятого по результатам рассмотрения жалобы ООО «Сегмент-А» на действия ГБУЗ «Городская поликлиника № 15 г. Краснодара» МЗ КК при проведении электронного аукциона: «Поставка индикаторов контроля стерилизации» (извещение № 0318300187719000035) руководствуясь ч. 15, ч. 22, ч. 23 ст. 99, ч. 8 ст. 106 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - Закон о контрактной системе) предписывает:

1. Заказчику - ГБУЗ «Городская поликлиника № 15 г. Краснодара» МЗ КК устранить нарушение ч.3 ст.7, п.1) ч.1 ст.33 Закона о контрактной системе:

- отменить протоколы, составленные в ходе размещения закупки;

- внести изменения в документацию электронного аукциона в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе и с учетом решения от 17.05.2019 г. по делу № 674/2019 – КС;

2. Продлить срок окончания подачи заявок в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе; назначить новую дату окончания срока подачи заявок; назначить новую дату окончания срока рассмотрения заявок, дата проведения электронного аукциона.

3. Оператору электронной площадки обеспечить возможность исполнения предписания. Уведомить участников закупки, подавших заявки, об отмене протоколов и внесения изменений в документацию электронного аукциона.

4. Настоящее предписание должно быть исполнено в течение 10-ти рабочих дней со дня его размещения в ЕИС.

5. В срок до 10.06.2019 г. представить в Краснодарское УФАС России доказательства исполнения настоящего предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его вынесения.

В случае неисполнения данного предписания, Краснодарское УФАС России на основании ч.25 ст.99 Закона о контрактной системе вправе применить меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.