

РЕШЕНИЕ

по результатам рассмотрения жалобы ООО «Лепесток» на действия аукционной комиссии — управления государственного заказа и организации торгов Воронежской области

(дело № 394-з)

07.11.2012г.

г.Воронеж

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области по контролю в сфере размещения заказов в составе: <...> - председатель Комиссии; <...> - заместитель председателя Комиссии; <...> - член Комиссии,

в присутствии:

представителя Управления государственного заказа и организации торгов Воронежской области: <...>;

представителей Департамента здравоохранения Воронежской области: <...>; <...>;

в отсутствие представителей ООО «Лепесток»,

рассмотрев жалобу ООО «Лепесток» на действия аукционной комиссии управления государственного заказа и организации торгов Воронежской области при проведении открытого аукциона в электронной форме на поставку медицинского оборудования (0131200001012003062), **установила:**

30.10.2012 года в Управление Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области поступила жалоба ООО «Лепесток» (далее – Заявитель) на действия аукционной комиссии управления государственного заказа и организации торгов Воронежской области при проведении открытого аукциона в электронной форме на поставку медицинского оборудования (0131200001012003062) (далее – ОАЭФ).

О времени и месте рассмотрения жалобы стороны были уведомлены посредством факсимильной и почтовой связи и публично путем размещения информации о рассмотрении жалобы на официальном сайте в сети Интернет.

По мнению Заявителя аукционной комиссией — Управления государственного заказа и организации торгов Воронежской области незаконно была отклонена первая часть заявки ООО «Лепесток» на участие в ОАЭФ, по причине предоставления сведений предлагаемого к поставке товара, не соответствующих требованиям, установленным документацией ОАЭФ.

Представители Департамента здравоохранения Воронежской области и Управления государственного заказа и организации торгов Воронежской области доводы Заявителя считают необоснованными, а жалобу не подлежащей удовлетворению.

Изучив материалы дела, предоставленные доказательства, а также принимая во внимание результаты внеплановой проверки, руководствуясь частью 5 статьи 17 Закона о размещении заказов, Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области по контролю в сфере размещения заказов (Комиссия) пришла к следующим выводам.

Уполномоченным органом — Управлением государственного заказа и организации торгов Воронежской области на официальном сайте в сети «Интернет» было размещено извещение о проведении ОАЭФ при проведении открытого аукциона в электронной форме на поставку медицинского оборудования (0131200001012003062).

В соответствии с частью 1 статьи 41.6 Закона о размещении заказов документация об открытом аукционе в электронной форме должна соответствовать требованиям, предусмотренным частями 1 - 3.2, 4.1 - 6 статьи 34 Закона о размещении заказов, в том числе содержать требования установленные заказчиком, уполномоченным

органом, к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика.

В ходе рассмотрения жалобы Комиссией было установлено, что в документации ОАЭФ были установлены требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и качественным характеристикам товаров, в частности «наркозный аппарат с компрессором и модулем»:

6 Дыхательный объем	не менее от 20 до 1500 мл.
7 Частота циклов дыхания	не менее от 4 до 60 циклов в мин.
8 Время вдоха	не менее от 20 до 70% от дыхательного цикла.
10 Минутная вентиляция	не менее от 0,5 до 25 л/мин.
11 Рабочее давление	не менее от 10 до 70 см н2о.
12 Диапазон чувствительности триггера	1-20 л/мин
15 Давление питания газов	не менее от 3 до 6 бар.

Пунктом 1 части 4 статьи 41.8 Закона о размещении заказов устанавливается, что первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать:

а) согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме, или указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак;

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак.

При этом, в соответствии с пунктом 4 статьи 41.9 Закона о размещении участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае:

1) непредоставления сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 Закона о размещении заказов или предоставления недостоверных сведений (в том числе при указании конкретных показателей товара);

2) несоответствия сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 Закона о размещении заказов требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе при указании конкретных показателей товара). ООО «Лепесток» в своей заявке по позиции «наркозный аппарат с компрессором и модулем» было предложено:

6 Дыхательный объем	не менее от 10 до 1500 мл.
7 Частота циклов дыхания	не менее от 3 до 80 циклов в мин.
8 Время вдоха	0,1-8,6 с
10 Минутная вентиляция	не менее от 0,3 до 25 л/мин.
11 Рабочее давление	не менее от 0,5 до 70 см н2о.
12 Диапазон чувствительности триггера	0,5-20 л/мин
15 Давление питания газов	не менее от 1,5 до 6 бар.

что не соответствует требованиям, установленным в документации ОАЭФ, и послужило причиной отклонения первой части заявки ООО «Лепесток».

С учетом изложенного, Комиссия приходит к выводу об отсутствии в действиях аукционной комиссии Управления государственного заказа и организации торгов Воронежской области нарушений законодательства о размещении заказов.

Руководствуясь статьей 60 Закона о размещении заказов, Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области по контролю в сфере размещения заказов решила:

Признать жалобу ООО «Лепесток» на действия аукционной комиссии управления государственного заказа и организации торгов Воронежской области при проведении открытого аукциона в электронной форме на поставку медицинского оборудования (0131200001012003062) необоснованной.

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

Резолютивная часть настоящего решения объявлена 07.11.2012 года.

В полном объеме решение изготовлено 08.11.2012 года.

Председатель Комиссии

Заместитель председателя комиссии

Член Комиссии