

РЕШЕНИЕ

по жалобе № 05-05-06/138-12

о нарушении законодательства о размещении заказов

Резолютивная часть решения объявлена 24.12.2012 года.

Решение в полном объеме изготовлено 27.12.2012 года.

Комиссия Тывинского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов в составе:

Председатель Комиссии – Долгих О.М. – руководитель Тывинского УФАС России,

членов Комиссии:

Хаджиев Ф.А. – заместитель руководителя - начальник отдела контроля размещения государственного заказа и антимонопольного контроля органов власти,

Монгуш С.Ю. – главный государственный инспектор отдела контроля размещения государственного заказа и антимонопольного контроля органов власти;

Хураган Н.И. – государственный инспектор отдела контроля размещения государственного заказа и антимонопольного контроля органов власти;

Ооржак А.О. – специалист-эксперт отдела контроля размещения государственного заказа и антимонопольного контроля органов власти;

Жарков И.В. – специалист 1 разряда отдела контроля размещения государственного заказа и антимонопольного контроля органов власти;

При участии в рассмотрении жалобы:

от государственного заказчика:

– (...) – главный специалист группы по управлению закупками для государственных и муниципальных нужд Министерства здравоохранения и социального развития Республики Тыва, действующий на основании доверенности от 20.03.2012 года;

- (...) – главный врач ГБУЗ РТ «Республиканская детская больница», действующий на основании доверенности от 24.12.2012 года,

От уполномоченного органа:

- (...) – главный специалист Департамента государственных закупок Министерства финансов Республики Тыва, действующий на основании доверенности № (...) года,

От подателя жалобы ООО «Энергия-Криосиб» поступило ходатайство о рассмотрении жалобы в отсутствие представителя (вх. № 7289 от 21.12.2012 года),

рассмотрев жалобу (вх. № 7185 от 18.12.2012 года) ООО «Энергия-Криосиб» (...) на действия аукционной комиссии при проведении открытого аукциона в электронной форме № 0312200002412001688 на право заключения государственного контракта на поставку кислородной станции системой подачи кислорода пациентам в рамках программы «Модернизация здравоохранения Республики Тыва на 2011-2012 г.г.» и в результате осуществления внеплановой камеральной проверки в соответствии с частью 5 статьи 17 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее Закон о размещении заказов), Административным регламентом, утвержденным приказом ФАС России от 24.06.2012 г. № 498,

УСТАНОВИЛА:

Жалоба подготовлена в соответствии с требованиями статьи 58 Закона о размещении заказов и подана в срок, установленный частью 2.1 статьи 57 Закона о размещении заказов. В связи с этим жалоба была принята Тывинским УФАС России к рассмотрению.

Тывинским УФАС России в адрес государственного заказчика, уполномоченного органа, подателя жалобы, электронной торговой площадки были направлены уведомления о содержании жалобы, сообщение о месте и времени ее рассмотрения.

Согласно доводам ООО «Энергия-Криосиб», его права нарушены тем, что аукционной комиссией необоснованно отклонена первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме № 0312200002412001633 на право заключения государственного контракта на поставку кислородного концентратора с системой подачи кислорода пациентам. Указание в аукционной документации на клапанную систему «Zilberman» никакой дополнительной информации о технических характеристиках для участника размещения заказа не несет, никакой определенным стандарт не подразумевает и не может подразумевать. Стандарты разъемных соединений обозначаются совсем иными символами.

ООО «Энергия-Криосиб» при формировании первой части заявки выразило свое согласие на поставку оборудования и подобрало эквивалент в точной мере соответствующий по своим характеристикам требованиям аукционной документации и указало в п. 2.5 производителя: UAB Medical Technologies LBI, Литва.

Оба упомянутых производителя UAB Medical Technologies LBI, Литва и Silbermann Technologies Ltd Израиль активно применяют в своих изделиях клапанные системы тех стандартов подключения к сопутствующему оборудованию, которые использует заказчик в медицинской практике, что соответственно унифицирует выпускаемую продукцию.

Представитель государственного заказчика – Министерства здравоохранения и социального развития Республики Тыва (...) не согласился с поданной жалобой, пояснив, что предметом государственного контракта, заключаемого по результатам открытого аукциона в электронной форме является кислородный концентратор с системой подачи кислорода пациентам. В техническом задании аукционной документации были установлены требования, в том числе, к прикроватным модулям (медицинским консолям). Основным требованием по доставке кислорода является устройство кислородного клапана. У разных фирм производителей клапанные системы разные.

При рассмотрении первой части заявки подателя жалобы аукционная комиссия установила, что в пунктах 2.5 и п.26 участник размещения заказа не указал торговый знак и конкретные характеристики поставляемого товара, что не соответствовало пункту 2 части 4 статьи 41.8 Закона о размещении заказов.

В техническом задании же заказчик установил требование о необходимости к поставке клапанных систем фирмы Silbermann.

Представитель уполномоченного органа поддержал доводы представителя государственного заказчика.

Рассмотрев жалобу, выслушав доводы сторон и проведя внеплановую камеральную проверку открытого аукциона в электронной форме № 0312200002412001688 на право заключения государственного контракта на поставку кислородного концентратора с системой подачи кислорода пациентам в рамках программы «Модернизация здравоохранения Республики Тыва на 2011-2012 г.г.», Комиссия Тывинского УФАС России приходит к следующему.

На официальном сайте в сети Интернет www.zakupki.gov.ru размещено извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме № 0312200002412001688 на право заключения государственного контракта на поставку кислородного концентратора с системой подачи кислорода пациентам в рамках программы «Модернизация здравоохранения Республики Тыва на 2011-2012 г.г.», начальная (максимальная) цена контракта – 8 500 000 рублей.

Государственным заказчиком выступает Министерство здравоохранения и социального развития Республики Тыва, уполномоченным органом является Министерство финансов Республики Тыва.

Согласно протоколу рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме № 0312200002412001688 от 10.12.2012 года, до окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме было подано 2 заявки с порядковыми номерами 1, 2.

Рассмотрев первые части заявок участников размещения заказа, аукционная комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника под номером 1 на основании пункта 2 части 4 статьи 41.9 Закона о размещении заказов, «предлагаемое оборудование «Провита 250» не соответствует требованиям заказчика, не совместимо с оборудованием, имеющимся у заказчика».

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 41.6 Закона о размещении заказов документация об открытом аукционе в электронной форме наряду с предусмотренными **частью 3** настоящей статьи сведениями должна содержать сведения о товарах, работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых размещается заказ, и об условиях исполнения контракта, требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика. При этом должны быть указаны используемые для определения соответствия потребностям заказчика или эквивалентности предлагаемого к поставке или к использованию при выполнении работ, оказании услуг товара максимальные и (или) минимальные значения таких показателей и показатели, значения которых не могут изменяться.

Согласно части 1 статьи 41.6 Закона о размещении заказов, документация об открытом аукционе в электронной форме должна соответствовать требованиям, предусмотренным **частями 1 - 3.2, 4.1 - 6 статьи 34** настоящего Федерального закона.

В силу части 3 статьи 34 Закона о размещении заказов документация об аукционе может содержать указание на товарные знаки. В случае, если в документации об аукционе содержится указание на товарные знаки в отношении товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в документации об аукционе также должно содержаться указание на товарный знак в отношении товара российского происхождения (при наличии информации о товаре российского происхождения, являющемся эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств). При указании в документации об аукционе на товарные знаки они должны сопровождаться словами "или эквивалент", за исключением случаев несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев размещения заказов на поставки запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.

В соответствии с частью 1 статьи 41.8 Закона о размещении заказов для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей (часть 2 статьи 41.8 Закона о размещении заказов).

Согласно части 4 статьи 41.8 Закона о размещении заказов, первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих подпунктов сведения:

1) при размещении заказа на поставку товара:

а) согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме, или указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак;

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак.

В соответствии с частью 1 статьи 41.9 Закона о размещении заказов аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащие предусмотренные [частью 4 статьи 41.8](#) настоящего Федерального закона сведения, на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.

На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащих сведения, предусмотренные [частью 4 статьи 41.8](#) настоящего Федерального закона, аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в открытом аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей статьей (часть 3 статьи 41.9 Закона о размещении заказов).

Согласно части 4 статьи 41.9 Закона о размещении заказов, участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае:

- 1) непредоставления сведений, предусмотренных [частью 4 статьи 41.8](#) настоящего Федерального закона, или предоставления недостоверных сведений;
- 2) несоответствия сведений, предусмотренных [частью 4 статьи 41.8](#) настоящего Федерального закона, требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме.

Отказ в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме по основаниям, не предусмотренным [частью 4](#) настоящей статьи, не допускается (часть 5 статьи 41.9 Закона о размещении заказов).

В ходе рассмотрения жалобы и проведения внеплановой камеральной проверки материалов открытого аукциона в электронной форме № 0312200002412001688 Комиссия Тывинского УФАС России установила, что документация открытого аукциона в электронной форме № 0312200002412001688 предусматривала возможность представления участниками размещения заказа эквивалента поименованных в ней товаров, в том числе, клапанных систем прикроватного модуля. При этом, технических характеристик, по которым могла быть определена эквивалентность предлагаемой продукции, в нарушение пункта 1 части 4 статьи 41.6 Закона о размещении заказов аукционная документация не содержит.

При таких обстоятельствах, у аукционной комиссии отсутствовали основания полагать, что первая часть заявки ООО «Энергия-Криосиб» не соответствовала потребностям заказчика, а предложенная клапанная система прикроватного модуля не является эквивалентом заявленному. При наличии клапанной системы, несовместимой с уже используемым прикроватным модулем, из документации об аукционе должны быть исключены сведения о допустимости использования эквивалента.

Таким образом, аукционная комиссия открытого аукциона в электронной форме № 0312200002412001688 на право заключения государственного контракта на поставку кислородного концентратора с системой подачи кислорода пациентам в нарушение пункта 2 части 4 статьи 41.9 Закона о размещении заказов необоснованно отклонила первую часть заявки ООО «Энергия-Криосиб», как не соответствующую требованиям, установленным аукционной документацией.

Также в ходе проведения внеплановой камеральной проверки открытого аукциона в электронной форме № 0312200002412001688 на право заключения государственного контракта на поставку кислородного концентратора с системой подачи кислорода пациентам Комиссия Тывинского УФАС России выявила нарушения части 4 статьи 19.1 Закона о размещении заказов в части не соблюдения порядка формирования начальной (максимальной) цены контракта.

Согласно приложению № 1 аукционной документации, в качестве обоснования начальной (максимальной) цены контракта государственный заказчик применил единый реестр государственных контрактов, размещенный на официальном сайте: государственный контракт № 0154200000712000932-01 на сумму 8 046 250 рублей и государственный контракт № 2011.20068 от 01.08.2011 года на сумму 9 000 000 рублей.

Предмет государственного контракта «Кислородная станция с системой подачи кислорода пациентам» в соответствии с извещением о проведении открытого аукциона в электронной форме отнесен к коду ОКДП № 3311329 «Оборудование и агрегаты медицинские прочие».

Однако в соответствии с базой данных о зарегистрированных медицинских изделиях (изделиях медицинского назначения), размещенной на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития www.roszdravnadzor.ru кислородная станция относится к коду ОКП 944460 «Аппараты ингаляционного наркоза, вентиляции легких, аэрозольтерапии, компенсации и лечения кислородной недостаточности», что соответствует коду ОКДП № 3311266 под наименованием «Аппарат кислородной терапии».

В свою очередь, участник под номером 2, допущенный к участию в открытом аукционе в электронной форме, предложил в первой части заявки кислородную систему «Oxuplus Premium» с принадлежностями производства фирмы «Новэйр САС», Франция.

В соответствии с регистрационным удостоверением № ФСЗ 2010/06603 от 22.04.2010 года система генерирования кислорода «Oxuplus Premium» с принадлежностями производства фирмы «Новэйр САС», Франция относится также к коду ОКП 94 4460, класс потенциального риска 2а.

В соответствии с пунктом 6.1 части 3 статьи 41.6 Закона о размещении заказов документация об открытом аукционе в электронной форме должна содержать обоснование начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) в соответствии с положениями [статьи 19.1](#) настоящего Федерального закона.

Согласно части 4 статьи 19.1 Закона о размещении заказов, Правительство Российской Федерации вправе устанавливать порядки формирования начальных (максимальных) цен контрактов (цен лотов) на отдельные виды товаров, работ, услуг для целей включения таких цен в конкурсную документацию, документацию об аукционе (в том числе в документацию об открытом аукционе в электронной форме), в извещении о проведении запроса котировок, в том числе устанавливать закрытый перечень источников информации о ценах товаров, работ, услуг.

Постановлением Правительства РФ от 03.11.2011 N 881 утверждены Правила формирования начальных (максимальных) цен контрактов (цен лотов) на отдельные виды медицинского оборудования для целей их включения в документацию о торгах на поставку такого оборудования (далее – Правила формирования начальных максимальных цен). Указанное Постановление Правительства

Российской Федерации действует с 19.11.2011 года.

Согласно пункту 2 Правил формирования начальных максимальных цен, Правила применяются заказчиками, уполномоченными органами при формировании начальных (максимальных) цен контрактов (цен лотов) на поставку медицинского оборудования в соответствии с кодами Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОК 004-93) 3311225, 3311231 - 3311233, 3311239, 3311241, 3311242, 3311262, 3311265, 3311266, 3311268, 3311269, 3592201, 3592202.

Закупаемое государственным заказчиком медицинское оборудование «Кислородная станция с системой подачи кислорода пациентам» относится к коду ОКДП № 3311266 под наименованием «Аппарат кислородной терапии».

В соответствии с пунктом 3 Правил формирования начальных максимальных цен, закрытый перечень источников информации о ценах на медицинское оборудование включает:

а) предложения о ценах на медицинское оборудование, полученные от производителей медицинского оборудования и (или) уполномоченных представителей производителей медицинского оборудования (далее соответственно - производители, уполномоченные представители);

б) реестр государственных контрактов, заключенных от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных контрактов, заключенных от имени муниципального образования, а также гражданско-правовых договоров федеральных бюджетных учреждений, бюджетных учреждений субъектов Российской Федерации, муниципальных бюджетных учреждений, размещаемый на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) (далее - реестр контрактов).

В силу пункта 4 Правил формирования начальных максимальных цен Правила подлежат применению при размещении заказов на поставку медицинского оборудования в случае, если предполагаемая начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает 500 тыс. рублей.

Таким образом, государственные заказчики обязаны применять Правила формирования начальных максимальных цен контрактов на поставку медицинского оборудования в соответствии с кодами Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОК 004-93), в том числе с кодом ОКДП № 3311266, и в случае, если начальная (максимальная) цена контракта превышает 500 000 рублей.

В соответствии с пунктом 6 Правил формирования начальных максимальных цен выбор разных производителей взаимозаменяемого медицинского оборудования осуществляется заказчиком из числа производящих медицинское оборудование, удовлетворяющее потребностям заказчика, в том числе с использованием базы данных зарегистрированных изделий медицинского назначения, размещаемой на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.

Заказчик выбирает не менее 5 производителей либо всех имеющихся производителей, если их количество менее 5, сведения о которых содержатся в базе данных зарегистрированных изделий медицинского назначения.

Согласно пункту 7 Правил формирования начальных максимальных цен, на основе сформированного перечня производителей заказчик одновременно направляет производителям посредством одинаковых средств связи (почтовой и (или) электронной связи) одинаковые по содержанию запросы о цене на медицинское оборудование, удовлетворяющее потребностям заказчика (далее - запрос о цене), которые должны содержать:

а) подробное описание предполагаемого к закупке медицинского оборудования, в том числе:

- требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам, упаковке, отгрузке, году выпуска медицинского оборудования и иные показатели, связанные с определением соответствия медицинского оборудования потребностям заказчика;

- количество предполагаемого к закупке медицинского оборудования;

- требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества, обслуживанию медицинского оборудования, расходам на эксплуатацию, обязательности осуществления монтажа и наладки медицинского оборудования, а также к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание медицинского оборудования;

- место, условия и сроки (периоды) поставки медицинского оборудования;

- порядок формирования предлагаемой цены на медицинское оборудование (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);

- сведения о валюте, используемой для формирования начальной (максимальной) цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками);

- порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного контракта;

б) запрос информации о лицах, являющихся уполномоченными представителями, с целью последующего направления указанным лицам запроса о цене;

в) информацию о том, что для формирования начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) заказчиком учтены предложения производителей и (или) уполномоченных представителей о ценах на медицинское оборудование, поступившие в 15-дневный срок со дня направления заказчиком, уполномоченным органом соответствующего запроса о цене.

На основе предложений о ценах на медицинское оборудование, полученных от производителей и (или) уполномоченных представителей, заказчик, уполномоченный орган устанавливают начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), равную средней цене (либо не более средней цены) предполагаемого к закупке медицинского оборудования (пункт 8 Правил формирования начальных максимальных цен).

При этом не применяются в качестве обоснования начальной (максимальной) цены контракта реестры государственных контрактов, заключенных от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных контрактов, заключенных от имени муниципального образования.

Таким образом, в нарушение пункта 6.1 части 3 статьи 41.6, части 4 статьи 19.1 Закона о размещении заказов и Правил формирования

начальных максимальных цен государственным заказчиком – Министерством здравоохранения и социального развития Республики Тыва при размещении открытого аукциона в электронной форме № 0312200002412001688 на право заключения государственного контракта на поставку кислородной станции с системой подачи кислорода пациентам в рамках программы «Модернизация здравоохранения Республики Тыва на 2011-2012 г.г.» не соблюден порядок формирования начальной (максимальной) цены.

Документы, подтверждающие направление производителям медицинского оборудования запросов о цене кислородной станции с системой подачи кислорода пациентам, Министерством здравоохранения и социального развития Республики Тыва в ходе рассмотрения жалобы не представлены.

На основании изложенного, руководствуясь частями 5, 9 статьи 17, частью 6 статьи 60 Закона о размещении заказов, Административным регламентом, утвержденным приказом ФАС России от 24.06.2012 г. № 498 Комиссия Тывинского УФАС России,

РЕШИЛА:

1. Признать жалобу ООО «Энергия-Криосиб» обоснованной.
2. Признать аукционную комиссию открытого аукциона в электронной форме 0312200002412001688 на право заключения государственного контракта на поставку кислородной станции с системой подачи кислорода пациентам в рамках программы «Модернизация здравоохранения Республики Тыва на 2011-2012 г.г.» нарушившей пункт 2 части 4 статьи 41.9 Закона о размещении заказов в части необоснованного отклонения первой части заявки участника размещения заказа под номером 1 (ООО «Энергия-Криосиб»).
3. Признать государственного заказчика – Министерство здравоохранения и социального развития Республики Тыва нарушившим пункт 1 части 4 статьи 41.6, часть 3 статьи 34, пункт 6.1 части 3 статьи 41.6, часть 4 статьи 19.1 Закона о размещении заказов, постановление Правительства Российской Федерации от 02.11.2011 года № 881 «О порядке формирования начальных (максимальных) цен контрактов (цен лотов) на отдельные виды медицинского оборудования для целей их включения в документацию о торгах на поставку такого оборудования».
4. Выдать государственному заказчику – Министерству здравоохранения и социального развития Республики Тыва и уполномоченному органу – Министерству финансов Республики Тыва предписание о прекращении нарушений законодательства о размещении заказов.

Председатель Комиссии

О.М. Долгих

Члены Комиссии

Ф.А. Хаджиев
С.Ю. Монгуш
Н.И. Хураган
А.О. Ооржак
И.В. Жарков

Примечание:

Решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

ПРЕДПИСАНИЕ

по жалобе № 05-05-06/138-12 об устранении нарушений законодательства Российской Федерации о размещении заказов

Резолютивная часть предписания оглашена 24.12.2012 года.

Предписание в полном объеме изготовлено 27.12.2012 года.

Председатель Комиссии – Долгих О.М. – руководитель Тывинского УФАС России,

членов Комиссии:

Хаджиев Ф.А. – заместитель руководителя - начальник отдела контроля размещения государственного заказа и антимонопольного контроля органов власти,

Монгуш С.Ю. – главный государственный инспектор отдела контроля размещения государственного заказа и антимонопольного контроля органов власти;

Хураган Н.И. – государственный инспектор отдела контроля размещения государственного заказа и антимонопольного контроля органов власти;

Ооржак А.О. – специалист-эксперт отдела контроля размещения государственного заказа и антимонопольного контроля органов власти;

Жарков И.В. – специалист 1 разряда отдела контроля размещения государственного заказа и антимонопольного контроля органов власти;

на основании своего решения от 27.12.2012 г. по делу № 05-05-06/138-12, принятого Комиссией Тывинского УФАС России по итогам рассмотрения жалобы (вх. № 7185 от 18.12.2012 года) ООО «Энергия-Криосиб» (...) на действия аукционной комиссии при проведении открытого аукциона в электронной форме № 0312200002412001688 на право заключения государственного контракта на поставку кислородного концентратора с системой подачи кислорода пациентам в рамках программы «Модернизация здравоохранения Республики Тыва на 2011-2012 г.г.» и проведения внеплановой проверки, руководствуясь частями 5, 9 статьи 17, частью 6 статьи 60 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее Закон о размещении заказов), предписывает:

1. Государственному заказчику – Министерству здравоохранения и социального развития Республики Тыва и уполномоченному органу – Министерству финансов Республики Тыва прекратить нарушения Закона о размещении заказов, а именно **в срок до 11.01.2013 года** отменить протокол рассмотрения первых частей заявок от 10.12.2012 года, протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от 11.12.2012 года и аннулировать открытый аукцион в электронной форме № 0312200002412001688 на право заключения государственного контракта на поставку кислородной станции системой подачи кислорода пациентам в рамках программы «Модернизация здравоохранения Республики Тыва на 2011-2012 г.г.»;
2. Оператору электронной торговой площадки – ООО «РТС-тендер» **в срок до 11.01.2013 года** обеспечить техническую возможность исполнения предписания Тывинского УФАС России;
3. Государственному заказчику – Министерству здравоохранения и социального развития Республики Тыва, уполномоченному органу – Министерству финансов Республики Тыва и Оператору электронной торговой площадки – ООО «РТС-тендер» об исполнении предписания проинформировать Тывинское УФАС России в письменном виде **в срок до 14.01.2013 года** с приложением документов, подтверждающих его исполнение.

Невыполнение в установленный срок предписания органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, его территориального органа влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пятидесяти тысяч рублей в соответствии с пунктом 7 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание может быть обжаловано в суд (арбитражный суд) в соответствии с законодательством Российской Федерации

Председатель Комиссии

О.М. Долгих

Члены Комиссии

Ф.А. Хаджиев

С.Ю. Монгуш

Н.И. Хураган

А.О. Ооржак

И.В. Жарков