

РЕШЕНИЕ № 5-2/60-11

Комиссия по контролю в сфере размещения заказов Управления Федеральной антимонопольной службы по Вологодской области в составе:

рассмотрев жалобу ООО «Лаборатория Гемодинамики» на действия аукционной комиссии государственного заказчика - ФГУЗ «Медико-санитарная часть УВД по Вологодской области» при проведении электронного аукциона на поставку медицинского оборудования для кабинета функциональной диагностики,

в присутствии представителей государственного заказчика - ФГУЗ «Медико-санитарная часть УВД по Вологодской области»:

УСТАНОВИЛА:

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Вологодской области поступила жалоба ООО «Лаборатория Гемодинамики» (далее – Заявитель) на неправомерные действия государственного заказчика - ФГУЗ «Медико-санитарная часть УВД по Вологодской области» (далее – заказчик) при проведении электронного аукциона на поставку медицинского оборудования для кабинета функциональной диагностики, противоречащие Федеральному закону от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон).

Резолютивная часть решения вынесена 19.04.2011 года.

В полном объеме решение изготовлено 22.04.2011 года.

По мнению заявителя, нарушение его прав заключается в том, что аукционная комиссия неправомерно отклонила его аукционную заявку при рассмотрении первых частей аукционных заявок.

Комиссия по контролю в сфере размещения заказов (далее – Комиссия), рассмотрев представленные материалы, выслушав объяснения представителей сторон, пришла к следующему выводу.

В материалах дела имеется протокол рассмотрения первых частей аукционных заявок от 07.04.2011 г. Аукционной заявке заявителя при подаче присвоен порядковый номер – 3. Заявка отклонена аукционной комиссией на основании несоответствия сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 Закона. В частности, в соответствии с п. 2.9 Технического задания аукционной документации запрашиваемый параметр оборудования: «клавиши для навигации по меню – 2», участник предлагает следующий параметр: «навигация осуществляется одной клавишей». В соответствии с п.2.20 Технического задания аукционной документации запрашиваемый параметр оборудования: «размеры регистратора не более 95x65x20 мм», участник предлагает следующий параметр: «размеры регистратора 25x75x65 мм».

Таким образом, установлено, что участник размещения заказа под номером 3 указывает характеристики товара, не соответствующие требованиям аукционной документации.

В соответствии со статьей 41.9 Закона, аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащие предусмотренные [частью 4 статьи 41.8](#) Закона сведения, на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 41.9 Закона, участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае несоответствия сведений, предусмотренных [частью 4 статьи 41.8](#) Закона, требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме.

Таким образом, действия аукционной комиссии правомерны, жалоба заявителя необоснованна.

Комиссия по контролю в сфере размещения заказов на основании вышеизложенного, в соответствии с частью 8 статьи 60, руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

РЕШИЛА:

Признать жалобу ООО «Лаборатория Гемодинамики» необоснованной.

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

Председатель комиссии:

Члены комиссии: