

РЕШЕНИЕ

по результатам рассмотрения жалобы ООО «Нобл Стил» на действия аукционной комиссии уполномоченного органа - Управления по регулированию контрактной системы в сфере закупок Воронежской области при проведении электронного аукциона на поставку медицинских изделий (извещение № 0131200001020000128) (дело № 036/06/69-221/2020)

06.03.2020 год

г. Воронеж

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области по контролю в сфере закупок (далее – Комиссия) в составе:

- Михин С.В. - председатель Комиссии, заместитель руководителя управления - начальник отдела;

- Колмаков Р.В. - член Комиссии, заместитель начальника отдела,

- Качкин И.В. - член Комиссии, специалист - эксперт,

в присутствии представителей:

уполномоченного органа - Управления по регулированию контрактной системы в сфере закупок Воронежской области <...>,

в отсутствие надлежащим образом уведомленных представителей заявителя ООО «Нобл Стил», заказчика - бюджетного учреждения здравоохранения Воронежской области «Бобровская районная больница» (БУЗ ВО «Бобровская РБ»),

рассмотрев жалобу ООО «Нобл Стил» на действия аукционной комиссии уполномоченного органа - Управления по регулированию контрактной системы в сфере закупок Воронежской области при проведении электронного аукциона на поставку медицинских изделий (извещение № 0131200001020000128) (далее - аукцион),

УСТАНОВИЛ:

в Управление Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области (Воронежское УФАС России) поступила жалоба ООО «Нобл Стил» (далее — заявитель) на действия аукционной комиссии уполномоченного органа - Управления по регулированию контрактной системы в сфере закупок Воронежской области (далее - уполномоченный орган) при проведении аукциона для нужд заказчика – БУЗ ВО «Бобровская РБ» (далее - заказчик).

По мнению заявителя нарушены его права и законные интересы действиями аукционной комиссии, выразившимися в принятии решения о несоответствии заявки на участие в аукционе заявителя требованиям документации об аукционе.

Представители уполномоченного органа считают доводы, изложенные в жалобе необоснованными, действия аукционной комиссии соответствующими законодательству о закупках.

Изучив материалы дела, заслушав лиц, участвующих в деле, оценив представленные доказательства, а также принимая во внимание результаты внеплановой проверки, руководствуясь ч.3 ст. 106 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ), Комиссия Воронежского УФАС России установила следующее.

06.02.2020 года уполномоченным органом в единой информационной системе в сфере закупок размещено извещение о проведении аукциона и документация об аукционе. Начальная (максимальная) цена контракта – 1440800, 20 руб. Торги проводятся на электронной торговой площадке - РТС-Тендер.

Согласно протоколу от 18.02.2020 года № 0131200001020000128 рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе на участие в аукционе подано 4 заявки, данные заявки признаны соответствующими требованиям документации об аукционе.

В соответствии с протоколом от 25.02.2020 № 0131200001020000128 подведения итогов электронного аукциона заявка заявителя признана несоответствующей требованиям документации об аукционе по следующему основанию: «Несоответствие документов и информации, которые предусмотрены частями 3 и 5 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», требованиям документации об электронном аукционе (п. 1 ч. 6 ст. 69, п.п. б п. 2, пп. 13.2 и пп.13.3 п. 13, пп.29.4 п.29 раздела 1.1 документации об электронном аукционе, п. 18, п. 19 раздела 1.2 документации об электронном аукционе Информационная карта): несоответствие документов (ПУ ФСР 2009/05402 от 13.01.2020 Производитель ООО «Ангиолайн») и информации (предложение участника по п.1-16 в части дизайна стента: конструкция стента из непрерывной проволоки, сформированной в синусоиду, для достижения максимальной конформируемости стента и минимизации мальаппозиции балок в условиях сложной анатомии коронарного русла.)

Заявитель в жалобе выразил несогласие с мнением аукционной комиссии о предоставлении в составе заявки на участие в аукционе недостоверных сведений в отношении технической характеристики товара: «конструкция стента из непрерывной проволоки, сформированной в синусоиду» и в качестве довода приобщил к жалобе копию информационного письма от 19.08.2019 года, исх. № 184 директора «ООО «Ангиолайн», в соответствии с которым: «ООО «Ангиолайн» сообщает, что в соответствии с действующим регистрационным удостоверением (ПУ № ФСР 2012/13734) и декларацией соответствия (РОСС RU.МП18.ДО2410 от 21.06.2018 года) ООО «Ангиолайн» может производить и реализовывать медицинское изделие «Стенты коронарные «Калипсо» с биорезорбируемым лекарственным покрытием на системе доставки по ТУ 9444-003-83540797-2011 во всех вариантах исполнения, указанных в регистрационной документации... Информация, распространяемая ООО «Ангиолайн» в рекламных и маркетинговых целях носит общий информационно-ознакомительный характер и не может ограничивать технические параметры продукции ООО «Ангиолайн».

На рассмотрении жалобы представители уполномоченного органа пояснили следующее.

В соответствии с пунктами 1-16 Технического задания к поставке требуется товар: стент для коронарных артерий металлический непокрытый. В качестве дополнительных характеристик установлены требования: «конструкция стента из непрерывной проволоки, сформированной в синусоиду, для достижения максимальной конформируемости стента и минимизации мальаппозиции балок в условиях сложной анатомии коронарного русла». В пунктах 1-16 заявки ООО «Нобл Стил» (заявка №2, идентификационный номер заявки - 106809247) содержится предложение о поставке товара: «Стент коронарный баллонорасширяемый «СИНУС» на системе доставки по ТУ 9444-002-83540797-2016 исполнения: Стент коронарный из сплава кобальт-хром L605». В разделе «дополнительные характеристики» в составе заявки указано: «конструкция стента из непрерывной проволоки, сформированной в синусоиду, для достижения максимальной конформируемости стента и минимизации мальаппозиции балок в условиях сложной анатомии коронарного русла»; страна происхождения: Российская Федерация, Ангиолайн. ПУ № ФСР 2009/05402 от 13.01.2020 год. Заказчик – БУЗ ВО «Бобровская РБ» 21.02.2020 года обратился с запросом к ООО «Медтроник» с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию о наличии у ООО «Медтроник» зарегистрированного патента на технологию производства стента коронарного из непрерывной проволоки, сформированной в синусоиду. В своем

ответе ООО «Медтроник» указал, что дизайн стента – конструкция стента из непрерывной проволоки, сформированной в синусоиду на сегодняшний день применима только к коронарным стентам производства компании Medtronic Inc. и компании ООО «Стентекс». Данная технология является запатентованной компанией Medtronic Vascular Inc. (номер патента 20140031917). Из данной информации следует, что ООО «Ангиолайн» не производит стент коронарный из непрерывной проволоки, сформированной в синусоиду, таким образом, информация, содержащаяся в заявке заявителя содержит недостоверные сведения в отношении показателя: «конструкция стента из непрерывной проволоки, сформированной в синусоиду».

На обозрение Комиссии Воронежского УФАС России представителями уполномоченного органа представлены копии документов:

- запрос от 21.02.2020 года, исх.№ 309 заказчика – БУЗ ВО «Бобровская РБ» в адрес ООО «Медтроник» с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию о наличии у ООО «Медтроник» зарегистрированного патента на технологию производства стента коронарного из непрерывной проволоки, сформированной в синусоиду;

- ответ от 21.02.2020 года, исх.№ 05 ООО «Медтроник» следующего содержания: дизайн стента – конструкция стента из непрерывной проволоки, сформированной в синусоиду на сегодняшний день применима только к коронарным стентам производства компании Medtronic Inc. и компании ООО «Стентекс». Данная технология является запатентованной компанией Medtronic Vascular Inc. (номер патента 20140031917);

- доверенность, в соответствии с которой производитель медицинских изделий «Медтроник, ИНК» (далее - Производитель), осуществляющий основную деятельность по адресу: 710 Медтроник Паркуэй, Миннеаполис, Миннесота, 55432 уполномочивает ООО «Медтроник», Россия, юридический адрес: 123317 г. Москва, Пресненская набережная, д.10 выступать а качестве уполномоченного представителя Производителя на территории Российской Федерации, представлять интересы Производителя в отношении всех вопросов, связанных с обращением медицинских изделий на территории Российской Федерации.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости).

Согласно ч. 2 указанной статьи документация о закупке должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться.

В соответствии с ч. 2 ст. 66 Закона № 44-ФЗ заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.

Согласно ч. 3 ст. 66 Закона № 44-ФЗ первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать:

1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);

2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар:

а) наименование страны происхождения товара (в случае установления

заказчиком в извещении о проведении электронного аукциона, документации об электронном аукционе условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона);

б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе.

Соответствующие положения установлены в п.п 13.2 п. 13 раздела 3 документации об аукционе.

В соответствии с пунктами 1-16 Технического задания к поставке требуется товар: стент для коронарных артерий металлический непокрытый. В качестве дополнительных характеристик установлено: «конструкция стента из непрерывной проволоки, сформированной в синусоиду, для достижения максимальной конформируемости стента и минимизации мальаппозиции балок в условиях сложной анатомии коронарного русла».

В пунктах 1-16 заявки ООО «Нобл Стил» (заявка № 2, идентификационный номер заявки - 106809247) содержится предложение о поставке товара: «Стент коронарный баллонорасширяемый «СИНУС» на системе доставки по ТУ 9444-002-83540797-2016 исполнения: Стент коронарный из сплава кобальт-хром L605». В отношении дополнительных характеристик в заявке указано: «конструкция стента из непрерывной проволоки, сформированной в синусоиду, для достижения максимальной конформируемости стента и минимизации мальаппозиции балок в условиях сложной анатомии коронарного русла»; страна происхождения: Российская Федерация, Ангиолайн. РУ № ФСР 2009/05402 от 13.01.2020 год.

В соответствии с письмом (от 21.02.2020 года, исх.№ 05) ООО «Медтроник» - официального представителя производителя медицинских изделий компании Medtronic Vascular Inc, США: дизайн стента – конструкция стента из непрерывной проволоки, сформированной в синусоиду на сегодняшний день применима только к коронарным стентам производства компании Medtronic Inc. и компании ООО «Стентекс». Данная технология является запатентованной компании Medtronic Vascular Inc.

Из изложенного следует, что производитель «Ангиолайн» не выпускает стент коронарный, с требуемой заказчику технической характеристикой: «из непрерывной проволоки, сформированной в синусоиду», следовательно, представленная в заявке заявителя информация в отношении в указанного показателя не достоверна, таким образом, не соответствует требованиям, установленным документацией об аукционе.

Комиссия Воронежского УФАС России не принимает во внимание информацию, представленную заявителем в виде копии информационного письма (от 19.08.2019 года, исх. № 184) директора ООО «Ангиолайн» о производстве и реализации медицинского изделия «Стенты коронарные «Калипсо», Ангиолайн, (РУ № ФСР 2012/13734, ТУ 9444-003-83540797-2011) во всех вариантах исполнения, указанных в регистрационной документации, как не имеющую отношения к сведениям, представленным в заявке заявителя, а именно: стент коронарный «СИНУС», РУ № ФСР 2009/05402, ТУ 9444-002-83540797-2016.

В соответствии с ч. 1 ст. 69 Закона № 44-ФЗ аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе, информацию и

электронные документы, направленные заказчику оператором электронной площадки в соответствии с частью 19 статьи 68 указанного Федерального закона, в части соответствия их требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

На основании п. 1 ч. 6 ст. 69 Закона № 44-ФЗ заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе в случае непредставления документов и информации, которые предусмотрены частью 11 статьи 24.1, частями 3 или 3.1, 5, 8.2 статьи 66 настоящего Федерального закона, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

Таким образом, Комиссия Воронежского УФАС России не находит оснований для признания нарушений в действиях аукционной комиссии уполномоченного органа, выразившихся в принятии решения о признании заявки на участие в аукционе заявителя несоответствующей требованиям документации об аукционе по основанию несоответствия информации, представленной в заявке на участие в аукционе, требованиям, установленным документацией об аукционе.

На основании изложенного, руководствуясь ч.8 ст. 106 Закона № 44-ФЗ, Комиссия Воронежского УФАС России

р е ш и л а :

признать жалобу ООО «Нобл Стил» на действия аукционной комиссии уполномоченного органа - Управления по регулированию контрактной системы в сфере закупок Воронежской области при проведении электронного аукциона на поставку медицинских изделий (извещение № 0131200001020000128) необоснованной.

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

Резолютивная часть объявлена: 06.03.2020 года.

Решение изготовлено в полном объеме: 12.03.2020 года.

Председатель Комиссии

Члены комиссии

С.В. Михин

Р.В. Колмаков

И.В. Качкин