

## РЕШЕНИЕ

по жалобе ООО «ВизавиКорп» (вх. № 16980-13 от 18.12.2013 г.)

о нарушении законодательства о размещении заказов

25 декабря 2013г.

г.

Пермь

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю (далее – Комиссия)

рассмотрев жалобу ООО «ВизавиКорп» (далее – Заявитель) на действия МБУЗ «Горнозаводская центральная районная больница» (далее - Заказчик) при проведении запроса котировок на поставку расходного материала для лаборатории (извещение № 0356300005513000027),

### УСТАНОВИЛА:

Согласно извещению №0356300005513000027, Заказчиком проводился запрос котировок на поставку расходного материала для лаборатории.

По мнению Заявителя, нормы Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о размещении заказов) нарушены действиями Заказчика.

Заявитель полагает, что потребностью Заказчика является поставка товаров только определенных производителей, а именно, шприцы производителя Хуаянь Сити Хэнчунь Медикал продакт (Китай) (п. 40), а также дозатор марки Лайт производителя ЗАО «ТермоЭлектрон» (Россия) (п. 43), которые указаны Заказчиком в Спецификации.

По мнению Заявителя, ознакомившись с извещением о проведении запроса котировок, участник размещения заказа может предложить Заказчику исключительно шприцы и дозаторы указанных производителей, возможность поставки эквивалентов исключается.

Выслушав доводы и возражения представителей лиц, участвующих в рассмотрении жалобы, исследовав и оценив представленные документы, Комиссия Пермского УФАС России установила следующее.

Требования к товарам, являющимся предметом поставки, установлены Заказчиком в Приложении к извещению о проведении запроса котировок

«Спецификация».

В п. 40, 43 Спецификации Заказчик установил следующие требования к необходимым к поставке товарам:

40	Шприц 10 мл 3-х компонентный однократного применения с иглой 21Gx1 1/2(0,8x40), с дополнительной иглой 21Gx1 1/2(0,8x40)	<p>Шприц 10 мл 3-х компонентный однократного применения с иглой 21Gx1 1/2(0,8x40), с дополнительной иглой 21Gx1 1/2(0,8x40)</p> <p>Шприц 10 мл трехкомпонентный однократного применения предназначен для выполнения подкожных, внутримышечных, внутривенных и других видов инъекций.</p> <p>Шприц поставляется в трехкомпонентном исполнении – цилиндр, поршень, уплотнитель. На внешней стороне цилиндра нанесена шкала градуировки объема. Шкала имеет дополнительную градуировку 1мл.</p> <p>Присоединительный конус типа Luer центрального расположения.</p> <p>Абсолютно прозрачный цилиндр, позволяющий видеть точный цвет раствора. Шток поршень - цветоконтрастный. На поршне установлена уплотнительная манжета, а цилиндр шприца имеет стопорное кольцо. Уплотнитель поршня выполнен из специальной резины и имеет три кольца контакта с внутренней поверхностью цилиндра, что исключает протекание и обеспечивает плавное скольжения поршня внутри цилиндра. Поршень шприца имеет насечки у основания поршня для его разрушения по окончании инъекции, с целью исключения повторного использования шприца. Игла 21Gx1 1/2(0,8x40) (игла надета на шприц), дополнительная игла 21Gx1 1/2(0,8x40) (игла лежит рядом в блистере) обработаны силиконом и имеют трехгранную алмазную (атравматическую) заточку, что позволяет плавно и безболезненно делать инъекцию. Детали шприцев изготовлены из следующих материалов: цилиндр - из высокопрозрачного медицинского полипропилена, поршень - из полипропилена, снабжён уплотнителем из натурального каучука с двумя стопорными кольцами, инъекционная игла из нержавеющей стали, закрыта колпачком из высокопрозрачного медицинского полипропилена.</p> <p>Климатическое исполнение шприцев-УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69. Шприцы стерильны, апирогенны, нетоксичны.</p> <p>Индивидуально упакованны в полибег. Стерилизация газовая - оксидом этилена. Срок годности 5 лет.</p> <p>Шприцы расфасованы в первичную упаковку по 90 шт</p> <p>Производитель: Хуаянь Сити Хэнчунь Медикал продакт Ко Лтд Китай</p> <p>Регистрационное удостоверение: № ФСЗ 2010/06410 от 15 марта 2010 года срок действия регистрационного удостоверения неограничен</p>
----	--	--

...	...	...	
43	Дозатор 1- канальный Лайт 1-5-50	Диапазон дозирования	5-50 мкл
		Принцип дозирования	
			Прямое дозирование
			Обратное дозирование
			Метод повторов
			Дозирование цельной крови
		Дискретность (шаг)	0.1 мкл
		Точность	
			50 мкл $\pm 0.6\%$
			5 мкл $\pm 3.0\%$
		Воспроизводимость	
		50 мкл	0.3%
		5 мкл	2.5%
		Тип наконечников	250 мкл унив., 200 мкл желт.
		Тип наконечников с Фильтром	0.5-100 мкл
		Установка объема дозирования	автономный модульный механизм регулировки объема;
			Возможность изменения рабочего объема дозирования в рамках заданного диапазона дозирования
			Осуществляется путем поворота кнопки. Смещение на один шаг объема дозирования сопровождается щелчком
			Двухкомпонентная операционная кнопка, предотвращающая случайный сбой установленного объема
		Дисплей дозатора	большой и четкий цифровой дисплей с высотой цифр 4 мм
			Черный цвет фона дисплея
	Белый цвет цифр дисплея		
Метрические параметры дозатора	Максимальная высота – 230 мм		
	Вес – 68.70 гр		
Посадочный			

	конус	минимальный диаметр – 5.02 мм
		Максимальный диаметр – 5.76 мм
	Маркировка дозатора	Цветовая маркировка по рабочему диапазону дозирования – желтый (на корпусе, на нижней части операционной кнопки, на упоре для пальца)
		На корпусе указан объем дозирования
		ярлык для размещения дополнительной информации
	Упор для пальца	Эргономичный, с цветовой маркировкой в соответствии с диапазоном дозирования (желтый)
	Сбрасыватель наконечников	Эргономичный сбрасыватель наконечников под большой палец
	Ход поршня	Легкий и Мягкий ход поршня про дозировании до первой остановки
		Усилие при нажатии на поршень
		Дополнительное усилие на поршень до второй остановки

Из указанного следует, что Заказчиком в Спецификации указан конкретный производитель и страна происхождения товаров, параметры эквивалентности отсутствуют.

В соответствии с п. 4 ст. 43 Закона о размещении заказов, Запрос котировок должен содержать следующие сведения: наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг. При этом должны быть указаны требования, установленные заказчиком, уполномоченным органом, к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика. Указанные требования устанавливаются в соответствии с [частями 2.1 - 3.4 статьи 34](#) настоящего Федерального закона.

Согласно ч. 3.1 ст. 34 Закона о размещении заказов, документация об аукционе не может содержать указание на знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, а также требования к товару, информации, работам, услугам, если такие требования влекут за собой

ограничение количества участников размещения заказа.

Исследовав извещение о проведении запроса котировок, в частности, Спецификацию (Приложение к извещению о проведении запроса котировок), Комиссия пришла к выводу о том, что Заказчиком установлены технические характеристики, которым соответствуют шприцы производителя Хуаянь Сити Хэнчунь Медикал продакт (Китай), а также дозатор марки Лайт производителя ЗАО «ТермоЭлектрон» (Россия), которые указаны Заказчиком в Спецификации.

Так как извещение о проведении запроса котировок содержит технические характеристики, которым не может соответствовать ни один производитель шприцов, за исключением, производителя Хуаянь Сити Хэнчунь Медикал продакт (Китай), а также дозаторов, за исключением марки Лайт производителя ЗАО «ТермоЭлектрон» (Россия), которые указаны Заказчиком в Спецификации, Комиссия пришла к выводу о том, что предложение эквивалента исключается, а участником торгов может стать лишь лицо, предложившее шприцы производителя Хуаянь Сити Хэнчунь Медикал продакт (Китай), а также дозатор марки Лайт производителя ЗАО «ТермоЭлектрон» (Россия).

При указанных обстоятельствах в действиях Заказчика содержится нарушение требований п. 4 ст. 43 Закона о размещении заказов.

На основании статей 17, 60 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» Комиссия,

#### **РЕШИЛА:**

1. Признать жалобу ООО «ВизавиКорп» на действия МБУЗ «Горнозаводская центральная районная больница» при проведении запроса котировок на поставку расходного материала для лаборатории (извещение № 0356300005513000027) (извещение №0356300005513000027) обоснованной.
2. Признать в действиях МБУЗ «Горнозаводская центральная районная больница» выявленное при рассмотрении жалобы нарушение требований п. 4 ст. 43 Закона о размещении заказов.
3. Выдать МБУЗ «Горнозаводская центральная районная больница» предписание об устранении нарушений требований Закона о размещении заказов.
4. Материалы жалобы передать должностному лицу Пермского УФАС России для рассмотрения вопроса о привлечении должностных лиц Управления МБУЗ «Горнозаводская центральная районная больница» к административной ответственности за нарушение требований Закона о размещении заказов.

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

## ПРЕДПИСЫВАЕТ:

1. МБУЗ «Горнозаводская центральная районная больница» устранить выявленные нарушения Закона о размещении заказов путем:
  - отмены запроса котировок;
  - размещения на официальном сайте соответствующей информации.
2. В срок до 13.01.2014г. МБУЗ «Горнозаводская центральная районная больница» исполнить настоящее предписание.
3. В срок до 17.01.2014г. МБУЗ «Горнозаводская центральная районная больница» представить в Пермское УФАС России документальное подтверждение исполнения настоящего предписания (с указанием заявителя жалобы).

Настоящее предписание может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

*Невыполнение в установленный срок предписания влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в соответствии с частью 7 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.*