

## **РЕШЕНИЕ № 324/2020-КС**

по делу № 023/06/67-1160/2020 о нарушении

законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

06 марта 2020 года  
Краснодар

г.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Комиссия) в составе:

рассмотрев жалобу ООО «ЮУРЦС» (далее – Заявитель) на действия ГБУЗ «Туапсинская ЦРБ №2» МЗ КК при проведении электронного аукциона: «Поставка медицинского оборудования (Электрокардиограф)» (извещение № 0318300063420000024) в части нарушения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе),

### **УСТАНОВИЛА:**

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю поступила жалоба Заявителя о нарушении Закона о контрактной системе.

Заявитель обжалует необоснованный, по его мнению, отказ в допуске к участию в электронном аукционе.

Заказчиком представлено извещение о проведении электронного аукциона, документация об электронном аукционе, письменные пояснения по существу доводов жалобы. Заказчик не согласен с доводами жалобы и считает, что заявка ООО «ЮУРЦС» не соответствует требованиям аукционной документации.

Рассмотрев представленные материалы, выслушав пояснения, Комиссия пришла к следующим выводам.

Заказчиком – ГБУЗ «Туапсинская ЦРБ №2» МЗ КК проводился электронный аукцион: «Поставка медицинского оборудования (Электрокардиограф)» (извещение № 0318300063420000024).

Начальная (максимальная) цена контракта – **94 666,67 рублей.**

Согласно ч.3 ст.7 Закона о контрактной системе информация, предусмотренная настоящим Федеральным законом и размещенная в единой информационной системе, должна быть полной и достоверной.

В силу ч.1 ст.59 Закона о контрактной системе под аукционом в электронной форме (электронным аукционом) понимается аукцион, при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого аукциона и документации о нем, к участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования, проведение такого аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором.

В силу ч.2 ст.33 Закона о контрактной системе документация о закупке в соответствии с требованиями, указанными в части 1 настоящей статьи, должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться.

Согласно п.1), п.2) ч.1 ст.64 Закона о контрактной системе документация, об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении такого аукциона, должна содержать следующую информацию: наименование и описание объекта закупки и условия контракта в соответствии со статьей 33 настоящего Федерального закона, в том числе обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальных цен единиц товара, работы, услуги;

- требования к содержанию, составу заявки на участие в таком аукционе в соответствии с частями 3 - 6 статьи 66 настоящего Федерального закона и инструкция по ее заполнению. При этом не допускается установление требований, влекущих за собой ограничение количества участников такого аукциона или ограничение доступа к участию в таком аукционе.

В соответствии с ч. 3 ст. 66 Закона о контрактной системе первая часть заявки на участие в электронном аукционе, за исключением случая, предусмотренного частью 3.1 настоящей статьи, должна содержать:

1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара,

выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);

2) при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг:

а) наименование страны происхождения товара;

б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным

Согласно Разделу 2 «Описание объекта закупки» аукционной документации Заказчику требуется товар:

наименование зара	Код по ОКПД2	Ед. изм.	Кол- во	Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам, в соответствии с которыми будет устанавливаться эквивалентность/соответствие		Обоснование необходимости использования дополнительных характеристик (пункт 6 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)
				Наименование показателя, технического, функционального параметра	Описание, значение	
электрокардиограф	26.60.12.111-00000028	шт	1	Назначение	Полностью автоматизированный прибор для регистрации биоэлектрических потенциалов сердца при диагностике состояния сердечно-сосудистой системы человека	

Характеристики в соответствии с КТРУ		
Анализ аритмий	да	
Количество синхронно регистрируемых каналов, максимальное	3	
Встроенный принтер	да	
Дисплей	да	
Уточняющие характеристики		
Возможно хранение в памяти данных ЭКГ (10 секунд), с последующей печатью на терморезистивной бумаге шириной 90 мм	наличие	Сохранение информации для последующей печати и передачи, в том числе в случае окончания термобумаги
В автоматическом режиме одновременно регистрируются 12 стандартных кардиографических отведений через 3 канала оптимизированных для ширины 80 мм	наличие	Просмотр всех отведений ЭКГ, проверка их качества перед стартом регистрации и печати
Изолинии настраиваются автоматически	наличие	
Питание прибора осуществляется от сети переменного тока или от встроенной аккумуляторной батареи	наличие	Возможность работы прибора при временном прекращении сетевого электроснабжения
Встроенная батарея аккумуляторов обеспечивает 2 часа работы с функцией печати	наличие	
Время зарядки батарей — 15 часов при полностью разряженном аккумуляторе (3 часа до 60% заряда)	наличие	
Кабель отведений обеспечивает защиту от импульса дефибриллятора	наличие	Стандартная функция
Звуковая сигнализация сердечного ритма и аварийных ситуаций	наличие	Контроль нештатных ситуаций (сбоев или помех)
Индикатор контроля состояния аккумуляторной батареи	наличие	Дополнительные характеристики для более точного описания товара
Миографический программируемый и	наличие	

			линейный цифровой частотный фильтр		
			Входной импеданс, Ом	не менее 10	
			Ток утечки во входной цепи, мкА	не более 5	
			Диапазон входных напряжений, мВ	0,03–5	
			Чувствительность, мм\мВ	5; 10; 20	
			Тип бумаги	Z-образная	Удобство при хранении (минимальный объем) и использовании (распечатанная ЭКГ аккуратно и легко складывается)
			Размер бумаги, мм	90	
			Скорость подачи бумаги, мм\с	5; 25; 50	Дополнительные характеристики для более точного описания товара
			Диапазон частот, Гц	0,05–150	
			Длина, мм	не более 290	Обеспечивает мобильность электрокардиографа
			Ширина, мм	не более 210	
			Высота, мм	не более 70	
			Вес, кг	не более 3	
			Сумка	наличие	Для упаковки, хранения и удобной транспортировки прибора медицинским персоналом

В описании позиции КТРУ отсутствуют сведения о характеристиках товара. Обоснование дополнительных характеристик: в техническом задании были указаны дополнительные характеристики закупаемой продукции для обеспечения более детальной потребности в соответствии со ст.33 Закона №44-ФЗ и п.5 постановления Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 № 145. Указанные характеристики сформированы исходя из позиции Заказчика при осуществлении основного вида деятельности. Ввиду того, что технические регламенты, стандарты и иные требования, предусмотренные законодательством РФ о техническом регулировании не могут в той мере охватить все необходимые заказчику функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки, в том числе товара, используемого при выполнении работ и оказании услуг, документация содержит иные показатели, требования, условные обозначения и терминологию.

Согласно ч.1 ст.67 Закона о контрактной системе аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

В соответствии с ч.3 ст.67 Закона о контрактной системе по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, содержащих информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, аукционная комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены частью 4 настоящей статьи.

В соответствии с ч.4 ст.67 Закона о контрактной системе участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:

1) непредоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, или предоставления недостоверной информации;

2) несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, требованиям документации о таком аукционе.

Согласно протоколу №0318300063420000024-1с рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от 28.02.2020 на участие в электронном аукционе подано 5 заявок участников закупки, 5 заявок участников отклонены. Заявка ООО «ЮУРЦС» (заявка № 202) отказано в допуске, а именно предусмотренным пунктом 6.1. ст.66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а именно: недостоверность информации о конкретных показателях заявленного к поставке товара.

Заявленные поставщиком показатели - размер бумаги мм. - 90 мм, не соответствуют показателям, указанным в технических характеристиках товара у официального производителя (бумага – 110 мм).

Согласно ч.6.1 ст.66 Закона о контрактной системе в случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником электронного аукциона в соответствии с частями 3, 5, 8.2 настоящей статьи, аукционная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в электронном аукционе на любом этапе его проведения.

В первой части заявки участником ООО «ЮУРЦС» предложено: «размер бумаги мм. - 90 мм». В заявке не было указано, что предложенный электрокардиограф может работать с бумагой такого размера при использовании адаптера.

Согласно п.1.4 регистрационному удостоверению на медицинское изделие от 04.12.2018 № ФСР 2012/14015 «Электрокардиограф 3-6-12 канальный с регистрацией ЭКГ и ручном и автоматическом режимах ЭК12Т-01 – «Р-Д» по ТУ 2660-005-24149103-2018» приложенному к первой части заявки Участника ООО «ЮУРЦС» указано, что для данного медицинского изделия требуются ленты регистрационные бумажные с тепловой записью для электрокардиографии «АР-Регистрон» 110 мм в рулоне.

Согласно официальному сайту производителя ООО НПП «Монитор» в технических характеристиках указан размер бумаги – 110 мм.

Таким образом, отклонение заявки ООО «ЮУРЦС» по основаниям, указанным в протоколе № 0318300063420000024-1 рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от 28.02.2020 г., не противоречит требованиям Закона о контрактной системе.

На основании ч.8 ст.67 Закона о контрактной системе электронный аукцион признан несостоявшимся.

Комиссия, руководствуясь ч. 1, 3, 4 ст. 105 и на основании ч. 22, 23 ст. 99, ч. 8 ст. 106 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,

### **РЕШИЛА:**

1. Признать жалобу ООО «ЮУРЦС» необоснованной.
2. Отменить приостановление определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в части подписания контракта (извещение № 0318300063420000024).

Настоящее Решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев с даты его принятия.