

МБУЗ города Сочи «Городская
больница № 4»

ул. Туапсинская, д. 1,
г. Сочи, 354057

ООО «Латрек»

ул. Технопарковая, д. 10, оф. 207,
рабочий поселок Кольцова,
Новосибирский район,
Новосибирская область, 630559

РЕШЕНИЕ

Резолютивная часть решения оглашена 18 октября 2018 года г.
Краснодар

В полном объеме решение изготовлено 31 октября 2018 года

Комиссия Краснодарского УФАС России по рассмотрению дела №
239/2018 о нарушении антимонопольного законодательства в составе:

Дегтярева Р.В. – заместитель руководителя управления;

Членов комиссии:

Мурадян О.А. - начальник отдела контроля экономической
концентрации, проверок и анализа;

Богославский Е.А. – начальник отдела контроля органов власти

в присутствии представителей МБУЗ города Сочи «Городская
больница № 4» по доверенности от 16.07.2018 № <...> <...>, по
доверенности от 27.08.2018 № <...> <...>, по доверенности от 17.10.2018
№ <...> <...>, в отсутствие ООО «Латрек», рассмотрев дело № 239/2018
по признакам нарушения МБУЗ города Сочи «Городская больница №
4» части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О

защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции), выразившегося в установлении требований, совокупности которых соответствует товар единственного производителя,

УСТАНОВИЛА:

В Краснодарское УФАС России поступило заявление ООО «Латрек» на действия МБУЗ города Сочи «Городская больница № 4» при проведении электронного аукциона: «Поставка стентов коронарных без покрытия» (извещение № 0118300018718000160).

Заявитель в своем обращении указывает, что требования к товару, подлежащему поставке в рамках Аукциона, сформированы таким образом, что совокупности требований соответствует исключительно товар единственного производителя.

При изучении документов и сведений, представленных МБУЗ города Сочи «Городская больница № 4» по запросу Краснодарского УФАС России, а также находящихся в свободном доступе, установлено следующее.

Заказчиком в разделе «Описание объекта закупки» аукционной документации установлено следующее:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам	
				Наименование показателя, технического, функционального параметра	Описание, значение
1	2	3	4	5	6
1	Стент коронарный	шт	400	Стент коронарный баллонорасширяемый на системе доставки быстрой смены.	соответствие
				Материал: CoCr-сплав.	соответствие
				Стент вырезан лазером из цельной металлической трубки в форме змеевика и электрополирован.	соответствие
				Сплав не содержит молибдена.	соответствие
				Дизайн каркаса сочетание закрытых и открытых ячеек.	соответствие
				Толщина балок каркаса, дюйм	не более 0,024
				Радиальная устойчивость, bar	не более 1,2
				Рекойл, %	не более 3
				Укорочение, %	не более 0,29
				Совместим с проводником, дюйм	0,014
				Рабочая длина баллонного катетера, см	не менее 140
				Плечи баллонного катетера, мм	не более 0,4

			Рентгеноконтрастные маркеры интегрированы в shaft катетера.	соответствие
			Совместимость с проводниковым катетером, F	не менее 5
			Внешний диаметр проксимального shaft, F	не более 1,95
			Внешний диаметр дистального сегмента, F	не менее 2,7
			Номинальное давление (NP), атм	не более 8
			Давление разрыва (RBP), атм	не более 16

В связи с наличием в действиях МБУЗ города Сочи «Городская больница № 4» признаков нарушения ч. 1 ст. 17 Закона о защите конкуренции приказом от 31.05.2018 № 211 «О возбуждении дела и создании Комиссии по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства» возбуждено дело № 239/2018, которое назначено к рассмотрению на 18.07.2018 определением от 14.06.2018 исх. № 15174/5. Определением от 18.07.2018 (исх. № 18688/5) рассмотрение дела отложено на 22.08.2018. Определением от 22.08.2018 (исх. № 22091/5) рассмотрение дела отложено на 13.09.2018. Определением от 13.09.2018 (исх. № 24228/5) срок рассмотрения дела продлен до 14.12.2018, рассмотрение дела отложено на 18.10.2018 определением от 13.09.2018 исх. № 24229.

Ч. 1 ст. 17 Закона о защите конкуренции установлено, что при проведении торгов, запроса котировок цен на товары (далее - запрос котировок), запроса предложений запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.

В ходе рассмотрения дела № 239/2018 МБУЗ города Сочи «Городская больница № 4» представило информацию о соответствии совокупности требований аукционной документации коронарных стентов Direct-Stent® , Multimedics. Кроме того, в материалы дела представлена заверенная копия письма ООО «НаноМед» от 14.10.2018, являющегося производителем медицинских изделий для рентгенэндоваскулярной хирургии, в том числе коронарных стентов, в котором общество указывает, что имеет возможность производства стентов, имеющих технические характеристики, соответствующие совокупности требований аукционной документации.

На основании вышеизложенного, Комиссия в рассматриваемых действиях МБУЗ города Сочи «Городская больница № 4» не усматривает нарушения части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции.

Руководствуясь статьей 23, частью 1 статьи 39, частями 1-3 статьи 41, пунктом 1 части 1 статьи 48, частью 1 статьи 49 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,

РЕШИЛА:

Прекратить рассмотрение дела № 239/2018, ввиду отсутствия в рассматриваемых действиях МБУЗ города Сочи «Городская больница № 4» факта нарушения части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Председатель Комиссии
Дегтярева

Р.В.

Члены Комиссии:
Мурадян

О.А.

Е.А. Богославский

Решение может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его принятия в арбитражный суд, а также в коллегиальный орган федерального антимонопольного органа.