

РЕШЕНИЕ № 08-01-147

26 мая 2009 года

г. Новосибирск

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области по контролю в сфере размещения заказов (Комиссия Новосибирского УФАС России) в составе:

Швалов А.Г. – заместитель руководителя управления – начальник отдела государственного

заказа, председатель Комиссии;

Сухоплюев Д.В. - главный специалист-эксперт отдела государственного заказа,
член Комиссии;

Студеникин Д.Е. - ведущий специалист-эксперт отдела государственного заказа,
член Комиссии,

в присутствии представителей:

подателя жалобы - ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» - <...> (директор); <...> (по доверенности);

заказчика – ФГУ НИИИТ Росмедтехнологий – <...> (по доверенности); <...> (без доверенности);

участника размещения заказа – ООО «Медицинская компания «ЮНИКС» - <...> (по доверенности); <...> (по доверенности);

рассмотрев жалобу ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» на действия комиссии по размещению заказов ФГУ НИИИТ Росмедтехнологий при проведении открытого аукциона №8 на право заключения государственного контракта на поставку расходных материалов, оборудования и медикаментов, по лоту №3, извещение №090423/004326/56,

УСТАНОВИЛА:

В Новосибирское УФАС России обратилось ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» с жалобой на действия комиссии по размещению заказов ФГУ НИИИТ Росмедтехнологий при проведении открытого аукциона №8 на право заключения государственного контракта на поставку расходных материалов, оборудования и медикаментов, по лоту №3. Начальная (максимальная) цена по лоту №1 – 1 300 000 рублей, лоту №2 – 750 000 рублей, лоту №3 – 3 500 000 рублей, лоту №4 – 1 200 000 рублей.

ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» обжалует отказ в допуске к участию в данном аукционе по лоту №3. По мнению ЗАО «Дина-Медика Новосибирск», указанные в

протоколе рассмотрения заявок на участие в аукционе № 090423/004326/56/1 от 14.05.2009г. основания отказа в допуске к участию в аукционе по лоту №3 ЗАО «Дина-Медика Новосибирск», не соответствуют действительности по следующим основаниям:

Требования технического задания документации об аукционе по лоту №3	Основания не соответствия заявки ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» требованиям технического задания документации об аукционе по лоту №3, указанные в протоколе рассмотрения заявок	Причины неправомерности отклонения заявки ЗАО «Дина-Медика Новосибирск», указанные в протоколе рассмотрения заявок
вентилятор должен иметь пневматический привод	электропривод (поршень)	электрический вентилятор не требует газа для привода и таким образом, работает намного экономнее, чем обычные (пневматические)
поддержка давлением (PSVPro) с Apnea	нет реального режима контроля давления, только режим лимита давления, нет режима PSV Pro, т.е. защищенного режима поддержки давления	наркозно-дыхательный аппарат - "Fabius Plus" оснащен функцией контроля давления
визуализация дыханий пациента благодаря устройству «мешок в бутылке»	нет визуализации и контроля за дыханием больного	датчик потока (объема) располагается на линии выдоха и таким образом измеряется реальный объем, участвовавший в вентиляции
прогрессивная система устройства дыхательного контура (ABS), предотвращающая утечки дыхательной смеси	Требуемый аппарат оснащен прогрессивной дыхательной системой ABS, объем 2,8 л. Fabius – объем 5 литров, соответственно в 2 раза дольше достигается концентрация газов, что затрудняет работу при низких потоках газовой смеси	дыхательный контур наркозно-дыхательного аппарата - "Fabius Plus" сконструирован так, что предотвращаются все утечки, контроль на утечку проводится при каждом включении аппарата, объём дыхательной системы, включая адсорбер составляют 1,7л.
дыхательный объем: 20 - 1500 мл	до 1400 мл	дыхательный объем устанавливается из расчёта 10 мл/кг веса, таким образом наркозно-дыхательный аппарат - "Fabius Plus" способен

		обеспечить вентиляцию пациентов весом до 140 кг, разница в 100мл не имеет клинического значения
электронный РЕЕР: выкл.4-30 см H2O	3-20 см H2O	РЕЕР 30 никогда не применяется в анестезиологической практике, данное значение не имеет клинического применения
наркозно-дыхательный аппарат должен иметь возможность подключения к центральной системе газоснабжения или компрессору сжатого воздуха с цветовым кодированием магистралей, встроенную систему манометров, систему электронных графических флоуметров для проведения вентиляции низкими потоками газовой смеси.	нет системы электронно-графических флоуметров, что существенно снижает точность дозирования газовой смеси	наркозно-дыхательный аппарат - "Fabius Plus" имеет датчик кислорода, который совершенно точно отражает количество кислорода в подаваемой смеси
дисплей 31 см	дисплей в 3 раза меньше заданного техническим заданием, нет возможности выведения 2 кривых, петель, нет возможности конфигурировать экран	в комплектации предлагаемого ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» наркозно-дыхательного аппарата имеется дисплей 31 см

Кроме того, ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» считает, что протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе № 090423/004326/56/1 от 14.05.2009г. содержит недостоверную информацию относительно наименований участников размещения заказа, подавших заявки по лоту №3.

На жалобу ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» поступило возражение от ФГУ НИИИТ Росмедтехнологий, в котором указано следующее.

ФГУ НИИИТ Росмедтехнологий считает, что предлагаемый ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» наркозно-дыхательный аппарат "Fabius Plus" не соответствует требованиям технического задания по следующим основаниям.

Требования технического задания	Основания не соответствия заявка ЗАО
---------------------------------	--------------------------------------

документации об аукционе по лоту №3	«Дина-Медика Новосибирск» требованиям технического задания документации об аукционе по лоту №3
вентилятор должен иметь пневматический привод	электропривод (поршень)
поддержка давлением (PSVPro) с Apnea	нет реального режима контроля давления, только режим лимита давления, нет режима PSV Pro, т.е. защищенного режима поддержки давления
визуализация дыханий пациента благодаря устройству «мешок в бутылке»	нет визуализации и контроля за дыханием больного
прогрессивная система устройства дыхательного контура (ABS), предотвращающая утечки дыхательной смеси	требуемый оснащен прогрессивной дыхательной системой ABS, объем 2,8 л. Fabius – объем 5 литров, соответственно в 2 раза дольше достигается концентрация газов, что затрудняет работу при низких потоках газовой смеси
дыхательный объем: 20 - 1500 мл	до 1400 мл
электронный РЕЕР: выкл.4-30 см H2O	3-20 см H2O
наркозно-дыхательный аппарат должен иметь возможность подключения к центральной системе газоснабжения или компрессору сжатого воздуха с цветовым кодированием магистралей, встроенную систему манометров, систему электронных графических флоуметров для проведения вентиляции низкими потоками газовой смеси.	нет системы электронно-графических флоуметров, что существенно снижает точность дозирования газовой смеси
дисплей 31 см	дисплей в 3 раза меньше заданного по техническим заданием, нет возможности выведения 2 кривых, петель, нет возможности конфигурировать экран

На жалобу ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» поступило возражение от ООО «Медицинская компания «ЮНИКС», в котором указано следующее.

ООО «Медицинская компания «ЮНИКС» считает, что заявка ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» не соответствует требованиям технического задания. Так же ООО «Медицинская компания «ЮНИКС» в полном объеме поддержало основания несоответствия заявки ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» требованиям технического задания документации об аукционе по лоту №3, указанные в протоколе рассмотрения заявок на участие в аукционе № 090423/004326/56/1 от 14.05.2009г.

Изучив представленные материалы и выслушав доводы сторон, Комиссия

Новосибирского УФАС России пришла к следующим выводам.

На заседании Комиссии Новосибирского УФАС России представители ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» заявили, что протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе № 090423/004326/56/1 от 14.05.2009г. содержит недостоверную информацию относительно наименований участников размещения заказа, подавших заявки по лоту №3. Присутствующие на заседании Комиссии Новосибирского УФАС России представители ФГУ НИИИТ Росмедтехнологий подтвердили то, что в данном протоколе действительно указана недостоверная информация относительно наименований участников размещения заказа, подавших заявки на участие по лоту №3. Таким образом, данный довод ЗАО «Дина-Медика Новосибирск», обоснован.

В техническом задании документации об аукционе по лоту №3 указано, что наркозно-дыхательный аппарат должен иметь вентилятор с пневматическим приводом. ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» в своей заявке на участие в аукционе указало, что предлагаемый ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» аппарат "Fabius Plus" имеет вентилятор с пневматическим приводом. Однако, согласно техническому паспорту наркозно-дыхательного аппарата "Fabius Plus", данный аппарат имеет электрический привод – поршень. Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в аукционе № 090423/004326/56/1 от 14.05.2009г. ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» не допущено до участия в данном аукционе, т.к. наркозно-дыхательный аппарат - "Fabius Plus" имеет электрический привод – поршень. На заседании Комиссии Новосибирского УФАС России представители ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» заявили, что наркозно-дыхательный аппарат "Fabius Plus" действительно оснащается электрическим приводом – поршнем, так же по мнению представителей ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» вентилятор с пневматическим приводом по своим потребительским свойствам не отличается от электрического привода – поршня. На заседании Комиссии Новосибирского УФАС России представители ФГУ НИИИТ Росмедтехнологий согласились с тем, что тип привода не имеет значение, в том случае если приводы одинаковы по своим потребительским свойствам, в то же время представители ФГУ НИИИТ Росмедтехнологий не смогли указать отличия в потребительских свойствах вышеуказанных приводов. На основании вышеизложенного Комиссия Новосибирского УФАС России считает, что заявка ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» не допущена до участия в аукционе по лоту №3 по вышеуказанному основанию не правомерно, т.к. из имеющихся на момент рассмотрения жалобы ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» сведений, оба вышеуказанных привода схожи по своим потребительским свойствам, а, следовательно, не имеет значения каким типом привода будет оснащён наркозно-дыхательный аппарат. Таким образом, довод ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» о неправомерности отклонения заявки ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» по причине указания в данной заявке электрического привода – поршня, обоснован. Вместе с тем, Комиссией Новосибирского УФАС России установлено, что заявка ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» содержит недостоверную информацию относительно типа привода наркозно-дыхательного аппарата.

В техническом задании документации об аукционе по лоту №3 указано, что наркозно-дыхательный аппарат должен иметь поддержку давлением (PSVPro) с Арпеа. Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в аукционе № 090423/004326/56/1 от 14.05.2009г. ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» не допущено

до участия в данном аукционе, т.к. наркозно-дыхательный аппарат "Fabius Plus" имеет поддержку давлением (PSVPro) с Арпеа. На заседании Комиссии Новосибирского УФАС России представители ФГУ НИИИТ Росмедтехнологий сообщили, что вышеуказанное основание не допуска до участия в аукционе не соответствует действительности. Таким образом, довод ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» о неправомерности отклонения заявки ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» по вышеуказанному основанию, обоснован.

В техническом задании документации об аукционе по лоту №3 указано, что наркозно-дыхательный аппарат должен иметь следующий параметр дыхательного объема - 20 - 1500 мл. Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в аукционе № 090423/004326/56/1 от 14.05.2009г. ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» не допущено до участия в данном аукционе, т.к. наркозно-дыхательный аппарат "Fabius Plus" имеет параметр дыхательного объема – до 1400 мл. На заседании Комиссии Новосибирского УФАС России представители ФГУ НИИИТ Росмедтехнологий заявили, что наркозно-дыхательный аппарат возможно будет применяться на пациентах, вес которых превышает 140 кг. Таким образом, по мнению представителей ФГУ НИИИТ Росмедтехнологий разница в дыхательном объеме в 100мл является существенной. Таким образом, довод ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» о неправомерности отклонения заявки ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» по вышеуказанному основанию, не обоснован.

В техническом задании документации об аукционе по лоту №3 указано, что наркозно-дыхательный аппарат должен иметь следующий параметр электронного РЕЕР - выкл. 4-30 см H₂O. Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в аукционе № 090423/004326/56/1 от 14.05.2009г. ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» не допущено до участия в данном аукционе, т.к. наркозно-дыхательный аппарат "Fabius Plus" имеет параметр электронного РЕЕР - выкл. 3-20 см H₂O. На заседании Комиссии Новосибирского УФАС России представители ФГУ НИИИТ Росмедтехнологий заявили, что функция РЕЕР - выкл. 4-30 см H₂O применяется в наркозно-дыхательных аппаратах для поведения обследования полости легких. Таким образом, довод ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» о неправомерности отклонения заявки ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» по вышеуказанному основанию, не обоснован.

В техническом задании документации об аукционе по лоту №3 указано, что наркозно-дыхательный аппарат должен иметь дисплей - 31 см. Присутствующие на заседании Комиссии Новосибирского УФАС России представители ФГУ НИИИТ Росмедтехнологий заявили, что данный параметр относится к диагонали дисплея. Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в аукционе № 090423/004326/56/1 от 14.05.2009г. ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» не допущено до участия в данном аукционе, т.к. у наркозно-дыхательного аппарата "Fabius Plus" диагональ дисплея меньше диагонали дисплея, требуемого техническим заданием. ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» в своей аукционной заявке указало, что наркозно-дыхательный аппарат - "Fabius Plus" имеет дисплей диагональю 31 см. Однако, согласно технического паспорта наркозно-дыхательного аппарата "Fabius Plus", данный аппарат имеет два дисплея диагональю по 11 см., на заседании Комиссии Новосибирского УФАС России представители ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» подтвердили, что наркозно-дыхательный аппарат "Fabius Plus", имеет два дисплея диагональю по 11 см. Таким образом, довод ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» о неправомерности отклонения заявки ЗАО «Дина-Медика

Новосибирск» по причине указания в данной заявке диагонали дисплея меньше диагонали дисплея требуемого техническим заданием, не обоснован. Вместе с тем, по мнению Комиссии Новосибирского УФАС России заявка ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» содержит недостоверную информацию относительно диагонали дисплея наркозно-дыхательного аппарата "Fabius Plus".

В техническом задании документации об аукционе по лоту №3 указано, что наркозно-дыхательный аппарат должен иметь прогрессивную систему устройства дыхательного контура (ABS), предотвращающую утечки дыхательной смеси объемом 2,8 л. Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в аукционе № 090423/004326/56/1 от 14.05.2009г. ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» не допущено до участия в данном аукционе, т.к. у наркозно-дыхательного аппарата "Fabius Plus" указанная система имеет объем 5 л. На заседании Комиссии Новосибирского УФАС России представители ФГУ НИИИТ Росмедтехнологий сообщили, что вышеуказанное основание не допуска до участия в аукционе не соответствует действительности. Таким образом, довод ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» о неправомерности отклонения заявки ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» по вышеуказанному основанию, обоснован.

В техническом задании документации об аукционе по лоту №3 указано, что наркозно-дыхательный аппарат должен иметь возможность подключения к центральной системе газоснабжения или компрессору сжатого воздуха с цветовым кодированием магистралей, встроенную систему манометров, систему электронных графических флоуметров для проведения вентиляции низкими потоками газовой смеси. Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в аукционе № 090423/004326/56/1 от 14.05.2009г. ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» не допущено до участия в данном аукционе, т.к. наркозно-дыхательный аппарат "Fabius Plus" не имеет системы электронно-графических флоуметров, что существенно снижает точность дозирования газовой смеси. На заседании Комиссии Новосибирского УФАС России представители ФГУ НИИИТ Росмедтехнологий заявили, что вышеуказанное основание не допуска до участия в аукционе не соответствует действительности. Таким образом, довод ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» о неправомерности отклонения заявки ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» по вышеуказанному основанию, обоснован.

В техническом задании документации об аукционе по лоту №3 указано, что наркозно-дыхательный аппарат должен иметь функцию визуализации дыханий пациента благодаря устройству «мешок в бутылке». Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в аукционе № 090423/004326/56/1 от 14.05.2009г. ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» не допущено до участия в данном аукционе, т.к. наркозно-дыхательный аппарат "Fabius Plus" не имеет функции визуализации и контроля за дыханием больного на выдохе. Присутствующие на заседании Комиссии Новосибирского УФАС России представители ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» подтвердили то, что у наркозно-дыхательного аппарата "Fabius Plus" присутствует функция визуализации и контроля за дыханием больного на выдохе, однако у аппарата отсутствует датчик контроля на вдохе. Таким образом, довод ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» о неправомерности отклонения заявки ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» по вышеуказанному основанию, частично обоснован.

На основании вышеизложенного Комиссия Новосибирского УФАС России решила признать жалобу ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» на действия комиссии по

размещению заказов ФГУ ННИИТ Росмедтехнологий при проведении открытого аукциона №8 на право заключения государственного контракта на поставку расходных материалов, оборудования и медикаментов, по лоту №3, частично обоснованной.

Кроме того, в результате проведенной на основании ч.5 ст.17 Федерального Закона № 94-ФЗ внеплановой проверки Комиссией Новосибирского УФАС России установлено, что государственным заказчиком – ФГУ ННИИТ Росмедтехнологий при проведении данного размещения заказа допущены следующие нарушения законодательства РФ о размещении заказов.

В техническом задании документации об аукционе по лоту №3 указано, что наркозно-дыхательный аппарат должен иметь следующие характеристики: высота - 134,5 см, ширина - 72 см, глубина - 73 см, масса - 125 кг. Установление данных требований влечёт за собой ограничение количества участников размещения заказа, вследствие чего отсекается возможность предложения оборудования с лучшими характеристиками, что является нарушением ч.3.1 ст.34 Федерального Закона № 94-ФЗ, согласно которой документация об аукционе не может содержать требования к товару, если такие требования влекут за собой ограничение количества участников размещения заказа. Однако, присутствующие на заседании Комиссии Новосибирского УФАС России представители ФГУ ННИИТ Росмедтехнологий заявили, что данные характеристики оборудования критичны в сторону увеличения, так же представители ФГУ ННИИТ Росмедтехнологий заявили, что оборудование с меньшими габаритами и массой соответствует потребностям заказчика. На основании вышеизложенного Комиссия Новосибирского УФАС России пришла к выводу, что установление вышеуказанных требований фактически не повлекло ограничение количества участников размещения данного заказа по лоту №3. В то же время, техническое задание документации об аукционе составлено не в полном соответствии с потребностями заказчика, что является нарушением ч.2 ст.34 Федерального Закона № 94-ФЗ, согласно которой документация об аукционе должна содержать требования, установленные заказчиком к техническим характеристикам товара, к размерам и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика.

Кроме того, согласно ч.2.1 ст.10 Федерального Закона №94-ФЗ участник размещения заказа подаёт заявку на участие в аукционе в отношении определённого лота. При этом, из положений ч.2 ст.35 Федерального Закона № 94-ФЗ следует, что под заявкой на участие в аукционе понимается не только предложение по конкретному предмету лота аукциона, но и документы и сведения, которые заявка на участие в аукционе должна содержать. Таким образом, каждая заявка на участие в аукционе, поданная в отношении определённого лота, должна содержать определённый настоящим Федеральным Законом перечень документов и сведений. В нарушение вышеуказанных требований в п.1.7.1 указано, что в случае подачи заявок на участие в аукционе в отношении нескольких лотов одним участником размещения заказа, такие заявки подаются в следующем порядке: все заявки на участие в аукционе, в отношении нескольких лотов, подаются участником размещения заказа в одном конверте, в котором содержатся - один комплект общих для всех заявок документов и отдельные конверты с документами, специфичными для каждого лота.

В документации об аукционе указано, что время и дата окончания подачи заявок – 14.05.2009г. в 14-00 часов, время и дата начала рассмотрения заявок – 14.05.2009г. в 15-00 часов, что является нарушением ч.6 ст.35 Федерального Закона №94-ФЗ, согласно которой прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона.

Руководствуясь ч.6 ст.60 , ч.5, ч.9 ст. 17, Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Комиссия Новосибирского УФАС России

РЕШИЛА:

Выдать государственному заказчику - ФГУ НИИИТ Росмедтехнологий и комиссии по размещению заказов ФГУ НИИИТ Росмедтехнологий предписание о прекращении нарушения законодательства РФ о размещении заказов.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его вынесения.

Председатель Комиссии

А.Г. Швалов

Члены Комиссии

Д.В. Сухоплюев

Д.Е. Студеникин

ПРЕДПИСАНИЕ № 08-02-135

об устранении нарушения законодательства о размещении заказов

«26» мая 2009 года

г. Новосибирск

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области (Новосибирское УФАС России) по контролю в сфере размещения заказов в составе:

Швалов А.Г. – заместитель руководителя управления – начальник отдела государственного

заказа, председатель Комиссии;

Сухоплюев Д.В. - главный специалист-эксперт отдела государственного заказа,

член Комиссии;

Студеникин Д.Е. - ведущий специалист-эксперт отдела государственного заказа,
член Комиссии,

на основании своего решения № 08-01-147 от 26.05.2009г. по жалобам ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» на действия комиссии по размещению заказов ФГУ НИИИТ Росмедтехнологий при проведении открытого аукциона №8 на право заключения государственного контракта на поставку расходных материалов, оборудования и медикаментов, по лоту №3, извещение №090423/004326/56,

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

ФГУ НИИИТ Росмедтехнологий устранить нарушения Федерального закона № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон № 94-ФЗ), а именно:

- прекратить устанавливать в документации об аукционе требования к товару, влекущие за собой ограничение количества участников размещения заказа;
- указывать в документации об аукционе требования к товару, к его размерам и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара реальным потребностям заказчика;
- прекратить указывать в документации об аукционе требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе с нарушением ч.2 ст.35 Федерального закона № 94-ФЗ;
- прекратить указывать в документации об аукционе сведения с нарушением ч.6 ст.35 Федерального Закона №94-ФЗ;

Комиссии по размещению заказов ФГУ НИИИТ Росмедтехнологий устранить нарушения Федерального закона № 94-ФЗ, а именно:

- отменить решение комиссии по размещению заказов, зафиксированное в протоколе рассмотрения заявок на участие в аукционе № 090423/004326/56/1 от 14.05.2009г.;
- прекратить указывать в протоколе рассмотрения заявок на участие в аукционе причины отклонения заявок на участие в аукционе, не соответствующие действительности;
- прекратить указывать в протоколе рассмотрения заявок недостоверную информацию относительно наименований участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе;
- провести повторно процедуру рассмотрения заявок на участие аукционе с учетом вышеизложенных пунктов настоящего предписания.

Об исполнении настоящего предписания сообщить в Новосибирское УФАС России в срок до 11.06.2009 г. с приложением подтверждающих документов.

Предписание может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его вынесения.

Примечание. За уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение настоящего предписания в соответствии с частью 7 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях юридические лица и должностные лица несут административную ответственность.

Председатель Комиссии

А.Г. Швалов

Члены Комиссии

Д.В. Сухоплюев

Д.Е. Студеникин