

О переносе даты и времени

рассмотрения дела № 042/01/17-2090/2019

В ваш адрес были направлены копии определения об отложении рассмотрения дела № 042/01/17-2090/2019 от 16.01.2020 (исх. № 05/471 от 22.01.2020). Согласно указанному определению дело № 042/01/17-2090/2019 о нарушении антимонопольного законодательства было назначено к рассмотрению на 17.03.2020 г. на 14 часов 00 минут.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области (Кемеровское УФАС России) сообщает следующее:

1. в связи с производственной необходимостью рассмотрение дела № 042/01/17-2090/2019 о нарушении антимонопольного законодательства переносится на 01.04.2020 г. в 15 часов 00 минут.

Регистрация лиц, участвующих в деле состоится в 14 часов 45 минут в кабинете 315 по адресу: г. Кемерово, ул. Ноградская, д.5 (3 этаж);

2. 02.03.2020 г. ООО «Медоснащение-Юг» подано ходатайство о рассмотрении дела № 042/01/17-2090/2019 в отсутствие заявителя. Кроме того, ООО «Медоснащение-Юг» представило пояснения, запрошенные определением об отложении рассмотрения дела № 042/01/17-2090/2019 от 16.01.2020 (исх. № 05/471 от 22.01.2020). Согласно данным пояснениям показатели верхних пределов измерения лейкоцитов и эритроцитов в приборе HemaLit 3000 являются настраиваемыми, в связи с чем доводы ГБУЗ КО «Таштагольская районная больница» о несоответствии прибора HemaLit 3000 требованиям аукционной документации необоснованы.

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь частью 5 статьи 45 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – ФЗ № 135-ФЗ) просим лиц, участвующих в рассмотрении дела, в срок до 30.03.2020 г. (включительно) представить следующие сведения и материалы:

1.
 1. ООО «Медоснащение-Юг» - письменные доказательства, подтверждающие, что показатели верхних пределов измерения лейкоцитов и эритроцитов в приборе HemaLit 3000 являются настраиваемыми и специалист с помощью примитивных манипуляций с прибором и обновления программного обеспечения может изменять данные параметры под конкретные потребности заказчика, а также максимальные значения верхних пределов измерения лейкоцитов и эритроцитов в приборе HemaLit 3000;
 2. ГБУЗ КО «Таштагольская районная больница» - письменные пояснения на доводы ООО «Медоснащение-Юг» о том, что показатели верхних пределов измерения лейкоцитов и эритроцитов в приборе HemaLit 3000 являются настраиваемыми, в связи с чем данный прибор мог быть настроен специалистом ООО «Медоснащение-Юг» под требования ГБУЗ КО «Таштагольская районная больница» в аукционной документации

обжалуемой закупки.

<...>