

РЕШЕНИЕ

по делу № К -283/07 о нарушении
законодательства о размещении заказов

03.10.2007 Москва

Комиссия Федеральной антимонопольной службы по контролю в сфере размещения заказов (далее - Комиссия),
в присутствии представителей Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, представителя ЗАО "НПВЛ ЛИАНА",
рассмотрев жалобу ЗАО "НПВЛ ЛИАНА" (далее - Заявитель) на действия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию (далее - Заказчик) при проведении открытого конкурса на поставку ультразвукового оборудования для амбулаторно-поликлинических учреждений и стационарно-поликлинических учреждений для организации первичной медико-санитарной помощи, а также женских консультаций в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения по лотам №№ 1, 2 (далее - Конкурс) и в результате проведения внеплановой проверки в соответствии с частью 5 статьи 17 Федерального закона от 21.07.2005 № 94 ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о размещении заказов),

УСТАНОВИЛА:

В Федеральную антимонопольную службу поступила жалоба Заявителя о признаках нарушения конкурсной комиссией Заказчика Закона о размещении заказов.

В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе от 25.09.2007 № 274к-1654/2 Заявителю отказано в допуске к участию в Конкурсе по лоту № 1 по причине несоответствия предлагаемого к поставке оборудования требованиям подпунктов 3.4, 3.18, 3.20, 3.21, 5.5, 7.4, 9.1, 17.1, 17.2 пункта 8.2.5 раздела 8 конкурсной документации; по лоту № 2 по причине несоответствия предлагаемого к поставке оборудования требованиям подпунктов 8.1, 8.5, 15.1, 15.3, 15.4 пункта 8.3.5 раздела 8 конкурсной документации.

По мнению Заявителя, конкурсная комиссия Заказчика неправомерно отказала ему в допуске к участию в Конкурсе.

В обоснование своих требований Заявитель привел следующие доводы.

Согласно заявке на участие в конкурсе Заявитель предложил к поставке по лоту № 1 "Ультразвуковой цифровой диагностический сканер SA-X 8 с принадлежностями", по лоту № 2 "Сканер ультразвуковой диагностический цифровой SA-8000 модели SE с принадлежностями". По мнению Заявителя, технические характеристики указанного оборудования, изложенные в заявке (форма 2 предложения на поставку товара), соответствуют требованиям конкурсной документации, в результате чего отказ в допуске к участию в конкурсе по лотам №№ 1, 2 неправомерен.

Заказчик не признал нарушений, указанных в жалобе Заявителя, и сообщил.

1. В соответствии с подпунктами 3.4, 3.18, 7.4, пункта 8.2.5 раздела 8 конкурсной документации к предлагаемому к поставке диагностическому оборудованию по лоту № 1 установлены следующие требования: одновременное использование фокусных зон основного блока - не менее 8; наличие автоматической оптимизации доплеровского спектра; глубина визуализации - не менее 120 мм. Согласно

заявке Заявителя, к поставке предложен "Ультразвуковой цифровой диагностический сканер SA-X 8 с принадлежностями", у которого: одновременное использование фокусных зон менее 8, отсутствует автоматическая оптимизация доплеровского спектра, глубина визуализации менее 120 мм. В результате, по мнению Заказчика, предлагаемое Заявителем к поставке оборудование не соответствует требованиям конкурсной документации, что влечет отказ в допуске к участию в конкурсе по лоту № 1.

Однако в ходе рассмотрения жалобы Заказчик не представил документы, подтверждающие несоответствие указанного оборудования требованиям конкурсной документации.

2. В соответствии с подпунктами 8.1, 8.5, 15.1 пункта 8.3.5 раздела 8 конкурсной документации к предлагаемому к поставке диагностическому оборудованию по лоту № 2 установлены следующие требования: наличие цветного ЖК монитора, регулировка монитора по высоте - не менее 150 мм, высота оборудования - не более 1200 мм. Согласно заявке Заявителя, к поставке предложен "Сканер ультразвуковой диагностический цифровой SA-8000 модели SE с принадлежностями" с электронно-лучевым и цветным ЖК мониторами, в электронно-лучевом мониторе отсутствует возможность регулировки по высоте, в цветном ЖК мониторе такая возможность имеется, высота оборудования - от 1100 до 1420 мм. В результате, по мнению Заказчика, предлагаемое Заявителем к поставке оборудование не соответствует требованиям конкурсной документации, что влечет отказ в допуске к участию в конкурсе по лоту № 2.

В результате рассмотрения жалобы и проведения в соответствии с частью 5 статьи 17 Закона о размещении заказов внеплановой проверки Комиссией установлено следующее.

1. Согласно заявке на участие в конкурсе (форма 2 предложения на поставку товара) Заявитель предложил к поставке по лоту № 1 "Ультразвуковой цифровой диагностический сканер SA-X 8 с принадлежностями" со следующими техническими характеристиками: одновременное использование фокусных зон - не менее 8; наличие автоматической оптимизации доплеровского спектра; число цветных карт для цветочного доплера - не менее 20; число цветных карт для энергетического доплера - не менее 4; максимальная частота секторного фазированного датчика - 700 кадров/сек; глубина визуализации линейного мультисекторного датчика - не менее 120 мм; компьютерная рабочая станция обеспечивает архивацию и обработку сохраненных данных в режиме off-line; имеются русифицированные клавиатура и интерфейс. Данные технические характеристики соответствуют требованиям подпунктов 3.4, 3.18, 3.20, 3.21, 5.5, 7.4, 9.1, 17.1, 17.2 пункта 8.2.5 раздела 8 конкурсной документации. Отказ в допуске к участию в конкурсе по лоту № 1 на основании несоответствия заявки указанным подпунктам конкурсной документации является нарушением части 2 статьи 12 Закона о размещении заказов.

2. В соответствии с подпунктами 8.1, 8.5, 15.1, 15.3, 15.4 пункта 8.3.5 раздела 8 конкурсной документации к предлагаемому к поставке диагностическому оборудованию по лоту № 2 установлены следующие требования: наличие цветного ЖК монитора, регулировка монитора по высоте - не менее 150 мм, высота оборудования - не более 1200 мм, глубина оборудования - не более 800 мм, вес оборудования - не более 60 кг. Согласно заявке Заявителя (форма 2 предложения на поставку товара), к поставке предложен "Сканер ультразвуковой диагностический цифровой SA-8000 модели SE с принадлежностями" с глубиной оборудования - не более 800 мм, весом - не более 60 кг, что соответствует требованиям конкурсной документации. Однако, как указано в заявке,

предлагаемое к поставке оборудование имеет электронно-лучевой и цветной ЖК мониторы; в электронно-лучевом мониторе отсутствует возможность регулировки по высоте, в цветном ЖК мониторе такая возможность имеется, при этом регулировка в цифровом значении не указана; высота оборудования - от 1100 до 1420 мм, что противоречит требованиям конкурсной документации и является основанием отказа в допуске к участию в конкурсе по лоту № 2 в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 12 Закона о размещении заказов.

На основании изложенного и руководствуясь частью 5 статьи 17, частью 6 статьи 60 Закона о размещении заказов, приказом ФАС России от 01.09.2006 № 228

Комиссия

РЕШИЛА:

1. Признать жалобу ЗАО "НПВЛ ЛИАНА" обоснованной в части неправомерного отказа в допуске к участию в конкурсе по лоту № 1 на основании несоответствия заявки подпунктам 3.4, 3.18, 3.20, 3.21, 5.5, 7.4, 9.1, 17.1, 17.2 пункта 8.2.5 раздела 8 конкурсной документации.

2. Признать в действиях Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию нарушение части 2 статьи 12 Закона о размещении заказов.

3. Выдать Федеральному агентству по здравоохранению и социальному развитию предписание об устранении нарушений законодательства о размещении заказов.

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

ПРЕДПИСАНИЕ

по делу № К-283/07 об устранении нарушений законодательства о размещении заказов

03.10.2007 г. Москва

Комиссия Федеральной антимонопольной службы по контролю в сфере размещения заказов (далее - Комиссия)

на основании решения от 03.10.2007 года по делу № К-283/07, принятого Комиссией по итогам рассмотрения жалобы ЗАО "НПВЛ ЛИАНА" на действия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию при проведении открытого конкурса на поставку ультразвукового оборудования для амбулаторно-поликлинических учреждений и стационарно-поликлинических учреждений для организации первичной медико-санитарной помощи, а также женских консультаций в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения по лотам №№ 1, 2, содержащие признаки нарушения законодательства о размещении заказов и проведения внеплановой проверки, руководствуясь пунктом 1 части 9 статьи 17, частью 6 статьи 60 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о размещении заказов), предписывает Федеральному агентству по здравоохранению и социальному развитию:

1. Отменить протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе от 25.09.2007 № 274к-1654/2 по лоту № 1.

2. Осуществить рассмотрение заявок на участие в конкурсе и оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе по лоту № 1 в срок и в порядке, установленными конкурсной документацией и Законом о размещении заказов.
3. В срок до 17.10.2007 представить в ФАС России копию документа, подтверждающего выполнение пунктов 1,2 настоящего предписания.