

Комиссия Саратовского УФАС России по рассмотрению жалоб в порядке, предусмотренном ст. 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Комиссия) в составе:

1. ... • **заместитель руководителя управления, председатель Комиссии,**
2. ... - **старший государственный инспектор отдела контроля обязательных процедур, член Комиссии.**
3. ... • **ведущий специалист-эксперт отдела контроля рынков, член Комиссии,**

в присутствии представителей ГУЗ «Областная клиническая больница» – ... (доверенность б/н от 28.01.2020), ... (доверенность б/н от 28.01.2020), представителя ООО «МЕДПРОМ ПЛЮС» - ... (доверенность №3 от 09.01.2020), рассмотрев жалобу ООО «МЕДПРОМ ПЛЮС» на действия заказчика ГУЗ «Областная клиническая больница» (далее Заказчик) при проведении аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения Договора на поставку расходных материалов (Извещение №2008756626), в соответствии со ст. 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции),

УСТАНОВИЛА:

В Саратовское УФАС России поступила жалоба ООО «МЕДПРОМ ПЛЮС» на действия заказчика ГУЗ «Областная клиническая больница» при проведении аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения Договора на поставку расходных материалов (Извещение №2008756626) (далее – Заказчик), (далее также – Аукцион).

Из жалобы следует, что положения Закупочной документации нарушают требования Законодательства о закупках.

Рассмотрев представленные материалы, Комиссия установила следующее.

В соответствии п. 2 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон о закупках) при закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются, в том числе принципами равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки.

В соответствии с ч. 1 ст. 2 Закона о закупках при закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом о закупках, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ними и утвержденными с учетом положений ч. 3 ст. 2 Закона о закупках правовыми актами, регламентирующими правила закупки.

В соответствии с п.2 ст. 2 Закона о закупках, Положение о закупке является документом, который регламентирует закупочную деятельность заказчика и должен содержать требования к закупке, в том числе порядок подготовки и осуществления закупок способами, указанными в частях 3.1 и 3.2 статьи 3 настоящего Федерального закона, порядок и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.

Закупочная деятельность Заказчика регламентируется Положением о закупках товаров, работ и услуг для нужд государственного учреждения здравоохранения «Областная клиническая больница» (далее – Положение о закупках).

13.01.2020 в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) был размещен аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения Договора на поставку расходных материалов (Извещение №32008756626) (далее – Аукцион) (далее – Извещение). Начальная (максимальная) цена договора составила 7 415 700,00 рублей. Документация о запросе котировок в электронной форме (далее – Документация) была размещена в ЕИС 13.01.2020.

Согласно п.1 ч.10 ст. 4 Закона о закупках, в документации о конкурентной закупке должны быть указаны, в том числе требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика.

Согласно ч.6.1 ст.3 Закона о закупках при описании в документации о конкурентной закупке предмета закупки заказчик должен руководствоваться правилами, в том числе в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки.

Довод жалобы о том, что Заказчиком установлены ограничивающие конкуренцию товары, которые объединены в один лот, а именно перевязочные материалы (позиции № 10,11, 15) и комплектующие товары (позиции № 19-23), с требованием обязательной совместимости с аппаратом Renasys Go, является необоснованным в силу следующего.

Согласно разд. 5 Технического задания, Заказчиком установлены общие требования к условиям поставки товара, а именно к позиции №10 - средство перевязочное: повязка адсорбирующая;

№11 - средство перевязочное: повязка адсорбирующая;

№15 - средство перевязочное: повязка абсорбирующая губчатая для трахестом и дренажей;

№16 - повязка раневая на полимерной основе для фиксации эпидуральных катетеров;

№17 - средство перевязочное: Повязка фиксирующая с противовоспалительным покрытием;

№18 - средство перевязочное: повязка моделируемая гелевая;

№19 - емкость с крышкой для сбора экссудата (Емкость к портативной системе для лечения отрицательным давлением ран у мобильных пациентов объемом 300 - 350 мл, должна быть совместима с аппаратом Renasys Go;

№20 - емкость с крышкой для сбора экссудата (Емкость к портативной системе для лечения отрицательным давлением ран у мобильных пациентов объемом 700 - 800 мл, должна быть совместима с аппаратом Renasys Go;

№21 - набор дренажный (Набор дренажный к системам для лечения ран отрицательным давлением, стерильный, должен быть совместим с аппаратом Renasys Go);

№22 - набор дренажный (Стерильный набор перевязочных материалов к системам для лечения ран отрицательным давлением, должен быть совместим с аппаратом Renasys Go);

№23 - набор дренажный (Стерильный набор перевязочных материалов к системам для лечения ран отрицательным давлением, должен быть совместим с аппаратом Renasys Go).

Согласно представленным коммерческим предложениям, средства по позициям №10,11,15-23 поставляются производителями России, Соединенного Королевства, Германии, Великобритании.

Учитывая изложенное, позиции №10,11,15-23 имеют одно предназначение - расходный материал, так как позиции 19-23 (наборы дренажные) не являются комплектующими средствами, объединение их в один лот не является ограничением конкуренции.

Согласно представленным заявкам на участие в Аукционе, на участие было подано 2 заявки, обе заявки были допущены до участия в Аукционе. Согласно протоколу рассмотрения вторых частей заявок к участию допущена одна заявка.

Из пояснений Заказчика следует, что для формирования лота Заказчик руководствовался спецификой деятельности учреждения, используемых

технологий в лечебном процессе, в связи с чем, поставка товара не соответствующего требованиям, Документации, может нарушить деятельность лечебного процесса.

Согласно разделу 5 Технического задания, к позициям 19-23 в описании объекта закупки установлена возможность наличия совместимости с аппаратом Renasys Go, при этом указания на конкретный товарный знак или конкретного производителя отсутствуют.

Учитывая изложенное, к поставке по позициям 19-23 (наборы дренажные) могут быть представлены любые емкости для сбора экссудата, а также дренажные наборы к системам для лечения ран отрицательным давлением совместимых с аппаратом Renasys Go.

Заявителем не представлены доказательства невозможности поставки товаров Аукциона.

Учитывая изложенное доводы жалобы являются необоснованными.

На основании вышеизложенного и в соответствии с ч. 20 ст. 18.1 Закона о защите конкуренции Комиссия

РЕШИЛА:

1. Признать жалобу ООО «МЕДПРОМ ПЛЮС» на действия заказчика ГУЗ «Областная клиническая больница» при проведении аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения Договора на поставку расходных материалов (Извещение №2008756626) необоснованной.

Решение могут быть обжалованы в судебном порядке в течение трех месяцев со дня их принятия.