



ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

РЕШЕНИЕ

по результатам рассмотрения жалобы № 10-08/18ТА

судск 17 апреля 2018 года

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Саха (Якутия) рассмотрению жалоб (далее также – Комиссия антимонопольного органа, Комиссия) в порядке, предусмотренном статьей 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции», в составе:

> - начальника отдела контроля закупок Якутского УФАС России, заместителя председателя Комиссии;

> – заместителя начальника отдела контроля закупок Якутского УФАС России, члена Комиссии;

> – старшего государственного инспектора отдела контроля закупок Якутского УФАС России, члена Комиссии;

участии:

заявителя общества с ограниченной «Алт-Сервис» (далее также – заявитель, ООО «Алт-Сервис»): не уведились, уведомлены надлежащим образом;

заказчика государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканская больница № 1 – Национальный центр медицины» (далее также – ГАУ РС(Я) «РБ№1-НЦМ», заказчик): <...> (представитель по доверенности),

рассмотрев жалобу ООО «Алт-Сервис» на действия заказчика ГАУ РС(Я) «РБ№1-НЦМ» при проведении открытого аукциона в электронной форме на поставку расходного материала рентгенохирургических операций (стенды) (изв. № 31806230094), в соответствии с частями 17 статьи 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее также - Закон о защите конкуренции),

установила:

Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Саха (Якутия) рассмотрела жалоба ООО «Алт-Сервис» на действия заказчика ГАУ РС(Я) «РБ№1-НЦМ» при проведении открытого аукциона в электронной форме на поставку расходного материала рентгенохирургических операций (стенды) (изв. № 31806230094).

Информация о поступлении жалобы в соответствии с частью 11 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции размещена на официальном сайте Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Саха (Якутия) <http://sakha.fas.gov.ru>.

Рассмотрения дела по существу возражений от заинтересованных лиц не поступило.

Жалобы ООО «Алт-Сервис» следует, что заявителем описано описание объекта закупки, которое, по мнению ООО «Алт-Сервис», является необъективным. Указывают, что описание объекта закупки не позволило заявителю подать заявку на участие в закупке. Заявитель не имеет оснований выдать заказчику предписание об устранении допущенных нарушений.

Представитель заказчика с жалобой не согласился, поддержал письменные пояснения в

ном объеме. Просит признать жалобу необоснованной.

Исследовавшая жалобу антимонопольного органа, заслушав лиц, участвующих в деле, изучив имеющиеся документы, приходит к следующему.

17 марта 2018 года заказчиком на официальном сайте единой информационной системы www.zakupki.gov.ru, а также на сайте оператора электронной площадки ООО «РТС-тендер» размещено извещение № 31806230094 о проведении открытого аукциона в электронной форме на поставку расходного материала для рентгенохирургических операций (стенты) и сопроводительная документация.

Максимальная (максимальная) цена контракта составила 17 486 083,40 руб.

17 апреля 2018 года состоялось рассмотрение заявок на участие в аукционе, о чем составлен протокол № 01-0094/1.

Согласно указанному протоколу, на участие в закупке поступило 4 заявки с соответствующими номерами, заявка участника закупки с порядковым номером 3 (ООО «Кардио») отклонена, заявки остальных участников закупки допущены к участию в аукционе.

17 апреля 2018 года состоялось подведение итогов открытого аукциона в электронной форме, о чем составлен протокол № 01-0094/2.

Согласно указанному протоколу победителем закупки признан участник аукциона с первым номером заявки 1, второе место занял участник закупки с номером заявки 4.

В момент рассмотрения жалобы договор по итогам открытого аукциона в электронной форме на поставку расходного материала для рентгенохирургических операций (стенты) не заключен.

Исследовавшая жалобу антимонопольного органа считает жалобу ООО «Алт-Сервис» обоснованной на основании следующего.

В своей жалобе ООО «Алт-Сервис» указывает на необъективное описание объекта закупки, которое помешало ему подать заявку на участие в закупке.

Кроме прочего, заявитель указывает на то, что в пунктах 3 и 15 Технического задания к документации о закупке указаны несуществующие торговые наименования товаров – «*Эгду*» и «*Exaseal*».

Согласно пункту 2 части 10 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее также – Закон о закупках) в документации о закупке должны быть указаны сведения, определенные законодательством о закупке, в том числе требования к содержанию, форме, оформлению и подаче заявки на участие в закупке.

Согласно пункту 17.4.3 раздела 17 «Аукцион в электронной форме» Положения о закупках ГАУ РС(Я) № 1-НЦМ» указано, среди прочего следующее: «В аукционной документации должны быть указаны следующие сведения: 1) объект закупки: Установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к эксплуатационным характеристикам объекта закупки (при необходимости), к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с обеспечением соответствия товара поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Описание объекта закупки должно носить объективный характер. В описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости).

Документация о проведении закупки может содержать указание на товарные знаки (торговые наименования)».

Следовательно, правила, установленные Положением о закупках заказчика, допускают указание в закупочной документации наименований товарных знаков и торговых наименований, при этом наименования товарных знаков и торговых наименований, введенные в Описание объекта закупки должны быть достоверными.

Материалами дела установлено, что в пунктах 3 и 15 раздела 3 «Техническое задание на

тавку расходного материала для рентгенхирургических операций (стенты)»
 ументации о закупке приведены следующие требования к закупаемым товарам:

№ /п	Наименование товара	Технические характеристики	Кол-во
3	Коронарный стент с лекарственным покрытием Sinergy (BOSTON)	<ul style="list-style-type: none"> коронарный, монорельсовый. Материал стента – платино-хромовый сплав. Доля платины в сплаве - не менее 33%. Доля никеля в сплаве - не более 9%. Толщина стенок стента – 0.074 мм. Лекарственное покрытие стента состоит из полностью биоразлагаемого через 12 недель полимера PGLA, нанесенного с аблюминальной стороны стента и лекарственного препарата Эверолимус. Доза лекарственного препарата на единицу площади – не более 1µг/мм². Доза лекарства на стенте длиной 38 мм - не более 287µг. Профиль стента на системе доставки – не более 0.088 мм (для стента диаметром 3 мм). Система доставки – «монорельсовый» баллонный катетер, совместимый с проводником 0.014" и проводниковым катетером 6F, 7F, 8F. Профиль кончика баллона доставляющей системы стента - не более 0,017". Рабочая длина баллонного катетера, на котором смонтирован стент - не менее 144 см. Проксимальный shaft гипотрубки покрыт тонкой полимерной оплеткой. Внутренний shaft состоит из двух сегментов - максимального гибкого дистального сегмента и максимально жесткого проксимального сегмента. Длина кончика баллона доставляющей системы - не более 1,75 мм. 5-ти лепестковая технология укладки баллона. Рентгенконтрастные маркеры из платино-иридиевого сплава. Длина рентгенконтрастных маркеров - не более 0,94 мм. Номинальное давление – не менее 11 атм. Предельное давление - не менее 18 атм. Диаметр стентов – 2.25 мм; 2.50 мм; 2.75 мм; 3.00 мм; 3.50 мм, 4.00 мм. Длина стентов – 8 мм, 12 мм, 16 мм, 20 мм, 24 мм, 28 мм, 32 мм, 38 мм. ГОСТ Р 50444-92 РАЗД .3, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-4-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, 	40
5	Устройство для закрытия доступа Exaseal (Cordis)	<ul style="list-style-type: none"> для закрытия места пункции состоит из рукоятки, shaft и пробки. Пробка размещена внутри дистального отдела shaft. Материал пробки – полигликолевая кислота, неколагеновая, биосовместимая, полностью резорбирующаяся в течение 60-90 дней, вес пробки не менее 10 мг, длина до установки не менее 7,2 мм. Рукоятка и shaft изготовлены из пластика, длина shaft не менее 12 см. Внутренний просвет shaft имеет канал для нитинолового проводника, фиксирующего устройство в месте пункции. На рукоятке находится индикаторное окно и кнопка для отделения пробки. Размеры: 5F, 6F, 7F. ГОСТ 19126-2007 (Разд. 5), ГОСТ Р ИСО 10555.1 - 99, ГОСТ Р ИСО 10555.4-99, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-4-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-7-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ Р 52770-2007 	3

коде рассмотрения дела представитель заказчика пояснил, что торговые наименования «*Sinergy*» и «*Exaseal*» следует читать как «*Synergy*» и «*Exoseal*», некорректное написание наименований явилось следствием технической ошибки.

В изложенных обстоятельствах, заказчик, допустивший вопреки требованиям Положения о закупках, необъективное описание объекта закупки, является нарушившим пункт 2 части 10 статьи 4 Закона о закупках.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках при закупке товаров, работ, услуг заказчика руководствуются *принципом равноправия*, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки.

Согласно статье 6 статьи 3 Федерального закона о закупках установлен запрет на предвзятое отношение к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора требований и осуществление оценки и оставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации о закупке. Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, к критериям и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, установленные заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам закупки, участвующим в закупке, к закупаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора.

Из протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме № 11-0094/1 от 04.04.2018 г. следует, что заявки участников закупки с номерами 1, 2 и 4 соответствуют требованиям закупочной документации и допущены к участию в аукционе.

Как отмечено выше, пунктом 2 части 10 статьи 4 Закона о закупках установлено, что в документации о закупке должны быть указаны сведения, определенные положением о закупке, в том числе требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке.

В разделе 1 «Инструкция участникам закупки» установлено, что заявка на участие в аукционе в электронной форме помимо прочего должна содержать заполненную форму заявки на участие в аукционе в соответствии с требованиями документации об аукционе в электронной форме, а также предложение о функциональных характеристиках (технических свойствах) и качественных характеристиках товара, о наименовании товара, о происхождении товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора – по форме установленной документацией.

В пункте 18 «Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе в электронной форме» раздела 2 «Информационная карта аукциона» установлены логичные требования к составу заявки на участие в закупке.

В разделе 4 «Приложения» документации о закупке приведено приложение № 1 к заявке на участие в аукционе, которое выглядит следующим образом:

Форма №1 предложения участника закупки заполняется **СТРОГО** согласно приложению к техническому заданию.

1/п	Наименование товара, производитель	Наименование страны происхождения*	Технические характеристики	Ед. изм.	Кол-во

--	--	--	--	--

ив требования к составу заявки, установленные в документации о закупке, Комиссия монопольного органа приходит к выводу о том, что участникам закупки в составе заявок участие в аукционе надлежало представить предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о меновании страны происхождения товара, о качестве работ, услуг и иные предложения /словиях исполнения договора, в части не подлежащей изменению, в том числе, в части менования товаров, предлагаемых к поставке, их товарных знаков и торговых менований, *в строгом соответствии с Техническим заданием (Описанием объекта лпки) закупочной документации.*

е указано, что в ходе рассмотрения дела представитель заказчика пояснил, что говые наименования «*Sinergy*» и «*Exaseal*» *следует читать как «Synergy» и «Exoseal»*, орректное указание наименований явилось следствием технической ошибки.

ериалами дела установлено, что заявки участников закупки с номерами 1 и 2 содержат ые наименование товаров по позициям 3 и 15 Технического задания документации о лпке - «*Synergy*» и «*Exoseal*», между тем, в заявке участника закупки с номером 4 такие менования указаны некорректно - «*Sinergy*» и «*Exaseal*», *при этом данный участник лпки, был допущен к участию в электронном аукционе и занял по его итогам, второе то.*

изложенных обстоятельствах, действия закупочной комиссии заказчика по допуску к стию в открытом аукционе в электронной форме участника закупки, предложившего к тавке несуществующие товары, признаются нарушающими пункт 2 части 1, часть 6 ги 3 Закона о закупках.

основании вышеизложенного и руководствуясь частями 1, 2 ст. 18.1 Федерального зна от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», частью 10 статьи 3 Федерального зна от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами ьческих лиц» Комиссия Якутского УФАС России по рассмотрению жалоб,

решила:

ризнать жалобу ООО «Алт-Сервис» на действия заказчика ГАУ РС(Я) «РБ№1-НЦМ» при ведении открытого аукциона в электронной форме на поставку расходного материала рентгенохирургических операций (стенды) (изв. № 31806230094) **обоснованной.**

ризнать заказчика ГАУ РС(Я) «РБ№1-НЦМ» нарушившим пункт 2 части 10 статьи 4 едерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными ами юридических лиц».

ризнать закупочную комиссию заказчика ГАУ РС(Я) «РБ№1-НЦМ» нарушившей пункт 2 ти 1, часть 6 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, от, услуг отдельными видами юридических лиц».

здать заказчику ГАУ РС(Я) «РБ№1-НЦМ», закупочной комиссии заказчика предписание об занении допущенных нарушений.

В сроки, определенные предписанием, уведомить об исполнении положения дписания.

ение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его нятия.

еститель председателя Комиссии <...>

Члены Комиссии: <...>

