

РЕШЕНИЕ № 44

«26» ноября 2010 года

г. Кызыл

Резолютивная часть решения объявлена 24.11.2010 г., решение в полном объеме изготовлено 26.11.2010 г.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Тыва (далее – Тывинское УФАС России) по контролю в сфере размещения заказов в составе:

Председателя Комиссии Долгих О.М. – руководителя Тывинского УФАС России,
членов Комиссии:

Монгуш С.Ю – государственного инспектора отдела контроля размещения государственного заказа и антимонопольного контроля органов власти;

Саая А.В – специалиста-эксперта отдела контроля размещения государственного заказа и антимонопольного контроля органов власти;

Сарбаа В.В. – специалиста 1 разряда отдела контроля размещения государственного заказа и антимонопольного контроля органов власти;

в присутствии на заседании Комиссии Тывинского УФАС России по рассмотрению жалобы 24 ноября 2010 года в 14 часов 30 минут:

от муниципального заказчика – <...>

- <...> – адвокат, удостоверение <...>;

- <...> – заместитель главного врача по педиатрии <...> , доверенность от 25.11.2010 года б/н.

от уполномоченного органа – <...> :

- <...> - , начальник отдела муниципальных закупок <...> ;

- <...> – главный специалист <...>.

от подателя жалобы - <...>:

- <...> – Директор <...> ,

рассмотрев жалобу (вх. № 4358 от 18.11.2010 г.) <...>

УСТАНОВИЛА:

В адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Тыва (далее - Тывинское УФАС России) поступила жалоба (вх. № 4358 от 18.11.2010 г.) <...> на действия муниципального заказчика – <...> и уполномоченного органа – <...> при проведении открытого аукциона рег. № АО-64-10 на право заключения муниципального контракта на поставку медицинского оборудования для нужд.

Жалоба подготовлена в соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о размещении заказов) и подана в срок, установленный частью 2 статьи 57 Закона о размещении заказов. В связи с этим жалоба была принята Тывинским УФАС России к рассмотрению.

Тывинским УФАС России в адрес уполномоченного органа <...>, муниципального заказчика <...> были направлены уведомления о содержании жалобы, сообщение о месте и времени ее рассмотрения (исх. № 5-1665 от 22.11.2010 г., исх. № 5-1666 от 22.11.2010 г., исх. № 5-1667 от 22.11.2010 г.).

Сущность жалобы:

1. В нарушение п. 3.1 ч. 3 ст. 34 Закона о размещении заказов), требования к товару и необходимые функциональные характеристики (потребительские свойства) и качественные характеристики товара изменены в существенной части. Как следует из анализа внесенных изменений в совокупности с информацией, опубликованной в открытых источниках, требуемые характеристики товара являются уникальными, т.е не имеют эквивалента, и характерны только для инкубатора AMELIE STAR производства фирмы «Ardo Medical AG», Швейцария. Под маркой оборудования отечественного производства «инкубатор для новорожденных с критически малым весом ИДП-03 – «УОМЗ» или эквивалент заказывается импортное оборудование.

2. В нарушение ст. 11, п. 2.1 ч. 2 ст. 34 Закона о размещении заказов, изменениями, внесенными в раздел «техническое задание» аукционной документации, внесены требования предоставить «Письмо производителя или его эксклюзивного представителя в РФ о соответствии технических характеристик предлагаемого к поставке оборудования заявленным» и «Гарантийное письмо производителя или его эксклюзивного производителя в РФ, подтверждающее обеспечение оборудования всеми необходимыми расходными материалами и в пост-гарантийный период (не менее 5 лет)».

3. Характер внесенных изменений и способ внесения позволяет сделать предположение о нарушении процедуры внесения изменений в аукционную документацию, которая уже прошла экспертизу специалистов и утверждена распоряжением <...> № 1012 от 25.10.2010 года. В Постановлении <...> от 14.08.2009 года № 1364, в котором утвержден «Порядок взаимодействия уполномоченного органа и муниципальных заказчиков в сфере формирования, размещения и исполнения муниципального заказа муниципального городского округа <...> отсутствуют сведения о порядке внесения изменений в аукционную документацию, неизвестно существует ли такой порядок и был ли он соблюден.

По заявленной жалобе <...> комиссией Тывинского УФАС России на основании приказа руководителя от 22.11.2010 г. № 231 была проведена внеплановая

проверка представленных материалов открытого аукциона Рег. № АО-64-10 на право заключения муниципального контракта на поставку медицинского оборудования.

Представитель заявителя полностью поддержал доводы, изложенные в жалобе.

На что представитель уполномоченного органа <...> пояснила, что открытый аукцион Рег. № АО-64-10 на поставку медицинского оборудования размещен на основании заказа муниципального заказчика <...> в соответствии с требованиями Закона о размещении заказов. Также техническое задание, которое является неотъемлемой частью документации об аукционе, составлено также муниципальным заказчиком.

Представитель муниципального заказчика <...> пояснил, что согласно Закону о размещении заказов, заказчик имеет право устанавливать минимальные и максимальные характеристики к товару, который хочет приобрести. Поэтому исходя из цели деятельности муниципального заказчика, в измененной редакции технического задания документации об аукционе <...> установило требования к товару с учетом качества и функциональных характеристик, которые необходимы для деятельности муниципального заказчика. Таким образом, указанные в техническом задании параметры, такие как колпак инкубатора с технологией «ТРИПЛволл» с тройными передней и задней стенками, никак не ущемляют права других участников, указанные размеры инкубатора: 106 см (ширина) x 68 см (глубина) x 145 см (высота без электрической регулировки) или 140 – 160 см (высота с электрической регулировкой), размер матраса 76 x 38 см подразумевают под собой максимальные значения, которые предъявляются к неограниченному кругу лиц. Закон о размещении заказов не запрещает заказчику устанавливать повышенные требования к товару, понятия, как «ТРИПЛволл» «ЭАРстрим», указанные в техническом задании также не ограничивает круг участников.

Также согласно экспертному заключению, выданному заместителем главного врача по педиатрии <...>, изменения в техническом задании к инкубатору, модели для интенсивной терапии и реанимации новорожденных, в том числе для глубоко недоношенных в применении к условиям <...> полностью обоснованы, так как данный инкубатор предназначен для глубоко недоношенных новорожденных до 1000 грамм и соответственно должен иметь более щадящие технические параметры, чем те, которые были прописаны в первичном техническом задании.

Уровень шума при условии, что данный инкубатор будет эксплуатироваться в палате интенсивной терапии, где также расположены компрессоры сжатого воздуха и другая аппаратура должен соответствовать минимальному, то есть в пределах 20-45 Дб.

Также на маловесного ребенка оказывает влияние скорость воздушного потока, чем выше поток, тем больше тепло и влагоотдача с поверхности тела новорожденного, что является важным для ребенка 700-900 грамм и не должна превышать 0,1 сек.

На что заявитель <...> пояснил, что предлагаемое ими оборудование «инкубатор для новорожденных с критически малым весом ИДН-03 «УОМЗ» соответствует требованиям ГОСТ и имеет соответствующий сертификат Министерства

здравоохранения и социального развития Российской Федерации и санитарно – гигиенический сертификат.

Рассмотрев жалобу <...>, документацию об аукционе, изучив доводы сторон, Комиссия Тывинского УФАС России приходит к следующему.

Как следует из материалов, извещение о проведении открытого аукциона Рег. № АО-64-10 на поставку медицинского оборудования (инкубатор для новорожденных с критически малым весом ИДН-03 - «УОМЗ» или эквивалент) для нужд <...> 26.10.2010 года размещено на официальном сайте в сети Интернет www.pgz.tuva.ru, опубликовано в официальном печатном издании «Тувинская правда» № 139 (16984) от 26.10.2010 года. Согласно данному извещению, начальная (максимальная) цена контракта составляет 862 000 рублей, срок предоставления документации об аукционе – до 11 часов местного времени 16.11.2010 года.

Документация об аукционе утверждена Распоряжением <...> от 25.10.2010 года № 1012-р «Об утверждении документации об аукционе регистрационный номер <...> АО-64-10 на размещение заказа на поставку медицинского оборудования для нужд <...>».

На основании письма муниципального заказчика <...> от 10.11.2010 года № 540, в техническое задание, которое является неотъемлемой частью документацию об аукционе, были внесены изменения. Извещение о внесении изменений утверждено Распоряжением <...> от 10.11.2010 года № 1086-р «О внесении изменений в распоряжение <...> от 25.10.2010 года № 1012-р «Об утверждении документации об аукционе регистрационный номер <...> АО-64-10 на размещение заказа на поставку медицинского оборудования для нужд <...>».

Данное извещение размещено на официальном сайте в сети Интернет www.pgz.tuva.ru 10.11. 2010 года, опубликовано в официальном печатном издании «Тувинская правда» от 11.11.2010 года № 148 (16993).

В техническом задании документации об аукционе конкретизированы технические характеристики необходимых для нужд <...> инкубатора для новорожденных с критически малым весом ИДН-03 «УОМЗ» или эквивалент.

Распоряжением <...> от 10.11.2010 года № 1086-р «О внесении изменений в распоряжение Мэра г. Кызыла от 25.10.2010 года № 1012-р «Об утверждении документации об аукционе регистрационный номер <...> АО-64-10 на размещение заказа на поставку медицинского оборудования для нужд <...> в функциональные и качественные характеристики поставляемого товара - инкубатор для новорожденных с критически малым весом ИДН-03 «УОМЗ» или эквивалент внесены изменения следующего характера:

- Система циркуляции воздуха «ЭАРстрим» с воздушной завесой;
- Встроенная система безопасности мониторинга и регуляции «СЕНСОконтроль»;
- Жидкокристаллический дисплей с подсветкой и навигацией «ИЗИтаск»;
- Рентгенопрозрачный матрас из гигиеничного «дышащего Дартекса», позволяющего не применять пеленки и другие материалы;
- Интегрированный сервоконтроль температуры кожи и влажности.

Кроме того, указаны точные параметры:

- Вместимость водного резервуара: 1000 мл;
- Расстояние между матрасом и колпаком инкубатора: 42 см;
- Размеры инкубатора: 106 см (ширина) x 68 см (глубина) x 145 см (высота без электрической регулировки) или 140 – 160 см (высота с электрической регулировкой);
- Высота расположения матрасика: 103 см (без электрической регулировки высоты), 98 – 123 см (с электрической регулировкой высоты);
- Размер матраса 76 x 38 см.

Согласно ч. 1 ст. 34 Закона о размещении заказов, документация об аукционе разрабатывается заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией и утверждается заказчиком, уполномоченным органом.

В соответствии ч. 2 ст. 34 Закона о размещении заказов, документация об аукционе должна содержать требования, установленные заказчиком, уполномоченным органом, к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика.

По смыслу ч. 3 ст. 34 Закона о размещении заказов, документация об аукционе может содержать указание на товарные знаки. В случае, если в документации об аукционе содержится указание на товарные знаки в отношении товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в документации об аукционе также должно содержаться указание на товарный знак в отношении товара российского происхождения (при наличии информации о товаре российского происхождения, являющемся эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств). При указании в документации об аукционе на товарные знаки они должны сопровождаться словами "или эквивалент", за исключением случаев несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком.

В нарушение ч. 3 ст. 34 Закона о размещении заказов, муниципальным заказчиком неправомерно указаны такие конкретные параметры оборудования, как система циркуляции воздуха «ЭАРстрим», встроенная система безопасности мониторинга и регуляции «СЕНСОконтроль», жидкокристаллический дисплей с подсветкой и навигацией «ИЗИТаск», рентгенопрозрачный матрас из гигиеничного «дышащего Дартекса», вместимость водного резервуара: 1000 мл, расстояние между матрасом и колпаком инкубатора: 42 см, размеры инкубатора: 106 см (ширина) x 68 см (глубина) x 145 см (высота без электрической регулировки) или 140 – 160 см (высота с электрической регулировкой), высота расположения матрасика: 103 см (без электрической регулировки высоты), 98 – 123 см (с электрической регулировкой высоты), размер матраса 76 x 38 см. и другие параметры без указания минимальных и максимальных значения таких показателей.

В силу ч. 9 ст. 34 Закона о размещении заказов, заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В нарушении вышеуказанной нормы муниципальным заказчиком - <...> и уполномоченным органом - <...> в технические характеристики инкубатора для новорожденных с критически малым весом ИДН-03 «УОМЗ» внесены существенные изменения, в результате чего под маркой оборудования отечественного оборудования заказывается импортное оборудование.

Таким образом, при разработке и утверждении документации об аукционе и размещении муниципального заказа на поставку медицинского оборудования – инкубатор для новорожденных с критически малым весом ИДН-03 «УОМЗ» или эквивалент муниципальным заказчиком <...> и <...> нарушены положения ч. 3, ч. 9 ст. 34 Закона о размещении заказов, что выразилось в существенном изменении предмета открытого аукциона и установлении в документации об аукционе в техническом задании позиций, которые соответствуют только одной марке инкубатора AMELIE STAR производства фирмы «Ardo Medical AG», Швейцария, которая не соответствует техническим характеристикам инкубатора для новорожденных с критически малым весом ИДН-03 «УОМЗ», что в свою очередь может привести к ограничению лиц, желающих принять участие в аукционе.

В пункте 1.2 жалобы заявитель указывает, что в нарушение ч. 2.1 ст. 34 Закона о размещении заказов, в раздел «Техническое задание» внесены требования предоставить копии документов по регистрации и сертификации аппарата в Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, письмо производителя (или его эксклюзивного представителя в РФ) о соответствии технических характеристик предлагаемого к поставке оборудования заявленным, гарантийное письмо производителя (или его эксклюзивного представителя в РФ), подтверждающее обеспечение оборудования всеми необходимыми расходными материалами и в пост-гарантийный период (не менее 5-ти лет).

Согласно ч. 2.1. ст. 34 Закона о размещении заказов, не допускается включать в документацию об аукционе (в том числе в форме требований к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требований к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара) требования к производителю товара, к участнику размещения заказа (в том числе требования к квалификации участника размещения заказа, включая наличие у участника размещения заказа опыта работы), а также требования к его деловой репутации, требования о наличии у участника размещения заказа производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых и других ресурсов, необходимых для производства товара, поставка которого является предметом контракта, выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом контракта, за исключением случаев, если возможность установления таких требований к участнику размещения заказа предусмотрена настоящим Федеральным законом.

Порядок подачи заявок на участие в аукционе регламентирован ст. 35 Закона о размещении заказов, частью 1 которой установлено, что для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в срок и по

форме, которые установлены документацией об аукционе.

В п.8.2 Информационной карты документации об аукционе предусмотрены документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе. Так, заявка должна содержать:

1. сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, подготовленного по форме 1.4.3 (Анкета участника размещения заказа (сведения об участнике размещения заказа)), заявка на участие в открытом аукционе подготовленного по форме 1.4.2. в [Разделе 1.4.](#) настоящей документации об аукционе;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

2. Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг (форма 1.4.4.). В случаях, предусмотренных документацией об аукционе, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам.

3. Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе, или копии таких документов:

а) Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе или копию такого поручения);

б) Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 настоящего Федерального закона, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом аукциона.

4. иные документы и сведения об условиях исполнения муниципального контракта по усмотрению участника размещения заказа.

Кроме того, в п. 8.4 Информационной карты документации об аукционе четко прописано, что участник размещения заказа предоставляет копии документов, подтверждающих соответствие товаров требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, за исключением документов, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации передаются вместе с товаром.

Согласно ч. 2 ст. 456 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), если иное не предусмотрено договором купли-продажи, продавец обязан одновременно с передачей вещи передать покупателю ее принадлежности, а также относящиеся к ней документы (технический паспорт <...> сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.), предусмотренные законом, иными правовыми актами или договором.

Таким образом, довод заявителя о неправомерном включении в техническое задание документации об аукционе требований в виде предоставления

вышеуказанных документов признать необоснованным.

В пункте 2 жалобы заявитель также утверждает о том, что в Постановлении Мэра г. Кызыла от 14.08.2009 года № 1364, которым утвержден «Порядок взаимодействия уполномоченного органа и муниципальных заказчиков в сфере формирования, размещения и исполнения муниципального заказа муниципального городского округа «Город Кызыл Республики Тыва» отсутствуют сведения о порядке внесения изменений в аукционную документацию.

Порядок внесения изменений в документацию об аукционе предусмотрен в ч. 9 ст. 34 Закона о размещении заказов, согласно которой заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

На основании распоряжения <...> от 10.11.2010 года № 1086-р «О внесении изменений в распоряжение <...> от 25.10.2010 года № 1012» внесены изменения и дополнения в аукционную документацию. Извещение о внесении изменений в документацию об аукционе размещено на официальном сайте в сети Интернет www.pgz.tuva.ru 10.11.2010 года, опубликовано в официальном печатном издании «Тувинская правда» от 11.11.2010 года № 148 (16993) т.е за 6 дней до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. При этом, срок подачи заявок на участие в аукционе продлен до 26.11.2010 года, что подтверждается предоставленными материалами открытого аукциона и данными, указанными на официальном сайте Республики Тыва для размещения информации о размещении заказов.

На основании вышеизложенного, доводы заявителя в части нарушения порядка внесения изменений в аукционную документацию Рег. № АО-64-10 признать необоснованными.

В результате проведения внеплановой проверки Комиссия Тувинского УФАС России приходит к выводу о признании жалобы <...> на действия муниципального заказчика – <...> и уполномоченного органа – <...> при проведении открытого аукциона рег. № АО-64-10 на право заключения муниципального контракта на поставку медицинского оборудования для нужд <...> частично обоснованной.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 5, п. 1 ч. 9 ст. 17, ч. 6 ст. 60

Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» Комиссия Тывинского УФАС России решила:

1. Признать жалобу <...> на действия муниципального заказчика – <...> и уполномоченного органа – <...> при проведении открытого аукциона рег. № АО-64-10 на право заключения муниципального контракта на поставку медицинского оборудования для нужд <...> частично обоснованной.
2. Признать действия муниципального заказчика - <...> и уполномоченного органа - <...> нарушившими положения части 3, части 9 статьи 34 Федерального закона от 21.07.2010 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
3. Выдать предписание уполномоченному органу - <...> об устранении нарушений законодательства о размещении заказов.

Председатель Комиссии

О.М. Долгих

Члены Комиссии:

С.Ю Монгуш

А.В Саая

В.В.

Сарбаа

Примечание:

Решение может быть обжаловано в Арбитражном суде Республики Тыва в течение трех месяцев со дня его вынесения.

ПРЕДПИСАНИЕ № 44

«26» ноября 2010 года

г. Кызыл

Комиссия Тывинского УФАС России по рассмотрению жалобы <...> в составе:

Председателя Комиссии Долгих О.М. – руководителя Тывинского УФАС России,

членов Комиссии:

Монгуш С.Ю – государственного инспектора отдела контроля размещения государственного заказа и антимонопольного контроля органов власти;

Саая А.В – специалиста – эксперта отдела контроля размещения государственного заказа и антимонопольного контроля органов власти;

Сарбаа В.В. – специалиста 1 разряда отдела контроля размещения государственного заказа и антимонопольного контроля органов власти;

на основании своего решения № 44 от 26.11.2010 г., принятого по результатам рассмотрения жалобы <...> по признакам нарушения ч. 3, ч. 9 ст. 34 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» предписывает:

1. <...> аннулировать открытый аукцион № АО-64-10 на право заключения муниципального контракта на поставку медицинского оборудования.

2. Об исполнении Предписания письменно уведомить Тывинское УФАС России в 10-дневный срок с момента его получения с приложением подтверждающих документов.

Председатель Комиссии

О.М. Долгих

Члены Комиссии

С.Ю Монгуш

А. В. Саая

В.В. Сарбаа

Предписание может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его вынесения.

Примечание. За невыполнение в установленный срок законного предписания антимонопольного органа частью 2.1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Привлечение к ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации, не освобождает от обязанности исполнить предписание антимонопольного органа.

