

РЕШЕНИЕ по делу № 022/06/33-442/2022 о нарушении законодательства о контрактной системе «22» июня 2022г. г. Барнаул Комиссия управления Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю по контролю в сфере закупок (далее Комиссия) в составе: Председателя: <...> Членов Комиссии: <...> с участием представителей: от заявителя ООО «Ренесанс-Мед» – не явился, извещен, от заказчика – КГБУЗ «Алтайский краевой кардиологический диспансер» –<...> от уполномоченного органа – КГКУ «Центр государственных закупок Алтайского края» - <...> рассмотрев жалобу ООО «Ренесанс-Мед» на действия заказчика, уполномоченного учреждения по закупке № 0817200000322006721 «Поставка медицинских изделий для отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения», согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе), УСТАНОВИЛА: В управление Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю поступила жалоба ООО «Ренесанс-Мед» на действия заказчика, уполномоченного учреждения по закупке № 0817200000322006721 «Поставка медицинских изделий для отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения». В обоснование жалобы заявитель указал, заказчиком указаны требования к функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам товара, которым соответствует единственный производитель, что влечет за собой ограничение количества участников закупки. Позиции 63 – 92 сформированы таким образом, что к поставке может быть предложено медицинское изделие единственного производителя – стент коронарный SYNERGY – Boston Scientific (РЗН 2015/2338). Совокупность параметров не позволяет подать заявку на участие со стентами других производителей. Заявитель привел сравнительную таблицу по продукции производителей Boston Scientific, Lepu Medical, Terumo, Biotronik, Наномед /МедИнж, SCITECH Medical, CID S.p.A., MicroPort, Biosensors. Представители заказчика и уполномоченного учреждения против доводов жалобы возражают, представили письменные пояснения. Представитель заказчика указали, что помимо названного заявителем производителя, к поставке может быть предложена продукция Сиролимус Yukon Chrome PC (ПУ от 21.07.2021г. РЗН 2021/14899). Заслушав представителя заказчика, изучив представленные документы в ходе внеплановой проверки, Комиссия УФАС по Алтайскому краю по контролю в сфере закупок пришла к следующим выводам. 01 июня 2022 года в единой информационной системе было размещено извещение о проведении электронного аукциона № 0817200000322006721 «Поставка медицинских изделий для отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения». В извещение были внесены изменения. К поставке требуются стенты для коронарных артерий, выделяющий лекарственное средство в ассортименте, 113 шт. Начальная (максимальная) цена контракта – 19 000 000 руб. В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе, в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). Согласно с пункту 2 части 1 вышеназванной статьи, использование при составлении описания объекта закупки показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской

Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. В описании объекта закупки указаны различные КТРУ 32.50.13.190 «Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки». По указанным позициям КТРУ в описании товара имеются следующие характеристики: длина стента (характеристика является обязательной для применения), лекарственное покрытие (характеристика не является обязательной для применения), номинальный диаметр стента (характеристика является обязательной для применения). Указанные характеристики были включены заказчиком в описание объекта закупки. В соответствии с пунктом 4 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017г. № 145, заказчик обязан при осуществлении закупки использовать информацию, включенную в соответствующую позицию, в том числе указывать согласно такой позиции следующую информацию: а) наименование товара, работы, услуги; б) единицы измерения количества товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги (при наличии); в) описание товара, работы, услуги (при наличии такого описания в позиции). Согласно пункту 5 указанных Правил, заказчик вправе указать в извещении об осуществлении закупки, приглашении и документации о закупке (в случае если Федеральным законом предусмотрена документация о закупке) дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона, которые не предусмотрены в позиции каталога, за исключением определенных случаев. Помимо характеристик, указанных в КТРУ, заказчик в описании объекта закупки установил также требования по следующим характеристикам: толщина ячеек стента, материал стента, номинальное давление, давление разрыва и др. Комиссия установлено, что заказчик установил технические, качественные, функциональные и эксплуатационные характеристики товара, в том числе дополнительные, исходя из своей потребности и в соответствии с требованиями статьи 33 Закона о контрактной системе. Согласно Обзору судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденному Президиумом Верховного Суда РФ 28.06.2017г., указание заказчиком в аукционной документации особых характеристик товара, которые отвечают его потребностям и необходимы заказчику с учетом специфики использования такого товара, не может рассматриваться как ограничение круга потенциальных участников закупки. Заявителем в обосновании жалобы представлены сравнительные характеристики товаров девяти производителей. При этом у Комиссии отсутствует информация об общем количестве производителей и товаров, представленных на рынке стентов для коронарных артерий, из которой можно сделать однозначный вывод о том, что к поставке может быть предложено медицинское изделие единственного производителя. Вместе с тем, заказчик указал, что к поставке, помимо продукции Boston Scientific, может быть представлена продукция Сиролимус Yukon Chrome PC. Таким образом, Комиссия пришла к выводу, что доводы жалобы ООО «Ренесанс-Мед» не обоснованы. Комиссия, руководствуясь ст. 99, 105, 106 Закона о контрактной системе, РЕШИЛА: Признать жалобу ООО «Ренесанс-Мед» необоснованной. Решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со

дня его принятия <...>