

Решение по делу № 298

о нарушении законодательства о размещении заказов

22 ноября 2011 года

г. Брянск

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Брянской области по контролю в сфере размещения заказов в составе:

Председателя комиссии:

заместителя руководителя – начальника отдела госзаказов и контроля в сфере ЖКХ Брянского УФАС России;

Членов Комиссии:

зам. начальника отдела госзаказов и контроля в сфере ЖКХ;

главного специалиста-эксперта отдела госзаказов и контроля в сфере ЖКХ;

ведущего специалиста-эксперта отдела госзаказов и контроля в сфере ЖКХ;

специалиста-эксперта отдела госзаказов и контроля в сфере ЖКХ;

в присутствии представителей: ГБУЗ «Брянский областной онкологический диспансер»

в отсутствие надлежащим образом уведомленного представителя Заявителя, и уполномоченного органа Департамент государственных закупок Брянской области,

рассмотрев поступившую жалобу участника размещения заказа индивидуального предпринимателя ...на действия ГБУЗ «Брянская областной онкологический диспансер» при размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме на закупку полуавтоматического биохимического анализатора со стартовым набором реагентов по заявке ГБУЗ «Брянский областной онкологический диспансер», установила:

07.11.2011 года на официальном сайте Российской Федерации в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru размещены извещение и документация об аукционе в электронной форме на закупку полуавтоматического биохимического анализатора со стартовым набором реагентов по заявке ГБУЗ «Брянский областной онкологический диспансер» (0127200000211002875). Документация об аукционе в электронной форме утверждена главным врачом ГБУЗ «Брянский областной онкологический диспансер» .

Заявитель в своей жалобе отмечает, что потребностью заказчика является полуавтоматический биохимический анализатор Clima MC-15, который не имеет

аналогов, однако, по мнению Заявителя данное указание влечет за собой ограничение количества участников размещения заказа, поскольку на рынке существуют аналогичные приборы по производительности и техническим характеристикам имеющие другую конструкцию оптического блока: одно, четырех, восьми секционные кюветы.

Представители ГБУЗ «Брянский областной онкологический диспансер» пояснили, что потребность заказчика в полуавтоматическом биохимическом анализаторе Clima MC-15 обусловлена следующим:

ГБУЗ «Брянский областной онкологический диспансер» обслуживает стационар на 350 мест, дневной стационар на 20 мест, консультативную поликлинику на 200 больных в смену и реанимационное отделение на 9 мест. Лаборатория ГБУЗ «Брянский областной онкологический диспансер» в течение рабочего дня выполняет более 700 различных анализов.

Полуавтоматический биохимический анализатор Clima MC-15 обладает следующими особенностями:

во-первых: полуавтоматический биохимический анализатор Clima MC-15 является единственным анализатором, содержащим 15 кювет, остальные биохимические полуавтоматические анализаторы: HUMALYZER 3000, HUMALYZER 2000, HUMALYZER Primus, BS-3000, ErbaChem 7, ERBA Chem 5 plus v3, БИАЛАБ – 100 и другие имеют 1 проточную кювету;

во-вторых: полуавтоматический биохимический анализатор Clima MC-15 позволяет одновременно измерять 15 проб по одному параметру, измерение разных проб по различным параметрам или измерение одной пробы по 15 параметрам и позволяет использовать диагностические наборы разных производителей;

в-третьих: полуавтоматический биохимический анализатор Clima MC-15 позволяет измерять 30 анализов в минуту по конечной точке и 30 кинетических анализов в течение 3-х минут при объеме реагента 0,5 мл, что дает возможность измерять 600 образцов в час.

Заслушав пояснения представителей заказчика, изучив представленные документы, осуществив внеплановую проверку в соответствии с ч. 5 ст. 17 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о размещении заказов), комиссия Брянского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов пришла к следующему выводу:

Заказчиком ГБУЗ «Брянский областной онкологический диспансер» при размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме на закупку полуавтоматического биохимического анализатора со стартовым набором реагентов не нарушены требования ч.1 ст. 41.6 Закона о размещении заказов, в соответствии с которыми документация об аукционе в электронной форме должна соответствовать требованиям, предусмотренным [частями 1 - 3.2, 4.1 - 6 статьи 34](#) Закона о размещении заказов и требования ч. 3.1. ст. 34 Закона о размещении заказов, в соответствии с которыми документация об открытом аукционе в электронной форме не может содержать требования к товару, если такие требования влекут за собой ограничение количества участников

размещения заказа, поскольку заказчиком в документации об открытом аукционе в электронной форме установлены технические характеристики полуавтоматического биохимического анализатора Clima MC-15, который обладает уникальными параметрами по количеству образцов в минуту, по возможности измерения проб: одновременно измерение 15 проб по одному параметру (режим "batch"), измерение разных проб по различным параметрам (режим "random") или измерение одной пробы по 15 параметрам (режим "profile"), по возможности программирования в памяти 60 методик, а также по возможности использования диагностических наборов, что позволяет заказчику проводить весь спектр анализов в большом количестве проб при минимальных затратах рабочего времени.

В рамках рассмотрения жалобы установлено, что полуавтоматических биохимических анализаторов на 15 кювет, кроме полуавтоматического биохимического анализатора Clima MC-15 не существует. Линейка полуавтоматических биохимических анализаторов состоит из полуавтоматических биохимических анализаторов с одной кюветой и полуавтоматического биохимического анализатора Clima MC-15 на 15 кювет, который отличается характеристиками, влияющими на функциональные свойства аппарата.

Также при рассмотрении жалобы не подтверждено, наличие на рынке полуавтоматических биохимических анализаторов на четыре и восемь кювет.

На основании изложенного, Комиссия Брянского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов, руководствуясь Административным регламентом, утвержденным приказом ФАС России от 14.11.2007 г. № 379, частями 9, 10 ст. 17, частью 6 статьи 60 Закона о размещении заказов,

Решила:

Признать жалобу участника размещения заказа индивидуального предпринимателя ...на действия области ГБУЗ «Брянская областная онкологический диспансер» при размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме на закупку полуавтоматического биохимического анализатора со стартовым набором реагентов по заявке ГБУЗ «Брянский областной онкологический диспансер» необоснованной.

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.