

Решение по делу № 190  
о нарушении законодательства о размещении заказов

«4» августа 2011 года г. Брянск

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Брянской области по контролю в сфере размещения заказов в составе:

Председателя комиссии:

Членов Комиссии:

До рассмотрения жалобы в адрес Брянского УФАС России поступило ходатайство о рассмотрении жалобы без участия представителей заявителя ООО «Рентгентехника» (вх. №561-ф от 03.08.2011 года), и ходатайство о рассмотрении жалобы без участия представителей заказчика ГБУЗ «Новozyбковская ЦРБ» (вх. №564-ф от 03.08.2011 г.), рассмотрев поступившую жалобу участника размещения заказа ООО «Рентгентехника» на действия заказчика ГБУЗ «Новozyбковская ЦРБ» при размещении заказа способом запроса котировок на поставку датчика с фазированной решеткой PA230E производства фирмы Esaote SpA, Италия предназначенного для использования в аппарате «Карис Плюс» (аппарат медицинский диагностический ультразвуковой универсальный передвижной с ЭКГ-каналом) производства ОАО «Уральский приборостроительный завод» (на момент рассмотрения жалобы гражданско-правовой договор не заключен), установила:

01.08.2011 г. в адрес Брянского УФАС России поступила жалоба участника размещения заказа ООО «Рентгентехника» на действия заказчика ГБУЗ «Новozyбковская ЦРБ» при размещении заказа способом запроса котировок на поставку датчика с фазированной решеткой PA230E производства фирмы Esaote SpA, Италия предназначенного для использования в аппарате «Карис Плюс» (аппарат медицинский диагностический ультразвуковой универсальный передвижной с ЭКГ-каналом) производства ОАО «Уральский приборостроительный завод».

Согласно представленным документам 25.07.2011 года заказчиком ГБУЗ «Новozyбковская ЦРБ» на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) размещено извещение (№032730000411000014) о проведении запроса котировок на поставку датчика с фазированной решеткой PA230E производства фирмы Esaote SpA, Италия предназначенного для использования в аппарате «Карис Плюс» (аппарат медицинский диагностический ультразвуковой универсальный передвижной с ЭКГ-каналом) производства ОАО «Уральский приборостроительный завод».

Заявитель ООО «Рентгентехника» указывает на нарушение заказчиком ГБУЗ «Новozyбковская ЦРБ» требований ч. 2 ст.45 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее Закон о размещении заказов), а именно в извещении о проведении запроса котировок содержится указание на товарный знак, без сопровождения словами «или эквивалент», что влечет за собой ограничение количества участников размещения заказа.

Кроме того, Заявитель считает, что производителем ОАО «Уральский приборостроительный завод» не является независимой экспертной организацией и не может дать объективную оценку по поводу использования с аппаратами его производства комплектующих, являющихся эквивалентами оригинальных.

Одновременно Заявитель отмечает, что заказчиком нарушены требования ч.4 ст.46 Закона о размещении заказов, а именно ведение переговоров между заказчиком и участником размещения заказа (ОАО «Уральский приборостроительный завод»).

До рассмотрения жалобы заказчиком ГБУЗ «Новozyбковская ЦРБ» представлены возражения на жалобу (вх. №565-ф от 03.08.2011 года).

Из возражений представленных ГБУЗ «Новozyбковская ЦРБ» следует, что ГБУЗ «Новozyбковская центральная районная больница» имеет в наличии прибор универсальный ультразвуковой сканирующий «Карис плюс» №03685, в комплектность которого согласно инструкции пользователя входят: сканер 03685, датчик линейный – LA523 E, датчик конвексный - CA 621, датчик секторный фазированный PA 230 E. Другого оборудования в комплектность аппарата, согласно инструкции к УЗИ «Карис Плюс», в состав аппарата и его комплектности не входит.

В связи с необходимостью в работе прибора и выходом из строя датчика секторного фазированного PA 230E и был объявлен запрос котировок.

ГБУЗ «Новozyбковская ЦРБ» не вступало в переговоры с участником размещения заказа, а обратилось к производителю аппарата УЗИ «Карис Плюс» ОАО «Уральский приборостроительный завод» для правильного и точного определения потребности, а именно запасной части датчика PA 230E к имеющемуся аппарату УЗИ «Карис Плюс».

Изучив представленные документы, осуществив внеплановую проверку в соответствии с ч. 5 ст. 17 Закона о размещении заказов, Комиссия Брянского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов пришла к следующим выводам:

1. Заказчиком ГБУЗ «Новozyбковская ЦРБ» не нарушены требования ч.2 ст.45 Закона о размещении заказов, в соответствии с которыми, извещение о проведении запроса котировок может содержать указание на товарные знаки. В случае если в извещении о проведении запроса котировок содержится указание на товарные знаки, они должны сопровождаться словами "или эквивалент", за исключением случаев несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев размещения заказов на поставки запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование, поскольку предметом запроса котировок является поставка датчика с фазированной решеткой PA230E производства фирмы Esaote SpA, Италия, предназначенного для использования в аппарате «Карис Плюс» (аппарат медицинский диагностический ультразвуковой универсальный передвижной с ЭКГ-каналом) совместимого с прибором универсальным ультразвуковым сканирующим «Карис Плюс», выпущенным ОАО «Уральский приборостроительный завод».

Из информации, представленной ГБУЗ «Новozyбковская ЦРБ» от производителя аппарата УЗИ «Карис Плюс» ОАО «Уральский приборостроительный завод» следует, что для совместимости с аппаратом УЗИ «Карис Плюс» выпущенного ОАО «Уральский приборостроительный завод», допускается использование только датчиков производства указанной фирмы, в т.ч. датчика с фазированной решеткой PA230E.

Комиссия Брянского УФАС России не может принять во внимание информацию, представленную заявителем ООО «Рентгентехника» от ООО «Рэй системе» являющегося официальным дистрибьютором компании BROADSOUND CORPORATION (Тайвань) по продажам ультразвукового медицинского оборудования на территории РФ, из которой следует, что датчик, фазированный с решеткой - ES3P230 производства BROADSOUND CORPORATION (Тайвань)- является полным эквивалентом датчика PA230E производства фирмы Esaote SpA, Италия предназначенного для использования с аппаратом «Карис Плюс», так как из информации размещенной на сайте официального дистрибьютора ООО «Рэй Систем» ([www.ray-systems.ru](http://www.ray-systems.ru)) о полной совместимости датчиков с ультразвуковыми аппаратами, информация о совместимости датчика фазированного ES3P230 производства BROADSOUND

Corporation (Тайвань) с аппаратом УЗИ «Карис Плюс», выпущенным ОАО «Уральский приборостроительный завод» отсутствует. Таким образом, невозможно сделать вывод о совместимости датчика ES3P230 производства Broadsound Corporation (Тайвань) с аппаратом УЗИ «Карис Плюс», выпущенного ОАО «Уральский приборостроительный завод».

Кроме того, в извещении о проведении запроса котировок не содержится указания на товарный знак, следовательно, сопровождение словами «или эквивалент» не требуется.

2. Заказчиком ГБУЗ «Новозыбковская ЦРБ» не нарушены положения ч.4 ст.46 Закона о размещении заказов, в соответствии с которыми проведение переговоров между заказчиком, уполномоченным органом или котировочной комиссией и участником размещения заказа в отношении поданной им котировочной заявки не допускается, поскольку заказчик ГБУЗ «Новозыбковская ЦРБ» до размещения информации о проведении запроса котировок, направило в адрес производителя аппарата УЗИ «Карис Плюс» ОАО «Уральский приборостроительный завод» запрос о совместимости датчиков с аппаратом УЗИ «Карис Плюс», выпущенного ОАО «Уральский приборостроительный завод».

На основании изложенного, Комиссия Брянского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов, руководствуясь Административным регламентом, утвержденным приказом ФАС России от 14.11.2007 г. № 379, частями 9, 10 ст. 17, частью 6 статьи 60 Закона о размещении заказов,

Решила:

Признать жалобу ООО «Рентгентехника» на действия заказчика ГБУЗ «Новозыбковская ЦРБ» при размещении заказа способом запроса котировок на закупку датчика с фазированной решеткой RA230E производства фирмы Esaote SpA, Италия предназначенного для использования в аппарате «Карис Плюс» (аппарат медицинский диагностический ультразвуковой универсальный передвижной с ЭКГ-каналом) производства ОАО «Уральский приборостроительный завод» необоснованной.

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

Председатель комиссии

Члены комиссии