

РЕШЕНИЕ

Комиссия Мордовского УФАС России по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства и законодательства о размещении заказов в составе: Председателя Комиссии – – заместителя руководителя Мордовского УФАС России,

рассмотрев 01 декабря 2011 года жалобу ООО «Лабпрофи» (далее – Заявитель) на действия заказчика – Министерства здравоохранения Республики Мордовия (далее – Заказчик), уполномоченного органа Государственного комитета Республики Мордовия по организации торгов и ценовой политике при проведении открытого аукциона в электронной форме № 2232-ОАЭФ-11/МО по размещению заказа на поставку анализатора гематологического для ГУЗ «Республиканский онкологический диспансер» для Министерства здравоохранения Республики Мордовия (далее – открытый аукцион), и в результате проведения внеплановой проверки в соответствии с частью 5 статьи 17 Федерального закона от 21.07.2005 № 94 – ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о размещении заказов), Административным регламентом Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии при размещении заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, утвержденным приказом ФАС России от 14.11.2007 г. № 379 (далее – Административный регламент),

УСТАНОВИЛА:

В Мордовское УФАС России 28 ноября 2011 г. поступила жалоба от Заявителя о признаках нарушения Закона о размещении заказов Заказчиком.

Заявитель в своей жалобе сообщает, что аукционная документация по открытому аукциону составлена с нарушением Закона о размещении заказов и Федерального закона № 135 – ФЗ от 26.07.2006 года «О защите конкуренции», а именно:

п. 2.1. IG% (% незрелых гранулоцитов) и IG% (абсолютное количество незрелых гранулоцитов);

P-LCR (% крупных тромбоцитов);

п. 2.2. Информация о патологических образцах – не менее 30 флагов;

Интерфейс – 2 порта IPU;

Объем пробы – не более 20мкл;

Открытая пробирка – не более 20 мкл;

Закрытая пробирка - не более 20 мкл;

Автоматический пробозабор – не более 20 мкл;

Капилляр – не более 20 мкл;

п. 2.5. Принципы измерения: гемоглобин – специфическое связывание гемоглобина с лаурил сульфатом натрия;

Гематокрит – по накоплению высоты эритроцитарного столба;

Границы дифференцировки лейкоцитов – гибкие, с использованием адаптивного кластерного анализа;

Дифференцировка лейкоцитов – проточная цитофлуориметрия;

Незрелые гранулоциты – проточная цитофлуориметрия;

п. 2.6. пользовательский интерфейс - на русском языке;

Калибровка только для 2 параметров: гемоглобин, гематокрит;

п. 2.7. Реагенты:

Лизирующий реагент для определения гемоглобина, 1х 500мл – не менее 4 шт.;

Лизирующий реагент для разрушения эритроцитов и тромбоцитов 1х2 л – не менее 4 шт.;

Флюоресцентный краситель для нуклеиновых кислот 1х 42 мл – не менее 3 шт.;

Универсальный дилюент, 1х 10 мл – не менее 14 шт.;

Депротеинизатор, 1х 50 мл. – не менее 1 шт.

Заявитель считает, что техническое задание целенаправленно составлено таким образом, что, по указанным параметрам к поставке предлагается только один прибор – гематологический анализатор Sysmex XS-1000i (производство Японии).

Представитель Заявителя жалобу на заседании Комиссии поддержал.

Представители заказчика считают доводы жалобы не обоснованными, указывая на то, что установленные в документации технические характеристики соответствуют не только гематологическому анализатору Sysmex XS-1000i (производство Японии), но и анализаторам HmX с автозагрузчиком, HmX AL Autoloader model, COULTER, Beckman Coulter, США.

Слушав пояснения представителей Заказчика, Заявителя, изучив представленные документы, возражения, осуществив внеплановую проверку в соответствии с частью 5 статьи 17 Закона о размещении заказов, Комиссия Мордовского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов установила следующее.

18 ноября 2011 года на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов (www.zakupki.gov.ru) и на сайте электронной торговой площадке ЗАО «Сбербанк - АСТ» по адресу: <http://zakupki.gov.ru> была опубликована документация и извещение о проведении открытого аукциона.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2592300 рублей.

В соответствии с ч. 1 ст. 41.6 Закона о размещении заказов документация об открытом аукционе в электронной форме должна соответствовать требованиям, предусмотренным частями 1 – 3.2, 4.1 – 6 статьи 34 Закона о размещении заказов и требования ч. 3.1 ст. 34 Закона о размещении заказов, в соответствии с которыми документация об открытом аукционе в электронной форме не может содержать требования к товару, если такие требования влекут за собой ограничения количества участников размещения заказов. Между тем, Заказчиком в документации об открытом аукционе в электронной форме сформулированы технические характеристики гематологического анализатора, совокупность которых указывает на товар конкретного производителя – гематологический анализатор Sysmex XS-1000i (производство Японии).

Документы, подтверждающие соответствие указанным характеристикам анализатора гематологического оборудованию других производителей и наличие функционирующего рынка данного оборудования, полностью соответствующего требованию Заказчика, не представлены.

Таким образом, доводы представителей Заказчика о том, что указанные в документации об открытом аукционе требования присущи нескольким видам гематологических анализаторов не могут быть приняты во внимание.

Так, гематологический анализатор HmX-AL с автозагрузчиком, содержит следующие параметры объема образца:

открытая пробирка – 125 мкл (согласно документации не более 20 мкл);

закрытая пробирка - 185 мкл (согласно документации не более 20 мкл);

гематологический анализатор «МЕК» модель 8222K (производство NIIHON KOHDEN CORPORATION Япония) содержит следующие параметры:

закрытая пробирка – 55 мкл (согласно документации не более 20 мкл);

автоматический пробозабор – 55 мкл (согласно документации не более 20 мкл);

капилляр – из капилляра не забирает (согласно документации не более 20 мкл);
емкость автосэмплера – 50 образцов (согласно документации до 20 образцов);
пользовательский интерфейс – общепринятые медицинские обозначения (согласно документации – на русском языке).
Изучив техническую документацию открытого аукциона, Комиссия Мордовского УФАС России пришла к выводу, что требования к медицинскому оборудованию, указанные заказчиком в техническом задании, противоречат требованиям Закона о размещении заказов.

На основании вышеизложенного, и руководствуясь частью 5 статьи 17, частью 6 статьи 60 Закона о размещении заказов, Комиссия Мордовского УФАС России

РЕШИЛА:

1. Жалобу ООО «Лабпрофи» на действия Заказчика – Министерство здравоохранения Республики Мордовия при проведении открытого аукциона в электронной форме № 2232-ОАЭФ-11/МО по размещению заказа на поставку анализатора гематологического для ГУЗ «Республиканский онкологический диспансер» для Министерства здравоохранения Республики Мордовия признать обоснованной.
2. Выдать государственному заказчику – Министерству здравоохранения Республики Мордовия обязательное для исполнения предписание о прекращении нарушения требований законодательства о размещении заказов.
3. Предписание исполнить в срок до 30 декабря 2011 года.
4. Об исполнении предписания письменно доложить в Мордовское УФАС России в срок до 30 декабря 2011 года.

Решение может быть обжаловано в арбитражном суде в течение трех месяцев со дня его принятия

Председатель Комиссии

Члены Комиссии

ПРЕДПИСАНИЕ

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Мордовия по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства и законодательства о размещении заказов в составе: председателя Комиссии: – заместителя руководителя Мордовского УФАС России; членов Комиссии: – и.о. начальника отдела контроля размещения государственного заказа и антимонопольного контроля органов власти Мордовского УФАС России, – и.о. государственного инспектора отдела контроля размещения государственного заказа и антимонопольного контроля органов власти Мордовского УФАС России, – специалиста - эксперта отдела контроля размещения государственного заказа и антимонопольного контроля органов власти Мордовского УФАС России;

руководствуясь ч. 9 ст. 17 Федерального закона № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и на основании решения Мордовского УФАС России от 01 декабря 2011 № 335 о нарушении Министерством здравоохранения Республики Мордовия ч. 1 ст. 41.6 Федерального закона № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»,

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

1. Государственному заказчику – Министерству здравоохранения Республики Мордовия внести изменение в документацию об открытом аукционе в электронной форме № 2232-ОАЭФ-11/МО по размещению заказа на поставку анализатора гематологического для ГУЗ «Республиканский онкологический диспансер», приведя ее в соответствие с требованиями действующего законодательства о размещении заказов, исключив при этом из технического задания позиции, ограничивающие количество участников размещения заказов.
2. Оператору электронной площадки вернуть поданные ранее заявки на участие в аукционе с уведомлением о прекращении действия данных заявок на участие в аукционе и о возможности подать новые заявки на участие в аукционе.
3. Заказчику – Министерству здравоохранения Республики Мордовия, Уполномоченному органу – Государственному комитету Республики Мордовия по организации торгов и ценовой политике, оператору электронной площадки продлить срок подачи заявок так, чтобы с момента опубликования и размещения изменений в документации об аукционе оставалось не менее семи дней.
4. Заказчику – Министерству здравоохранения Республики Мордовия, Уполномоченному органу – Государственному комитету республики Мордовия по организации торгов и ценовой политике, Оператору электронной площадки осуществить дальнейшее проведение процедуры размещения заказа в соответствии с требованиями законодательства о размещении заказа и с учетом решения Комиссии Мордовского УФАС России от 01.12.2011 года № 335.
5. Предписание исполнить в срок до 30 декабря 2011 года.
6. Об исполнении предписания письменно сообщить в Мордовское УФАС России в срок до 30 декабря 2011 года.