

РЕШЕНИЕ

по делу № 022/06/67-565/2019

о нарушении законодательства о контрактной системе

«09» августа 2019 г. г. Барнаул

Комиссия управления Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю по контролю в сфере закупок (далее – Комиссия) в составе:

Председателя Комиссии:

К<...> – заместителя руководителя управления, начальника отдела контроля закупок;

членов Комиссии:

К<...>- ведущего специалиста-эксперта отдела контроля закупок;

С<...>- ведущего специалиста-эксперта отдела контроля закупок,

с участием представителей:

от заявителя – ООО «Искра-Мед», Т<...>;

от заказчика – Министерства здравоохранения Алтайского края, И<...>;

от уполномоченного учреждения - Краевого государственного учреждения «Центр государственных закупок Алтайского края», Ш<...>,

рассмотрев жалобу ООО «Искра-Мед» на действия аукционной комиссии при проведении электронного аукциона № 0817200000319007547 «Поставка и ввод в эксплуатацию медицинского оборудования» согласно Федеральному закону от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе),

УСТАНОВИЛА:

ООО «Искра-Мед» (далее – заявитель) обратилось в УФАС по Алтайскому краю с жалобой на нарушение законодательства РФ о контрактной системе на действия аукционной комиссии при проведении электронного аукциона № 0817200000319007547 «Поставка и ввод в эксплуатацию медицинского оборудования».

Заявитель указывает, что согласно протоколу рассмотрения заявок заявке ООО «Искра-Мед» было отказано в допуске к участию в электронном аукционе на основании п. 2 ч. 4 ст. 67 Закона о контрактной системе. Считает, что заказчик неправомерно отказал заявителю в допуске к участию в нарушение Закона о контрактной системе, так как заказчик в техническом задании указал минимальное значение диапазона продольного перемещения деки стола – не более (-60) см. Заявитель указал (-40) см., что не превышает указанный заказчиком показатель и соответствует требованиям технической документации заказчика.

На основании изложенного просит провести внеплановую проверку; признать жалобу обоснованной; выдать предписание об устранении допущенных нарушений.

09.08.2019 г. на заседании Комиссии представитель уполномоченного учреждения с доводами жалобы не согласился, представил письменные пояснения, пояснил, что Значение показателя «Минимальное значение диапазона» указанное участником в виде «-40» не соответствует требованиям документации электронного аукциона не более «-60» указанному в графе 6 значение показателя товара, при определении которого участником закупки используются только точные цифровые или иные параметры по позиции товаров 1. «Аппарат рентгеновский диагностический цифровой для рентгенографии» и 2. Комплекс рентгеновский диагностический стационарный цифровой в связи с чем, заявителю было отказано в допуске в соответствии с п.2 ч.4ст.67 закона «О контрактной системе».

Представитель заказчика с доводами жалобы не согласился, представил письменные пояснения, пояснил, что пункты 2.3.1 технического задания при описания объекта закупки (наименование товара 1, 2) содержат чётко оформленное требование Заказчика к функции медицинского оборудования: **не более (-60) градусов**. Очевидно, что, когда речь идёт об отрицательных числах, данному требованию соответствуют все математически и геометрически меньшие, чем (-60), числа, например: **(-70), (-80), (-90)** и т.д. При этом участником ООО «Искра-Мед» были предложены значения показателя, не соответствующие требованиям документации об аукционе, а именно: значение «**(-40)**» не соответствует требованию «**не более**» Таким образом, первая часть заявки ООО «Искра-Мед» не соответствовала требованиям документации об аукционе, что явилось основанием для отклонения заявки заявителя.

Заслушав и ознакомившись с пояснениями представителей уполномоченного учреждения, заказчика изучив представленные документы в ходе внеплановой проверки, Комиссия УФАС по Алтайскому краю по контролю в сфере закупок пришла к следующим выводам.

Комиссия УФАС по Алтайскому краю по контролю закупок пришла к следующим выводам.

18.07.2019 г. заказчиком на сайте www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт) было размещено извещение о проведении электронного аукциона № 0817200000319007547 «Поставка и ввод в эксплуатацию медицинского оборудования».

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 64 Закона о контрактной системе Документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении такого аукциона, должна содержать следующую информацию: наименование и описание объекта закупки и условия контракта в соответствии со статьей 33 настоящего Федерального закона, в том числе обоснование начальной (максимальной) цены контракта.

Согласно п. 1 ч. 1, ч. 2 ст. 33 Закона о контрактной системе Заказчик при описании в документации о закупке объекта закупки должен руководствоваться следующими правилами: в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики

объекта закупки (при необходимости). Документация о закупке в соответствии с требованиями, указанными в части 1 настоящей статьи, должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться.

В соответствии с Технической частью, аукционной документации заказчиком установлены следующие требования по показателю «Минимальное/максимальное значение диапазона продольного перемещения деки стола» позиции 1. Аппарат рентгеновский диагностический цифровой для рентгенографии:

2.3. Диапазон продольного перемещения деки стола

2.3.1 Минимальное значение диапазона см Не более (-60)

2.3.2 Максимальное значение диапазона СМ Не менее 50

По показателю «Минимальное/максимальное значение диапазона продольного перемещения деки стола» позиции 2 Комплекс рентгеновский диагностический стационарный цифровой:

2.3. Диапазон продольного перемещения деки стола

2.3.1 Минимальное значение диапазона см Не более (-60)

2.3.2 Максимальное значение диапазона см Не менее 50

Таким образом, заказчик установил функциональные, технические и качественные характеристики показателя товаров «Аппарат рентгеновский диагностический цифровой для рентгенографии» и «Комплекс рентгеновский диагностический стационарный цифровой» по критерию «Диапазон продольного перемещения деки стола», указав «min - не более - 60, max - не менее 50».

В силу части 1 и части 4 статьи 67 Закона о контрактной системе аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае: несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, требованиям документации о таком аукционе.

Согласно пп. б) п. 2) ч. 3 ст. 66 Закона о контрактной системе первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать: конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе.

Согласно протоколу рассмотрения первых частей заявок от 31.07.2019 г., заявке

ООО «Искра-Мед» было отказано в допуске к участию в электронном аукционе в заявке участника представлены конкретные показатели, не соответствующие значениям, установленным разделом V документации об электронном аукционе.

Заявителем было предложено к поставке по показателю «Минимальное/максимальное значение диапазона продольного перемещения деки стола» позиции 1. Аппарат рентгеновский диагностический цифровой для рентгенографии и по показателю «Минимальное/максимальное значение диапазона продольного перемещения деки стола» позиции 2 Комплекс рентгеновский диагностический стационарный цифровой:

2.3. Диапазон продольного перемещения деки стола

2.3.1 Минимальное значение диапазона см -(40)

2.3.2 Максимальное значение диапазона см 50

Таким образом, заявитель указал диапазон «min – (40), max 50» при этом минимальное значение – (40) указано вне пределов диапазона технического задания заказчика, что не соответствует показателю товаров «Аппарат рентгеновский диагностический цифровой для рентгенографии» и «Комплекс рентгеновский диагностический стационарный цифровой». Таким образом, заявителем в заявке предложены показатели, которые не соответствуют информации, предусмотренной техническим заданием заказчика, отказ в допуске к участию по основанию п. 2 ч. 4 ст. 67 Закона о контрактной системе правомерен. Довод заявителя не обоснован

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь статьей 99, 106 Закона о контрактной системе, Комиссия

РЕШИЛА:

признать жалобу ООО «Искра-Мед» необоснованной;

Решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.