

Заказчик:

ФГБНУ «Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний»

<...>

Заявитель:

ООО "Сиддхи"

<...>

## РЕШЕНИЕ

«13» сентября 2023 года

Резолютивная часть решения оглашена «11» сентября 2023г.

Решение изготовлено в полном объеме «13» сентября 2023г. г. Кемерово

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области по контролю в сфере закупок в составе:

Председателя  
комиссии:

<...>

-

руководителя Кемеровского УФАС России;

Членов комиссии:

<...>

-

начальника отдела контроля в сфере закупок;

<...>

-

ведущего специалиста-эксперта отдела контроля в  
сфере закупок;

При участии посредством ВКС:

- <...>, <...>, <...>, <...>, <...> - представителей заказчика ФГБНУ «НИИ КПССЗ»;

- <...> - представителя заявителя ООО «Сиддхи»

рассмотрев дело № 042/06/33-1188/2023, возбужденное по признакам нарушения заказчиком – ФГБНУ «Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний» (далее — ФГБНУ «НИИ КПССЗ») законодательства в сфере закупок при проведении электронного аукциона № 0339100014823000573 «Изделия медицинские»,

установила:

05.09.2023г. в адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области поступила жалоба ООО «Сиддхи» (вх. № 8283-ЭП/23), на действия заказчика – ФГБНУ «НИИ КПССЗ» о нарушении законодательства в сфере закупок при проведении электронного аукциона № 0339100014823000573 «Изделия медицинские».

По мнению заявителя, заказчиком составлено описание объекта закупки с нарушением ФЗ № 44-ФЗ, а именно: под требования, установленные заказчиком не подходит ни один товар.

В процессе рассмотрения жалобы Комиссией Кемеровского УФАС России установлено:

01.09.2023 в единой информационной системе в сфере закупок заказчиком – ФГБНУ «НИИ КПССЗ» было размещено извещение о проведении электронного аукциона № 0339100014823000573 «Изделия медицинские».

Начальная максимальная цена контракта – 4 767 570,80 рублей.

В соответствии с пунктами 1, 2 части 1 статьи 33 ФЗ № 44-ФЗ заказчик в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, при описании объекта закупки должен руководствоваться следующими правилами:

1) в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования или указания влекут за собой ограничение количества участников закупки. Допускается использование в описании объекта закупки указания на товарный знак в следующих случаях:

а) сопровождение такого указания словами "или эквивалент";

б) несовместимость товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимость обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком;

в) осуществление закупки запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование;

г) осуществление закупки медицинских изделий, специализированных продуктов

лечебного питания, необходимых для назначения пациенту по медицинским показаниям (индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии, которое фиксируется в медицинской документации пациента и журнале врачебной комиссии. Перечень указанных медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания и порядок его формирования утверждаются Правительством Российской Федерации;

2) использование при составлении описания объекта закупки показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, в таком описании должно содержаться обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии.

В силу части 2 статьи 33 ФЗ № 44-ФЗ описание объекта закупки в соответствии с требованиями, указанными в части 1 настоящей статьи, должно содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей и (или) значения показателей, которые не могут изменяться.

В соответствии с описанием объекта закупки Заказчику требуется набор с датчиком для измерения артериального давления (КТРУ 26.60.12.129-00000093) со следующей характеристикой:

НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗНАЧЕНИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие компоненты:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1) Отсутствие противопоказаний к применению. Возможность применения при изменчивости частоты сердечных сокращений, повреждениях венозных сосудов, эндокардите, флебите | соответствие |
|--|--------------|

Комиссией Кемеровского УФАС России была проанализирована инструкция по

применению преобразователя кровяного давления B/Braun и установлено, что в ней указана следующая информация «Противопоказания: нет данных».

Словосочетания «Нет данных» и «Отсутствуют противопоказания» не могут быть тождественными понятиями, а следовательно не могут заменяемыми друг на друга без изменения значения.

Инструкция к аппарату SKY Medical в пункте «противопоказания» содержит информацию: «абсолютных противопоказаний для применения наборов не существует.», что также не соответствует требованию - «Отсутствие противопоказаний».

На основании изложенного Комиссия приходит к выводу о том, что действия Заказчика нарушают пункт 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе, содержат признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 4.1 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Руководствуясь статьей 106 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», комиссия Кемеровского УФАС России

#### РЕШИЛА:

1. Признать жалобу ООО «Сиддхи» на действия заказчика – ФГБНУ «НИИ КПССЗ» при проведении электронного аукциона № 0339100014823000573 «Изделия медицинские» обоснованной
2. Признать заказчика – ФГБНУ «НИИ КПССЗ» нарушившим требования пункта 1 части 1 статьи 33 ФЗ №44-ФЗ.
3. Выдать предписание об устранении нарушения законодательства о контрактной системе.
4. Передать материалы дела № 042/06/33-1188/2023 должностному лицу для решения вопроса о возбуждении административного производства, предусмотренного частью 4.1 статьи 7.30 Кодексом РФ об административных правонарушениях.

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его вынесения.

Председатель комиссии: <...>

Члены комиссии:

<...>

<...>