РЕШЕНИЕ № 054/06/67-2017/2021

08 октября 2021 года г. Новосибирск

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области по контролю в сфере закупок (Комиссия Новосибирского УФАС России) в составе:

в присутствии

…

рассмотрев в дистанционном режиме жалобу ООО «ЮУРЦС» на действия аукционной комиссии заказчика - ГБУЗ НСО КДП № 2 при проведении электронного аукциона № 0351300074421000112 на поставку электрокардиографов, начальная (максимальная) цена контракта 198 000 руб. 00 коп.,

УСТАНОВИЛА:

В Новосибирское УФАС России обратилось ООО «ЮУРЦС» с жалобой на действия аукционной комиссии заказчика - ГБУЗ НСО КДП № 2 при проведении электронного аукциона № 0351300074421000112 на поставку электрокардиографов.

Суть жалобы ООО «ЮУРЦС» заключается в следующем.

По результатам рассмотрения первых частей заявок аукционной комиссией было принято решение о признании заявки ООО «ЮУРЦС» не соответствующей требованиям документации об электронном аукционе.

В обоснование принятого решения в протоколе рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе аукционная комиссия указала следующее: по причине представления недостоверной информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе), а именно: в заявке на участие указано количество синхронно регистрируемых каналов, максимальное 12 штук, в то время как на сайте производителя предлагаемой к поставке продукции указано, что предлагаемый прибор является одно-трехканальным электрокардиографом (https://www.monitor-ltd.ru/pdf_documents/brochure/ec3t-01-rd.pdf). Под количеством синхронно регистрируемых каналов, максимальным понимается количество одновременно записываемых, фиксируемых с целью учета каналов.

Податель жалобы считает, что в заявке на участие указан прибор

электрокардиограф одно-трехканальный миниатюрный ЭК 3Т-01-«Р-Д»/1 по ТУ 9441-006-24149103-2010, который одновременно снимает (регистрирует) 12 отведений синхронно, что полностью соответствует запрашиваемым требованиям заказчика.

Таким образом, ООО «ЮУРЦС» считает, что аукционной комиссией неправомерно было принято решение о признании заявки не соответствующей документации об электронном аукционе.

ГБУЗ НСО КДП № 2 в возражениях на жалобу ООО «ЮУРЦС» сообщило следующее.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.07.2019 N 878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. N 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее – Постановление Правительства РФ № 878), которым предусмотрены ограничения допуска радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, заказчик указал в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке информацию, которая предусмотрена в позиции каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (код позиции КТРУ 26.60.12.111-00000024).

В описании объекта закупки документации об электронном аукционе указано, что объектом закупки являются электрокардиографы с количеством синхронно регистрируемых каналов, максимальным - 12 штук, то есть запись должна вестись одномоментно по 12 каналам.

Электрокардиограф ЭК 3Т-01- «Р-Д» /1, указанный в заявке участника закупки, снимает 12 отведений, но является одно-трехканальным, может делать запись одновременно максимально трех каналов.

Таким образом, заказчик полагает, что аукционной комиссией правомерно было принято решение об отказе в допуске к участию в электронном аукционе, в том числе, заявке ООО «ЮУРЦС».

Изучив представленные материалы и доводы сторон, Комиссия Новосибирского УФАС России пришла к следующим выводам.

В силу п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона о контрактной системе в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). Согласно ч. 2 ст. 33 Закона о контрактной системе документация о закупке в соответствии с требованиями, указанными в ч. 1 ст. 33 Закона о контрактной системе, должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям.

В силу п. 1 ч. 4 ст. 67 Закона о контрактной системе участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:

1) непредставления информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 данного Федерального закона, или представления недостоверной информации;

2) несоответствия информации, предусмотренной ч. 3 ст.66 данного Федерального закона, требованиям документации о таком аукционе.

Изучив аукционную документацию, а также электронную форму извещения о проведении электронного аукциона, Комиссия Новосибирского УФАС России установила, что в соответствии с описанием объекта закупки заказчику к поставке требуются электрокардиографы.

Указанное оборудование согласно извещению о проведении электронного аукциона имеет код позиции КТРУ 26.60.12.111-00000024, в соответствии с которым количество синхронно регистрируемых каналов максимальное - 12 штук.

В соответствии с п. 15.1 документации об электронном аукционе при заполнении первой части заявки на участие в электронном аукционе участник закупки должен указать конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе.

Изучив заявки участников закупки, Комиссия Новосибирского УФАС России установила, что ООО «ЮУРЦС» предложило к поставке электрокардиограф ЭК ЗТ-01-«Р-Д»/1, данный электрокардиограф является одно-трехканальным, с двенадцатью отведениями.

Согласно описанию объекта закупки к поставке требуются электрокардиографы с количеством синхронно регистрируемых каналов, максимальным 12 штук.

При этом, предложенный в заявке ООО «ЮУРЦС» электрокардиограф относится к иному коду КТРУ 26.60.12.111-00000021.

На основании вышеизложенного, Комиссия Новосибирского УФАС России считает, что аукционной комиссией заказчика правомерно было принято решение о признании заявки ООО «ЮУРЦС» не соответствующей требованиям документации об электронном аукционе.

При проведении на основании п. 1 ч. 15 ст. 99 Закона о контрактной системе внеплановой проверки данной закупки, в том числе, всей информации, размещенной в единой информационной системе в рамках данного электронного аукциона, а также действий аукционной комиссии при рассмотрении заявок, нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе не выявлены.

Руководствуясь ч.8 ст.106, п.1 ч.15 ст.99 Закона о контрактной системе, Комиссия Новосибирского УФАС России

РЕШИЛА:

Признать жалобу ООО «ЮУРЦС» на действия аукционной комиссии заказчика - ГБУЗ НСО «Консультативно-диагностическая поликлиника № 2» при проведении электронного аукциона № 0351300074421000112 на поставку электрокардиографов

необоснованной.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его вынесения.