

РЕШЕНИЕ № 08-01-194

«2» июля 2009 года

г. Новосибирск

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области по контролю в сфере размещения заказов (Комиссия Новосибирского УФАС России) в составе:

Швалов А.Г. - заместитель руководителя управления, председатель Комиссии;

Ланцев Е.С. - ведущий специалист - эксперт отдела государственного заказа, член
Комиссии;

Растворцев С.Н. - специалист - эксперт отдела государственного заказа, член
Комиссии,

в присутствии представителей МБУЗ «Городская клиническая больница № 1»:

<...> (по доверенности), <...> (по доверенности), <...> (по доверенности);

в присутствии представителя подателя жалобы ЗАО «Компания «Интермедсервис»
<...> (по доверенности);

в присутствии представителя участника размещения заказа ЗАО «Дина-Медика
Новосибирск» <...> (по доверенности)

рассмотрев жалобу ЗАО «Компания «Интермедсервис» на действия конкурсной
комиссии МБУЗ города Новосибирска «ГКБ № 1» при проведении открытого
конкурса на право заключения муниципального контракта на поставку
медицинского оборудования для МБУЗ города Новосибирска «ГКБ № 1»,

УСТАНОВИЛА

21.04.2009г. на официальном сайте для размещения информации о муниципальных
заказах www.zakaz.novo-sibirsk.ru было размещено извещение о проведении
открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на поставку
медицинского оборудования для МБУЗ города Новосибирска «ГКБ № 1».

В Новосибирское УФАС России обратилось ЗАО «Компания «Интермедсервис» с
жалобой на действия конкурсной комиссии МБУЗ города Новосибирска «ГКБ № 1»
при проведении открытого конкурса на право заключения муниципального
контракта на поставку медицинского оборудования для МБУЗ города
Новосибирска «ГКБ № 1».

По мнению подателя жалобы, на этапе допуска к участию в открытом конкурсе
муниципальным заказчиком неверно проведена процедура рассмотрения, оценки
и сопоставления заявок, и как следствие были допущены заявки участников

размещения заказа, не подходящие по техническим характеристикам и несоответствующие техническому заданию, указанному в конкурсной документации. О несоответствии требований участников техническому заданию, заявленному МБУЗ города Новосибирска «ГКБ № 1», косвенно можно судить по предложенным участниками размещения заказа очень низким ценам.

ЗАО «Компания «Интермедсервис», считает что, в состав комиссии не были включены специалисты в области медицинского оборудования для неонатологии и педиатрии, поэтому на стадии допуска и рассмотрения заявок была допущена ошибка в оценке технически сложных характеристик медицинского оборудования.

На жалобу ЗАО «Компания «Интермедсервис» поступило возражение от МБУЗ города Новосибирска «ГКБ № 1», в котором сообщается следующее.

Конкурсная комиссия при рассмотрении заявок на участие в открытом конкурсе определила их соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией. Представленные заявки 4-х участников размещения заказа соответствовали требованиям, установленным конкурсной документацией и техническому заданию муниципального заказчика и существенно не меняли характеристики и условия, предусмотренные конкурсной документацией, следовательно, не могли быть отклонены с точки зрения законодательства.

Между тем, из-за некорректно составленного технического задания, муниципальным заказчиком было обнаружено, что оборудование, предполагаемое к поставке, не может использоваться заказчиком в целях, предназначенных для лечения неонатальных пациентов в условиях родильного отделения МБУЗ города Новосибирска «ГКБ № 1», так как в техническом задании заказчиком не были предусмотрены габариты оборудования, а также ряд значительно важных функций, которые определяют качество работы в неонатологии и педиатрии.

На жалобу ЗАО «Компания «Интермедсервис» поступило возражение от участника размещения заказа ООО «Вымпел-МедПром», в котором сообщается следующее.

Представленное на конкурс ООО «Вымпел-МедПром» оборудование полностью соответствует требованиям технического задания, что подтверждается технической документацией производителя.

Также на жалобу ЗАО «Компания «Интермедсервис» поступило возражение от ЗАО «Дина-Медика Новосибирск», в котором сообщается следующее.

ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» для участия в открытом конкурсе предложило к поставке аппарат фирмы Draeger-Evita 2 Plus в полном соответствии техническому заданию, со всеми необходимыми опциями.

Изучив представленные материалы и выслушав доводы сторон, Комиссия Новосибирского УФАС России пришла к следующим выводам.

В соответствии с ч.2 ст.22 Федерального закона № 94-ФЗ конкурсная документация должна содержать требования, установленные заказчиком, уполномоченным органом, к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке

товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика.

В техническом задании конкурсной документации заказчиком указаны технические характеристики необходимого к поставке аппарата искусственной вентиляции легких высшего класса для длительной респираторной поддержки в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии.

Согласно технического задания поставляемое оборудование должно комплектоваться ультразвуковым датчиком потока и ультразвуковым кислородным датчиком, не требующим регулярной замены.

Однако, согласно заявки на участие в открытом конкурсе ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» к поставке предложило оборудование с электрохимическим датчиком, вместо ультразвукового кислородного датчика.

ЗАО «НПФ «РЕНСИ» вместо встроенного в аппарат ультразвукового датчика потока, предусмотренного техническим заданием, предложило к поставке парамагнитный кислородный датчик.

ООО «Вымпел-МедПром» предложило в составе заявки на участие в открытом конкурсе кислородный датчик заменяемый 1 раз в 1,5 - 2 года, вместо требуемого кислородного датчика, не требующего регулярной замены.

Указанные датчики согласно заявок участников размещения заказа требуют регулярной замены, что не соответствует требованиям технического задания.

Согласно п.4 ч.1 ст.12 Федерального закона № 94-ФЗ при рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник размещения заказа не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случае несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации.

Учитывая вышеизложенное, конкурсная комиссия обязана была отклонить заявки ЗАО «Дина-Медика Новосибирск», ЗАО «НПФ «РЕНСИ» как не соответствующие требованиям конкурсной документации.

При проведении внеплановой проверки на основании ч.5 ст. 17 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» данного открытого конкурса, были выявлены следующие нарушения.

Представителями МБУЗ города Новосибирска «ГКБ № 1» заявлено, что ряд существенных характеристик поставляемого оборудования, в том числе необходимые габариты оборудования, характеризующие качество работы в неонатологии и педиатрии не были указаны в конкурсной документации.

Для удовлетворения потребностей Заказчика к поставке требовался аппарат для лечения неонатальных пациентов в условиях родильного отделения МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1».

Таким образом, в нарушение ч.2 ст.22 Федерального закона № 94-ФЗ МБУЗ города Новосибирска «ГКБ № 1» не указало в конкурсной документации все

существенные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика.

Данное нарушение является существенным, так как вводит участников размещения заказа в заблуждение в отношении подбора необходимого оборудования, которое бы отвечало всем потребностям МБУЗ города Новосибирска «ГКБ № 1».

Руководствуясь ч.5, ч.9 ст.17, ч.6 ст.60 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Комиссия Новосибирского УФАС России

РЕШИЛА

1. Признать жалобу ЗАО «Компания «Интермедсервис» на действия конкурсной комиссии МБУЗ города Новосибирска «ГКБ № 1» при проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на поставку медицинского оборудования для МБУЗ города Новосибирска «ГКБ № 1» обоснованной;

2. Выдать МБУЗ города Новосибирска «ГКБ № 1» предписание об устранении нарушений законодательства о размещении заказов.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его вынесения.

Председатель Комиссии

А.Г. Швалов

Члены Комиссии

Е.С. Ланцев

С.Н. Растворцев

ПРЕДПИСАНИЕ № 08-02-174

об устранении нарушения законодательства о размещении заказов

«2» июля 2009 года

г. Новосибирск

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области (Новосибирское УФАС России) по контролю в сфере размещения заказов в составе:

Швалов А.Г. - заместитель руководителя управления, председатель Комиссии;

Ланцев Е.С. - ведущий специалист-эксперт отдела государственного заказа, член Комиссии;

Растворцев С.Н. - специалист-эксперт отдела государственного заказа, член Комиссии,

на основании своего решения № 08-01-194 от 02.07.2009г. по жалобе ЗАО «Компания «Интермедсервис» на действия конкурсной комиссии МБУЗ города Новосибирска «Городская клиническая больница № 1» при проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на поставку медицинского оборудования для МБУЗ города Новосибирска «ГКБ № 1»,

ПРЕДПИСЫВАЕТ

МБУЗ города Новосибирска «Городская клиническая больница № 1» устранить нарушение Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный Закон №94-ФЗ), а именно:

1) прекратить нарушение ч.2 ст.22 Федерального закона № 94-ФЗ, а именно, указывать в конкурсной документации все существенные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика;

2) Прекратить проведение данного открытого конкурса.

Конкурсной комиссии МБУЗ города Новосибирска «Городская клиническая больница № 1» устранить нарушение Федерального закона № 94-ФЗ, а именно:

1) прекратить нарушение ч.1 ст.12 Федерального закона № 94-ФЗ, а именно, не допускать к участию в открытом конкурсе заявки участников размещения заказа в случае несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации.

2) Аннулировать результаты торгов путем отмены решений конкурсной комиссии, зафиксированных в протоколе вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № ОК-81-09 от 09.06.2009г., протоколе рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № ОК-82-09 от 17.06.2009г. и протоколе оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе № ОК-87-09 от 22.06.2009г.

Об исполнении настоящего предписания сообщить до 21.07.2009г. с приложением подтверждающих документов.

Предписание может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его вынесения.

Примечание. За уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение настоящего предписания в соответствии с частью 7 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях юридические

лица и должностные лица несут административную ответственность.

Председатель Комиссии

А.Г. Швалов

Члены Комиссии

Е.С. Ланцев

С.Н. Растворцев