

21 октября 2013 г.

г. Кострома

Комиссия Костромского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов (далее – Комиссия) в составе:

Председатель Комиссии:

<...>

Члены Комиссии:

<...>

<...>

при ведении аудиозаписи заседания, в присутствии юрисконсульта ОГБУЗ Нерехтская ЦРБ, специалиста ОГБУЗ, генерального директора ООО «КМ-Комплект», менеджера ООО «КМ-Комплект», рассмотрев жалобу ООО «КМ-Комплект» на действия заказчика - ОГБУЗ «Нерехтская ЦРБ» при проведении запроса котировок на право заключения контракта на поставку реагентов для клиничко-диагностической лаборатории ОГБУЗ Нерехтская ЦРБ на 4 квартал 2013 года, и в результате проведения внеплановой проверки в соответствии с частью 5 статьи 17 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о размещении заказов),

УСТАНОВИЛА:

Согласно представленным материалам 26.09.2013г. на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов в сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru размещено извещение (номер <...>) о проведении запроса котировок на право заключения контракта на поставку реагентов для клиничко-диагностической лаборатории ОГБУЗ Нерехтская ЦРБ на 4 квартал 2013 года.

Извещение о проведении запроса котировок на право заключения государственного контракта на поставку реагентов для клиничко-диагностической лаборатории ОГБУЗ Нерехтская ЦРБ на 4 квартал 2013 года, утверждено главным врачом ОГБУЗ Нерехтская ЦРБ – Мешалкиным Ю.И..

ООО «КМ-Комплект» (далее – Заявитель) в числе прочих подало заявку на участие в запросе котировок. Заявка была отклонена заказчиком на том основании, что не был указан объем поставляемой продукции по одному из пунктов указанном в приложении №1. Участник размещения заказа – ООО «КМ-Комплект» обратилось 14.10.2013 г. с жалобой в Костромское УФАС России на действия государственного заказчика ОГБУЗ «Нерехтская центральная районная больница». Заявитель полагает, что документация о проведении запроса котировок на право заключения контрактов на поставку медицинских средств для нужд ОГБУЗ Нерехтская ЦРБ составлена не точно. Это в свою очередь, по мнению заявителя, повлекло за собой неверную оценку котировочной комиссией заявки ООО «КМ-Комплект» и как следствие ее отклонение.

Представители государственного заказчика, котировочной комиссии с доводами, указанными в жалобе ООО «КМ-Комплект», не согласны, что отражено в возражениях на жалобу (исх. №1352 от 16.10.2013 г.)

На заседании Комиссией Костромского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов 18.10.2013г. установлено, что заявитель обжалует действия заказчика по определению предмета контракта в котировочной документации. По

мнению заявителя в техническом задании приложение №1 к извещению о проведении запроса котировок были размещены требования к поставляемому товару. Так пунктом 20 в приложении были указаны требования к реагенту ACT DIFF PAC RGNT, а именно «изотонический гемонизирующий реагент ACTDIFFPAC в количестве 5 кор. X 15 л.». ООО «КМ-Комплект» в своей заявке указали «изотонический гемонизирующий реагент ACTDIFFPAC в количестве 5 упак.» за что были отклонены из-за не указания точного объема упаковки. Однако, заявитель ссылается на то, что в рамках данной закупки предоставить другой товар с другим объемом невозможно, поскольку реагента ACT DIFF PAC RGNT в другой расфасовке не бывает. Так же в ходе заседания заявитель пояснил, что по данному техническому заданию невозможно предоставить реагент ACT DIFF PAC RGNT объемом 15 литров, т. к. стандартный объем коробки 15л. + 0,3л., что указывается в инструкции и накладной. Соответственно заказчик неверно установил свои потребности, указав не точный объем требуемого реагента.

Кроме этого во время внеплановой проверки, проводимой Комиссией УФАС России по Костромской области, было выяснено, что в позициях 20 и 21 Приложения №1 к конкурсной документации отсутствует возможность применения эквивалента, поскольку в характеристиках четко прописано название конкретного реагента, а значит предоставить эквивалент, по данным позициям, у участников возможности нет. Представитель заказчика, сослался на то, что для нормальной работы анализатора им требуются реагента только фирмы ACT DIFF PAC RGNT, однако документально подтвердить этого не смог в связи, с чем был объявлен перерыв до 21.10.2013г.

В новом заседании представитель заказчика ОБГУЗ Нерехтская ЦРБ предоставил копии рекомендательных писем, в которых производитель гарантирует нормальную работу анализатора только с реагентами, производимыми той же фирмой.

Федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 г. №94-ФЗ (далее-Закон о размещении заказов) п.4 ст. 43 предусматривает, что документация о запросе котировок должна содержать требования к наименованию, характеристике и количеству поставляемых товаров, наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг. При этом должны быть указаны требования, установленные заказчиком, уполномоченным органом, к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика.

Изучив заявленные позиции сторон, Комиссия Костромского УФАС России считает, что требования заявителя обоснованы. При этом комиссия исходит из следующего: заказчик в техническом задании к документации в п. 20 Приложения №1 указал объем изотонического реагента не соответствующий стандартному объему реагента фирмы ACT DIFF PAC RGNT 15л. + 0,3 л., а в п. 21 объем промывающего реагента не указан вообще. В опровержение доводов представителя заказчика, о том, что литраж реагента указанного в п.21 стандартен, заявителем было предоставлено доказательство того, что промывающий реагент, бывает как минимум двух разных фасовок по 0,25 л. и 0,5л. Указание объема поставляемой продукции, являются предметом контракта. На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 17, 57, 60 Закона о

размещении заказов, Комиссия Костромского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов

РЕШИЛА:

1. Признать жалобу ООО «КМ-Комплект» обоснованной.
2. Признать факт нарушения государственным заказчиком - ОГБУЗ «Нерехтская центральная районная больница» пункту 4 статьи 43 Закона о размещении заказов.
3. Выдать государственному заказчику - ОГБУЗ «Нерехтская центральная районная больница» предписание о прекращении нарушения пункта 4 статьи 43 Закона о размещении заказов путем отмены запроса котировок.

Решение может быть обжаловано заинтересованным лицом в арбитражный суд в течение трех месяцев в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Заместитель председателя Комиссии

<...>

Члены Комиссии

<...>

<...>

- [reshenie_12-10-112-667.doc](#)