

РЕШЕНИЕ

по результатам рассмотрения

жалобы ООО «СЕРВИС МЕД»

Дело № 021/06/48-46/2024 г. Чебоксары

Резолютивная часть решения оглашена 26 января 2024 года

Решение изготовлено в полном объеме 29 января 2024 года

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике – Чувашии по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, созданная на основании приказа Чувашского УФАС России от 28.01.2021 №3 в составе:

"..."

в присутствии представителей от:

заказчика – бюджетного учреждения Чувашской Республики «Городская клиническая больница №1» Министерства здравоохранения Чувашской Республики – "...", представителя по доверенности,

уполномоченного учреждения - Казенного учреждения Чувашской Республики «Региональный центр закупок Чувашской Республики» – "...", представителя по доверенности,

заявителя – общества с ограниченной ответственностью «СЕРВИС МЕД» – "...", представителя по доверенности,

рассмотрев путем видео-конференц-связи жалобу общества с ограниченной ответственностью «СЕРВИС МЕД» (далее – ООО «СЕРВИС МЕД», Заявитель, Общество) на действия комиссии заказчика - бюджетного учреждения Чувашской Республики «Городская клиническая больница №1» Министерства здравоохранения Чувашской Республики (далее — Заказчик) и уполномоченного учреждения - Казенного учреждения Чувашской Республики «Региональный центр закупок Чувашской Республики» (далее - Уполномоченное учреждение) при проведении электронного аукциона на поставку медицинских изделий (стол операционный универсальный, электрогидравлический), ввод в эксплуатацию медицинского изделия, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинское изделие (изв. № 081550000523012364), в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе),

УСТАНОВИЛА:

В Чувашское УФАС России 19.01.2024 обратилось ООО «СЕРВИС МЕД» с жалобой на действия комиссии при проведении электронного аукциона на поставку медицинских изделий (стол операционный универсальный, электрогидравлический), ввод в эксплуатацию медицинского изделия, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинское изделие (изв. № 081550000523012364) (далее – Электронный аукцион).

В жалобе Заявитель указывает, что комиссией неправомерно признан участник с идентификационным номером № 1 (ООО «ЮВЕНТА») победителем закупки.

Заявитель просит признать жалобу обоснованной и выдать комиссии предписание об отмене протокола подведения итогов аукциона

В результате рассмотрения жалобы и осуществления, в соответствии с частью 15 статьи 99 Закона о контрактной системе, внеплановой проверки, Комиссия Чувашского УФАС России по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд установила следующее.

26.12.2023 на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru размещено извещение (изв. №0815500000523012364) о проведении электронного аукциона на поставку медицинских изделий (стол операционный универсальный, электрогидравлический), ввод в эксплуатацию медицинского изделия, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинское изделие, с начальной (максимальной) ценой контракта 3 636 400,00 руб. Одновременно на официальном сайте размещено извещение об электронном аукционе с описанием объекта закупки.

В соответствии с частью 1 статьи 49 Закона о контрактной системе электронный аукцион начинается с размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки. Заявка на участие в закупке должна содержать информацию и документы, предусмотренные подпунктами "м" - "п" пункта 1, подпунктами "а" - "в" пункта 2, пунктом 5 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона. Заявка также может содержать информацию и документы, предусмотренные подпунктом "д" пункта 2 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона.

Из части 1 статьи 42 Закона о контрактной системе следует, что при осуществлении закупки путем проведения открытых конкурентных способов заказчик формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе извещение об осуществлении закупки.

В силу подпункта а) пункта 1 части 5 статьи 49 Закона о контрактной системе не позднее двух рабочих дней со дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в закупке, но не позднее даты подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), установленной в извещении об осуществлении закупки члены комиссии по осуществлению закупок рассматривают заявки на участие в закупке, информацию и документы, направленные оператором электронной площадки в соответствии с пунктом 4 части 4 настоящей статьи, и принимают решение о признании заявки на участие в закупке соответствующей извещению об осуществлении закупки или об отклонении заявки на участие в закупке по основаниям, предусмотренным пунктами 1 - 8 части 12 статьи 48 настоящего Федерального закона.

В силу **п. 1 ч. 12 ст. 48** Закона о контрактной системе при рассмотрении вторых частей заявок на участие в закупке соответствующая заявка подлежит отклонению в случаях:

1) непредставления (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным **законом**) в заявке на участие в закупке информации и документов, предусмотренных извещением об осуществлении закупки в соответствии с настоящим Федеральным **законом** (за исключением информации и документов, предусмотренных **пунктами 2 и 3 части 6 статьи 43** настоящего Федерального закона), несоответствия такой информации и документов требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки.

Приложением к извещению установлены требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке, а также размещено описание объекта закупки с техническим заданием, закупаемых товаров.

Согласно протоколу подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 16.01.2024 №ИЭА1 по результатам рассмотрения 3 заявок, поданных на участие в аукционе, все они признаны соответствующими извещению о закупке, и определен победитель аукциона с идентификационным номером заявки 1.

В закупке применяется положение Министерства финансов Российской Федерации от 04 июня 2018 г. N 126н "Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Из жалобы Заявителя следует, что Победитель в своей заявке указал недостоверные сведения, предложив к поставке оборудование не соответствующее требованиям аукционной документации.

Представитель Заказчика при рассмотрении пояснил, что на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (<https://www.roszdravnadzor.gov.ru/services/misearch>), к регистрационному удостоверению № РЗН 2016/4630 от 10.03.2022г. приложено Техническое описание и инструкция по эксплуатации, а также Фотографические изображения принадлежностей Многофункционального хирургического стола с системой приводов (МХСсСП) по ТУ 9452-044-39798422-2020.

Относительно оспариваемых позиций представитель Заказчика пояснил и указал в письменных возражениях следующее:

Наименование характеристики	Значение характеристики в Извещении	Значения, предложенные победителем и указанные в контракте	Данные из Инструкции с сайта Росздравнадзор РУ РЗН 2016/4630	Результат сравнения указанных в контракте характеристик и действительных характеристик оборудования	Комментарии комиссии БУ «Городская клиническая больница №1» Данные из Инструкции с сайта Росздравнадзор РУ РЗН 2016/4630 от 10.03.2022г.
1	2	3	4	5	6
Колеса полностью скрыты под кожухом стола	Наличие	Наличие	Колеса не скрыты под кожухом стола. Видно на фотографиях в инструкции и фотографиях стола с сайта РосЗдравНадзора	НЕ соответствует	стр. 2 Фотографических изображений Колеса полностью скрыты под кожухом стола.
Встроенные световые индикаторы на пульте управления: включения, питания от сети, работа от аккумулятора, блокировка и снятие блокировки колес	Наличие	Наличие	Встроенные индикаторы только: Заряд, Готов и Реверс. Индикатор блокировка и снятие блокировки колес полностью отсутствует (страницы 23,24,25)	НЕ соответствует	стр. 29 Табл.2. Кнопки панели пульта дистанционного управления: Блокировка колес - Установка стола на опоры (фиксация положения), (Соответствует) Снятие блокировки колес - Установка стола на колеса (транспортное состояние), (Соответствует)

Длина стола (включая головную и ножную секции)	≥ 2060	2060	2600(страница 15)	НЕ соответствует	стр. 15 Табл.1. Технические характеристики: Габаритные размеры без комплекта дополнительных принадлежностей (В*Д*Ш), мм – не более 1300*2600*650 (2060 соответствует) стр. 16 Диапазон значений длины панели, мм – от 800 до 2600 (2060 соответствует)
Ширина стола	≤ 600	600	650(страница 15)	НЕ соответствует	стр. 15 Табл.1. Технические характеристики: Габаритные размеры без комплекта дополнительных принадлежностей (В*Д*Ш), мм – не более 1300*2600*650 (600 соответствует) стр. 16 Диапазон значений ширины панели, мм – от 400 до 650 (600 соответствует)
Электрогидравлический привод регулировки деки стола положения Тренделенбург	≥ 25	25	Не менее 20(страница 16)	НЕ соответствует	стр. 16 Угол наклона панели стола по Тренделенбургу, градус - не менее 20 (25 соответствует)
Электрогидравлический привод регулировки деки стола положения анти-Тренделенбург	≥ 25	25	Не менее 20(страница 16)	НЕ соответствует	стр. 16 Угол наклона панели стола по анти-Тренделенбургу, градус - не менее 20

					(25 соответствует)
Электрогидравлический привод регулировки боковых наклонов деки стола: вправо	≥ 20	20	Не менее 15(страница 16)	НЕ соответствует	стр. 16 Угол бокового наклона панели вправо, градус - не менее 15 (20 соответствует)
Электрогидравлический привод регулировки боковых наклонов деки стола: влево	≥ 20	20	Не менее 15(страница 16)	НЕ соответствует	стр. 16 Угол бокового наклона панели влево, градус - не менее 15 (20 соответствует)
Электрогидравлический привод положения сгибания (Flex)	≥ 220	220	Не менее 200(страница 16)	НЕ соответствует	стр. 16 Угол положения Flex, градус – не менее 200 (220 соответствует)
Электрогидравлический привод положения разгибания (Reflex)	≥ 110	110	Не менее 100(страница 16)	НЕ соответствует	стр. 16 Угол положения reFlex, градус – не менее 100 (110 соответствует)
Регулировка наклона головной секции вверх	≥ 45	45	Не более 60(страница 16)	НЕ соответствует	стр. 16 Угол наклона головной секции вверх, градус – не более 60 (45 соответствует)
Регулировка раздельной ножной секции вверх	≥ 20	40	Не более 90(страница 16)	НЕ соответствует	стр. 16 Угол разведения раздельной ножной секции, градус – не более 90 (40 соответствует)
					стр. 49 8.1.1 Держатели руки – 2 шт. 8.1.1.1 Держатель руки позволяет регулировать свое положение вдоль панели стола, поворот и высоту.

<p>Опора для руки с функциями подъема, опускания и поворота, с матрацем и двумя фиксирующими ремнями, в комплекте с универсальным зажимом с круглым сечением</p>	<p>≥2</p>	<p>2</p>	<p>Отсутствует т.к. нет никаких данных в инструкции (страницы 8-13) и фотографических изображениях стола</p>	<p>НЕ соответствует</p>	<p>8.1.1.2 Элементы, контактирующие с телом – подушка из пенополиуретана изготовлена по бесшовной технологии методом литья, с антистатическим покрытием.</p> <p>стр. 51</p> <p>8.1.3 Ремень фиксатор конечности – 2 шт.</p> <p>8.1.3.1 Ремень фиксатор конечности используется для фиксации рук пациента. Имеет крепежный зацеп для закрепления на боковой рейке стола, регулируется по длине.</p> <p>(Соответствует)</p>
--	-----------	----------	--	-------------------------	---

Комиссия Чувашского УФАС России, изучив представленную электронной торговой площадкой ЭТП «Фабрикант» (АО «ЭТС») информацию (вх. Управления № 647-ЭП/24 от 23.01.2024), установила, что в составе заявки ООО «ЮВЕНТА» представлено предложение по техническим характеристикам товара, а также регистрационное удостоверение на медицинское изделие № РЗН 2016/4630 от 10.03.2022 года. Технические характеристики товара, указанные в заявке ООО «ЮВЕНТА», соответствуют тем, что указал Заказчик в Приложении № 1 к извещению о закупке «Описание объекта закупки».

Таким образом, заявка участника содержала значение показателей, соответствующее требованиям заказчика, содержащимся в Описании объекта закупки, в связи с чем аукционная комиссия, проанализировав заявку участника закупки, приняла решение о соответствии его заявки требованиям [Закона](#) о контрактной системе и извещению об осуществлении закупки. В настоящем случае, комиссия не имела достаточных доказательств для признания представленных победителем закупки сведений недостоверными, что не может быть признано нарушением [Закона](#) о контрактной системе .

При таких обстоятельствах доводы жалобы не нашли своего подтверждения.

Кроме того, на стадии приемки в обязательном порядке осуществляется проверка на соответствие качественным и количественным характеристикам товара, заявленным заказчиком параметрам.

На основании изложенного, Комиссия Чувашского УФАС России не усматривает нарушения законодательства о контрактной системе в действиях комиссии при рассмотрении заявки победителя.

В соответствии с частью 8 статьи 106 Закона о контрактной системе по результатам рассмотрения жалобы по существу контрольный орган в сфере закупок принимает решение о признании жалобы обоснованной или необоснованной и при необходимости о выдаче предписания об устранении допущенных нарушений, предусмотренного пунктом 2 части 22 статьи 99 настоящего Федерального закона, о совершении иных действий, предусмотренных частью 22 статьи 99 настоящего

Федерального закона.

С учетом установленных обстоятельств, Комиссия Чувашского УФАС России признает жалобу ООО "СЕРВИС МЕД" необоснованной.

Руководствуясь статьями 99, 106 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Комиссия

РЕШИЛА:

Признать жалобу ООО «СЕРВИС МЕД» на действия комиссии заказчика - бюджетного учреждения Чувашской Республики «Городская клиническая больница №1» Министерства здравоохранения Чувашской Республики и уполномоченного учреждения - Казенного учреждения Чувашской Республики «Региональный центр закупок Чувашской Республики» при проведении электронного аукциона на поставку медицинских изделий (стол операционный универсальный, электрогидравлический), ввод в эксплуатацию медицинского изделия, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинское изделие (изв. №0815500000523012364) необоснованной.

Председатель Комиссии "..."

Члены Комиссии "..."

Примечание: Согласно части 9 статьи 106 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы по существу, может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев с даты его принятия.

2024-603