

## **РЕШЕНИЕ**

по делу № 850/2019 – КС о нарушении

законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

13 июня 2019 года

г.

Краснодар

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Комиссия) в составе:

в присутствии представителя Уполномоченного органа – департамента по регулированию контрактной системы КК Малюка Е.Ю. (доверенность в материалах дела), в присутствии представителя Заказчика – ГБУЗ «НИИ ККБ №1 им. профессора С.В. Очаповского» МЗ КК Немовой М.И. (доверенность в материалах дела), в отсутствие представителей ООО «ОниксМед» (ходатайство в материалах дела), рассмотрев жалобу ООО «ОниксМед» (далее – Заявитель) на действия департамента по регулированию контрактной системы для нужд ГБУЗ «НИИ ККБ №1 им. профессора С.В. Очаповского» МЗ КК при проведении электронного аукциона: «Поставка термометров медицинских» (извещение № 0318200063919001699) в части нарушения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закон о контрактной системе),

### **УСТАНОВИЛА:**

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю поступила жалоба Заявителя о нарушении Закона о контрактной системе.

Заявитель указывает на неправомерный отказ в допуске к участию в

электронном аукционе.

Представителем Уполномоченного органа, Заказчика представлены извещение о проведении электронного аукциона, документация об аукционе, письменные пояснения по существу жалобы.

Рассмотрев представленные материалы, Комиссия пришла к следующим выводам.

Уполномоченным органом – департаментом по регулированию контрактной системы Краснодарского края проводился электронный аукцион: «Поставка термометров медицинских» (извещение № 0318200063919001699).

Заказчик – ГБУЗ «НИИ ККБ №1 им. профессора С.В. Очаповского» МЗ КК.

Начальная (максимальная) цена контракта – **594 269,20 руб.**

Согласно ч.1 ст.69 Закона о контрактной системе аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе, информацию и электронные документы, направленные заказчику оператором электронной площадки в соответствии с частью 19 статьи 68 настоящего Федерального закона, в части соответствия их требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

Согласно ч.2 ст.69 Закона о контрактной системе аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей статьей. Для принятия указанного решения аукционная комиссия рассматривает информацию о подавшем данную заявку участнике такого аукциона, содержащуюся в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке.

В соответствии с ч. 8 ст. 69 Закона о контрактной системе установлено, что результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе фиксируются в протоколе подведения итогов такого аукциона, который подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами аукционной комиссии, и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, размещаются заказчиком на электронной площадке и в единой информационной системе. Указанный протокол должен содержать информацию об идентификационных номерах пяти заявок на участие в таком аукционе (в случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, или в случае принятия аукционной комиссией на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми участниками такого аукциона,

принявшими участие в нем, решения о соответствии более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок установленным требованиям), которые ранжированы в соответствии с частью 18 статьи 68 настоящего Федерального закона и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией о таком аукционе, или, если на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем, принято решение о соответствии установленным требованиям более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок, а также информацию об их идентификационных номерах, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о нем, с обоснованием этого решения и с указанием положений настоящего Федерального закона, которым не соответствует участник такого аукциона, положений документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем, информацию о решении каждого члена аукционной комиссии в отношении каждой заявки на участие в таком аукционе.

В соответствии с протоколом подведения итогов электронного аукциона № 0318200063919001699-2-2 от 04.06.2019 г. заявка ООО «ОниксМед» отклонена в связи с непредставлением документов и информации, которые предусмотрены частью 11 статьи 24.1, частями 3 и 5 статьи 66 Закона о контрактной системе, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о таком аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. В соответствии с пунктом 1 части 6 статьи 69 Федерального закона: не предоставлены документы и информация, предусмотренные пунктом 3 части 5 статьи 66 Федерального закона, несоответствие положениям позиции 35 раздела 1, позиции 45 раздела 9 документации аукциона в электронной форме в связи с наличием условий, установленных частью 4 статьи 38 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», а именно:

- по поз. 1 «Термометр» не предоставлены копии регистрационных удостоверений на медицинские изделия, являющиеся предметом закупки или копии регистрационных удостоверений на медицинские изделия, в состав которых входят медицинские изделия, являющиеся предметом закупки (допускается предоставление информации о регистрационных удостоверениях с обязательным указанием наименования и регистрационного номера, позволяющего идентифицировать в государственном реестре медицинских изделий) (наименование мед. изделия указано не в соответствии с РУ).

В п.1) Раздела 2 «Описание объекта закупки» аукционной документации, Заказчиком установлено:

**Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам, в соответствии с которыми будет устанавливаться эквивалентность/соответствие**

| Наименование товара | Код по ОКПД2** | Ед. изм. | Кол-во | Комплектность                             |          | Наименование показателя, технического, функционального параметра | Описание, значение   |  |
|---------------------|----------------|----------|--------|---|----------|--|--|--|
|                     |                |          |        | Наименование товара, входящего в комплект | Ед. изм. |  |  |  |
| 2                   | 3              | 5        | 6      | 7   | 8        | 9  | 10   | 11   |
| Термометр           | 26.51.51.110   | шт.      | 800    |   |          |  | Тип  | электронный  |
|                     |                |          |        |   |          |  | Назначение   | Для измерения температуры тела человека тремя способами: орально, в подмышечной впадине (аксиллярно) или ректально |
|                     |                |          |        |   |          |  | Время измерения, сек.  | не менее 60  |
|                     |                |          |        |   |          |  | 3-разрядный индикатор температуры  | Соответствие   |
|                     |                |          |        |   |          |  | Дискретность, С  | 0,1  |
|                     |                |          |        |   |          |  | Предел допустимой погрешности, С   | ±0,1   |
|                     |                |          |        |   |          |  | Диапазон измерений температуры, С  | 32-43  |
|                     |                |          |        |   |          |  | Звуковой сигнал, оповещающий об окончании минимального времени измерения | наличие  |
|                     |                |          |        |   |          |  | Память (отображение последнего измерения)                                | наличие  |
|                     |                |          |        |   |          |  | Источник питания: 1 щелочная батарейка тип LR41                          | наличие  |
|                     |                |          |        |   |          |  | Размеры прибора (Д*Ш*В), мм  | не менее 130*19*9  |
|                     |                |          |        |   |          |  | Вес прибора с батарейкой, гр   | не более 11  |
|                     |                |          |        |   |          |  | Поверка не ранее 1 квартала 2019года                                     | наличие  |

Раздел 8 «Инструкция по заполнению заявки» аукционной документации Заказчиком установлено:

*«В случае если предметом закупки являются изделия медицинского назначения, то участником закупки в первой части заявки на участие в закупки должны быть указаны наименования товаров, входящих в объект закупки, в соответствии с регистрационными удостоверениями на такие изделия». Участник закупки в своей заявке по позиции 1 указал наименование товара, не соответствующее наименованию товара, указанному в регистрационном удостоверении №РНЗ 2015/2853 от 06 июля 2017 года, в приложенном участником в составе заявки (в первой части заявки указано наименование товара Термометр электронный WT- 03, Китай, в регистрационном удостоверении, предоставленном участником в составе заявки указано наименование товара: Термометры медицинские электронные моделей WT - 03 base, WT - 04 standart, WT - 05 accuracy, WT - 06 flex, WT - 07 jumbo, WT09 quick, WF - 1000, WF - 2000 с принадлежностями: Термометр медицинский электронный модели WT - 03 base, в составе: 1. Термометр - 1шт. 2. Защитный футляр - 1шт. 3. Руководство по эксплуатации - 1шт. 4. Упаковка 1шт. 5. Элемент питания (батарея) - 1 шт.*

Согласно ч.6 ст.69 Закона о контрактной системе заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в случае:

- 1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены частью 11 статьи 24.1, частями 3 и 5 статьи 66 настоящего Федерального закона, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о таком аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;
- 2) несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в соответствии с частью 1, частями 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 настоящего Федерального закона;
- 3) предусмотренном нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона.

Согласно п.2) ч.1 ст.64 Закона о контрактной системе документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении такого аукциона, должна содержать следующую информацию:

- 2) требования к содержанию, составу заявки на участие в таком аукционе в соответствии с частями 3 - 6 статьи 66 настоящего Федерального закона и инструкция по ее заполнению. При этом не допускается установление требований, влекущих за собой ограничение количества участников такого аукциона или ограничение доступа к участию в таком аукционе.

В соответствии с пунктом 3 части 5 статьи 66 Закона о контрактной системе вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги

требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе

В п.35 Раздела 1 «Информационной карты» Заказчиком установлено:

|   |   |
|---|---|
| 35 Требования, установленные в соответствии с законодательством РФ к товару, работе, услуге | Государственная регистрация медицинских изделий (Основание: часть 4 статьи 38 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации») |
|---|---|

В п.45 Раздела 9 «Требования к содержанию и составу 1 и 2 частей заявки на участие в электронном аукционе» Заказчиком установлено:

|  |   |
|--|---|
| 45 Если позиция 35 содержит требования, установленные в соответствии с законодательством РФ к товару, работе, услуге | Копии регистрационных удостоверений на медицинские изделия, являющиеся предметом закупки или копии регистрационных удостоверений на медицинские изделия, в состав которых входят медицинские изделия, являющиеся предметом закупки (допускается предоставление информации о регистрационных удостоверениях с обязательным указанием наименования и регистрационного номера, позволяющего идентифицировать в государственном реестре медицинских изделий). |
|--|---|

В соответствии с пунктом 2 правил государственной регистрации медицинских изделий, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 1416, государственной регистрации подлежат любые инструменты, аппараты, приборы, оборудование, материалы и прочие изделия, применяемые в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с другими принадлежностями, необходимыми для применения указанных изделий по назначению, включая специальное программное обеспечение, и предназначенные производителем для профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации заболеваний, мониторинга состояния организма человека, проведения медицинских исследований, восстановления, замещения, изменения анатомической структуры или физиологических функций организма, предотвращения или прерывания беременности, функциональное назначение которых не реализуется путем фармакологического, иммунологического, генетического или метаболитического воздействия на организм человека.

Государственная регистрация медицинских изделий осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

В представленных регистрационных удостоверениях фигурирует термометр электронный с наименованием медицинского изделия, как «Термометр

электронный WT-03 base».

Таким образом, отклонение второй части заявки ООО «ОниксМед» по основаниям, указанным в протоколе подведения итогов электронного аукциона № 0318200063919001699-2-2 от 04.06.2019г., не противоречит Закону о контрактной системе.

Комиссия, руководствуясь ч. 1, 3, 4 ст. 105 и на основании ч. 22, 23 ст. 99, ч. 8 ст. 106 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,

### **РЕШИЛА:**

1. Признать жалобу ООО «ОниксМед» необоснованной.
2. Отменить приостановление определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в части подписания контракта (извещение № 0318200063919001699).

Настоящее Решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев с даты его принятия.