

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ОБ ОТЛОЖЕНИИ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛА № 042/01/17-2090/2019

«16» января 2020 г.

г. Кемерово, ул. Ноградская,

д.5

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области (Кемеровское УФАС России) по рассмотрению дела № 042/01/17-958/2019 о нарушении антимонопольного законодательства (далее – Комиссия) в составе:

Председатель Комиссии: <...>;

Члены Комиссии: <...>;

<...>;

<...>.

при ведении протокола с использованием аудиозаписи,

при участии:

<...> – представителя государственного бюджетного учреждения здравоохранения Кемеровской области «Таштагольская районная больница» по доверенности;

<...> – представителя государственного бюджетного учреждения здравоохранения Кемеровской области «Таштагольская районная больница» по доверенности,

рассмотрев дело № 042/01/17-2090/2019 по признакам нарушения государственным бюджетным учреждением здравоохранения Кемеровской области «Таштагольская районная больница» (652990, г. Таштагол, ул. Ленина, 7) (далее – ГБУЗ КО «Таштагольская районная больница»; Ответчик) пункта 2 части 1, части 2 статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – ФЗ № 135-ФЗ), установила:

29.11.2019 г. по результатам рассмотрения заявления ООО «Медоснащение - Юг» (Заявитель) приказом Кемеровского УФАС России № 147 возбуждено дело № 042/01/17-2090/2019 по признакам нарушения ГБУЗ КО «Таштагольская районная больница» пункта 2 части 1, части 2 статьи 17 ФЗ № 135-ФЗ, выразившегося в установлении в аукционной документации закупки, с реестровым номером 0339300004519000261 в Единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС) в форме электронного аукциона на поставку автоматического гематологического анализатора (Бюджет) с начальной (максимальной) ценой контракта – 555 306,67 рублей (Закупка), показателя «Количество образца, необходимое для проведения измерения (объем забираемой цельной крови в нормальном режиме)» в размере 20 мкл.

Определением от 02.12.2019 г. рассмотрение дела № 042/01/17-2090/2019 о нарушении антимонопольного законодательства было назначено на 16.01.2020 г. на 14 часов 00 минут по адресу: г. Кемерово, ул. Ноградская, д.5.

16.01.2020 г. от ГБУЗ КО «Таштагольская районная больница» поступили пояснения по настоящему делу, согласно которым доводы ООО «Медоснащение - Юг», содержащиеся в его обращении, были рассмотрены ранее и решением Комиссии Кемеровского УФАС России по контролю в сфере закупок от 10.10.2019 г. по делу № 042/06/33-1693/2019 данная жалоба заявителя признана необоснованной. Таким образом, определение от 02.12.2019 г. о назначении дела № 042/01/17-2090/2019 о нарушении антимонопольного законодательства к рассмотрению противоречит указанному решению от 10.10.2019 г. по делу № 042/06/33-1693/2019, в связи с чем, в силу пункта 4 части 9 статьи 44 ФЗ № 135-ФЗ настоящее дело подлежит прекращению.

Система закупок направлена на удовлетворение потребностей государственных и муниципальных заказчиков в товарах, работах, услугах. При формировании закупки заказчик в первую очередь определяет предмет закупки исходя из своих потребностей в товарах, работах и услугах.

Коэффициент вариации (показатель воспроизводимости) для измеряемых параметров гематологического анализатора (CV) напрямую зависит от объема забираемой цельной крови. Чем больше цельной крови забирает гематологический анализатор из пробирки с образцом, тем, как правило, меньше коэффициент разведения крови в смесительной камере. Чем больше клеток проходит через апертуру, тем соответственно лучше показатель воспроизводимости (CV). Данный вывод подтверждается тем, что у анализаторов, забирающих 90 мкл цельной крови наилучшие показатели воспроизводимости.

Довод о том, что предлагаемый ООО «Медоснащение - Юг» гематологический анализатор (HemaLit 3000) не соответствует только показателю количества образца, необходимого для проведения исследования (10 мкл, требования закупочной документации 20 мкл), в связи с чем заявитель не смог принять участия в Закупке, не соответствует действительности, поскольку данный анализатор не соответствует еще как минимум двум показателям точности, указанным в аукционной документации Закупки, а именно: согласно информации из открытых источников информации - официального сайта Государственного реестра средств измерений (<https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4>) в сети Интернет анализатор гематологический HemaLit 3000 (номер в госреестре 52202-12) в соответствии с Таблицей 1 приложения к свидетельству № 49251 об утверждении типа средств измерений:

верхний предел измерения лейкоцитов (WBC), дм-3 (1/л) – (0,5-99,9) 10<sup>9</sup>, что соответствует 99,9 тысяч лейкоцитов/мкл, в то время как согласно пункту 2.7 раздела 1 «Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам товара, и иные показатели, связанные с определением соответствия закупаемого товара потребностям заказчика» аукционной документации Закупки данный показатель должен составлять не менее 350 тысяч лейкоцитов/мкл;

верхний предел измерения эритроцитов (RBC), дм-3 (1/л) – (0,2-9,9) 10<sup>12</sup>, что соответствует 9,9 миллионов эритроцитов/мкл, в то время как согласно пункту 2.8 раздела 1 «Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам товара, и иные показатели, связанные с определением соответствия закупаемого товара потребностям заказчика» аукционной документации Закупки данный показатель должен составлять не менее 14

миллионов эритроцитов/мкл.

На рассмотрении настоящего дела, состоявшемся 16.01.2020 г., представители Ответчика полностью поддержали доводы, содержащиеся в представленных письменных пояснениях, а также указали следующее:

требование к количеству образца, необходимого для проведения измерения (объем забираемой цельной крови в нормальном режиме) в размере 20 мкл в гематологических анализаторах было установлено поскольку приборы с такими показателями предоставляют приемлемые показатели точности и цены. При этом приборы с более высокими показателями точности имеют и более высокий показатель по объему забираемой цельной крови, а также стоят значительно дороже. Кроме того, у работников Ответчика уже есть опыт использования анализаторов с показателем объема забираемой цельной крови, указанным в Закупке и данные приборы их полностью устраивают;

требования к характеристикам гематологического анализатора были установлены из характеристик четырех приборов с показателями объема забираемой цельной крови в количестве 20 мкл, при этом такие требования были установлены по минимальным значениям из всех проанализированных анализаторов;

в открытых источниках в сети Интернет сотрудники Ответчика не смогли найти сведений по гематологическому анализатору HemaLit 3000 в части показателей воспроизводимости (CV), о соответствии которых требуемым заказчиком в Закупке указывает Заявитель. Таким образом, сотрудники Ответчика не имеют сведений об указанных показателях прибора, предлагаемого Заявителем к поставке;

показатели точности гематологического анализатора HemaLit 3000, в части верхних пределов измерений лейкоцитов и эритроцитов, не позволят идентифицировать заболевания крови, туберкулезом и тп, что соответственно не позволит оказать качественную медицинскую помощь.

Анализ характеристик гематологических анализаторов, с показателем объема забираемой цельной крови в 10 мкл, Ответчиком не проводился, поскольку у ГБУЗ КО «Таштагольская районная больница» отсутствовали сведения о таких приборах.

Рассмотрев 16.01.2020 г. настоящее дело, Комиссия установила необходимость получения дополнительных доказательств.

Руководствуясь частями 1, 5 статьи 47 ФЗ № 135-ФЗ Комиссия определила:

1. Отложить рассмотрение дела № 042/01/17-2090/2019.
2. Назначить рассмотрение дела № 042/01/17-2090/2019 на 17.03.2020 г. на 14 часов 00 минут по адресу: г. Кемерово, ул. Ноградская, д.5.

Регистрация лиц, участвующих в деле, состоится в кабинете 315 в 13 часов 45 минут.

3. ГБУЗ КО «Таштагольская районная больница» необходимо в срок до 02.03.2020 г. представить в Кемеровское УФАС России следующие сведения и материалы:

- описание характеристик не менее 4-х гематологических анализаторов, с показателем объема забираемой цельной крови 10 мкл, с привязкой к требованиям к таким характеристикам аукционной документации Закупки (в табличном формате, идентичном тому, что содержится в письменных пояснениях Ответчика в отношении приборов с показателем объема забираемой цельной крови в 20 мкл);
  - описание характеристик не менее 4-х гематологических анализаторов, с показателем объема забираемой цельной крови более чем 20 мкл, с привязкой к требованиям к таким характеристикам аукционной документации Закупки (в табличном формате, идентичном тому, что содержится в письменных пояснениях Ответчика в отношении приборов с показателем объема забираемой цельной крови в 20 мкл).
4. ООО «Медоснащение - Юг» в срок до 02.03.2020 г. представить в Кемеровское УФАС России письменные пояснения по доводам Ответчика о несоответствии гематологического анализатора HemaLit 3000 требованиям пунктов 2.7, 2.8 раздела 1 «Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам товара, и иные показатели, связанные с определением соответствия закупаемого товара потребностям заказчика» аукционной документации Закупки к показателям точности прибора, в части верхних пределов измерения лейкоцитов и эритроцитов.