

Индивидуальный предприниматель

«<...>»

«<...>»

Управление государственных
закупок Брянской области

«<...>»

ГБУЗ «Брянская областная детская
больница»

«<...>»

ОАО «Единая электронная торговая
площадка»

«<...>»

Решение по делу № 37

о нарушении требований законодательства РФ

о контрактной системе

«24» марта 2016 года

г. Брянск

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Брянской
области по контролю в сфере закупок в составе:

«<...>»

в присутствии:

«<...>» – главного врача ГБУЗ «Брянская областная детская больница»,
представлен приказ № 20-пу от 28.04.2012 г.;

«<...>» - представителя ГБУЗ «Брянская областная детская больница», без
надлежащим образом оформленных полномочий;

в отсутствие надлежащим образом уведомленного о месте и времени
рассмотрения жалобы заявителя индивидуального предпринимателя «<...>», а
также представителя уполномоченного органа Управление государственных
закупок Брянской области,

рассмотрев поступившую жалобу индивидуального предпринимателя «<...>» на
действия заказчика ГБУЗ «Брянская областная детская больница» при
осуществлении закупки путем проведения электронного аукциона на поставку
аппарата электрохирургического высокочастотного с принадлежностями для
нужд ГБУЗ «Брянская областная детская больница» за № 0127200000216001207,
установила следующее:

11.03.2016 г. на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт РФ), размещены извещение и
документация об аукционе в электронной форме на поставку аппарата
электрохирургического высокочастотного с принадлежностями для нужд ГБУЗ
«Брянская областная детская больница» за № 0127200000216001207 (далее –
документация об электронном аукционе).

Контракт по итогам проведения рассматриваемого электронного аукциона на
момент рассмотрения жалобы не заключен.

Индивидуальный предприниматель «<...>» считает, что при осуществлении закупки
путем проведения электронного аукциона на поставку аппарата
электрохирургического высокочастотного с принадлежностями для нужд ГБУЗ
«Брянская областная детская больница» за № 0127200000216001207 заказчиком
ГБУЗ «Брянская областная детская больница» нарушены требования Закона о
контрактной системе, поскольку в техническом задании к документации об
электронном аукционе прописаны технические характеристики, которые в
совокупности не соответствуют ни одному аппарату. Кроме того, по следующим
пунктам технического задания прописаны конкретные технические характеристики:
п. 2 – конкретные параметры электропитания (без допустимых отклонений), п. 3.3.11
– конкретное расположение на аппарате рекомендации по режимам и мощностям
– на верхней панели корпуса блока управления, п. 7.4 – конкретный размер
нейтрального электрода – 240x170 мм, п.п.7.14, 7.16 – конкретный размер площадки
– 8x2 мм.

Представитель заказчика ГБУЗ «Брянская областная детская больница» «<...>» с
доводами жалобы не согласился, подтвердив соответствие установленным в
техническом задании характеристикам аппарата ЭХВЧ-350-«ФОТЕК» производства
ООО «ФОТЕК» (Россия) (представлено руководство по эксплуатации вх. № 1663 от
23.03.2016 г.)

Изучив представленные документы, заслушав представителя заказчика,

руководствуясь ч. 3, 15 ст. 99, ст. 106 Закона о контрактной системе, комиссия Брянского УФАС России по контролю закупок пришла к следующим выводам:

Заказчиком ГБУЗ «Брянская областная детская больница» при осуществлении рассматриваемой закупки нарушены требования п. 1 ч. 1 ст. 64 Закона о контрактной системе, согласно которым документация об электронном аукционе должна содержать наименование и описание объекта закупки и условия контракта в соответствии со ст. 33 Закона о контрактной системе, а также требования п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона о контрактной системе, согласно которым описание объекта закупки должно носить объективный характер, а при описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости), при этом в описании объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование места происхождения товара или наименование производителя, а также требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки, поскольку совокупности установленных заказчиком ГБУЗ «Брянская областная детская больница» в техническом задании к документации об электронном аукционе установлены технические характеристики подлежащего к поставке товара (аппарат электрохирургического высокочастотного), совокупность которых соответствует товару конкретного производителя, что предоставляет преимущество конкретному производителю и ограничивает участие в закупке других производителей аппаратов электрохирургических высокочастотных.

Так, при изучении представленного в адрес Брянского УФАС России руководства по эксплуатации аппарата ЭХВЧ-350-«ФОТЕК» производства ООО «ФОТЕК», Россия подтверждено его соответствие совокупности всех характеристик, установленных заказчиком в техническом задании. Соответствие установленным характеристикам аппаратов ЭХВЧ других производителей заказчиком заявлено не было, подтверждения не представлено.

Выявленные в действиях заказчика нарушения требований Закона о контрактной системе содержит признаки административного правонарушения, ответственность за которые предусмотрена ч. 4.1 ст. 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

На основании изложенного, Комиссия Брянского УФАС России по контролю в сфере закупок, руководствуясь ч.ч. 3, 15, 22 ст. 99, ст. 106 Закона о контрактной системе,

Решила:

1. Признать жалобу индивидуального предпринимателя «<...>» на действия заказчика ГБУЗ «Брянская областная детская больница» при осуществлении закупки путем проведения электронного аукциона на поставку аппарата электрохирургического высокочастотного с принадлежностями для нужд ГБУЗ «Брянская областная детская больница» за № 0127200000216001207 частично обоснованной в части указания заказчиком конкретных характеристик по

отдельным позициям, которые в совокупности с характеристиками по другим позициям технического задания соответствуют товару конкретного производителя.

2. По результатам рассмотрения жалобы и проведения внеплановой проверки признать заказчика ГБУЗ «Брянская областная детская больница» нарушившим требования п. 1 ч. 1 ст. 33, п. 1 ч. 1 ст. 64 Закона о контрактной системе.

3. Выдать заказчику ГБУЗ «Брянская областная детская больница», уполномоченному органу Управление государственных закупок Брянской области предписание об устранении допущенных заказчиком нарушений Закона о контрактной системе.

4. Передать материалы жалобы соответствующему должностному лицу Брянского УФАС России для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении.

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

«<...>»