

**Управление Федеральной антимонопольной
службы по Республике Крым и городу
Севастополю**

Российская Федерация, 295000, г. Симферополь, ул.
Александра Невского, д. 1

ЖАЛОБА

на документацию

реестровый номер аукциона в электронной форме: 0375200042615000001

ЗАКАЗЧИК:

Наименование: Государственное бюджетное учреждение Республика Крым
«Евпаторийский родильный дом»

Место нахождения: Российская Федерация, 297408, Республика Крым, г. Евпатория, ул.
Революции, д. 60

Почтовый адрес: Российская Федерация, 297408, Республика Крым, г. Евпатория, ул.
Революции, д. 60

Контактное лицо: Остапова С.А.

Телефон: (65-69) 3-14-59

Факс: (65-69) 2-77-15

E-mail: roddom_secretar@mail.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Медтехника-Сервис»

Место нахождения: Российская Федерация, Краснодар, ул. Красноармейская, д. 14.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 350063, Краснодар, Красноармейская, д. 14.

Телефон: 8 (861) 267 14 86

Факс: 8 (861) 267 14 86

E-mail: medteh-service@mail.ru

ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКИ:

Наименование: РТС - Тендер

Электронный адрес: <http://www.rts-tender.ru>

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ:

Способ определения поставщика: Аукцион в электронной форме

Наименование объекта закупки: Комплексное техническое обслуживание медицинской
техники, включая проведения работ по замеру сопротивления изоляции и токов утечки
изделий медицинской техники

Начальная (максимальная) цена контракта: 210425,22 Российский рубль

420/09
1700006
25 07 15

Просим внести изменения в документацию аукциона на право выполнения работ по: «Комплексное техническое обслуживание медицинской техники, включая проведения работ по замеру сопротивления изоляции и токов утечки изделий медицинской техники», в связи с возможным нарушением антимонопольного законодательства при формировании технического задания.

В техническом задании совмещены несколько различных направлений работ, которые ограничивают конкуренцию и нивелируют возможности экономии для Заказчика, а именно:

1. Работы по техническому обслуживанию медицинской техники, для выполнения которых требуется наличие лицензии на осуществление деятельности по техническому обслуживанию медицинской техники (на основании Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»). Объем, качество и КОМПЛЕКСНОСТЬ этих услуг отражены в «Методических рекомендациях, предназначенных для применения на территории Российской Федерации» (письмо МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ от 27 октября 2003 г., N 293-22/233) (Приложение 1 к жалобе).

2. Пункты 2, 3, 4 Технического задания, а именно:

- Наличие действующего Свидетельства о регистрации электро-лаборатории до 10000 Вольт включительно;
- Наличие действующих удостоверений о допуске к работе в электроустановках с напряжением выше 1000 Вольт;
- Наличие журнала учета проверки знаний норм и правил работы в электроустановках до и выше 1000В;

относятся к работам по *электротехническим измерениям* и требуют отдельных лицензий и сертификатов на выполнение. Данные требования отражены в *Приказе Минэнерго РФ от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"* (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003 N 4145).

Просим обратить внимание, что обслуживание медицинской техники регламентируется «*Методическими рекомендациями*», утвержденными Министерством здравоохранения РФ, а требования к работам по *электротехническим измерениям* регламентируются «*Приказом*» Министерства энергетики РФ.

Данный факт доказывает, что работы по техническому обслуживанию и электротехническим измерениям являются разными по специализации, назначению, подходам, принципам, требованиям и самим предметам работ.

Мероприятия по проведению инструктажа медперсонала по правилам эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭЭП) и правилам техники безопасности (ПТБ), входящие в «*Методические рекомендации, предназначенные для применения на территории Российской Федерации*» (письмо МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РФ от 27 октября 2003 г., N 293-22/233», являются теоретическими и входят в состав «Журнала технического обслуживания медицинской техники». Знания по правилам эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭЭП) и правилам техники безопасности (ПТБ) являются обязательными для инженеров по мед.оборудованию при получении Лицензии на осуществление деятельности по техническому обслуживанию медицинской техники (на основании Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»). Поэтому для проведения работ по инструктажу медперсонала не требуется дополнительных лицензий и сертификатов.

Учитывая вышеперечисленные доводы, считаем, что объединение этих направлений в одно техническое задание ограничивает конкуренцию как на рынке технического обслуживания и ремонта медицинской техники, так и на рынке электротехнических измерений, нарушает базовые понятия Антимонопольного законодательства.

Также просим внести изменения в аукционную документацию о наличии действующих удостоверений, разрешающих работы с сосудами, работающими под давлением в соответствии с ПБ-03-576-03 (Постановлением Госгортехнадзора РФ от 11.06.2003 г. № 91 «Об утверждении правил устройства и безопасности эксплуатации сосудов, работающих под давлением»).

Сообщаем, что «Постановление Госгортехнадзор РФ от 11.06.2003г. №91: «Об утверждении правил устройства и безопасности эксплуатации сосудов, работающих под давлением» - утратило силу в связи с изданием Приказа Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116, утвердившего Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности, и не может являться основанием для юридического ограничения участия в аукционе.

Согласно Статьи 2 Приказа Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116, под опасными производственными объектами понимаются *предприятия или их цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты, которые подлежат регистрации в государственном реестре* в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

ГБУЗ Республики Крым «Евпаторийский родильный дом», который выступает в качестве Заказчика – не входит в реестр опасных производственных объектов.

Кроме того, к оборудованию, которое Заказчик относит к сосудам работающим под давлением в данном ЛПУ, относятся стерилизаторы и автоклавы, которые предназначены для работы в медицинских учреждениях. Следовательно, для их обслуживания, монтажа и ремонта достаточно наличия *Лицензии на осуществление деятельности по техническому обслуживанию медицинской техники (на основании Федерального закона от 04.05.2011 г. №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»)*.

На основании вышеизложенного прошу,

1. Приостановить аукцион до рассмотрения настоящей жалобы по существу.
2. Разделить аукцион на несколько лотов, для сохранения базовых принципов конкуренции.

Приложение:

1. *Методические рекомендации, предназначенные для применения на территории Российской Федерации» (письмо МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ от 27 октября 2003 г., N 293-22/233)*
2. Копия документа о назначении Директора ООО «Медтехника-Сервис».
2. Копия протокола подведения итогов.

Директор
ООО «Медтехника-Сервис»

_____ /Печагин В.В./