



Общество с ограниченной ответственностью «МЕДКОНТРАКТ»

Россия, 117246, г. Москва, проезд Научный, д. 19,
e-mail: oomedcontract@gmail.com
р/с 40702810102200003739 в АО «АЛЬФА-БАНК» в г. Москве
БИК 044525593 к/с 30101810200000000593
ИНН 7728203827 КПП 772801001

Исх. № 55
Дата: 13.10.2015

Куда: Санкт-Петербургское УФАС России
199004, Санкт-Петербург 4-я линия Васильевского острова, д.13, лит.А
Телефон/факс: (812) 313-04-30 (15)
E-mail: to78@fas.gov.ru

Жалоба

Заказчик: ФГБУ «Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Местонахождение заказчика: Российская Федерация, 195427, Санкт-Петербург, ул.
Академика Байкова, дом 8
Тел. +7 812 670-87-37
Адрес электронной почты: vredzakaz@mail.ru

Участник размещения заказа (заявитель):
ООО «МЕДКОНТРАКТ»
Адрес местонахождения: 117246, г. Москва, проезд Научный, д. 19
Почтовый адрес: 117246, г. Москва, проезд Научный, д.
Тел. +7(966)352-60-24
Адрес электронной почты: oomedcontract@gmail.com

Адрес официального сайта на котором размещена информация о размещении заказа: <http://zakupki.gov.ru/>

<http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/documents.html?noticeId=2838659&epz=true>

Номер извещения: № 31502781667

Наименование конкурса: Поставка установки аппаратного обеззараживания и деструкции медицинских отходов «САМот»-01/250

Начальная (максимальная) цена контракта: 12 282 666,68 руб.

Дата опубликования извещения о проведении: 22.09.2015

Дата и время окончания подачи заявок: 14.10.2015

Дата проведения аукциона в электронной форме: 19.10.2015

Обжалуемые действия Заказчика:

- 1) Заказчик, устанавливая требования к закупаемому оборудованию, нарушает требования СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» (основной документ, регламентирующий данные процедуры обращения с медицинскими отходами), что вводит в заблуждение возможных участников и влечет за собой невозможность участия в электронном аукционе.
- 2) Заказчик незаконно требует предоставить копию регистрационного удостоверения Минздрава России на предлагаемый товар в составе заявки одновременно с установлением требования предоставления этого документа при поставке товара

Доводы жалобы:

1) Заказчиком в Техническом задании установлены требования

п.1 Назначение оборудования Должно быть предназначено для обезвреживания медицинских отходов классов Б и В лечебно-профилактических учреждений с целью обеспечения возможности их размещения на полигонах твердых бытовых отходов.

п.3 Принцип переработки отходов Изменение внешнего вида отходов (цвета, формы, объема) посредством деструкции (разными способами, в том числе измельчением или спеканием)

п.4 Виды отходов, принимаемые для обработки Медицинские отходы классов Б и В.

п.5 Медицинские отходы, образующиеся в ходе деятельности заказчика и подлежащие переработке в утилизаторе:

- материалы, загрязненные кровью и выделения пациентов
- отходы операционных и лабораторий (за исключением химических отходов, биологических и органических-операционных отходов)
- мягкие отходы, образующиеся при осмотре и уходе за пациентом
- пластиковые емкости

Однако в установке САМот-01/250 используется только один метод – спекание, а не измельчение. Применение же данного метода (п.1 ТЗ) не позволяет произвести деструкцию некоторых изделий медицинского назначения упомянутых в п.5 ТЗ, например - металлических изделий медицинского назначения применяющихся для остеосинтеза и эндопротезирования в травматологии и ортопедии (профиль института им. Вредена), изделий из метала и стекла, таким образом, такие изделия как скальпели, троакары, пробирки, стекла гистологические не изменяют свой товарный вид, следовательно не удовлетворяется п. 5.12 СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» (основной документ, регламентирующий данные процедуры обращения с медицинскими отходами)

Все вышеперечисленные изделия после проведения процедуры фактически не теряют товарного вида, в дальнейшем могут быть вычленены из общей массы и повторно использованы, что противоречит требованиям СанПиН.

Кроме того, Заказчиком в ТЗ установлено следующее требование:

п.2 Принцип обеззараживания аппаратный метод обезвреживания термическим воздействием сухого горячего воздуха

Качественные характеристики - температура не менее 180 градусов и время выдержки не менее 30 минут.

Мы полагаем, что такие характеристики термического воздействия для обезвреживания заказчик выбрал неправильно. Похожие характеристики используются для стерилизации инструмента, но при условии свободного доступа к стерилизуемому материалу, что в случае отходов исключено. Каким нормативным документом пользовался заказчик для установления данных параметров?

Данное оборудование частично не соответствует требованиям СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», так как в результате спекания образуется конгломерат отходов. Каким образом заказчик планирует удовлетворить пункт 9.2.2. СанПина и проводить раз в год посеы для производственного контроля? Исходя из этого, заказчик вводит в заблуждение исполнителя и предоставляет недостоверную информацию о методе утилизации, так как используя метод, выбранный Заказчиком, невозможно выполнить все требования СанПина.

Таким образом, Заказчиком установлены требования к закупаемому оборудованию в нарушение требований нормативной документации, регламентирующей данные процедуры, которые вводят в заблуждение и влекут за собой невозможность участия в электронном аукционе.

2) Заказчиком в Аукционной документации установлено требование:

В составе второй части заявки предоставить:

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе:

- копии Регистрационных удостоверений МЗ РФ на предлагаемый товар (требование установлено на основании п. 4 статьи 38 Федерального закона от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий», п. 7.1. Главы 7 Постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 ноября 2009г. № 71);

Далее, в п. 1.2. Подтверждение качества поставляемых товаров:

Данные документы передаются вместе с товаром при поставке:

Сертификаты соответствия на предлагаемые к поставке товары, декларации о соответствии, **регистрационные удостоверения**, выданные уполномоченным органом (основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. №

982), подробные инструкции по применению на русском языке, документы, подтверждающие наличие (отсутствие) драгоценных металлов в оборудовании (основание: приказ Минфина от 29.08.2001 г. № 68н).

При проведении процедуры размещения заказа Заказчик вправе установить требование о предоставлении регистрационного удостоверения на медицинское оборудование в одном из двух вариантов:

- одновременно с передачей оборудования. В п. 2 ст. 456 Гражданского кодекса РФ установлено, что “если иное не предусмотрено договором купли-продажи, продавец обязан одновременно с передачей вещи передать покупателю ее принадлежности, а также относящиеся к ней документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т. п.), предусмотренные законом, иными правовыми актами или договором”;

- в составе заявки на участие в конкурсе или аукционе.

При этом не допускается требовать представления указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром.

В данном случае, Заказчиком установлено предоставление вышеуказанных документов дважды, при подаче заявки и при поставке товара.

На основании вышеизложенного просим:

- 1) Остановить проведение данного аукциона
- 2) Провести проверку соответствия требований аукционной документации требованиям нормативной документации, регламентирующей данные процедуры и ФЗ 135 "О защите конкуренции"
- 3) Устранить выявленные нарушения путем выдачи предписания Заказчику

Приложения:

- 1) Документация о Закупке №31502781667
- 2) СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»

С уважением,
Генеральный директор

Иванов Д.С.