

Исх. 587 от «17» декабря 2015г.

**Руководителю Управления Федеральной  
антимонопольной службы по Республике  
Башкортостан**  
450008, Республика Башкортостан  
г.Уфа, ул. Пушкина, д. 95

**Заявитель (Участник): Закрытое акционерное  
общество Торговый Дом «Восток-Сервис-Уфа»**  
(ЗАО ТД «Восток-Сервис-Уфа»)  
Юр. адрес: 450097, г. Уфа, бул. Х.Давлетшиной, д. 16/1  
Факт.адрес: 450056, г.Уфа, ул. Трамвайная, д. 2  
ИНН 0278183364  
Эл. почта: ufa@vostokrb.ru  
Тел.: 8 903 311 88 03, 8 965 640 50 56

**Организатор закупки (Заказчик):**  
**Общество с ограниченной ответственностью**  
**"Башнефть-Добыча"**  
(ООО "Башнефть-Добыча")  
Юр. адрес: 450077, Российская Федерация, Республика  
Башкортостан, г. Уфа, ул. К.Маркса, д.30 корп.1  
Почт. адрес: 450077, Российская Федерация,  
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К.Маркса, д.30  
корп.1, каб.105  
Эл. почта: [bnd-complaints@bashneft.ru](mailto:bnd-complaints@bashneft.ru)  
[dahol@bashneft.ru](mailto:dahol@bashneft.ru)  
Тел.: 8(347) 262-39-36

## ЖАЛОБА

«12» ноября 2015 года на официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) было размещено Извещение № БНД-0200-2015 «Поставка газоанализаторов» о проведении открытого запроса цен в электронной форме на право заключения договора на поставку газоанализаторов для нужд ООО "Башнефть-Добыча" (далее - Заказчик).

Срок для предоставления заявок — с 12.11.2015г. до 20.11.2015г.

Место подведения итогов - 450511, РФ, Республика Башкортостан, Уфимский район, промзона Курасково, корпус ООО «Башнефть-Добыча», АУП-3

Закрытым акционерным обществом Торговый Дом «Восток-Сервис-Уфа» была подана заявка на участие в открытом запросе цен в электронной форме по указанному извещению.

К заявке был приложен пакет документов в полном соответствии с Документацией о закупке к извещению (далее — Документация).

**ЗАО ТД «Восток-Сервис-Уфа»**  
ИНН 0278183364 / КПП 027801001  
450097, Республика Башкортостан, г. Уфа,  
бульвар Хадии Давлетшиной, 16/1  
Телефон: (347) 226-96-46  
E-mail [ufa@vostok.ru](mailto:ufa@vostok.ru) , [ufaopt@vostok.ru](mailto:ufaopt@vostok.ru)  
[www.ufa.vostok.ru](http://www.ufa.vostok.ru)

Р/с 40702810006000081550  
в Башкирском отделении №8598 г. Уфа  
к/с 30101810300000000601  
БИК 048073601





В таблице Документации установлены условия закупки и описание предмета, а именно «Газоанализатор переносной портативный M02 во взрывозащищенном исполнении с зарядным устройством». Согласно столбцу 7 таблицы предложение аналога (эквивалента) допускается в соответствии с техническими требованиями.

Критериями оценки и сопоставления заявок участников определена только цена лота.

Поданная заявка Участника ООО «Стерлитамак-Восток-Сервис» полностью соответствовала установленным критериям оценки.

Однако «09» декабря 2015 года на официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) Заказчиком был размещен Протокол рассмотрения заявок и подведения итогов, согласно которому ЗАО ТД «Восток-Сервис-Уфа» было отказано в допуске к участию в закупке.

В качестве обоснования указано несоответствие заявки Документации о закупке.

1. «П.17 Декларация о соответствии/несоответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий) (составляется по форме в соответствии с документацией о закупке).

Данный документ был подан в составе заявки в полном соответствии с предложенной формой.

2. П.23.3 Поставка Товара в соответствии с техническим заданием (предоставить гарантийное письмо). Гарантийное письмо подано в составе заявки (исх. № 2011/01 от 20.11.2015г.) Кроме того, подавая заявку на участие в закупке участник закупки своим заявлением уведомляет о соответствии товаров, работ, услуг, договорных условий, предлагаемых участником закупки, требованиям, установленным документацией о закупке, что прямо следует из текста заявки, подаваемой по форме, предложенной Заказчиком.

3. «Предоставлено, товар не соответствует тех.заданию. 1. Память эпизодических замеров Т.Т. - (не менее 4000 записей) предоставили - 500 записей. 2. Отсутствует показатель давления окружающей среды. 3. Важные функции нет информации. 4. Вес, кг (не более) 0,190 -предлагаемый (не более) 0,224 5. Время непрерывной работы без подзарядки аккумулятора -не менее 70 часов - предлагаемый не более 24 часов. 6. Аккумулятор li-ion (Литий -ионный) - предлагаемый Li-pol (литий полимерный). 7. Сигнализация: звуковой сигнал (не менее 75 db на расстоянии 1м) -предлагаемый не менее 95 db на расстоянии 0,3м)».

ЗАО ТД «Восток-Сервис-Уфа» не согласно с решением закупочной комиссии ООО «Башнефть-Добыча» по отказу в допуске к участию в закупке по причине несоответствия предлагаемого к поставке товара техническому заданию в связи со следующим.

Согласно Протокола закупочной комиссии ООО "Башнефть-Добыча" по рассмотрению заявок участников и подведению итогов победителем признано ООО "ТЭКСЕРТРЕГИОН", предлагающее к поставке Газоанализатор портативный Microtector II G450, технические характеристики которого также не соответствуют техническому заданию Заказчика.

Причины отклонения заявки ЗАО ТД «Восток-Сервис-Уфа»	Технические параметры газоанализатор портативный Microtector II предложенного закупки "ТЭКСЕРТРЕГИОН"	Технические параметры газоанализатор Альтаир 4x предложенного ЗАО ТД «Восток-Сервис-Уфа»
1. Память эпизодических замеров Т.Т. - (не менее 4000 записей)	- архивная память все события (30 часов непрерывной записи)	Предлагаемый прибор имеет два вида памяти (что подтверждается

ЗАО ТД «Восток-Сервис-Уфа»  
ИНН 0278183364 / КПП 027801001  
450097, Республика Башкортостан, г. Уфа,  
бульвар Хадии Давлетшиной, 16/1  
Телефон: (347) 226-96-46  
E-mail [ufa@vostok.ru](mailto:ufa@vostok.ru), [ufoopt@vostok.ru](mailto:ufoopt@vostok.ru)  
[www.ufa.vostok.ru](http://www.ufa.vostok.ru)

Р/с 40702810006000081550  
в Башкирском отделении №8598 г. Уфа  
к/с 30101810300000000601  
БИК 048073601



	- память эпизодических замеров <i>1800 записей</i> (стр 10 Руководства по эксплуатации).	Руководством по эксплуатации): - архивная память все события (50 часов непрерывной записи); - память эпизодических замеров <i>500 записей</i> .
2. Отсутствует показатель давления окружающей среды.	Не может измерять давление окружающей среды (см. Руководство по эксплуатации).	Не может измерять давление окружающей среды (см. Руководство по эксплуатации).
3. Важные функции нет информации: 3.1. Возможность комплектования радиоблоками связи с системами контроля доступа на объекты. 3.2. Передача через радиоблоки собранной информации. 3.3. Комплектование ПО для автоматического тестирования и калибровки. 3.4. Функция запрета выключения прибора в течение рабочего дня.	Функции отсутствуют.	Функции отсутствуют.
4. Вес , кг (не более) <i>0,190</i>	Вес не более <i>0,290 кг</i> (Таблица № 6 Лист 12 Приложения об утверждении типа средства измерения к свидетельству № 42429)	Вес (не более) <i>0,224</i>
Время непрерывной работы без подзарядки аккумулятора - не менее <i>70 часов</i>	Время непрерывной работы без подзарядки аккумулятора - не более <i>24 часов</i> (Таблица № 5 Лист 12 Приложения об утверждении типа средства измерения к свидетельству № 42429)	Время непрерывной работы без подзарядки аккумулятора - не более <i>24 часов</i> .
6. Аккумулятор li-ion (Литий-ионный)	Аккумулятор NiMH (Никель-Металлогидридный) аккумулятор (стр 5 Руководство по эксплуатации)	Аккумулятор Li-pol (литий полимерный)
7. Сигнализация: звуковой сигнал (не менее <i>75 db</i> на расстоянии <i>1м</i> )	звуковой сигнал не менее <i>103 dB</i> на расстоянии <i>0,3 м</i> (стр. 8 Руководства по эксплуатации)	Звуковой сигнал (не менее <i>95 dB</i> на расстоянии <i>0,3 м</i> ), что соответствует <i>75 dB</i> на расстоянии <i>1 метра</i> (подтверждается письмом производителя)

Дополнительно газоанализатор Microtector II G450 не соответствует требованиям технического задания заказчика по следующим параметрам:

**ЗАО ТД «Восток-Сервис-Уфа»**  
ИНН 0278183364 / КПП 027801001  
450097, Республика Башкортостан, г. Уфа,  
бульвар Хадии Давлетшиной, 16/1  
Телефон: (347) 226-96-46  
E-mail [ufa@vostok.ru](mailto:ufa@vostok.ru) , [ufaopt@vostok.ru](mailto:ufaopt@vostok.ru)  
[www.ufa.vostok.ru](http://www.ufa.vostok.ru)

Р/с 40702810006000081550  
в Башкирском отделении №8598 г. Уфа  
к/с 30101810300000000601  
БИК 048073601





1. Газоанализатор Microtector II G450 измеряет кислород в диапазоне 0-25% (согласно Таблицы № 3 Лист 7 Приложения об утверждении типа средства измерения к свидетельству № 42429), вместо требуемых 0-30%.

2. Температура работы газоанализатора Microtector II G450 составляет - 30...+55 °С (согласно Таблицы № 7 Лист 14 Приложения об утверждении типа средства измерения к свидетельству № 42429), вместо требуемых - 40...+50 °С.

3. Газоанализатор Microtector II G450 имеет степень защиты корпуса согласно ГОСТ 14254-96 (согласно Лист 2 Приложения об утверждении типа средства измерения к свидетельству № 42429), вместо требуемых «Степень защиты ударопрочный корпус согласно ГОСТ Р 52350.29.1-2010 (МЭК 60079-29-1:2007)».

4. Время отклика (Т90) сенсоров Газоанализатора Microtector II G450 составляют:

- 1) Сероводород H<sub>2</sub>S – не более 50 с.
- 2) Кислород O<sub>2</sub> – не более 25 с.
- 3) Оксид углерода CO – не более 50 с.

Вместо требуемых:

- 1) Сероводород H<sub>2</sub>S – не более 45 с.
- 2) Кислород O<sub>2</sub> – не более 30 с.
- 3) Оксид углерода CO – не более 45с.

5. Время заряда полностью разряженного аккумулятора Газоанализатора Microtector II G450) составляет от 4-х до 8-ми часов (стр 21 Руководства по эксплуатации), вместо требуемых не более 4 часов.

6. Допустимая влажность Газоанализатора Microtector II G450 составляет до 95 %, вместо требуемых до 100 % при t = + 35 °С (стр 29 Руководства по эксплуатации и Таблицы № 7 Лист 13 Приложения об утверждении типа средства измерения к свидетельству № 42429).

7. Язык ПО Газоанализатора Microtector II G450 – Английский, вместо требуемых русского языка.

8. Тип сенсора (датчика) Газоанализатора Microtector II G450 для измерения дозрывных концентраций горючих газов и паров – Термохимический, вместо требуемых Термокаталитического сенсора (Таблица № 3 Лист 7 Приложения об утверждении типа средства измерения к свидетельству № 42429).

9. Связь с ПК Газоанализатора Microtector II G450 осуществляется через кабель через USB порт, вместо заявленного Инфракрасного порта для связи с компьютером (Лист 2 Приложения об утверждении типа средства измерения к свидетельству № 42429).

Также является важным моментом, что победителем в данной закупке признано предложение участника (ООО "ТЭКСЕРТРЕГИОН") с более высоким ценовым предложением по сравнению с ценовым предложением ЗАО ТД «Восток-Сервис-Уфа».

*Предложение ООО "ТЭКСЕРТРЕГИОН" - 10 217 069,91 рублей с НДС.*

*Предложение ЗАО ТД «Восток-Сервис-Уфа» - 9 856 337,04 рублей с НДС. И это при том, что основным критерием оценки заявок является — ЦЕНА.*

*На основании изложенного считаем действия Заказчика по отказу в допуске заявки ЗАО ТД «Восток-Сервис-Уфа» в участие в закупке незаконным и необоснованным, приводящим к ограничению конкуренции.*

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации о закупке. Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым

**ЗАО ТД «Восток-Сервис-Уфа»**  
ИНН 0278183364 / КПП 027801001  
450097, Республика Башкортостан, г. Уфа,  
бульвар Хади Давлетшиной, 16/1  
Телефон: (347) 226-96-46  
E-mail [ufa@vostok.ru](mailto:ufa@vostok.ru) , [ufaopt@vostok.ru](mailto:ufaopt@vostok.ru)  
[www.ufa.vostok.ru](http://www.ufa.vostok.ru)

Р/с 40702810006000081550  
в Башкирском отделении №8598 г. Уфа  
к/с 30101810300000000601  
БИК 048073601





товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, установленные заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам закупки. к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора.

Согласно пункту 10 указанной статьи, участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган в порядке, установленном антимонопольным органом, действия (бездействие) заказчика при закупке товаров, работ, услуг в случаях:

- 1) неразмещения в единой информационной системе положения о закупке, изменений, вносимых в указанное положение, информации о закупке, подлежащей в соответствии с настоящим Федеральным законом размещению в единой информационной системе, или нарушения сроков такого размещения;
- 2) предъявления к участникам закупки требования о представлении документов, не предусмотренных документацией о закупке;
- 3) осуществления заказчиками закупки товаров, работ, услуг в отсутствие утвержденного и размещенного в единой информационной системе положения о закупке и без применения положений Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- 4) неразмещения или размещения в единой информационной системе недостоверной информации о годовом объеме закупки, которую заказчики обязаны осуществить у субъектов малого и среднего предпринимательства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», ст. 18.1. Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» ЗАО ТД «Восток-Сервис-Уфа» просит:

1. Провести проверку правомерности действий Общества с ограниченной ответственностью "Башнефть-Добыча" по Извещению № БНД-0200-2015 «Поставка газоанализаторов» открытого запроса цен в электронной форме в части отказа в допуске к участию в закупке участника ЗАО ТД «Восток-Сервис-Уфа».

2. Отменить Протокол рассмотрения заявок и подведения итогов открытого запроса цен в электронной форме от 09.12.2015 г.

**Приложение:**

Извещение № БНД-0200-2015 от 12.11.2015г.

Документация о закупке от 12.11.2015г

Приложение 1.1. «Форма Декларации о соответствии СМСП».

Приложение 9 «Технические требования».

Протокол рассмотрения заявок и подведения итогов открытого запроса цен в электронной форме от 09.12.2015 г.

Опись документов, содержащихся в заявке.

Заявления на участие в закупке от 20.11.2015г.

Предложение участника.

Сведения об участнике.

Декларация по СМСП.

Анкета соответствия техническим требованиям газоанализатора.

Информационное письмо № 2011/03 от 20.11.2015г.

Гарантийные письма № 2011/01, № 2011/02 от 20.11.2015г.

Сравнительная таблица.

Копия Свидетельства об утверждении типа средств измерений № 009775 на 8.

Копия Сертификата соответствия № 0067548 с приложением на 4 л.

**ЗАО ТД «Восток-Сервис-Уфа»**

ИНН 0278183364 / КПП 027801001

450097, Республика Башкортостан, г. Уфа,

бульвар Хади Давлетшиной, 16/1

Телефон: (347) 226-96-46

E-mail [ufa@vostok.ru](mailto:ufa@vostok.ru) , [ufaopt@vostok.ru](mailto:ufaopt@vostok.ru)

[www.ufa.vostok.ru](http://www.ufa.vostok.ru)

Р/с 40702810006000081550

в Башкирском отделении №8598 г. Уфа

к/с 30101810300000000601

БИК 048073601





Копия Свидетельства об утверждении типа ср. измер. № 42429 на 16л модели Microtector II G450.  
Заверенная копия Устава Заявителя.  
Заверенная копия Свидетельства (ЕГРЮЛ) Заявителя.  
Заверенная копия решения о назначении директора Заявителя (Протокол от 17.12.2014г.).  
Заверенная копия выписки с официального сайта Федеральной налоговой службы на Заявителя.  
Доверенность на представителя от 09.12.2015г.

**Представитель**  
**ЗАО ТД «Восток-Сервис-Уфа»**

.....

**Ю.П. Аношкина**

**ЗАО ТД «Восток-Сервис-Уфа»**  
ИНН 0278183364 / КПП 027801001  
450097, Республика Башкортостан, г. Уфа,  
бульвар Хадии Давлетшиной, 16/1  
Телефон: (347) 226-96-46  
E-mail [ufa@vostok.ru](mailto:ufa@vostok.ru) , [ufaopt@vostok.ru](mailto:ufaopt@vostok.ru)  
[www.ufa.vostok.ru](http://www.ufa.vostok.ru)

Р/с 40702810006000081550  
в Башкирском отделении №8598 г. Уфа  
к/с 30101810300000000601  
БИК 048073601

