



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ  
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА  
УПРАВЛЕНИЕ**

**Федеральной антимонопольной службы  
по Ярославской области**

Свободы ул., д. 46, г. Ярославль, 150999  
тел. (4852) 72-95-20, факс (4852) 32-93-71  
e-mail: to76@fas.gov.ru

30.09.15 № 9638/05-02

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**ООО «СВК-ТРЕЙД»**

600001, г. Владимир, ул. Студеная гора, д. 34,  
офис 506  
тел.: 4922-45-08-22  
эл. почта: svk33@inbox.ru

**Департамент здравоохранения и фармации  
Ярославской области**

150000, г. Ярославль, ул. Советская, д. 11/9  
E-mail: galdeeval@mail.ru  
Тел.: (4852) 73-08-15

**Департамент государственного заказа  
Ярославской области**

150000, г. Ярославль, Советская пл., д. 69  
тел.: (4852) 75-52-59

**ООО «Ликом»**

Г. Москва, ул. Коминтерна, д. 20/2, стр. 1

**ООО «РТС-тендер»**

127006, г. Москва  
ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1  
эл. почта: ko@rts-tender.ru

**РЕШЕНИЕ**

по делу № 05-02/279Ж-15

Резолютивная часть решения объявлена 25 сентября 2015 года

Решение изготовлено в полном объеме 30 сентября 2015 года

г. Ярославль

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области по контролю закупок (далее также – Комиссия) в составе: председатель Комиссии – заместитель руководителя управления Паутов И.Г., члены Комиссии – начальник отдела контроля закупок управления Крюкова Т.В., специалист-эксперт отдела контроля закупок управления Ерохина А.А.,

с участием:

от заявителя – ООО «СВК-ТРЕЙД» (далее также – заявитель) – директор Костылев С.В.;

от заказчика - Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области (далее также – заказчик) – представитель по доверенности Лагунова Т.В.;

от уполномоченного органа - Департамента государственного заказа Ярославской области - представитель по доверенности Плескачев С.В.;

от заинтересованного лица – ООО «Ликом» - представитель по доверенности – Печников О.Б.;

от компании «Дженорэй Ко., Лтд.» - представитель по доверенности Аюпов Э.Р.,



рассмотрев жалобу ООО «СВК-ТРЕЙД» на действия членов аукционной комиссии, при проведении аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на поставку медицинского оборудования (маммограф цифровой), монтаж, пуско-наладочные работы по вводу оборудования в эксплуатацию и инструктаж персонала (извещение № 0171200001915001069) (далее - аукцион, аукционная комиссия) и в результате осуществления внеплановой проверки в соответствии с частью 15 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013г. № 44-ФЗ), Административным регламентом Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии, оператора электронной площадки при размещении заказа на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, в том числе при размещении заказов на энергосервис, для государственных, муниципальных нужд, нужд бюджетных учреждений, утвержденным приказом ФАС России от 19.11.2014 N 727/14,

**установила:**

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области (Ярославское УФАС России) поступила жалоба ООО «СВК-ТРЕЙД» на действия членов аукционной комиссии, при проведении аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на поставку медицинского оборудования (маммограф цифровой), монтаж, пуско-наладочные работы по вводу оборудования в эксплуатацию и инструктаж персонала (извещение № 0171200001915001069).

По мнению заявителя, его права и законные интересы нарушены тем, что члены аукционной комиссии заказчика неправомерно отказали ему в допуске к участию в аукционе в электронной форме по следующему основанию: *«на основании пункта 1 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - предоставления недостоверной информации, а именно: участник закупки предлагает для поставки товар «Система маммографическая МХ с принадлежностями, модель 600, производства "Дженорэй Ко., Лтд. ", Республика Корея» с функциональными, техническими и качественными характеристиками товара:*

Функция / параметр	Значение функции / параметра
<b>1. Технические характеристики</b>	
Максимальная мощность на фокусном пятне, кВт	3.7
Теплоемкость анода, тыс.ТЕ	162
Внутренняя фильтрация трубки, мм Ве	0.76
<b>2. Высокочастотный генератор</b>	
Мощность, кВт	9
Диапазон напряжения, кВ	От 23 до 35

*В то время как в соответствии техническим паспортом у Системы маммографической МХ с принадлежностями, модель 600, производства "Дженорэй Ко., Лтд. ", Республика Корея следующие характеристики:*

Функция / параметр	Значение функции / параметра
<b>1. Технические характеристики</b>	
Максимальная мощность на фокусном пятне, кВт	4
Теплоемкость анода, тыс.ТЕ	300



Внутренняя фильтрация трубки, мм Ве	0,63
<b>2. Высокочастотный генератор</b>	
Мощность	5.0 кВА, что не соответствует 9 кВт
Диапазон напряжения, кВ	От 22 до 39

ООО «СВК-ТРЕЙД» считает решение членов аукционной комиссии об отказе заявителю в допуске к участию в аукционе в электронной форме неправомерным, указывает на то, что представил в своей заявке достоверную информацию в отношении характеристик всего необходимого заказчику к поставке товара.

Просит признать отклонение первой части заявки участника закупки – ООО «СВК-ТРЕЙД» - необоснованным, признать результаты проведения электронного аукциона на право заключения государственного контракта на поставку медицинского оборудования (маммограф цифровой), монтаж, пуско-наладочные работы по вводу оборудования в эксплуатацию и инструктаж персонала (извещение № 0171200001915001069) - недействительными; отменить протоколы, составленные в ходе проведения закупки.

Представитель заказчика с доводами жалобы не согласен, представил письменные объяснения с указанием того, что аукционной комиссией заказчика законно принято решение об отказе заявителю в допуске к участию в аукционе в электронной форме на основании имеющихся в распоряжении комиссии документов и сведений. Просит признать жалобу заявителя необоснованной.

Представитель уполномоченного органа представил письменные объяснения с указанием того, что члены аукционной комиссии от уполномоченного органа выступили против отклонения заявки участника с порядковым номером 3 - ООО «СВК-ТРЕЙД» - приняв решение о допуске участника закупки с порядковым номером 3 (ООО «СВК-ТРЕЙД») до участия в электронном аукционе, в связи с чем дать пояснения по отклонению участника закупки ООО «СВК-ТРЕЙД» представитель не может.

Заслушав мнения сторон и изучив представленные документы и материалы, Комиссия приходит к следующим выводам.

Уполномоченным органом на официальном сайте в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) 20.08.2015г. размещено извещение № 0171200001915001069 о проведении аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на поставку медицинского оборудования (маммограф цифровой), монтаж, пуско-наладочные работы по вводу оборудования в эксплуатацию и инструктаж персонала вместе с аукционной документацией.

Исходя из части 1 статьи 59 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ под аукционом в электронной форме (электронным аукционом) понимается аукцион, при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого аукциона и документации о нем, к участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования, проведение такого аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 64 документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении такого аукциона, должна содержать, в том числе, требования к содержанию, составу заявки на участие в таком аукционе в соответствии с частями 3 - 6 статьи 66 настоящего Федерального закона и инструкция по ее заполнению. При этом не допускается установление требований,



влекущих за собой ограничение количества участников такого аукциона или ограничение доступа к участию в таком аукционе.

На основании подпункта «б» пункта 1 части 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ заказчик при описании в документации о закупке объекта закупки должен руководствоваться, в том числе следующими правилами:

- описание объекта закупки должно носить объективный характер. В описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости).

В соответствии с частью 2 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ документация о закупке в соответствии с требованиями, указанными в части 1 настоящей статьи, должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться.

Из буквального толкования вышеуказанных норм закона следует, что в зависимости от своих потребностей заказчик в документации об аукционе должен установить требования, в частности, к качеству, техническим характеристикам (потребительским свойствам), размерам, упаковке товара с учетом специфики его деятельности.

Соответственно, заказчик вправе включить в аукционную документацию такие характеристики и требования к товару, которые отвечают его потребностям и необходимы для выполнения соответствующих функций. При этом заказчик вправе в необходимой степени детализировать предмет закупок.

В пункте 18 раздела 1 «Информационная карта аукциона» документации об аукционе в электронной форме заказчиком установлено, что первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующую информацию:

- конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об электронном аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара. Конкретные показатели заполняются в соответствии с Разделом 2 «Описание объекта закупки» документации об электронном аукционе, при этом участник закупки указывает четко характеристики предлагаемого к поставке товара, не допускается использование слов «не менее», «не более».

Первую часть заявки рекомендуется представить по форме, предложенной приложением №2 к разделу 1 «Информационная карта аукциона» документации об электронном аукционе.

Согласно разделу 2 «Описание объекта закупки» документации об аукционе в электронной форме заказчику требовался товар, имеющий в числе прочих следующие функциональные, технические и качественные характеристики:



Функция / параметр	Значение функции / параметра
<i>1. Технические характеристики</i>	
Максимальная мощность на фокусном пятне, кВт	<u>3.7</u>
Теплоемкость анода, тыс ТЕ	<u>162</u>
Внутренняя фильтрация трубки, мм Ве	<u>0.76</u>
<i>2. Высокочастотный генератор</i>	
Мощность, кВт	<u>9</u>
Диапазон напряжения, кВ	<u>от 23 до 35</u>

На заседании Комиссии установлено, что участник закупки ООО «СВК-ТРЕЙД» (порядковый номер заявки №3) в составе первой части заявки предложил к поставке товар (систему маммографическую МХ с принадлежностями, модель 600, производства «Дженорэй Ко., Лтд.», Республика Корея, количество – 3 шт.), имеющий в числе прочих следующие функциональные, технические и качественные характеристики:

Функция / параметр	Значение функции / параметра
<i>1. Технические характеристики</i>	
Максимальная мощность на фокусном пятне, кВт	<u>3.7</u>
Теплоемкость анода, тыс ТЕ	<u>162</u>
Внутренняя фильтрация трубки, мм Ве	<u>0.76</u>
<i>2. Высокочастотный генератор</i>	
Мощность, кВт	<u>9</u>
Диапазон напряжения, кВ	<u>от 23 до 35</u>

Следовательно, участник закупки ООО «СВК-ТРЕЙД» предлагает к поставке товар с функциональными и качественными характеристиками, соответствующими заявленным заказчиком условиям в аукционной документации.

В ходе заседания Комиссии представитель заказчика пояснил, что члены аукционной комиссии от заказчика - Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области при рассмотрении первой части заявки ООО «СВК-ТРЕЙД» (порядковый номер 3) установили недостоверность в представленных участником характеристиках предлагаемого к поставке товара.

Представитель заказчика пояснил, что в результате электронной переписки с заказчиком – ГБУЗ «Перволокская ЦРБ», заключившим контракт на поставку аналогичного оборудования (системы маммографической МХ с принадлежностями, модель 600, производства «Дженорэй Ко., Лтд.», Республика Корея), заказчиком - Департаментом здравоохранения и фармации Ярославской области - получена от ГБУЗ «Перволокская ЦРБ» часть технического паспорта на данное оборудование (5 листов).

Сравнив информацию, указанную участником закупки ООО «СВК-ТРЕЙД» (порядковый номер заявки №3) в первой части заявки относительно функциональных, технических и качественных характеристик с информацией, указанной в отдельных листах технического паспорта, предоставленного ГБУЗ «Перволокская ЦРБ», члены аукционной комиссии от заказчика - Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области – установили, что предлагаемое ООО «СВК-ТРЕЙД»



оборудование не соответствует требованиям аукционной документации по следующим характеристикам:

Функция / параметр	Значение функции / параметра согласно полученному заказчиком техническому паспорту на предлагаемое участником закупки с порядковым номером 3 оборудование
1. Технические характеристики	
Максимальная мощность на фокусном пятне, кВт	<u>4</u>
Теплоемкость анода, тыс.ТЕ	<u>300</u>
Внутренняя фильтрация трубки, мм Ве	<u>0,63</u>
<b><u>2. Высокочастотный генератор</u></b>	
Мощность	<u>5.0 кВА</u>
Диапазон напряжения, кВ	<u>От 22 до 39</u>

На основании изложенного членами аукционной комиссии от заказчика - Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области - был сделан вывод о предоставлении участником закупки с порядковым номером 3 (ООО «СВК-ТРЕЙД») недостоверных характеристик предлагаемого к поставке товара по указанным выше функциональным, техническим и качественным характеристикам.

На заседании Комиссии представителем ООО «Ликом» (победителя электронного аукциона) был представлен запрос от 23.09.2015г. исх. № 17/09 в адрес ЗАО «Санте Медикал Системс», являющегося организацией-заявителем зарегистрированного на территории Российской Федерации медицинского изделия «Системы маммографической МХ с принадлежностями, модель 600, 300», Регистрационное удостоверение №ФСЗ 2010/06587 от 09.04.2010г., производитель «Дженорэй Ко., Лтд.», Республика Корея (Genoray Co., Ltd.), с целью получения технических характеристик маммографа цифровой системы МХ, модель 600.

В ответ на данный запрос ООО «Ликом» от ЗАО «Санте Медикал Системс» поступил ответ, содержащий следующие значения показателей указанного в запросе оборудования:

- максимальная мощность на фокусном пятне - 4 кВт;
- теплоемкость анода - 300 тыс.ТЕ;
- внутренняя фильтрация трубки – 0,63 мм Ве;
- мощность высокочастотного генератора – 5 кВт;
- диапазон напряжения высокочастотного генератора – от 22 до 39 кВ.

Согласно пункту 22 (2) Правил государственной регистрации медицинских изделий, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.12 № 1416, хранение регистрационного досье, содержащего помимо прочего техническую документацию производителя (изготовителя) на медицинское изделие, в отношении изделия медицинского назначения, зарегистрированного на территории Российской Федерации, осуществляющееся регистрирующим органом (Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения).

Однако, во-первых, данный ответ от ЗАО «Санте Медикал Системс» не содержал надлежащим образом заверенных (или подписанных компетентным лицом) документов из регистрационного дела (досье) «Системы маммографической МХ с принадлежностями, модель 600, 300», хранящегося в Федеральной службе по надзору



в сфере здравоохранения РФ; во-вторых, данным документом не располагали члены аукционной комиссии заказчика на момент рассмотрения первой части заявки участника закупки с порядковым номером 3 и формирования протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от 10.09.2015 №0171200001915001069-1.

В свою очередь, представитель компании «Дженорэй Ко., Лтд.» (производитель системы маммографической МХ с принадлежностями, модель 600) на заседании Комиссии Ярославского УФАС России пояснил, что им был направлен запрос компании «Дженорэй Ко., Лтд.» на подтверждение указанных ООО «СВК-ТРЕЙД» в первой части заявки, поданной на участие в электронном аукционе, технических и качественных характеристик оборудования - маммографа цифровой системы МХ, модель 600 (наименование производителя: «Дженорэй Ко., Лтд.», Республика Корея).

В ответ на данный запрос представителю компании «Дженорэй Ко., Лтд.» поступило письмо от компании «Дженорэй Ко., Лтд.» от 22 сентября 2015 года, согласно которому последняя подтверждает, что характеристики оборудования, указанные ООО «СВК-ТРЕЙД» в первой части заявки на участие в электронном аукционе, являются достоверными:

Функция / параметр	Значение функции / параметра
<i>1. Технические характеристики</i>	
<i>Максимальная мощность на фокусном пятне, кВт</i>	<u>3.7</u>
<i>Теплоемкость анода, тыс. ТЕ</i>	<u>162</u>
<i>Внутренняя фильтрация трубки, мм Ве</i>	<u>0.76</u>
<i>2. Высокочастотный генератор</i>	
<i>Мощность, кВт</i>	<u>9</u>
<i>Диапазон напряжения, кВ</i>	<u>от 23 до 35</u>

Также компания «Дженорэй Ко., Лтд.» в своем письме отметила, что все заявленные функциональные, технические и качественные характеристики аппарата соответствуют производимому оборудованию и являются программируемыми и настраиваемыми без необходимости внесения изменений в конструкцию аппарата.

Таким образом, проанализировав полученные документы и доказательства, Комиссия Ярославского УФАС России приходит к выводу о том, что на момент рассмотрения первых частей заявок аукционная комиссия не обладала надлежащими документами (официальной информацией, полученной из достоверных источников), (таких как регистрирующий орган - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения РФ) позволяющими с уверенностью утверждать, о предоставлении участником закупки с порядковым № 3 (ООО «СВК-ТРЕЙД») недостоверных сведений в первой части заявки по следующим показателям требуемого товара:

- максимальная мощность на фокусном пятне, кВт;
- теплоемкость анода, тыс. ТЕ;
- внутренняя фильтрация трубки, мм Ве;
- высокочастотный генератор – мощность;
- высокочастотный генератор - диапазон напряжения, кВ.

При принятии решения о недопуске заявки ООО «СВК-ТРЕЙД» члены аукционной комиссии от заказчика руководствовались частью документа, содержащего технические характеристики аналогичного предложенному заявителем к поставке оборудованию (5 листам технического паспорта), полученной посредством электронной почты (без использования электронной подписи) от ГБУЗ «Перволокская ЦРБ» (то есть в отсутствие официального ответа от лица, чьи полномочия, а также компетентность по направлению такого рода документов и даче разъяснений относительно характеристик данного товара подтверждены). Иных доказательств предоставления ООО «СВК-ТРЕЙД» недостоверных сведений по указанным выше



показателям требуемого для поставки товара, содержащихся в первой части заявки участника закупки (в описании характеристик оборудования - маммографа цифрового, предлагаемого к поставке) в протоколе рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от 10.09.2015 №0171200001915001069-1 членами аукционной комиссии от заказчика не указано.

В силу части 1 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

Согласно части 3 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, содержащих информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, аукционная комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены частью 4 настоящей статьи.

На основании части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:

- 1) непредоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, или предоставления недостоверной информации;
- 2) несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, требованиям документации о таком аукционе.

Таким образом, у аукционной комиссии отсутствует обязанность проверять указанные участником закупки в первой части заявки на участие в электронном аукционе сведения на достоверность. У аукционной комиссии имеется лишь такое право. В случае, если члены аукционной комиссии обладают проверенными и неопровержимыми доказательствами предоставления участником закупки недостоверных сведений в заявке они отказывают такому участнику закупки в допуске к участию в электронном аукционе на основании пункта 1 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ.

Следует также отметить, что подобное право проверить заявку участника закупки на достоверность и отстранить участника закупки, предоставившего недостоверную информацию имеется у заказчика на любом этапе проведения электронного аукциона (часть 6.1 статьи 66 и часть 9 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ), а также в ходе исполнения контракта (часть 15 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ).

Следовательно, аукционная комиссия заказчика и позднее сам заказчик, допустив до участия в электронном аукционе ООО «СВК-ТРЕЙД» и получив в дальнейшем надлежащие (необходимые и достаточные) доказательства предоставления участником закупки в заявке недостоверных сведений, беспрепятственно смогли бы отстранить участника от участия в закупке на любом этапе ее проведения, либо расторгнуть с ним контракт в одностороннем порядке (в случае установления недостоверности представленных участником закупки сведений после заключения контракта).

Исходя из части 5 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, не предусмотренным частью 4 настоящей статьи, не допускается.



Согласно пункту 3 статьи 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно.

Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.

Следовательно, исходя из презумпции добросовестности и разумности участников гражданских правоотношений и общего принципа доказывания лица, от которого требуются разумность или добросовестность при осуществлении права, признается действующим разумно и добросовестно, пока не доказано обратное. Бремя доказывания лежит на лице, утверждающем, что управомоченный употребил свое право исключительно во зло другому лицу.

Таким образом, по мнению Комиссии, на момент составления протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от 10.09.2015 №0171200001915001069-1 аукционная комиссия заказчика не располагала необходимыми и достаточными для отстранения ООО «СВК-ТРЕЙД» от дальнейшего участия в закупке именно на этапе рассмотрения первых частей заявок доказательствами, у членов аукционной комиссии заказчика имелись все необходимые условия для принятия мер, направленных на выяснение вопроса о том, является ли представленная ООО «СВК-ТРЕЙД» в составе первой части заявки информация относительно функциональных, технических и качественных характеристик (максимальная мощность на фокусном пятне, кВт, теплостойкость анода, тыс.ТЕ, внутренняя фильтрация трубки, мм Ве, мощность высокочастотного генератора, диапазон напряжения, кВ высокочастотного генератора) предлагаемого для поставки товара достоверной в дальнейшем (после рассмотрения первых частей заявок).

Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от 10.09.2015 №0171200001915001069-1 членами аукционной комиссией от заказчика было принято решение об отказе в допуске на участие в аукционе в электронной форме участнику закупки - ООО «СВК-ТРЕЙД» (порядковый номер заявки №3) по следующему основанию:

*«на основании пункта 1 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - предоставления недостоверной информации, а именно:*

*участник закупки предлагает для поставки товар «Система маммографическая МХ с принадлежностями, модель 600, производства "Дженорэй Ко., Лтд. ", Республика Корея» с функциональными, техническими и качественными характеристиками товара:*

Функция / параметр	Значение функции / параметра
<b>1. Технические характеристики</b>	
Максимальная мощность на фокусном пятне, кВт	3.7
Теплостойкость анода, тыс.ТЕ	162
Внутренняя фильтрация трубки, мм Ве	0.76
<b>2. Высокочастотный генератор</b>	
Мощность, кВт	9
Диапазон напряжения, кВ	От 23 до 35



В то время как в соответствии техническим паспортом у Системы маммографической МХ с принадлежностями, модель 600, производства "Дженорэй Ко., Лтд.", Республика Корея следующие характеристики:

Функция / параметр	Значение функции / параметра
<b>1. Технические характеристики</b>	
Максимальная мощность на фокусном пятне, кВт	4
Теплоемкость анода, тыс.ТЕ	300
Внутренняя фильтрация трубки, мм Ве	0,63
<b>2. Высокочастотный генератор</b>	
Мощность	5.0 кВА, что не соответствует 9 кВт
Диапазон напряжения, кВ	От 22 до 39

Таким образом, Комиссия Ярославского УФАС России приходит к выводу о том, что на момент рассмотрения первых частей заявок аукционная комиссия не располагала необходимыми и достаточными доказательствами предоставления ООО «СВК-ТРЕЙД» в первой части своей заявки на участие в электронном аукционе по следующим показателям предлагаемого к поставке товара, а именно:

- максимальная мощность на фокусном пятне, кВт;
- теплоемкость анода, тыс.ТЕ;
- внутренняя фильтрация трубки, мм Ве;
- мощность высокочастотного генератора;
- диапазон напряжения, кВ высокочастотного генератора - недостоверных сведений, в связи с чем, решение членов аукционной комиссии от заказчика - Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области - об отказе в допуске к участию в аукционе в электронной форме участнику закупки - ООО «СВК-ТРЕЙД» (порядковый номер заявки №3) является нарушением пункта 1 части 4 и части 5 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ.

На основании изложенного, руководствуясь частью 8 статьи 106, частями 15, 22 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, Административным регламентом Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной площадки при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденным приказом ФАС России от 19.11.2014г. № 727/14, Комиссия Ярославского УФАС России по контролю в сфере закупок Комиссия Ярославского УФАС России по контролю в сфере закупок,

**решила:**

1. Признать жалобу ООО «СВК-ТРЕЙД» на действия аукционной комиссии уполномоченного органа - Департамента государственного заказа Ярославской области, при проведении аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на поставку медицинского оборудования (маммограф цифровой), монтаж, пуско-наладочные работы по вводу оборудования в эксплуатацию и инструктаж персонала (извещение № 0171200001915001069) обоснованной.



2. Признать членов аукционной комиссии от заказчика - Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области, нарушившими пункт 1 части 4 и часть 5 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ.

3. Выдать членам аукционной комиссии заказчика - Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области, уполномоченного органа - Департамента государственного заказа Ярославской области обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений законодательства о закупках.

Председатель Комиссии



И.Г. Паутов

Члены Комиссии



Т.В. Крюкова



А.А. Ерохина