

ООО СЦ «ХИМАНАЛИТСЕРВИС»

Исх.№768.04
от 04.04.2016 г.

Куда: Управление Федеральной антимонопольной
службы по г. Москве
107078, г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4, стр. 1
Телефон/факс: (495) 784-75-05 / (495) 607-49-29
E-mail: to77@fas.gov.ru

От кого: ООО СЦ «Химаналитсервис»,
ИНН 5249111131 ОГРН 1105249006235
Почтовый и юридический адрес:
606002, Нижегородская обл., г.Дзержинск, ул.
Лермонтова, д.20, корп.83
Телефон/факс (8313) 249-200, 249-300
E-mail: m14@has.ru

ЖАЛОБА **(закупка №31603421500)**

1.Заказчик: Акционерное общество «Государственный ордена трудового красного знамени научно-исследовательский институт химии и технологии элементоорганических соединений» (АО "ГНИИХТЭОС")

Адрес места нахождения: 105118, г Москва, шоссе Энтузиастов, дом 38 Номер контактного телефона: (495)673-71-70, адрес электронной почты: okp@eos.su

2.Участник закупки: ООО СЦ «Химаналитсервис», ИНН 5249111131

Адрес: 606002, Нижегородская обл., Дзержинск, ул. Лермонтова, д.20, корп.83, тел./факс (8313) 249-200, 249-300, E-mail: m14@has.ru, контактное лицо: Смирнова Елена Феликсовна.

3. Адрес официального сайта, на котором размещена информация об электронном аукционе: <http://www.zakupki.gov.ru>, www.etprf.ru, (закупка № 31603421500)

4. Доводы жалобы.

15.03.2016г. Акционерным обществом «ГНИИХТЭОС» объявлен запрос котировок в электронной форме на поставку комплекса аппаратно-программного для медицинских исследований на базе хроматографа «Хроматэк-Кристалл 5000» в комплектации для нужд АО «ГНИИХТЭОС», номер извещения 31603421500.

Начальная (максимальная) цена контракта 542 801,26 (Пятьсот сорок две тысячи восемьсот один) 26 руб., из них: 397358,00 (Триста девяносто семь тысяч триста пятьдесят восемь) руб., без НДС, 145443,26 (Сто сорок пять тысяч четыреста сорок три) 26 руб., с НДС 18%.

30.03.2016 размещен Протокол № 290316-01 от 29.03.2016г. по рассмотрению котировочных заявок. Согласно данному Протоколу победителем указанной закупки признано ЗАО СКБ

«Хроматэк» с ценой заявки 542 801,26 (пятьсот сорок две тысячи восемьсот один) рубль 26 копеек с НДС.

Заявка Общества с ограниченной ответственностью Сервисный центр "Химаналитсервис» (город г.Дзержинск, ул. ул.Лермонтова, д.20. корп.83) отклонена закупочной комиссией по причине несоответствия технических характеристик заявленным, а именно:

-в технических характеристиках предлагаемого хроматографа «Хромос ГХ-1000» отсутствуют данные на детектор ДТП по теплопроводности, а именно: чувствительность, погрешность, предел обнаружения;

-в заявке не представлены данные по количественным значениям и цене на комплектующие элементы комплекса.

Считаем, что решение закупочной комиссии относительно заявки ООО СЦ "Химаналитсервис» является неправомерным по следующим основаниям.

Рассматриваемый запрос цен является конкурентным способом закупки. АО «ГНИИХТЭОС» относится к юридическим лицам, осуществляющим закупки в соответствии Федеральным законом от 18.07.2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Согласно частям 1 и 2 статьи 2 названного закона при закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, данным Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ними и утвержденными с учетом положений части 3 указанной статьи правовыми актами, регламентирующими правила закупки (далее - положение о закупке). Положение о закупке является документом, который регламентирует закупочную деятельность заказчика и должен содержать требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.

В соответствии с п. 3 Информационной карты Документации по проведению запроса котировок в электронной форме поставке подлежит Комплекс аппаратно-программный для медицинских исследований на базе хроматографа «Хроматэк-Кристалл 5000» или эквивалент. Техническим заданием и Приложением к техническому заданию определены требования к закупаемому товару. При этом требование о том, что необходимо указать данные на детектор ДТП по теплопроводности, а именно: чувствительность, погрешность, предел обнаружения, не предусмотрено.

Своей заявкой от 21.03.2016 г. ООО СЦ «Химаналитсервис» предложило к поставке аналог Комплекс хроматографический газовый «Хромос ГХ-1000», характеристики которого полностью соответствуют требованиям закупочной документации. В отношении детектора ДТП по теплопроводности: несмотря на то, что техническим заданием конкретные технические характеристики заказчиком не указаны, тем не менее, ООО СЦ «Химаналитсервис» в своей заявке все-таки прописало характеристики, которые по нашему мнению важны. Однако заявка ООО СЦ «Химаналитсервис» отклонена закупочной комиссией. То есть, в данном случае закупочной комиссией предъявлено требование к заявке (указать данные на детектор ДТП по теплопроводности, а именно: чувствительность, погрешность, предел обнаружения), которое не было предусмотрено документацией о закупке.

В соответствии с частью 10 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 г. №223-ФЗ заказчик в документации о закупке обязан указать требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика.

Между тем, согласно ч.6. ст.3 Федерального закона от 18.07.2011 г. №223-ФЗ «Не допускается предъявлять к участникам закупки, к **закупаемым товарам**, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора **требования** и осуществлять оценку и сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, **которые не указаны в документации о закупке**. Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке,

установленные заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам закупки, предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора».

Таким образом, решение закупочной комиссии относительно заявки ООО СЦ «Химаналитсервис» является необоснованным, не соответствует целям названного закона (ч.1 ст. 1) и нарушает принципы, предусмотренные данным законом, в том числе пунктом 2 части 1 статьи 3 (равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки).

Так же, заявка ООО СЦ «Химаналитсервис» была отклонена закупочной комиссией на основании того, что в заявке не представлены данные по количественным значениям и цене на комплектующие элементы комплекса. Данное утверждение является необоснованным, поскольку в заявке указана вся информация относительно количества и цен комплектующих элементов комплекса.

Следовательно, результаты рассмотрения и оценки заявок по запросу котировок на поставку комплекса аппаратно-программного для медицинских исследований на базе хроматографа «Хроматэк-Кристалл 5000» в комплектации для нужд АО «ГНИИХТЭОС» являются незаконными.

В соответствии со ст.18.1 Федерального закона от 26 июля 2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» антимонопольный орган рассматривает жалобы на действия (бездействие) юридического лица, организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной комиссии или аукционной комиссии при организации и проведении торгов, заключении договоров по результатам торгов либо в случае, если торги, проведение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, признаны несостоявшимися, а также при организации и проведении закупок в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

На основании вышеизложенного и в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 26 июля 2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» прошу:

1. Признать жалобу ООО СЦ «Химаналитсервис» обоснованной.
2. Признать заказчика, нарушившим антимонопольное законодательство.
3. Выдать заказчику предписание об устранении допущенных нарушений путем отмены Протокола № 290316-01 от 29.03.2016 г. закупочной комиссии по рассмотрению котировочных заявок на поставку комплекса аппаратно-программного для медицинских исследований на базе хроматографа «Хроматэк-Кристалл 5000» в комплектации для нужд АО «ГНИИХТЭОС» и повторном проведении оценки и рассмотрения заявок, поданных в данном запросе котировок.

Приложение:

1. Документация к Котировочной сессии № 2016/29 на право заключения договора на поставку Комплекса аппаратно-программного для медицинских исследований на базе хроматографа «Хроматэк-Кристалл 5000» в комплекте для нужд АО «ГНИИХТЭОС».
2. Техническое задание на поставку комплекса аппаратно-программного для медицинских исследований на базе хроматографа «Хроматэк-Кристалл 5000» в комплектации для нужд АО «ГНИИХТЭОС»
3. Приложение №1 к Техническому заданию.
4. Протокол № 290316-01 от 29.03.2016г.
5. Решение №3
6. Свидетельство о регистрации ООО СЦ «Химаналитсервис»

Директор ООО СЦ «Химаналитсервис»



В.А.Рудин