



ЗАО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

р/с 40702810235240001210
Северо-Западный банк
ОАО «Сбербанк России»
г. СПб
к/с 30101810500000000653,
БИК 044030653,
ИНН 7827012767

198188, Санкт-Петербург, а/я 12
E-mail: service@elektron.ru

Тел: 325-02-06, 325-02-02
Факс: 325-04-44

ОКПО 11150760
КПП 784301001

Куда: Управление Федеральной антимонопольной служба
по Республике Крым и городу Севастополю
295000, Республика Крым, г.Симферополь, ул. Александра
Невского, д. 1

Заявитель
ЗАО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ЭЛЕКТРОН»
197758, г. Санкт-Петербург, п. Песочный, ул.
Ленинградская, д. 52 а.,
тел.8-(812)325-02-02, 8-(812)325-04-44,
Почтовый адрес:
198188 г.С-Петербург, а/я 12
E-mail: omb@electronxray.com


№943 от 09.08.2016

Жалоба на положения аукционной
документации закупки:
№0374100000916000259

Жалоба на положения аукционной документации.

1. Заказчик
Полное наименование ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "1472 ВОЕННО-МОРСКОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ; ИНН 7704166630; КПП 920301001; Место нахождения Российская Федерация, 299001, Севастополь г, ГОСПИТАЛЬНЫЙ, 1. Телефон +7 (8692) 487002 Факс +7 (8692) 487002 Почтовый адрес Российская Федерация, 299001, Севастополь г, ГОСПИТАЛЬНЫЙ, 1, Контактный адрес электронной почты wmkg-1472@yandex.ru, Контактное лицо Мурынин Владислав Александрович.
2. Участник размещения заказа: ЗАО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ЭЛЕКТРОН» Юридический адрес: 197758, г. Санкт-Петербург, п. Песочный, ул. Ленинградская, д. 52 а., тел.8-(812)325-02-02, 8-(812)325-04-44, Почтовый адрес: 198188 г. С-Петербург, а/я 12; E-mail: omb@electronxray.com. Контактное лицо Выглазов Алексей Васильевич (+7-911-924-50-29)
3. Адрес официального сайта на котором размещена информация о закупке: www.zakupki.gov.ru
4. Номер извещения: №0374100000916000259.
Наименование аукциона: «На поставку медицинского оборудования-аппарата рентгеновского диагностического телеуправляемого для нужд ФГБУ «1472 ВМКГ» Минобороны России»
Дата опубликования извещения о проведении электронного аукциона: Размещено: 14.07.2016 20:06 (MSK (UTC+3) Москва, стандартное время)
5. Обжалуемые действия государственного заказчика с указанием норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) которые, по мнению Заявителя нарушены:
 - а. Положения аукционной документации, изложенные в подпункте к) пункта 1.1. части 1, не соответствуют требованиям пункта 2) части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе в части неустановления требования о предоставлении во второй части заявки копии сертификата о происхождении товара, выдаваемый уполномоченным органом (организацией) государств - членов Евразийского экономического союза по форме, установленной Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 г. (Требование предусмотрено постановлением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2015 г. N 102 "Об установлении ограничения допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из

Документ подписан электронно-цифровой подписью Элинсона АМ.



- иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд")
- б. Положения аукционной документации, изложенные в части 15, не соответствуют требованиям статьи 31 Закона о контрактной системе в части неустановления запрета на привлечение в качестве соисполнителей (третьих лиц), организаций, указанных в Постановлении Правительства РФ от 29.12.2015 N 1457.
- с. Положения Медико-технических требований – приложения к Приложению 2 аукционной документации «Наименование и описание объекта закупки» противоречат требованиям пункта 2) части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе, так как при составлении описания объекта закупки заказчиком использована и терминология, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, и качественных характеристик объекта закупки, которая не предусмотрена техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации. В частности, не находят своего отражения в документах, применяемых в национальной системе стандартизации следующие формулировки Медико-технических требований: 2.3.11 Минимальное значение угла продольного наклона излучателя, град.; 2.3.12 Максимальное значение угла продольного наклона излучателя, град.; 2.3.17 Сдвоенная педаль включения экспозиции, штук; 2.3.20 Количество предустановленных автопозиций стола-штатива; 2.8.1 Мощность генератора, кВт; 2.8.8 Минимальное значение количества тока, мАс при рентгенографии; 2.8.9 Максимальное значение количества тока, мАс при рентгенографии; 2.8.12 Программы оргоавтоматики; 2.8.13 Автоматический и ручной выбор параметров экспозиции; 2.8.14 Режим двойной энергии; 2.8.15 Режим томосинтеза; 2.11.1 Добавление новых, поиск, редактирование и удаление пациентов и исследований; 2.11.2 Функция неотложного исследования; 2.11.3 Установка параметров экспозиции, выбор режимов оргоавтоматики (с возможностью ручной регулировки); 2.11.4 Выбор предустановленных автопозиций; 2.11.8 Установка режима двойной энергии с реконструкцией изображения с подавлением костей или мягких тканей; 2.13.18 Пакеты специализированных измерений сколиоза и плоскостопия; 2.13.25 Экспорт исследований и протоколов на диски CD/DVD-диски в формате DICOM вместе с программой просмотра снимков; 4.4 Предоставление бессрочного сервисного пароля, позволяющего инженерной службе Заказчика проводить диагностику неисправностей, настройку и калибровку аппарата, подключение периферийных устройств к аппарату и аппарата к сети учреждения. При этом аукционная документация не содержит обоснования необходимости использования вышеуказанной терминологии.
- д. Положения пункта «4.5 Перечень нормативных документов, которым должен соответствовать аппарат рентгеновский диагностический телеуправляемый» Медико-технических требований – приложения к Приложению 2 аукционной документации «Наименование и описание объекта закупки» противоречат требованиям пункта 1) части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе, так как содержат требования, ограничивающие количество участников закупки, и требованиям части 3 статьи 33 Закона о контрактной системе, т.к. устанавливают требования к производителю товара. В перечень нормативных документов, указанных в пункте 4.5 Медико-технических требований, включены ряд стандартов, неуказанных в перечне нормативных документов (размещен на официальном сайте <http://www.gost.ru> в разделе Подтверждение соответствия), устанавливающих обязательные требования для продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия в форме принятия декларации соответствия, находящейся в ведении РОССТАНДАРТА (система сертификации ГОСТ Р), к которой относится предмет закупки аукциона: (Наименование объекта «Аппараты рентгеновские медицинские диагностические» Код поз. объекта по ОК 005-93 (ОКП): 94 4220). Так в правоустанавливающем документе отсутствует обязанность декларировать соответствие аппаратов рентгеновских диагностических телеуправляемых требованиям следующих стандартов, которые указаны в аукционной документации: ГОСТ Р 50267.32 – 99 (МЭК) 60601-2-32-94); ГОСТ Р 55772 – 2013; ГОСТ Р МЭК/ТО 60788-2009.

На основании вышеизложенного прошу:

1. Рассмотреть настоящую жалобу по существу.
2. Выдать организации, осуществляющей размещение заказа предписание об устранении нарушений действующего законодательства о закупках путем внесения необходимых изменений в аукционную документацию.

Генеральный директор ЗАО «НИПК «Электрон»

А.М. Элинсон

Приложение:

Копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего жалобу.

Документ подписан электронно-цифровой подписью Элинсона АМ.