

5.50 14.12.16 зчл.



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР СНАБЖЕНИЯ»
ИНН / КПП 7415095267/ 74150100

456318, г. Миасс, ул. Ильмен-Тау д.20/1, оф.6 тел. (3513)250157, 544419, yuna-ltd@yandex.ru

Исх. №39 от 13.12.2016г.

В Управление Федеральной антимонопольной службы
по Челябинской области
От участника размещения заказа
ООО «ЮУРЦС»

Местонахождение и почтовый адрес: 456318, Челябинская обл.
г. Миасс, пр. Макеева д.73 кв.5
Телефон: (3513)250157, +7922729664
Yuna-ltd@yandex.ru

Заказчик:

Муниципальное автономное учреждение здравоохранения Детская городская клиническая больница № 1.

Место нахождения: 454071, Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Горького, д. 28, dgkb.1@mail.ru

Ответственное лицо Заказчика:

773-28-73

, инженер по закупкам МАУЗ ДГКБ № 1, +7(351

Жалоба на действия аукционной комиссии

05.12.2016г. Заказчиком было проведено рассмотрение заявок на участие в запросе котировок на право заключения государственного контракта на поставку электрокардиографов (извещение №31604429702).

Заявка ООО «ЮУРЦС» была отклонена, в связи с тем что, в техническом задании не соответствует пункт «Безопасность: Класс I, тип CF».

Предложенное к поставке оборудование соответствует всем требованиям, предъявляемых к данному типу оборудования согласно ГОСТ Р 50267.25, имеет класс защиты II, тип CF, т.е. класс защиты выше, чем запрашиваемый в ТЗ. Данный класс защиты оборудования не требует наличия заземляющего контура в лечебном учреждении. Класс I, тип CF требует заземляющий контур.

В РФ существует четыре производителя электрокардиографов: «Альтоника», «Валента», «Монитор» «Аксион». Все перечисленные производители изготавливают оборудование по классу защиты II, тип CF. Однако Заказчиком в техническом задании требуется класс защиты I, тип CF, без возможности улучшения данного параметра.

Электрокардиографы имеют непосредственный контакт с больным через электроды, т.е. возможны поражение электрическим током при отсутствии заземляющего контура в лечебном учреждении. Использование Класс I, тип CF представляет опасность для жизни и здоровья пациента.

Исходя из вышеперечисленного, считаем, что отклонение заявки ООО «ЮУРЦС» не обоснованно.

Просим допустить заявку ООО «ЮУРЦС» до участия в запросе котировок, произвести повторное рассмотрение котировочных заявок и признать победителем запроса котировок.

Приложение:

1. Извещение
2. Аукционная документация
3. Котировочная заявка

Генеральный директор ООО «ЮУРЦС» _____

