

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

**«М-Медика»**

Место нахождения: 123458, г. Москва, ул. Твардовского, 8

Исх. № 2/16 от 22 декабря 2016 г.

**Куда: Управление федеральной антимонопольной службы по городу Москве**

**Адрес:** 107078, г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4, стр. 1

**От: ООО «М-Медика»**

**ОГРН 1067746520137**

**Адрес:** 123458, г. Москва, ул. Твардовского, д.8

**Генеральный директор Журба И.А.**

**ЖАЛОБА**

**на положения документации**

**1. Заказчик:** КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" (КП «УГС»)

**ИНН 7719272800 ОГРН 1037719025376**

**Юридический адрес:** 125375, г. Москва, ул. Тверская, дом 7

**Телефон:** 7-495-5056080

**2. Заявитель:** Общество с ограниченной ответственностью «М-Медика»

**ИНН 7706617430**

**Юридический адрес:** 123458, г. Москва, ул. Твардовского, д.8

**Фактический адрес:** 123458, г. Москва, ул. Твардовского, д.8

**Телефон:** 8 925 010 46 88

**e-mail:** medika@yandex.ru

**Контактное лицо:** генеральный директор Журба Иван Александрович

**3. Специализированная организация:** ООО «КОНСТРИН»

**Адрес:** 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125, корп. 1

**Телефон:** +7 (495) 229-76-90 доб. 283

**Контактное лицо:** Штанников Павел Александрович

**4. Указание на закупку:** открытый конкурс

**Официальный сайт Единой информационной системы — [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)**

**5. Номер извещения № 31604425139**


**Дата опубликования 07.12.2016**

**Объект закупки:** Открытый конкурс на поставку оборудования для лучевой диагностики, а также выполнение работ по его сборке, монтажу, расстановке, пуско-наладке и вводу в эксплуатацию для объекта: «Больница с родильным домом, пос. Коммунарка поселение Сосенское (1-я и 2-я очереди)» - многофункциональный блок №1 и патологоанатомический корпус.

Московское УФАС

Рег.номер 58294

Зарегистрирован: 23.12.2016



## ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«М-Медика»

Место нахождения: 123458, г. Москва, ул. Твардовского, 8

### 6. Обжалуемые действия:

Заказчиком допущено включение в описание объекта закупки требований к товарам, которые могут повлечь ограничение количества участников закупки.

Производится открытый конкурс на поставку оборудования для лучевой диагностики, а также выполнение работ по его сборке, монтажу, расстановке, пуско-наладке и вводу в эксплуатацию для объекта: «Больница с родильным домом, пос. Коммунарка поселение Сосенское (1-я и 2-я очереди)» - многофункциональный блок №1 и патологоанатомический корпус.

Согласно Определению ВАС РФ от 22 июля 2011 г. № 6274/11 лицо, считающее незаконными положения документации, вправе обжаловать их без подачи заявки на участие в закупке и без запроса разъяснений Документации.

Согласно части 1 статьи 2 Закона о закупках при закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ними и утвержденными с учетом положений части 3 указанной статьи правовыми актами, регламентирующими правила закупки (далее - положение о закупке).

Закон о закупках устанавливает общие принципы закупки товаров, работ, услуг и основные требования к закупке товаров, работ, услуг лицами, указанными в части 2 статьи 1 Закона о закупках.

Подпунктом 2 пункта 1 статьи 3 Закона № 223-ФЗ установлено, что при закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются следующими принципами: равноправия, справедливости, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки.

При размещении заказа Заказчиком допущены следующие нарушения действующего законодательства Российской Федерации:

Заказчиком допущено включение в описание объекта закупки требований к товарам, которые могут повлечь ограничение количества участников закупки:

1. Анализ технического задания на поставку оборудования для лучевой диагностики, а также выполнение работ по его сборке, монтажу, расстановке, пуско-наладке и вводу в эксплуатацию для объекта: «Больница с родильным домом, пос. Коммунарка поселение Сосенское (1-я и 2-я очереди)» - многофункциональный блок №1 и патологоанатомический корпус показал, что по п.п. 8 Литотриптер с принадлежностями под заявленные технические параметры можно предложить только один аппарат - Систему для дистанционной ударно-волновой литотрипсии и эндоурологии Dornier Compact Sigma с принадлежностями, производства «Дорнье МедТех ГмбХ» (Германия).

Требования технического задания / Модели, производители	Система для дистанционной ударно-волновой литотрипсии и эндоурологии Dornier Compact Sigma с принадлежностями	Комментарии
---	---	-------------

# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«М-Медика»

Место нахождения: 123458, г. Москва, ул. Твардовского, 8

		<b>Производитель:</b> <b>"Дорнье МедТех</b> <b>ГмбХ"</b>			
		<b>Страна</b> <b>производства:</b> <b>Германия</b>			
<p>Монтаж, пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию осуществляются квалифицированными специалистами.</p> <p>Литотриптер с принадлежностями предназначен для проведения экстракорпоральной ударно-волновой литотрипсии.</p> <p>Поставку оборудования в рабочее помещение осуществляется согласно техническим рекомендациям завода-изготовителя.</p> <p>После поставки и распаковки каждый модуль литотриптора собирается в соответствии с инструкцией завода-изготовителя, проверяется работоспособность: рентгеновская система, ультразвуковой система, стол для пациента, установка для ударно-волновой терапии. Устанавливается рентгеновская система терапии. Собирается стойка дисплейного терминала, устанавливаются дисплеи и подключается ПК</p>		Наличие, кроме рентгеновской системы терапии	<p>Устанавливается рентгеновская система терапии</p> <p>1. Нет ТТХ, не понятно что требуется</p> <p>2. Если подразумевается система лучевой терапии, то она ни как не взаимосвязана с УВЛТ и литотриптером, поэтому нельзя включать её в комплектацию не только литотриптера, но и лота в целом</p>		
Фокусировка ударной волны	силиконовая линза (неизнашиваемая)	силиконовая линза (неизнашиваемая)	Искусственное ограничение, так как способ фокусировки не имеет никакого клинического или технического значения, важны конкретные параметры источника ударных волн, которые далее изложены в техническом задании.		
Глубина проникновения, не менее	150 мм	150 мм			
Возможность регулировки энергетических уровней	наличие	наличие			
Размер фокуса, не менее	5 x 57 мм	5 x 57 мм			
Максимальное давление в фокусе, не более	55 мПа	55 мПа	Искусственное ограничение в интересах единственного аппарата Дорнье Компакт Сигма. Большее давление позволяет более эффективно		

# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«М-Медика»

Место нахождения: 123458, г. Москва, ул. Твардовского, 8

			дробить плотные камни. У других электромагнитных литотриптеров (см. выше принцип генерации ударных волн = электромагнитный) этот параметр составляет 59 Мпа (Сиенс Модулярис), 92 Мпа (Шторц Модулит), 77 Мпа (Дорнье Гемини), то есть в более совершенном оборудовании фирмы Дорнье этот параметр выше.		
Диаметр источника ударных волн, не более	140 мм	140 мм	Уникальный параметр продукции Дорнье Компакт Сигма. Отражен в брошюрах и спецификациях данного оборудования. У других электромагнитных литотриптеров (см. выше принцип генерации ударных волн = электромагнитный) этот параметр составляет 158 мм(Сиенс Модулярис), 178 мм(Шторц Модулит), 220 мм(Дорнье Гемини) , то есть в более совершенном оборудовании фирмы Дорнье этот параметр выше.		
Расположение терапевтической головки на изоцентрической консоли с тремя шарнирами	наличие	наличие	Уникальный параметр продукции Дорнье Компакт Сигма. Описание из рекламной брошюры Дорнье Компакт Сигма. Количество шарниров не имеет клинического значения, так как требования касемо подвижности терапевтической головки исчерпывающее описаны далее в техническом задании.		
Возможность подведения терапевтической головки под разными углами	наличие	наличие			
Возможность проведения лечения в положении терапевтической головки над столом и под столом	наличие	наличие			
Наличие мобильной рентгеновской С-дуги сопрягаемой с ударно-волновым блоком механическим соединением	наличие	наличие	Искусственное ограничение конкуренции в пользу единственного поставщика Дорнье с аппаратом Сигма. Тип соединения не имеет клинического значения.		

## ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«М-Медика»

Место нахождения: 123458, г. Москва, ул. Твардовского, 8

2. По совокупности пунктов в позициях 11 и 12 Технического задания (**Виртуальный симулятор для отработки навыков ангиографии и Гибридный виртуальный симулятор ангиографии**), техническому заданию соответствует только один производитель симуляционного оборудования – ООО «Эйдос-Медицина».

Более качественное и дорогое оборудование по формальным пунктам техническому заданию не соответствует:

Параметр	<i>ENSIM EVS, ООО «Эйдос-медицина»</i>	<i>Angio MENTOR, Symbionix</i>	Комментарий
<i>Имитатор наркозно-дыхательного аппарата</i>	Наличие	Функционирующий и наркозно-дыхательный аппарат, не имитатор.	Использовать имитатор наркозно-дыхательного аппарата не имеет практического смысла, гораздо более правильно решение – обучать врачей работе сразу на реальных аппаратах. Данный пункт ограничивает конкуренцию, не давая участникам с другими аналогичными решениями участвовать в аукционе.
<i>Система имитации прибора создания высокого давления (индефлятора)</i>	Наличие	Отсутствие	Система имитации прибора создания высокого давления присутствует только у одного производителя симуляционного оборудования. Данный пункт включен в техническое задание на симулятор с целью ограничения конкуренции, так как индефляторы не применяются в рентгенэндоваскулярной хирургии.

Согласно части 1 статьи 3 Закона о закупках при закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются, в том числе, принципами равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки, а также отсутствия ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам закупки.

Очевидно, что ограничение количества участников закупки из-за вышеуказанных действий Заказчика приведет, как минимум, к существенному ограничению, либо исключит возможность экономии бюджетных средств при осуществлении настоящей закупки, что прямо противоречит принципу эффективности осуществления закупок.

Изменение же требований Документации позволит Заказчику произвести более оптимальный выбор необходимого современного оборудования, из имеющегося на сегодняшний день, а также позволит увеличить количество участников размещения заказа, что, в свою очередь, позволит значительно снизить стоимость приобретаемого оборудования.

Действие Закона о закупках распространяется на закупки всех товаров, работ, услуг, за исключением случаев, указанных в части 4 статьи 1 Закона о закупках.

Положения Закона № 223-ФЗ не содержат ограничений и запретов на обжалование действий (бездействия) заказчика при закупке товаров, работ, услуг любым юридическим или физическим лицом.

## ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«М-Медика»

Место нахождения: 123458, г. Москва, ул. Твардовского, 8

Порядок рассмотрения жалоб на действия (бездействия) заказчика при закупке товаров, работ, услуг установлен статьей 18.1 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ "О защите конкуренции".

Таким образом, положения Закона № 223-ФЗ предусматривают возможность обжалования действий (бездействия) заказчика при закупке товаров, работ, услуг в антимонопольный орган, иные органы, уполномоченные на осуществление контроля, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также в судебном порядке.

На основании вышеуказанного, руководствуясь положениями действующего законодательства, **просим:**

1. Провести внеплановую проверку открытого конкурса № 31604425139 .
2. Проверить законность действий Заказчика при формировании документации открытого конкурса № 31604425139 .
3. Обязать Заказчика внести соответствующие изменения в документацию открытого конкурса № 31604425139 в целях устранения нарушений положений действующего законодательства.
4. Приостановить процедуру проведения открытого конкурса до принятия решения по настоящей жалобе.

### Приложения:

1. Решение № 8 единственного участника ООО «М-Медика» от 05 июня 2015 года.

Генеральный директор ООО «М-Медика»



И.А. Журба