

ООО «Медтехника»

620039 г. Екатеринбург, переулок Суворовский, д.27.

Тел/факс: +7 (343) 361-19-83 E-mail: 3611983@mail.ru

ИНН 6686084757 КПП 668601001 р/с 40702810763040000991 в Филиале "ССБ" ПАО КБ "УБРиР"

БИК 046577795 к/с № 30101810900000000795 ОГРН 1169658102701 ОКПО 04484058 ОКАТО 65401385000

ОКТМО 65701000001 ОКОГУ 4210014 ОКФС 16 ОКОПФ 12300 ОКВЭД 46.69.8

Исх. №4 от 14.02.2017 года

Управление Федеральной антимонопольной службы по городу Москве

Адрес: 107078, г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4, стр. 1 (вход со стороны Боярского переулка).

Телефон/факс: (495) 784-75-05; 8 (495) 607-49-29

E-mail: to77@fas.gov.ru

Заказчик: ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (ИНН 7751524258)

Место нахождения, почтовый адрес: 142160, г. МОСКВА, поселение Вороновское, с. ВОРОНОВО

Телефон: +8 (499) 1431487

E-mail: pastuhov@medcity.ru

Контактное лицо: Пастухов Дмитрий Николаевич

Заявитель (участник закупки): Общество с ограниченной ответственностью «Медтехника» (ИНН 6686084757)

Место нахождения, почтовый адрес: 620039 г. Екатеринбург, переулок Суворовский, д.27.

Телефон: +7 (343) 361-19-83

E-mail: 3611983@mail.ru, rabota_kuklina@mail.ru

Контактное лицо: Балашов Антон Александрович

Номер извещения: 31704752068

Размещено: 03.02.2017 (МСК (СГВ+3) Москва, Волгоград)

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://utp.sberbank-ast.ru/Trade>

*Жалоба на действия комиссии Заказчика
(отклонение заявок по открытому запросу цен)*

03.02.2017 года ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (Заказчик) на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (<http://zakupki.gov.ru>) извещение № 31704752068 о проведении открытого запроса цен в электронной форме на право заключения контракта на поставку расходных материалов для отделения функциональной диагностики, начальная (максимальная) цена контракта: 467 900,00 рублей.

ООО «Медтехника» приняло участие в указанной закупке и подало заявку.

Директор ООО «Медтехника» _____

Балашов А.А.

По результатам рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен в электронной форме (Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен в электронной форме №Ф2/223/437/КЭ/17 от 13.02.2017 г.) заявка ООО «Медтехника» была отклонена по следующему основанию:

Заявка не соответствует требованиям, установленным в документации запроса цен, а именно:

- требованиям технического задания, установленным в пунктах описания «Манжета МППСМ средняя с фиксатором и штуцером» и «Манжета МППСМ большая с фиксатором и штуцером» - 4. Размеры камеры должны быть не менее: 225x120мм и обеспечивать уверенное измерение АД у пациентов с окружностью плеча 20-23-32 см. В заявке участника предлагается товар: 4. Размеры камеры: 225x120мм и обеспечивают уверенное измерение АД у пациентов с окружностью плеча 23-32 см.

В соответствии с п. 23 Извещения комиссией принято решение об отклонении заявки участника.

ООО «Медтехника» с указанным решением комиссии согласиться не может по следующим причинам.

Согласно информации, взятой с официального сайта производителя манжет ООО «ДМС Передовые Технологии», Россия (Российская Федерация) <http://www.dms-at.ru/products.html> манжеты МППСМ изготавливаются только в трех размерах, а именно: детская средняя с охватом плеча 20-26 см, взрослая средняя с охватом плеча 23-32 см и взрослая большая с охватом плеча 28-42 см (Приложение №1 к жалобе). Те же самые размеры манжет указаны в каталоге продукции производителя ООО «ДМС Передовые Технологии», Россия (Российская Федерация) (Приложение №2 к жалобе). Исходя из какой информации Заказчик счел правильным указывать размеры манжет с окружностью 20-23-32 неясно. Абсолютно все манжеты любых производителей содержат значения окружности плеча, состоящего из минимальной и максимальной окружности. Никаких промежуточных значений показатель окружности манжет не содержит.

Кроме того, в протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен в электронной форме №Ф2/223/437/КЭ/17 от 13.02.2017 г. Заказчик в обоснование отклонения нашей заявки ссылается на п. 23 Извещения, в котором установлен:

23. Порядок подачи заявки на участие в запросе цен: в соответствии с регламентом ЭТП.

Заявка на участие в запросе цен, должна сохранять свое действие в течение не менее 30 дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен.

Данный пункт не содержит информацию об основаниях для отклонения заявки участника.

Решение комиссии, изложенное в протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен в электронной форме №Ф2/223/437/КЭ/17 от 13.02.2017 г., не является обоснованным. Выводы комиссии не подтверждены надлежащим образом, ссылок на положения документации нет.

Таким образом, отклонение заявки по открытому запросу цен было неправомерно.

Указанные действия комиссии заказчика нарушают законные права и интересы Заявителя как участника закупки.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", ООО «Медтехника»

просит:

1. Принять жалобу к рассмотрению и признать её обоснованной.
2. Признать нарушение Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" в действиях заказчика.

3. Отменить решение комиссии заказчика – Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен в электронной форме №Ф2/223/437/КЭ/17 от 13.02.2017 г.
4. Обязать Заказчика провести процедуру рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен в электронной форме заново.
5. Выдать заказчику предписание об устранении нарушений Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
6. Привлечь должностных лиц Заказчика к административной ответственности.

Приложения:

- 1) Свидетельство о постановке ООО «Медтехника» на учет в налоговом органе – на одном листе (копия).
- 2) Свидетельство о государственной регистрации ООО «Медтехника» – на одном листе (копия).
- 3) Решение о назначении директора – на одном листе (копия).
- 4) Приложение №1 – размеры манжет МППСМ – на одном листе (копия).
- 5) Приложение №2 – каталог продукции – на двух листах (копия).

Директор ООО "Медтехника" _____

Балашов А.А.