



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ  
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА  
УПРАВЛЕНИЕ**

**Федеральной антимонопольной службы  
по Томской области**

пр. Ленина, 111, г. Томск, 634069  
тел./факс (3822) 51-29-80  
e-mail: to70@fas.gov.ru

03.02.2017 № 69/571

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Заказчику:

ОГАУЗ «Детская больница №1»  
634050, Томская обл., Томск, Московский  
тракт, д.4,  
Тел. 907-415  
lua@tomdb.ru

Заявителю:

Директору ООО «Рипост»  
Е.В. Шаулиной  
Ул. Алтайская, 90, 149, 634021;  
42-16-54, ripostmed@yandex.ru

Заявителю

Директору ООО «Медком»  
М.В. Хохриной  
Пр. Мира, д.114Б, стр.2, пом.П, г. Москва,  
129626,  
8-916-634-02-27

Уведомление  
о принятии к рассмотрению жалобы

Управление Федеральной антимонопольной службы по Томской области уведомляет о принятии к рассмотрению жалобы Общества с ограниченной ответственностью «Рипост» (вх.№544 от 02.02.2017), Общества с ограниченной ответственностью «Медком» (вх.№545 от 02.02.2017) на действия Заказчика – Областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Детская больница №1» (далее – ОГАУЗ «Детская больница №1») при проведении запроса котировок на «Поставку медицинских изделий (инсулиновая помпа) для нужд ОГАУЗ «Детская больница №1», номер извещения 31704697966.

По мнению Заявителей, при проведении запроса котировок Заказчик нарушил требования ч.1 ст.17 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», установив запрет на осуществление действий при проведении торгов на взаимозаменяемые товары, которые могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, а также Заказчик нарушил ч.2 ст.17 Закона №135-ФЗ, ч.1 ст.3 Федерального закона от 18.07.2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», что выразилось в установлении в документации о закупке норм, создающих незаконные преимущества товару одного производителя – Система для самоконтроля глюкозы крови с возможностью введения инсулина ACCU-SNEK Combo, производства Германия.

Заявители в жалобах просят провести проверку документации запроса котировки на предмет ее соответствия требованиям Закона №135-ФЗ и Закона №223-ФЗ, принять меры к устранению нарушений законодательства, выдать предписание заказчику о внесении изменений в документацию, приостановить процедуры запроса котировки.

Руководствуясь ч.11 ст.18.1 Федерального закона «О защите конкуренции» Томское УФАС России уведомляет (дело № 06-10/17-17):

1. О принятии жалоб ООО «Рипост», ООО «Медком» к рассмотрению.
2. О необходимости приостановления торгов до рассмотрения жалобы по существу.

010130

3. О назначении рассмотрения жалобы на « » февраля 2017 года в 10.00 часов по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 111, каб. 50 (этаж 3).

4. Заказчику – Областному государственному автономному учреждению здравоохранения «Детская больница №1» за день до заседания комиссии предоставить в Томское УФАС России документы согласно ч. 15 ст.18.1 Закона о защите конкуренции (в том числе документы, на основании которых проводился запрос котировок) с пояснениями по доводам, изложенным в жалобе. Представить сведения об источнике финансирования денежных средств, на основании которых проводился запрос котировок.

Все объяснения должны быть представлены со ссылками на документы и нормативные правовые акты. Документы и информацию предоставить в оригиналах или копиях, в прошитом и пронумерованном виде с описью вложения, заверить печатью, предоставившего их лица.

Непредставление в указанный срок запрашиваемых документов (информации) по требованию антимонопольного органа влечет административную ответственность.

Также сообщаем, что организатор торгов, оператор электронной площадки, конкурсная или аукционная комиссия, действия (бездействия) которых обжалуются, в течение одного рабочего дня с момента получения уведомления обязаны известить лиц, подавших заявки на участие в торгах, о факте поступления жалобы, ее содержании, месте и времени ее рассмотрения (ч.12 ст.18.1 Закона о защите конкуренции).

Информация о времени и месте рассмотрения жалобы размещена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Томского УФАС России <http://tomsk.fas.gov.ru/>.

Уведомление направляется посредством почтовой или факсимильной связи либо электронной почтой (ч.11 ст.18.1 Закона о защите конкуренции).

Для участия в заседании комиссии Томского УФАС России представителям юридических лиц иметь при себе удостоверение личности и надлежащую доверенность с подтверждением полномочий лица, подписавшего доверенность.

Приложение: копии жалоб на 8 л. в 1 экз. в первый адрес.

Руководитель управления



В.И. Шевченко

Ромашов Е. П. 02.02.17

<p>ООО «Рипост» Россия, 634021 г. Томск ул.Алтайская 90-149 тел.(3822)42-16-54, e-mail: ripostmed@yandex.ru</p>	<p>ИНН 7017188353 КПП 701701001 р/сч 40702810334000688201 БИК 045004816 Кор/сч. 30101810500000000816 Сибирский филиал ОАО «Промсвязьбанк» г.Новосибирск</p>
---	---

№ 01/02-17 от 01.02.2017

Руководителю  
Управления Федеральной антимонопольной  
службы по Томской области

Адрес: 634069, Томская область,  
г. Томск, проспект Ленина, д. 111, каб. 50  
Телефон/факс: (3822) 515-061,512-980  
E-mail: to70@fas.gov.ru

### ЖАЛОБА

**Заказчик:**

ОБЛАСТНОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДЕТСКАЯ  
БОЛЬНИЦА №1"

Почтовый адрес: 634050, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ТРАКТ  
МОСКОВСКИЙ, дом 4  
Место нахождения: 634050, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ТРАКТ  
МОСКОВСКИЙ, дом 4  
Ответственное должностное лицо: Лебедева Юлия Андреевна  
Адрес электронной почты: lua@tomdb.ru  
Номер контактного телефона : +7 (3822) 907415

Заказчиком ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА №1" объявлен Запрос котировок, номер извещения  
31704697966, наименование закупки Поставка медицинских изделий (инсулиновая помпа) для нужд  
ОГАУЗ «Детская больница №1» размещенный на электронной площадке в сети «Интернет»: <http://zakupki.gov.ru> от 24 января 2017 года.

В соответствии с Федеральным законом "О защите конкуренции" заказчик нарушает часть 1,  
статьи 17. Антимонопольные требования к торгам, запросу котировок цен на товары, запросу  
предложений.

Заказчиком установлен запрет на осуществление действий при проведении торгов на  
взаимозаменяемые товары, которые могут привести к недопущению, ограничению или устранению  
конкуренции.

В соответствии с ч. 2 ст. 8 Закона о контрактной системе, конкуренция при осуществлении  
закупок должна быть основана на соблюдении принципа добросовестной ценовой и неценовой  
конкуренции между участниками закупок в целях выявления лучших условий поставок товаров,  
выполнения работ, оказания услуг. Запрещается совершение заказчиками, специализированными  
организациями, их должностными лицами, комиссиями по осуществлению закупок, членами таких  
комиссий, участниками закупок любых действий, которые противоречат требованиям настоящего  
Федерального закона, в том числе приводят к ограничению конкуренции, в частности к  
необоснованному ограничению числа участников закупок.

Томское УФАС России  
Вх. № 544  
02.02.17

В техническом задании к аукционной документации присутствуют термины, единицы измерения и свойства параметров объекта закупки, характерные исключительно для медицинского изделия «Система для самоконтроля глюкозы крови с возможностью введения инсулина ACCU-CHEK Combo, с принадлежностями».

Заказчик преднамеренно указывает технические характеристики, которые ограничивают участие в торгах взаимозаменяемых товаров. На Российском рынке, на основании Федеральных клинических рекомендаций по помповой инсулинотерапии, выделены 4 категории инсулиновых помп. Инсулиновые помпы (дозаторы) в каждой из категорий сравнимы по своему функциональному назначению, применению, качественным и техническим характеристикам, цене и другим параметрам, что подтверждается Разделом 4. Приложением 1. «Сравнительная характеристика доступных в России инсулиновых помп».

## Раздел 4. Приложения

Приложение 1. Сравнительная характеристика доступных в России инсулиновых помп

Производитель	Medtronic MiniMed			Roche Accu-Chek	Sooil	
	Paradigm ММТ-715/515	Paradigm Real-Time ММТ-722/522	Paradigm Veo ММТ-754/554	Spirit	Combo	Dana diabeCare HS
Модель помпы	2	3	4	1	2	2
Категория помпы	2	3	4	1	2	2
Страна-производитель	США	США	США	Швейцария	Швейцария	Корея

Из указанного документа следует, что заказчик проводит процедуру запроса котировок на инсулиновые дозаторы категории 2, к которым относятся помпы трёх производителей и являются взаимозаменяемыми.

Обращаем ваше внимание, что заказчик установил ограничение на ряд параметров, относящихся к второстепенным признакам на основании Федеральных клинических рекомендаций по помповой инсулинотерапии с целью ограничения числа участников в запросе котировок.

А именно таким как:

- 3 Система с дистанционным пультом управления с функцией глюкометра и советником болюса наличие
- 9 Максимальный объем резервуара не менее 315 ЕД
- 11 Шаг изменения базальной дозы Не менее 0,01 ЕД
- 13 Максимальная базальная доза введения инсулина не менее 50 ЕД/час
- 14 Количество программ базального введения инсулина не менее 5
- 17 Диапазон болюсного введения с настраиваемым шагом от 0,1 МЕ до 2,0 МЕ
- 18 - Минимальное значение интервала Не более 0,1 ЕД
- 19 - Максимальное значение интервала Не менее 50 ЕД/час
- 20 Скорость введения болюсной дозы инсулина 1 / 5 ЕД/сек
- 22 Передача информации о рассчитанной дозе инсулина в дозатор осуществляется дистанционно наличие
- 28 Функция передачи данных между помпой и дистанционным пультом управления: Bluetooth и передачи данных в персональный компьютер из помпы и пульта управления: инфракрасный порт. наличие
- 32 Основные сигналы тревоги: картридж пуст, батарея разряжена, автоматическое выключение, закупорка, прекращение работы, механическая неисправность, ошибка электроники, сбой питания, ошибка картриджа, набор не заполнен, передача прервана, ошибка языка, картридж пуст, батареей разряжена, проверьте время, срок действия, таймер помпы, отмена временной базальной скорости, конец действия временной базальной скорости, болюс отменен, срок кредита, Bluetooth неисправен. наличие
- 33 Отражение историй сигналов тревоги:
- 34 - на дисплее не менее 30 шт.
- 35 - на дисплее пульта не менее 250 шт.

Подтверждением данного факта является предыдущая закупка «Протокол запроса котировок № 31604000933-01 от 17 августа 2016 года с аналогичным техническим заданием, названием закупки Поставка медицинских изделий (инсулиновая помпа) для нужд ОГАУЗ «Детская больница №1».

Неудивительно, что была подана только одна заявка, которая автоматически была признана победителем. Прикладываем скрин-шот с сайта <http://zakupki.gov.ru>



## ПРОТОКОЛ № 31604000933-01

Размещено 31.08.2016 (МСК+3 (СГВ+6) Новосибирск, Омск)  
По местному времени организации, осуществляющей закупку

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

СПИСОК ЗАЯВОК

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ

ВЫБОР ПОБЕДИТЕЛЯ

ДОКУМЕНТЫ

### ЛОТЫ ЗАКУПКИ

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЛОТА	НАЧАЛЬНАЯ(МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА ДОГОВОРА	СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА
1	✓ Поставка медицинских изделий (инсулиновая помпа) для нужд ОГАУЗ «Детская больница №1»	450000 Российский рубль	

Версия системы 7.0.11#15rev38925 Техническая поддержка

Хотим обратить ваше внимание, что победителем в 2016 году было поставлено медицинское изделие Система для самоконтроля глюкозы крови с возможностью введения инсулина ACCU-CHEK Combo, с принадлежностями, которое по ряду технических параметров не соответствовало заявленным техническим характеристикам котировки. А именно п. 37 «Устойчивость к воздействию водопроводной воды и обычных чистящих растворов, в том числе 3% раствору перекиси водорода, 70% изопропиленовому спирту, жидкости для мытья посуды. Наличие». В поставленном товаре «Система для самоконтроля глюкозы крови с возможностью введения инсулина ACCU-CHEK Combo, с принадлежностями», на стр. 149 руководства пользователя чётко указано, что недопустимо использование с алкоголем, коим является 70% изопропиленовый спирт и моющими средствами, коими являются обычные чистящие средства. Таким образом, на лицо отсутствует добросовестная конкуренция между участниками закупки.

В пункте технического задания 20, Поставка медицинских изделий (инсулиновая помпа) для нужд ОГАУЗ «Детская больница №1» размещенный на электронной площадке в сети «Интернет»: <http://zakupki.gov.ru> от 24 января 2017 года, заказчик ограничивает количество участников и устанавливает требование, в котором вообще не указывает параметры «не более», «не менее»:

20	Скорость введения болюсной дозы инсулина	1 / 5 ЕД/сек
----	--	--------------

Данные факты влекут за собой ограничение конкуренции, что всегда сказывается на эффективности закупки и ведет к дополнительным тратам бюджета, что противоречит интересам государства в области государственных закупок. Сложившаяся международная ситуация приводит к необходимости экономии бюджетных средств и заказчик должен планировать и осуществлять

закупки с оглядкой на это. Просим ФАС приостановить работу и дать предписание заказчику на изменение технических характеристик с учётом Федеральных клинических рекомендаций по помповой инсулинотерапии и допуском к торгам товара трёх производителей, являющихся взаимозаменяемыми.

Исходя из вышеизложенного ООО «Рипост»

**ПРОСИТ:**

1. Осуществить проверку закупки (извещение № 31704697966);
2. Внести изменения в техническое задание в пункты ограничивающие конкуренцию
3. Внести изменения в техническое задание в соответствии с требованиями Федеральных клинических рекомендаций по помповой инсулинотерапии и непрерывному мониторингу гликемии у больных сахарным диабетом.

Директор ООО «Рипост» Е.В.Шаулина

Приложение:

1. «Федеральные клинические рекомендации по помповой инсулинотерапии и непрерывному мониторингу гликемии у больных сахарным диабетом».

Соловьев Е.И. 02.02.17

**КОМПАНИЯ**

Общество с ограниченной ответственностью «Медком»  
129626 г. Москва Проспект Мира, дом 114Б, стр.2 пом. II тел. (916) 634-02-27  
АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва  
БИК 044525593, К/с 30101810200000000593, Р/с 40702810801100007026

Руководителю  
Управления Федеральной антимонопольной  
службы по Томской области

Адрес: 634069, Томская область,  
г. Томск, проспект Ленина, д. 111, каб. 50  
Телефон/факс: (3822) 515-061, 512-980  
E-mail: to70@fas.gov.ru

**ЖАЛОБА**

на нарушение положений ФЗ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – закон), а также положений ФЗ от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции»

Исх. № 23 от «01» февраля 2017 года

<p><b>Заказчик:</b> Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская больницы № 1»</p>	<p><b>Почтовый адрес:</b> 634050, Томская Область, г. Томск, Московский Тракт, дом 4 <b>Место нахождения:</b> 634050, Томская Область, г. Томск, Московский Тракт, дом 4 <b>Контактное лицо:</b> Лебедева Юлия Андреевна <b>Адрес электронной почты:</b> lua@tomdb.ru <b>Номер контактного телефона:</b> +7 (3822) 907415</p>
--	---

На сайте госзакупок опубликовано извещение о проведении запроса котировок № **извещения 31704697966** на поставку медицинских изделий (инсулиновая помпа) для нужд ОГАУЗ «Детская больница №1» (далее - котировка).

Заказчиком в рамках данной закупки является Областное государственное автономное учреждение "Детская больница № 1" (далее - Заказчик).

Котировка проводится в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ.

Срок окончания подачи заявок в рамках котировки установлен: 02.02.2017 года.

Томское УФАС России  
2х. № 595  
02 02 17

В рамках проведения данной закупки утверждена документация о проведении запроса котировок (далее - документация) с соответствующим техническим заданием.

Некоторые положения технического задания нарушают требования законодательства о закупках, а именно:

№ п/п	Наименование параметров, функций	Требуемое значение показателя технической или функциональной характеристики
13	Максимальная базальная доза введения инсулина	не менее 50 ЕД/час
38	Водоустойчивость	минимум IPX8
3	Система с дистанционным пультом управления с функцией глюкометра и советником болюса	Наличие

Считаем вышеуказанные показатели необъективными и ограничивающими конкуренцию в связи со следующим:

1. Вышеуказанные показатели соответствуют только одному изделию одного производителя – Система для самоконтроля глюкозы крови с возможностью введения инсулина АССU-СНЕК Combo, производство Германия;

2. Требование наличия системы с дистанционным пультом управления с функцией глюкометра и советником болюса является необъективным описанием объекта закупки (наименование параметров, функций) в связи с тем, что в Федеральных клинических рекомендациях по помповой инсулинотерапии чётко указано, что к второстепенным признакам описания помп относятся как дистанционный пульт, так и глюкометр (см. в приложении Федеральные клинические рекомендации по помповой инсулинотерапии, стр. 10).

Советник болюса или помощник болюса помогают идентифицировать категорию (поколение) инсулиновых помп и описывается как «...носимые дозаторы со встроенной программой для расчета доз болюсов инсулина, самостоятельно вводящие инсулин в базальном режиме в соответствии с запрограммированным профилем введения, и болюсно - по требованию пользователя в дозе, рассчитанной в соответствии с алгоритмом, индивидуальными настройками и введенной пользователем информацией о еде и гликемии;» (см. в приложении Федеральные клинические рекомендации по помповой инсулинотерапии, стр. 9)

3. Требование технического задания - **максимальная базальная доза введения инсулина – не менее 50 МЕ в час**. Данный параметр недопустимо формировать



подобным образом, так как такая высокая базальная доза является опасной для здоровья детей с сахарным диабетом, для которых и приобретается товар. Однако по логике заказчика вводить дозу **менее 50 МЕ** в час, в рамках данного задания недопустимо, а вводить 50 МЕ в час и дозу более, по логике заказчика, крайне необходимо и желательно. Данный параметр должен быть сформирован объективно.

Обращаем внимание, что закупка осуществляется с целью лечения детей в детском медицинском учреждении, поэтому требование безопасности считаем приоритетным.

4. Требование - **степень защиты от воды - IPX 8** является ограничивающим параметром, так как преднамеренно и необъективно и устраняет возможность поставки помп других производителей из аналогичной категории и со сходными характеристиками, тем самым конкурентная среда нарушается и закупка осуществляется по завышенной цене. Любая инсулиновая помпа в ходе эксплуатации не подвергается воздействию водных процедур, перед купанием и принятием водных процедур снимается, а гарантировать защиту от кратких случайных контактов с водой, таких как дождь, брызги воды могут и инсулиновые помпы с IPX7. В Федеральных клинических рекомендациях по помповой инсулинотерапии указано дословно, что большинство помп имеют класс водостойкости IPX7 или IPX8 — остаются герметичными на протяжении многих десятков минут нахождения в воде. *(см. в приложении Федеральные клинические рекомендации по помповой инсулинотерапии, стр. 12 и приложение 1, стр 28)*

В соответствии с ч. 1, ст. 2 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» при закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, **другими федеральными законами** и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ними и утвержденными с учетом положений части 3 настоящей статьи правовыми актами, регламентирующими правила закупки.

Согласно ч. 2 ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции» запрещается создание участнику торгов, запроса котировок, запроса предложений или нескольким участникам торгов, запроса котировок, запроса предложений преимущественных условий участия в торгах, запросе котировок, запросе предложений, в том числе путем доступа к информации, если иное не установлено федеральным законом;

Также согласно ч. 1, ст. 3 федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» при закупке Заказчик должен руководствоваться следующими принципами:

- равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и **необоснованных ограничений конкуренции** по отношению к участникам закупки;
- **целевое и экономически эффективное расходование денежных средств** на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости

жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек заказчика;

Документация о закупки в данной редакции приводит к созданию незаконных преимуществ товару одного производителя, необоснованно ограничивает конкуренцию для других поставщиков аналогичных товаров, что приводит к закупке по завышенной цене.

ООО «Медком» направляло в адрес Заказчика запрос (исх. № 18 от 26.01.2017 г.) с требованием приведения документации в рамках котировки в соответствие требованиям законодательства РФ, однако ответ на запрос своевременно получен не был.

На основании вышеизложенного и руководствуясь вышеуказанными положениями Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции»

#### ПРОШУ:

1. Произвести проверку документации в рамках котировки (№ извещения 31704697966) на предмет ее соответствия требованиям Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

2. Принять меры для устранения нарушения законодательства и выдать Заказчику предписание об устранении соответствующих нарушений и внесения изменений в котировочную документацию путем ее приведения в соответствии с нормами законодательства РФ.

3. Приостановить все процедуры в рамках котировки до рассмотрения настоящей жалобы по существу.

#### Приложение:

1. Копия документа, подтверждающего полномочия руководителя Заявителя - Решение №01 от 27.10.2015г.
2. Федеральные клинические рекомендации по помповой инсулинотерапии и непрерывному мониторингованию гликемии у больных сахарным диабетом;

Директор ООО «МЕДКОМ»



/Хохрина М.В./

**Решение учредителя № 01  
Общества с ограниченной ответственностью  
"Медком"**

Город Москва

27 октября 2015 года

Я, Гражданка Российской Федерации, Хохрина Мария Владимировна, паспорт РФ серия: 5713, номер: 042006, выдан: ОУФМС РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ, код подразделения: 590-006, место регистрации: 129085, Город Москва, ул. Большая Марьинская, дом 20, квартира 23, руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации, приняла следующие решения:

1. Учредить в установленном законом порядке Общество с ограниченной ответственностью "Медком", выступив единственным учредителем вышеназванного Общества.
2. Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью "Медком".
3. Наделить Общество с ограниченной ответственностью "Медком" Уставным капиталом в размере 10000 (десять тысяч) рублей 00 коп.
4. Доля учредителя в уставном капитале Общества составляет 100%. Номинальная стоимость доли учредителя составляет 10000 (десять тысяч) рублей 00 коп. Вклад подлежит внесению только деньгами в течение четырех месяцев с момента государственной регистрации общества.
5. Единичным исполнительным органом Общества с ограниченной ответственностью "Медком" является директор Хохрина Мария Владимировна со сроком полномочий пять лет.
6. Определить адрес местонахождения Общества: 129626, Город Москва, Проспект Мира, дом 114 Б, стр.2, ком.1. По данному адресу находится постоянно действующий исполнительный орган.
7. Зарегистрировать Общество с ограниченной ответственностью "Медком" в установленном законом порядке.

Единственный учредитель Общества с ограниченной ответственностью "Медком"

Хохрина Мария Владимировна

  
\_\_\_\_\_

подпись

