

Руководителю Управления Федеральной антимонопольной службы
по Республике Крым и городу Севастополю
(Крымское УФАС России)
295000, Республика Крым, г.
Симферополь, ул. Александра Невского, д. 1
299011, г. Севастополь, улица Ленина, 48
to82@fas.gov.ru
to92@fas.gov.ru

Заявитель: ООО «ИННОВАЦИОННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
ИНН: 9204560720
Адрес: 299011, г.Севастополь, ул.Ленина, д.48
Телефон/факс: 89781216373, imt-sevastopol@yandex.ru, Контактное лицо - Станислав Юрьевич

**Жалоба на действия (бездействия) заказчика, уполномоченного органа,
уполномоченного учреждения, специализированной организации,
комиссии по осуществлению закупок.**

1. **Заказчик:** Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Севастополя "Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова";
Адрес: 299011, г. Севастополь, ул. Адмирала Октябрьского, 19;
Почтовый адрес: 299011, г. Севастополь, ул. Адмирала Октябрьского, 19;
Контрактная служба: Контрактный управляющий/Сотрудник контрактной службы:
Кузнецов Владимир Викторович;
Номер контактного телефона: 547374;
Адрес электронной почты: 1gb_ks@mail.ru.

2. **Участник размещения заказа (заявитель):**
ООО «ИННОВАЦИОННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
ИНН: 9204560720

Адрес: 299011, г.Севастополь, ул.Ленина, д.48
Телефон/факс: 89781216373, imt-sevastopol@yandex.ru, Контактное лицо - Станислав Юрьевич

3. **Адрес сайта на котором размещена информация о закупке:**
<http://www.zakupki.gov.ru>.

4. **Номер извещения:** № 0374200000417000129

5. **Наименование закупки:** «На поставку светильника хирургического бестеневого».

6. **Дата опубликования извещения о закупке у единственного поставщика:**
30.03.2017.

7. **Обжалуемые действия Заказчика и Уполномоченного органа,**
осуществляющего размещение заказа с указанием норм Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе)

которые, по мнению Заявителя, нарушены: в нарушение статьи 8, части 1 пункта 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – «Закон о контрактной системе»), а также в нарушение положения Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – «Закон о защите конкуренции») Заказчиком в закупке составлено техническое задание под наименование товара: светильник операционный потолочный «ЭМАЛЕД 500/500» производитель ЗАО Завод электромедицинской аппаратуры (ЗАО Завод ЭМА), что влечет ограничение количества участников размещения заказа и ограничение конкуренции.

8. Доводы жалобы:

8.1. Частью 1 пункта 1 статьи 33 Закона о контрактной системе установлены следующие правила описания объекта закупки. Описание объекта закупки должно носить объективный характер. В описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описании объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование места происхождения товара или наименование производителя, а также требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание характеристик объекта закупки. Документация о закупке может содержать указание на товарные знаки в случае, если при выполнении работ, оказании услуг предполагается использовать товары, поставки которых не являются предметом контракта. При этом обязательным условием является включение в описание объекта закупки слов «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.

Согласно части 2 статьи 8 Закона о контрактной системе конкуренция при осуществлении закупок должна быть основана на соблюдении принципа добросовестной ценовой и неценовой конкуренции между участниками закупок в целях выявления лучших условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. Запрещается совершение заказчиками, специализированными организациями, их должностными лицами, комиссиями по осуществлению закупок, членами таких комиссий, участниками закупок любых действий, которые противоречат требованиям Закона о контрактной системе, в том числе приводят к ограничению конкуренции, в частности к необоснованному ограничению числа участников закупок.

Из вышеизложенного следует, что аукционная документация не допускает возможность поставки товаров, производимых различными хозяйствующими субъектами (только ЗАО Завод ЭМА) и удовлетворяющих совокупности установленных данной документацией требований, что влечет необоснованное ограничение числа участников закупки, равно как и ограничивает возможность для ценового соперничества между участниками аукциона во время (и в случае) его проведения.

ПРОСИМ ВАС:

1. Признать настоящую жалобу обоснованной;
2. Приостановить размещение государственного заказа по извещению № 0374200000417000129, размещенного на сайте <http://www.zakupki.gov.ru> и признать положения «технического задания» не соответствующих законодательству РФ в сфере государственных закупок;
3. Вынести предписание об устранении нарушений в соответствии с законодательством РФ, исключив требования, ограничивающие количество участников;
5. Привлечь к административной ответственности должностных лиц заказчика за правонарушения законодательства РФ в сфере государственных закупок.

Приложения:

1. Извещение № 0374200000417000129 от 30.03.2017;
2. Документация об аукционе в электронной форме на право заключения гражданско-правового Договора на поставку светильника хирургического бестеневого (Техническое задание).
3. Свидетельство о регистрации
4. Приказ о назначении директора

Генеральный директор

Давлетшина Л.З.

Подписано ЭЦП