



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА**

УПРАВЛЕНИЕ

**Федеральной антимонопольной службы
по Республике Башкортостан**

ул. Пушкина, 95, г. Уфа, 450008
тел. (347)273-34-05, факс (347)272-58-82
e-mail: to02@fas.gov.ru

17.04.2017 № 8/4096
На № _____ от _____

Заявитель:

ООО «Медитрейд»
618616,

E-mail: meditreid@yandex.ru

Заказчик:

Автономное учреждение
здравоохранения Республиканская
стоматологическая поликлиника
450097, Республика Башкортостан,
г.Уфа, ул. Заводская, д.15
E-mail: econom.rsp@yandex.ru;
ufa.rsp@doctorrb.ru

Уведомление №125-18.1/17

**о поступлении жалобы и о приостановлении торгов
до рассмотрения жалобы по существу**

17.04.2017

г. Уфа, ул. Пушкина, 95

Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Башкортостан руководствуясь частью 11 статьи 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции), сообщает о поступлении жалобы ООО «Медитрейд» (618616, Пермский край,

) от 13.04.2017 вх. №4658 на действия Автономного учреждения здравоохранения Республиканская стоматологическая поликлиника (450097, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Заводская, д.15) при проведении открытого аукциона в электронной форме: «Закупка на установку стоматологическую Kavo ESTETICA E30 ТМ», информация о котором размещена на официальном сайте www.zakupki.gov.ru (извещение №31704875624),

УВЕДОМЛЯЕТ:

1. О поступлении жалобы ООО «Медитрейд» (618616, Пермский край,) от 13.04.2017 вх. №4658.
2. О необходимости приостановления торгов до рассмотрения жалобы по существу.
3. О назначении рассмотрения жалобы на **20.04.2017 в 15 часов 30 минут** по адресу: г. Уфа, ул. Пушкина, 95, каб. 513.

0112382

4. Регистрация явившихся на рассмотрение представителей сторон, заинтересованных участников размещения заказа, состоится в **15 часов 15 минут** по адресу: г. Уфа, ул. Пушкина, 95, в каб. 531.

5. Автономному учреждению здравоохранения Республиканская стоматологическая поликлиника (450097, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Заводская, д.15) не позднее, чем за два дня до даты рассмотрения жалобы подать в Башкортостанское УФАС России документы согласно части 15 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции и пояснения по доводам, изложенным в жалобе.

Все объяснения должны быть представлены со ссылками на документы и нормативные правовые акты. Документы и информацию просьба представить в оригиналах или копиях, в прошитом и пронумерованном виде с описью вложения, заверить печатью представившего их лица и / или органа.

Непредставление в указанный срок запрашиваемых документов (информации) по требованию антимонопольного органа влечет административную ответственность в виде штрафа.

Также сообщаем, что организатор торгов, оператор электронной площадки, конкурсная или аукционная комиссия, действия (бездействие) которых обжалуются, в течение одного рабочего дня с момента получения уведомления обязаны известить лиц, подавших заявки на участие в торгах, о факте поступления жалобы, ее содержании, месте и времени ее рассмотрения (часть 12 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции).

Согласно части 18 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции со дня направления уведомления торги приостанавливаются до рассмотрения жалобы на действия (бездействие) организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии по существу.

Согласно части 19 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции в случае принятия жалобы к рассмотрению, организатор торгов которому в порядке, установленном частью 11 настоящей статьи, направлено уведомление, не вправе заключать договор до принятия антимонопольным органом решения по жалобе. Договор, заключенный с нарушением требования, установленного настоящим пунктом, является ничтожным.

Жалоба ООО «Медитрейд» (618616, Пермский край, _____) от 13.04.2017 вх. №4658 размещена в сети Интернет на сайте www.bash.fas.gov.ru.

Направление настоящего уведомления посредством электронной почты и факсимильной связью в соответствии с частью 11 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции является надлежащим уведомлением, о месте и времени рассмотрения жалобы.

Заместитель руководителя

Общество с ограниченной ответственностью

«МЕДИТРЕЙД»

ИНН/КПП 5920998501/591001001

618616, 00000000 0000, 0000000000 00000, 000. 0000000000, 00. 0000000, 0. 57, 00.2

Исх. № 20 от 11.04.2017г.

Управление Федеральной антимонопольной
службы по Республике Башкортостан

450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.
Пушкина, 95
Телефон/факс: тел.: (347) 273-34-05, факс: (347)
272-58-82
Канцелярия: (347) 276-17-93
E-mail: to02@fas.gov.ru

ООО «Медитрейд»
618616, Пермский край

E-mail: meditreid@yandex.ru

Заказчик
Автономное учреждение здравоохранения
Республиканская стоматологическая
поликлиника
Адрес: г. Уфа, ул. Заводская, 15
Контактный телефон: 7 (347) 253-44-44

ЖАЛОБА НА ДЕЙСТВИЯ аукционной комиссии

Комиссия:

Председатель Комиссии:
Члены Комиссии:
Секретарь Комиссии:

Автономное учреждение здравоохранения Республиканская стоматологическая поликлиника 10.03.2017г. объявило открытый аукцион в электронной форме на закупку па установку стоматологическую Kavo ESTETICA E30 TM с (максимальной) ценой контракта 1282330,00 рублей. Извещение № 31704875624.

ООО «Медитрейд» подало заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. В соответствии с Протоколом № 14/2017 от 03.04.2017г. рассмотрения первых частей заявок , заявка ООО «Медитрейд» отклонена по следующему основанию: « Не соответствует требованиям, установленным в документации о закупке, а именно:

1. Участник, в пункте 3 аукционной заявки, предлагает к поставке «НАКОНЕЧНИК УГЛОВОЙ С КНОПКОЙ СО СВЕТОВОДОМ S-MAX M95(L), ЯПОНИЯ», который является повышающим наконечников с **повышением 1:5**, что противоречит заявленным характеристикам Таблицы 2 для данного наконечника п. 3.2. Наконечник угловой с кнопкой со световодом: передача вращения 1:1;

2. Участник, в пункте 4 Аукционной заявки, предлагает к поставке «НАКОНЕЧНИК СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ДЛЯ СНЯТИЯ ЗУБНЫХ КАМНЕЙ SONIC FLEX CLEAN», который, согласно приложенному к заявке регистрационному удостоверению № РЗН 2014/2216 от 13 января 2016 года является «16. Насадки к стоматологическим наконечникам для бормашины (для снятия зубных камней) модели – SONICflex clean», что противоречит

заявленным характеристикам Таблицы 2 для данного наконечника п. 3.3. Производитель КАЛЬТЕНБАХ И ФОЙГТ ГМБХ, ГЕРМАНИЯ не производит наконечник стоматологический для снятия зубных камней модели **SONICflex clean**. Таким образом, отсутствует наименование модели изделия, что препятствует определению предлагаемого к поставке товара и соответствие ему наличие функции и величины параметра, заданного по ТЗ;

3. Заявленная участником «СИСТЕМА ВЛАЖНОЙ АСПИРАЦИИ, АСПИРАЦИОННАЯ СИСТЕМА ВЕНТУРИ» является лишь генератором вакуума, который по принципу действия относится к **воздушно/вода – поточному типу** (вакуум создается потоком воздуха/водопроводной воды, пропускаемым под высоким давлением (*80 psi/5,5 Бар*) через небольшое отверстие, называемое «клапаном Вентури»), то есть обязательным условием для подключения к установке Оборудования по пункту 4.2.. Отсутствует наименование, модель изделия, что препятствует определению предлагаемого к поставке товара и соответствие ему наличие функции и величины параметра, заданного по ТЗ;

3. В п.п. 2.2.9.; 2.2.10.; 2.3.3 отсутствует наименование модели изделия, что препятствует определению предлагаемого к поставке товара и соответствие ему наличие функции и величины параметра, заданного по ТЗ.

5»

Автономное учреждение здравоохранения Республиканская стоматологическая поликлиника при проведение открытого аукциона в электронной форме на установку стоматологическую Kavo ESTETICA E30 TM нарушило Федерального закона от 26.07.06 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» по следующему основанию:

1.Заказчиком по п.3.2. Технического задания установлено требование «Наконечник угловой с кнопкой со световодом с внутренним 4-х точечным спреем и передачей вращения 1:1. На современном рынке стоматологических инструментов не существует ни одного наконечника (на российского, ни импортного производства) которые в совокупности удовлетворяют потребность Заказчика по двум указанным параметрам. Все наконечники имеющие 4-х точечный спрей имеют только повышение 1:5. При рассмотрении жалобы просим Комиссию Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Башкортостан обратить особое внимание (запросить у Заказчика паспорт на данный товар либо проверить информацию у производителя) , а также сообщить нам информацию о предложенном наконечнике компании ООО «Научно-производительная лаборатория «ОРТОДЕНТ». Со соевой стороны, ООО «Медитрейд» уверено, что предложенный Победителем наконечник не соответствует по данным параметрам, но был допущен Заказчиком, так как аукцион авторизирован под него.

2. Заказчиком указано о несоответствии предложенного наконечника (насадки) SONIC FLEX CLEAN заявленным характеристикам Таблицы 2 для данного наконечника п. 3.3. Однако Заказчиком не указано в чем именно не соответствует предложенный товар. В связи с этим ООО «Медитрейд» не имеет возможности определить по каким параметрам не соответствует предложенный товар и каким образом, Заказчик производил его сравнительную оценку.

3. Указание на то, что по пункту по пункту 4.2. в заявке Отсутствует наименование, модель изделия, что препятствует определению предлагаемого к поставке товара и соответствие ему наличие функции и величины параметра, заданного по ТЗ является несостоятельным, так как согласно приложенному к заявке Регистрационному удостоверению № ФСЗ 2012/13462 установка стоматологическая Kavo ESTETICA E30 TM в стандартной комплектации имеет «Аспирационную систему Вентури». Просим Комиссию Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Башкортостан обратить внимание на тот факт, что в Техническом задании не установлены параметры (физические величины такие как габариты, вес, вид подключения, совместимость и т.п.) , позволяющие определить, что Заказчику необходима отдельная выносная система влажной аспирации, подключаемая к установке дополнительно. Указанная участником размещения заказа «Аспирационная система Вентури» предусмотрена в стандартной комплектации оборудования и полностью соответствует установленным параметрам.

4. Указанные Заказчиком п. 2.2.9. «Турбинный модуль с переходником с Led-подсветкой» ; 2.2.10.»Электрический мотор с Led-оптикой»; 2.3.3 «Полимеризационная лампа», ровно как и п. 2.2.8 «Турбинный модуль с оптикой без переходника», п. 2.2.11 «Трехфункциональный угловой шприц вода-воздух; п. 2.2.7 «Жидкокристаллический дисплей и пленочная клавиатура», п. 2.2.8. «Турбинный модуль с оптикой без переходника» является стандартной комплектацией запрошенной Заказчиком и не требует дополнительной конкретизации. Соответственно неуказание в заявке конкретных моделей данных

комплектующих не ведет к тому, что Заказчик не имеет возможности сопоставить предлагаемое оборудование запрашиваемому, так как именно Заказчиком изначально указана модель стоматологической установки и соответственно все встроенные в нее инструменты. Кроме того не понятен выбор Заказчиком пунктов по которым необходимо указать наименование, а по которым нет. Считаем, что в данном случае перечисленные выше пункты либо должны быть все конкретизированы либо нет. Просим Комиссию Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Башкортостан обратить особое внимание заявке ООО «Научно-производительная лаборатория «ОРТОДЕНТ» по указанным пунктам.

На основании вышеизложенного, считаем что Заказчиком указаны несостоятельные основания для отклонения заявки ООО «Медитрейд» направленные в первую очередь только на устранение ненужных Поставщиком, так как из анализа протокола можно сделать вывод об авторизации аукциона под конкретного Поставщика.

Исходя из вышеизложенного, ООО «Медитрейд» просит:

1. Приостановить открытый аукцион в электронной форме на закупку на установку стоматологическую Kavo ESTETICA E30 ТМ с (максимальной) ценой контракта 1282330,00 рублей. Извещение № 31704875624. в части заключения контракта
2. Отменить протокол № 14/2017 от 03.04.2017г.

Приложения

1. Документ, подтверждающий полномочия на подписание жалобы (Протокол собрания учредителей 1 от 22.07.2014г).

Директор _____