

**ООО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ИННОВАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И МАТЕРИАЛОВ»**

194100, г. Санкт-Петербург, пр. Большой Сампсониевский, 80-18
тел.(812)295-60-88,941-58-60,542-15-98
ИНН 7802744800, КПП 780201001,
Филиал № 7806 ВТБ 24 (ПАО) г. Санкт-Петербург, р/с 40702810229060009273,
БИК 044030811, к/с 30101810300000000811

№ 424

18.04.2017 г.

Управление Федеральной антимонопольной службы
по г. Москве
107078, г. Москва, Мясницкий пр. д. 4 стр. 1
E-mail: to77@fas.gov.ru

Жалоба на положения аукционной документации, техническое задание.

Заказчик: федеральное государственное бюджетное учреждение «Поликлиника № 3» Управления делами Президента Российской Федерации,
ИНН 7708021233 / КПП 770801001
Адрес: 129090, г. Москва, Грохольский переулок, д. 31
Телефон/факс: (495) 680-72-92, (495) 680-85-56
E-mail: mescheryakova_ev@pudp.ru

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт инновационных технологий и материалов»,
ИНН 7802744800, КПП 780201001,
Адрес: 194100, г. Санкт-Петербург, пр. Большой Сампсониевский, 80-18
Телефон/факс: (812) 941-58-60, (812) 542-15-98
E-mail: pliss@niiekf.ru
Контактное лицо: Плисс Михаил Гениевич

Адрес официального сайта, на котором размещена информация о размещении заказа:
www.zakupki.gov.ru.

Способ размещения закупки: запрос котировок

Номер извещения: № 31704999576

Наименование объекта закупки: «поставка устройств для экспресс-диагностики хеликобактериоза»

Дата опубликования извещения: 11.04.2017 г.

Обжалуемые положения аукционной документации, технического задания:

В Приложении №1 «Описание объекта закупки (Техническое задание)» под номером 1 заявлена позиция «Устройство для экспресс-диагностики хеликобактериоза дыхательным методом с индикаторной трубкой» и указаны следующие характеристики этой позиции:

Назначение: устройство может использоваться в практике КДЛ, врачей гастроэнтерологов, эндоскопистов, терапевтов, педиатров и семейных врачей. Устройство применимо как для первичного обследования, так и для контроля эффективности антихеликобактерной терапии.

Описание: обследование с использованием тест-системы проводится безболезненно и без привлечения лаборатории. Процедура обследования занимает 15 минут. Результат обследования легко интерпретируется благодаря контрастному изменению цвета индикаторной композиции в трубке. Запаянная с двух сторон трубка позволяет защитить индикаторную композицию от ухудшения диагностических свойств. Производительность компрессора позволяет обеспечивать стабильный расход воздуха при отборе пробы. Поверхность компрессора легко подвергается санитарной обработке.

Под номером 2 – «Устройство для экспресс-диагностики хеликобактериоза по уреазной активности биоптата» со следующими характеристиками:

Назначение: устройство предназначено для быстрой специфической диагностики инфекции *Helicobacter pylori* по уреазной активности биоптата.

Тест-система ХЕЛПИЛ® (Планшет) может быть использована в практике врачей-эндоскопистов после взятия биоптата в ходе ФГДС при обследовании взрослых и детей.

внешний вид устройства - подложка прямоугольной формы с 10 сегментами, на которых закреплены 10 индикаторных дисков, герметично защищенных прозрачной пленкой.

Упомянутые выше устройства представляют собой - первое — трубочку для продувания воздуха больным в условиях амбулатории или стационара, а второе — диагностический диск, на который укладывается полученный при эндоскопии кусочек ткани желудка или двенадцатиперстной кишки (биоптат).

Как следует из приведенных характеристик, упомянутые устройства технологически и функционально не связаны друг с другом, так как они используются при различных исследованиях врачами разных специальностей.

Письмом Минэкономразвития от 16.12.2016 № Д28и-3553 со ссылкой на часть 3 статьи 17 Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции" указывается, что включение в состав одного лота продукции, технологически и функционально не связанной с товарами, являющимися предметом торгов, запрещено.

В данном случае Заказчик произвел объединение в один запрос котировок два товара, технологически и функционально не связанных друг с другом, а с учетом того факта, что «Устройство для экспресс-диагностики хеликобактериоза дыхательным методом с индикаторной трубкой» производится единственным в России предприятием-изготовителем, имеющим регистрационное удостоверение Минздрава, и реализующего его монополично, предоставил такими действиями очевидное преимущество этому производителю, практически исключив возможность успешного участия в конкурентной борьбе другим производителям второго товара. Такие действия Заказчика являются прямым нарушением требований статьи 17 Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции", запрещающей «совершение любых действий, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции при проведении торгов».

На основании изложенного просим Управление Федеральной антимонопольной службы по г. Москве признать размещение аукционной документации и технического задания по закупке № 31704999576 не соответствующем части 3 статьи 17 Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции" и обязать Заказчика разместить новые запросы котировок на устройства для экспресс-диагностики хеликобактериоза с разделением запросов по каждому устройству.

Приложение:

1. Решение №5 от 22.03.2016 г. о продлении полномочий директора.



Плисс М.Г.