



ПЭТРУСКО
Строительство в медицине

123112, РФ, г. Москва, Пресненская наб., д.6, с.2
+7 (495) 782-30-89 info@petrusco.ru
www.petrusco.ru

Исх. № 2017/70-01 от 24.05.2017г.

Куда: в Федеральную антимонопольную службу России
123242, г. Москва, Садовая-Кудринская, 11

Заявитель: Общество с ограниченной
ответственностью «ПЭТРУСКО»
(123317, г. Москва, Пресненская наб., д.6, стр.2, e-
mail:info@petrusco.ru, тел.:8 (495)782-30-89)

Копия:

Заказчику: Автономное учреждение Чувашски
Республики «Республиканский клинически
онкологический диспансер» Министерст
здравоохранения Чувашской Республики
(428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Фёдо
Гладкова, д.23 onko620526@yandex.ru; 7(8352)62-05-26)

ФАС России
Рег номер 78324/17
зарегистрирован 24.05.2017



Электронная площадка:
www.rts-tender.ru

Заказ № 31705090029

Исходно,

Жалоба на действие/бездействие Заказчика, Уполномоченного органа при проведении открытого аукциона в электронной форме.

Объявлен открытый аукцион в электронной форме (извещение от 04.05.2017 года № 31705090029), на размещение государственного заказа на поставку комплекса медицинского в модульном исполнении для "Центра ядерной медицины"

Форма торгов: открытый аукцион в электронной форме.

Наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона

Заказчика: Автономное учреждение Чувашской Республики «Республиканский клинический онкологический диспансер» Министерства здравоохранения Чувашской Республики (428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Фёдора Гладкова, д.23 onko620526@yandex.ru; 7(8352)62-05-26)

Предмет государственного контракта:

Поставка, установка, ввод в эксплуатацию комплекса медицинского в модульном исполнении для "Центра ядерной медицины", инструктаж (обучение) специалистов Заказчика.

Начальная (максимальная) цена контракта:

699 481 666,67(Шестьсот девяносто девять миллионов четыреста восемьдесят одна тысяча шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 коп.

Адрес электронной площадки в информационно-коммуникационной сети «Интернет»:
www.rts-tender.ru

Время и дата окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме (по местному времени): 09:00 час. 25.05.2017.

Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 29.05.2017.

Дата проведения аукциона: 31.05.2017.

При размещении заказа Заказчиком, уполномоченным органом допущены следующие грубые нарушения действующего законодательства Российской Федерации:

- Заказчиком в аукционной документации установлен ряд требований, приводящих к необоснованному ограничению количества участников размещенного заказа.

1. ООО «ПЭТРУСКО», ознакомившись с Техническим заданием Аукционной документации, пришло к выводу, что Техническое задание содержит указание на параметры оборудования, которые в совокупности указывают на единственного производителя и фактически не влияют на функциональные свойства аппарата, на его качественные характеристики, что приводит к необоснованному ограничению количества участников конкурса.

Согласно аукционной документации Заказчиком приобретается Комплекс медицинский в модульном исполнении для "Центра ядерной медицины", состоящий из отдельных единиц радиологического оборудования:

1.	Комплекс состоит из 6 модулей: 1. Модуль входной группы - 1 шт. 2. Модуль регистрации пациентов - 1 шт. 3. Модуль для фасовки и введения радиофармпрепарата - 1 шт. 4. Модуль для компьютерной томографии, совмещенной с позитронно-эмиссионной томографией - 1 шт. 5. Модуль производства радиофармпрепарата - 1 шт. 6. Модуль анализа и выдачи медицинских заключений - 1 шт.	Наличие
----	---	---------

Модуль производства радиофармпрепарата (п.5. таблицы) однозначно указывает только на участие единственного производителя **GE Healthcare (США)**

Также в вышеназванной документации содержатся требования:

185.	Полная интегрированная автономная защита системы	Наличие
188.	Ток пучка ускоряемых протонов, мкА, не менее	50
190.	Вертикальная пространственная ориентация магнита, обеспечивающий упрощенный доступ к элементам системы.	Соответствие
196.	Общий вес системы с полной интегрированной собственной защитой, тонн, не более	55

Обращаем Ваше внимание, что на сегодняшний день на отечественном рынке представлено оборудование с аналогичными характеристиками различных производителей: ВНИИТФЭ им Ефремова (Россия), IBA RadioPharma Solution (Бельгия), ACS (Канада), АВТ Molecular Imaging (США).

Данные производители обладают необходимыми моделями оборудования, однако совокупность вышеуказанных требований не позволяет использовать их

продукцию и, следовательно, приводит к ограничению добросовестной конкуренции.

2. Согласно аукционной документации приобретается комплекс медицинский в модульном исполнении для "Центра ядерной медицины" в виде модулей (не капитальных конструкций) и набора радиологического оборудования. Осуществление и выполнение всех условий, указанных в аукционной документации и в опубликованном проекте контракта с соблюдением норм и правил действующего законодательства технически невозможно, поскольку:
- Состав и площади помещений в модулях не соответствуют требованиям Приложения 2 к СанПин 2.6.1.3288-15,
 - Внутренняя высота модулей также не соответствует СанПин 2.6.1.3288-15 (необходимо не менее 2,6 м)
 - Отсутствуют требования о разработке проектной документации в части Радиационной безопасности, Технологических решений, Охраны окружающей среды, что нарушает технический регламент ОСПОРБ-99/2010.

Таким образом, на объект НЕВОЗМОЖНО будет получить необходимые лицензии (Ростехнадзора, Роспотребнадзора) и разрешения (СЭС) для осуществления первого синтеза радиофармпрепарата, а также выполнить все условия контракта.

Приведение аукционной документации в соответствие с нормами действующего законодательства позволит Заказчику осуществить наиболее эффективный и оптимально выгодный выбор необходимого современного оборудования из представленного на рынке, а также позволит увеличить количество участников размещения заказа среди возможных поставщиков, что значительно снизит стоимость приобретаемого оборудования.

Настоящим, ООО «ПЭТРУСКО» просит рассмотреть аукционную документацию на предмет ее соответствия действующему законодательству РФ; дать оценку законности действий Заказчика об ограничении количества участников размещения заказа путем установления требований к медицинскому оборудованию, а также оценить необходимость дополнения аукционной документации работами, услугами, необходимыми для соблюдения норм и правил, предъявляемых к данному оборудованию.

Приложение:

1. Протокол № 1 от 28.02.2013г. общего собрания (учредителей) участников о создании ООО «ПРОИНВЕСТ-Рус» (копия, заверенная Обществом), на 2 л., 1 экз.;
2. Протокол № 3 от 24.02.2014г. общего собрания (учредителей) участников ООО «ПРОИНВЕСТ-Рус» об избрании нового генерального директора (копия, заверенная Обществом), на 2 л., 1 экз.;
3. Лист записи от 04.03.2014г. (копия, заверенная Обществом), на 1 л., 1 экз.;
4. Протокол № 13 от 15.07.2014г. внеочередного общего собрания участников ООО «ПРОИНВЕСТ-Рус» (копия, заверенная Обществом), на 3 л., 1 экз.;
5. Лист записи от 24.07.2014г. (копия, заверенная Обществом), на 2 л., 1 экз.;
6. Решение № 40 от 15.02.2017г. (копия, заверенная Обществом), на 1 л., 1 экз.;
7. Копия приказа о вступлении в должность № 15 от 20.02.2017г. (копия, заверенная Обществом), на 1 л., 1 экз.;
8. Доверенность № 2017/40 от 24.05.2017г., оригинал, на 1 л., 1 экз.

Генеральный директор ООО «ПЭТРУСКО»

