

Дата: 25 июля 2017 года

Куда: УФАС по Чувашское республике

руководителю Управления Федеральной антимонопольной службы
по Чувашское республике
г. Чебоксары, Московский проспект, 2

Копия: БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
428020, Чувашская Республика-Чувашия, г. Чебоксары, ул. Федора Гладкова, д. 31

Жалоба на действия аукционной комиссии.

1. Заказчик: Бюджетное учреждение Чувашской республики «Республиканский клинический онкологический диспансер» Министерства здравоохранения Чувашской республики, 428020, Чувашская Республика-Чувашия, г. Чебоксары, ул. Федора Гладкова, д. 31
Фамилии, имена, отчества членов конкурсной, аукционной или котировочной комиссии, действия (бездействия) которых обжалуются;
2. Участник размещения заказа (заявитель): ООО «ОФТ», ИНН: 7802174011. Адрес: 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, 7; телефон: (812) 331-79-31; факс: (812) 331-79-31; e-mail: oft@mail.ru контактное лицо;
3. Адрес официального сайта на котором размещена информация о размещении заказа: www.zakupki.gov.ru
4. Номер извещения: № 31705281098
Наименование конкурса: Поставка облучателей и фильтров к ним
Дата опубликования извещения о проведении открытого конкурса: 30.06.2017 13:35 (МСК (СГВ+3) Москва, Волгоград)
5. Обжалуемые действия Заказчика, Конкурсной комиссии с указанием норм Федерального законот 05 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД» которые, по мнению Заявителя нарушены:

Ex 06-04/5240

25.07.2017

0 9 1 1

Отклонение нашей заявки на участие в аукционе. В качестве причины аукционной комиссией была указано:

В соответствии с п. 1.9.3. Раздела 1. «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» документации об открытом аукционе в электронной форме участник закупки в технических характеристиках предоставил информацию, не соответствующую Разделу 3. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» (Звуковая мощность (уровень шума) – 56 дБ. Габаритные размеры– 1800x470x590 мм), требуемые параметры « Звуковая мощность (уровень шума) – не более 46 дБ. Габаритные размеры, не более – 1750x470x580 мм».

6. Доводы жалобы:

В разделе 3 аукционной документации (Техническое задание) прописаны технические характеристики Облудателя-рециркулятора ОРУБл-01-«КРОНТ» (Дезар-8) производителя ЗАО «КРОНТ-М», что следует из таких характеристик как «Пельмолитой корпус из ударопрочного химически стойкого пластика», «Источник излучения (бактерицидная безозоновая ультрафиолетовая лампа) - 30 Вт Количество- 3 шт.», «Дополнительное усиление бактерицидной эффективности источников излучения - покрытие поверхности камеры облучения алюминировой фольгой», «Сигнализация проведения профилактических работ (протирка источников излучения и камеры излучения от пыли) – мигание цифрового счетчика каждые 200 часов работы» и др.


В паспорте Облудателя-рециркулятора ОРУБл-01-«КРОНТ» (Копия паспорта предлагается) указаны: габаритные размеры 1800x470x590, уровень звуковой мощности «не более 56 дБ». При этом в Техническом задании аукционной документации были указаны заведомо неверные требования, несовпадающие с информацией в паспорте. В нашей заявке были указаны характеристики согласно информации, указанной в паспорте изделия.

Учитывая вышеизложенное, считаем что Заказчик нарушает действующее антимонопольное законодательство, а именно ст. 17 Федерального закона от 26.07.2007г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Считаем отклонение нашей заявке по причине несоответствия требованиям аукционной документации необоснованным.

На основании вышеизложенного просим допустить нашу заявку до участия в электронном аукционе.

Генеральный директор ООО «ОФТ»



М.П.