



ООО «АИКС ЛАБ»

127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 29, пом. XXV, ком. 3
117545, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 129, корп. 2, стр. 2, офис 700
Тел.: +7 (495) 112-02-29 / +7 (495) 233-68-28
www.aixlab.ru / e-mail: info@aixlab.ru

Исх. №73.17 от 29.06.2017 г.

В Московское УФАС России

Московское УФАС
Рег. номер 31189/17
зарегистрирован 04.07.2017



107078, г. Москва,
Мясницкий проезд, дом 4, стр. 1

Копия Заказчику:

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Всероссийский научно-исследовательский институт
авиационных материалов»

ИНН 7701024933

105005, Москва, ул. Радио, д.17

Заявление о нарушении антимонопольного законодательства

1. Заказчик:

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов»

ИНН 7701024933, ОГРН 1027739045399

Место нахождения: 105005, Москва, ул. Радио, д.17

Почтовый адрес: 105005, Москва, ул. Радио, д.17

E-mail: viam223@viam.ru

Тел. +7 (499) 2638990, факс +7 (499) 2638823

Контактное лицо: Соловьева Оксана Владимировна

2. Участник редукциона в электронной форме (Заявитель):

Общество с ограниченной ответственностью «АИКС ЛАБ» (ООО «АИКС ЛАБ»)

ИНН7707334730 ОГРН1157746166710

Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 29, пом. XXV, ком. 3

Почтовый адрес: 117545, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 129, корп. 2, стр. 2, офис 700

E-mail: info@aixlab.ru

Тел. +7 (495) 112-02-29

Контактное лицо: Вербицкая Мария Борисовна

3. Адрес официального сайта, на котором размещена информация о закупке:

www.zakupki.gov.ru

4. Способ размещения закупки: редукцион.

5. Номер извещения: 31705229455.

6. Наименование закупки: Поставка и монтаж климатической камеры тепло-влаги «Климатическая камера с технологией Пельтье Memmert HPP 110» в количестве 1 шт.

7. Дата размещения извещения о проведении редукциона: 16.06.2017года.
 8. Дата окончания подачи и рассмотрения заявок: 26.06.2017 года.
 9. Наименование электронной площадки в сети Интернет: АО "ЕЭТП"
 10. Адрес электронной площадки в сети Интернет: <http://www.roseltorg.ru/>

23 июня 2017 г. ООО «АИКС ЛАБ» была подана заявка на участие в редукционе в электронной форме на право заключения с Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» договора на поставку и монтаж климатической камеры тепло-влаги «Климатическая камера с технологией Пельтье Memmert HPP 110» в комплекте в количестве 1 шт. (извещение №31705229455 от 16.06.2017 г., опубликованное на сайте www.com.roseltorg.ru), которой был присвоен порядковый номер 4.

В результате рассмотрения заявок на участие в редукционе наша заявка была отклонена. Основанием для отклонения заявки стало несоответствие указанных в ней технических характеристик характеристикам в аукционной документации, а именно:

- отсутствие возможности регулировки распределения тепловой энергии (п.п.1.13 п.2.1 ТЗ);

- не соответствие показателей по дискретности установки относительной влажности (п.п.1.11 п.2.1 ТЗ);

- не соответствие максимальной мощности (п.п. 2.1 п.2 раздела 2.1 ТЗ) и массы климатической камеры (п.п.6 п.2 раздела 2.1 ТЗ).

Выдержка из технического задания Заказчика и технического задания, предоставленного нами:

Техническое задание Заказчика	Техническое задание ООО «АИКС ЛАБ»
Возможность регулировки распределения тепловой энергии между верхней и нижней группами нагревательных элементов (от - 50% до 50%)	Нет (возможно только в моделях HPP260, 400, 750)
Дискретность установки относительной влажности 1%	Дискретность установки относительной влажности 0,5%
Максимальная мощность 350 Вт	Максимальная мощность 650 Вт

Компания ООО «АИКС ЛАБ» является официальным дистрибьютором производственной компании Memmert, что подтверждается авторизационным письмом, входящим в состав нашей заявки на участие в редукционе. При подготовке технического задания нами были использованы официальные данные от производителя о технических параметрах оборудования «Климатическая камера с технологией Пельтье Memmert HPP 110», с другими техническими параметрами данное оборудование на сегодняшний день не производится. Фактические технические характеристики данной модели оборудования подтверждаются официальным письмом компании Memmert, заверенным подписью и печатью организации (Приложение 3).

Таким образом, в соответствии с пунктом 5.2.1 аукционной документации, мы предоставили абсолютно достоверные сведения о поставляемом товаре, однако наша заявка была отклонена тендерным комитетом, поскольку по ряду пунктов, обозначенных выше, значения заявленных нами технических характеристик оборудования не соответствовали опубликованным в аукционной документации, прежде всего по причине допущенных технических ошибок и неточностей при подготовке Заказчиком конкурсной документации в ее технической части.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Закон о закупках) при закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются, в том числе принципом равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки.

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 4 Закона о закупках в документации о закупке должны быть установлены требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика.

В данном случае действия Заказчика по составлению конкурсной документации с вышеозначенными неточностями в ее технической части, а именно указание взаимоисключающих требований к техническим характеристикам предмета закупки (указанная в конкурсной документации модель конкретного производителя не обладает свойствами, требуемыми заказчиком) повлекло за собой необоснованное ограничение конкуренции, выразившееся в отклонении заявки ООО «АИКС ЛАБ» и недопущении его к участию в редукционе на закупку вышеуказанного товара.

Согласно части 7 статьи 7.32.3 КоАП, за несоблюдение предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц требований к содержанию извещений о закупке товаров, работ, услуг и (или) документации о закупке товаров, работ, услуг предусмотрена административная ответственность.

Согласно п.5.3.6. Положения о Федеральной антимонопольной службе, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 N 331 (далее – Положение о ФАС), она проводит проверку соблюдения антимонопольного законодательства, коммерческими организациями, некоммерческими организациями, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, иными осуществляющими функции указанных органов органами или организациями, а также государственными внебюджетными фондами и физическими лицами, получает от них необходимые документы и информацию, объяснения в письменной или устной форме, обращается в установленном законодательством Российской Федерации порядке в органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, с просьбой о проведении оперативно-розыскных мероприятий.

В соответствии со ст.18.1. Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" антимонопольный орган рассматривает жалобы, в том числе, на действия (бездействие) юридического лица, организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии при организации и проведении торгов, заключении договоров по результатам торгов или в случае, если торги, проведение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, признаны несостоявшимися, а также при организации и проведении закупок в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

На основании вышеизложенного просим Московское УФАС России:


1. Приостановить закупку до рассмотрения настоящей жалобы по существу.
2. Произвести проверку вышеуказанных обстоятельств.
3. Признать жалобу обоснованной и выдать Заказчику предписание об устранении нарушений действующего законодательства.
4. Допустить к участию в закупке ООО «АИКС ЛАБ».

Приложения в копиях:

1. Извещение о проведении редукциона в электронной форме.
2. Документация об редукционе.
3. Письмо-подтверждение компании Memmert.
4. Перевод письма-подтверждения компании Memmert.

С уважением,

Генеральный директор
ООО «АИКС ЛАБ»



Вербицкая М.Б.